

SPECYFIKACJA TECHNICZNA

Wziernik do badania dna oka

L.p.	Wymagane funkcje / parametry	Wymogi	Odpowiedź TAK, lub krótki opis (wg kolumny „Wymogi”)
1	2	3	4
I.	Informacje ogólne:		
1.	Kompletny obuoczny oftalmoskop pośredni na czepcu.	TAK	
2.	Producent.	podać	
3.	Model / typ oferowanego urządzenia.	podać	
4.	Rok produkcji 2016.	TAK	
5.	Urządzenie fabrycznie nowe.	TAK	
6.	Zasilanie 230V, 50Hz oraz zasilanie akumulatorowe.	TAK	
7.	Klasa wyrobu medycznego	podać	
II.	Parametry:		
1.	Możliwość zbadania przy źrenicy 1 mm.	TAK	
2.	Waga do 500 g.	TAK	
3.	Oświetlenie LED.	TAK	
4.	Trzy przesłony dostępne w zestawieniu z dyfuzorem: małe koło, średnie koło i duże koło.	TAK	
5.	Trzy wbudowane filtry: kobaltowo-niebieski, bezczerwienności i żółty.	TAK	
6.	Rozstaw źrenic regulowany w zakresie min: 46-74 mm.	TAK	
7.	Możliwość ustawienia i zablokowania urządzenia w dowolnej pozycji.	TAK	
8.	Zsynchronizowana regulacja paralaksy i zbieżności (jeden manipulator).	TAK	
9.	Oddzielne dostrajanie wiązki światła w zakresie +/- 4° w połączeniu z zsynchronizowaną regulacją zbieżności i paralaksy.	TAK	
10.	Czepiec wykonany z miękkiego materiału zapewniającego wygodę pracy, wyposażony w regulatory z zawiasami przegubowymi, które pomagają nastawiać obręcz czepca i dostosowują je do wielkości i kształtu głowy (regulacja szerokości i głębokości).	TAK	
11.	Pozycjonowanie obręczy umożliwia regulację położenia części optycznej aby była w pozycji horyzontalnej.	TAK	
12.	Możliwość podniesienia części optycznej ponad linię wzroku. Blokady na wysokościach o kącie: 0°, 12.5°, 47.5°, 60°.	TAK	
13.	Wbudowane w czepiec przewody zasilania.	TAK	
14.	Płynna i poręczna regulacja jasności światła. Możliwość zamontowania regulacji z prawej lub lewej strony czepca.	TAK	
15.	Zasilacz z możliwością zamocowania do pasa użytkownika. Ładowarka sieciowa.	TAK	
16.	Możliwość pracy podczas ładowania akumulatora.	TAK	
III.	Wyposażenie pozostałe:		
1.	Soczewka 20D.	TAK	

2.	Lusterko asystenckie.	TAK	
3.	Duży i mały depresor.	TAK	
4.	Twarda walizka do przechowywania całego urządzenia wraz z wyposażeniem.	TAK	
IV	Dokumentacja:		
1.	Instrukcja obsługi w języku polskim - dostarczyć wraz z urządzeniem.	TAK	

Załącznik wskazuje minimalne wymagania zamawiającego, które muszą zostać spełnione, natomiast wykonawca – wypełniając ten załącznik – oferuje konkretne rozwiązania, charakteryzując w ten sposób zaoferowany asortyment.

Załącznik należy wypełnić w całości, bez wprowadzania zmian w jego treści – stanowi on integralną część oferty – deklarację wykonawcy co do jej treści, stąd brak tego załącznika, zawierającego treści zgodne z wzorem określonym w specyfikacji istotnych warunków zamówienia, spowoduje odrzucenie oferty.

.....
(podpisy i pieczęcie osób upoważnionych
do reprezentowania wykonawcy)