



TAM-610/5-PN/38-2016

Rybnik, dnia 09.08.2016 r.

Do Wykonawców uczestniczących
w postępowaniu o udzielenie zamówienia

WYJAŚNIENIE – MODYFIKACJA 4

W PRZETARGU NIEOGRANICZONYM NA:

zakup rezonansu magnetycznego z wyposażeniem i z automatycznym wstrzykiwaczem kontrastu
oraz dostosowanie istniejącej infrastruktury do wymogów nowego urządzenia
(zamówienie nr TAM-610-PN/38-2016)
ogłoszonym w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej
z dnia 06.07.2016 r. nr 2016/S 128-230279

W związku z wniesionym przez wykonawcę zapytaniem, zamawiający udziela poniższej odpowiedzi (numeracja pytania i odpowiedzi stanowi kontynuację w stosunku do numeracji zawartej w piśmie nr TAM-610/4-PN/38-2016 z dnia 05.08.2016 r.). **Ponadto zamawiający wprowadza niżej podaną modyfikację.**

Uwaga: modyfikacja dotycząca załącznika nr 1.2 zawarta jest w zaktualizowanej wersji załącznika dołączonego do niniejszego pisma – wykonawca sporządzając ofertę powinien posłużyć się zaktualizowanym wzorem tego załącznika, uwzględniając udzieloną poniżej odpowiedź na pytanie – pod rygorem odrzucenia oferty.

Pytanie 180: „dotyczy zał. 1.2 specyfikacja techniczna, rozdział XI – System konsol diagnostycznych

Zamawiający w dniu 05.08.2016 udzielił odpowiedzi na pytania dopuszczając serwer postprocesingowy w oparciu o pojedynczy serwer fizyczny bez zabezpieczenia w postaci drugiego serwera (mirroru). W związku z powyższym celem zapewnienia równej konkurencji prosimy o dopuszczenie rozwiązania opartego na pojedynczym serwerze w konfiguracji zalecanej i dedykowanej przez producenta do opisanych przez Zamawiającego wymagań i zakresu funkcjonalności systemu postprocessingowego
SERWER POSTRPOCESSINGOWY:

- Dwa procesory Intel XEON E5
- Pamięć 32 GB,
- Dysk twardy 3 x 1,2 TB 6G SAS, 10 000 obr./min, RAID5
- Dysk optyczny DVDRW
- Zasilacz Redundantny Zestaw Dual 500W
- System operacyjny Windows Server

Stacje klienckie (Diagnostyczne) 3 kpl.:

- Pamięć RAM o pojemności 8 GB.
- Pojemność łączna dysków twardych 500 GB.
- Częstotliwość rdzenia procesora co najmniej 2,4 GHz w systemie co najmniej dwurdzeniowym.
- Karta graficzna dedykowana do oferowanych monitorów medycznych

Telefony:

Centrala:	032 42-91-000	Główny Księgowy:	032 42-91-299	Dział Zamówień Publicznych:	032 42-91-287
Sekretariat:	032 42-91-251	Dział Organizacyjny:	032 42-92-613	Dział Zaopatrzenia:	032 42-91-214

Fax: 032 42-28-272

Bank Pekao S.A. 58 1240 4272 1111 0000 4833 4765

- Monitory medyczne (parametry zgodnie z obowiązującymi wymaganiami) 2 sztuki o przekątnej co najmniej 19"
- Monitor opisowy o przekątnej co najmniej 19"- 1 szt.

Odnosząc się do argumentacji przedstawionej w pytaniu numer 177 do SIWZ pragnę podkreślić, iż kluczowym dla jakości i szybkości rekonstrukcji obrazów oraz możliwości załadowania ilości obrazów do pamięci nie jest ilość zasobów sprzętowych, lecz jakość i optymalizacja algorytmów rekonstrukcyjnych i zarządzania alokacją pamięci. Jako producent oprogramowania do zaawansowanej wizualizacji najwyżej ocenianego przez niezależną organizację KLAS (Pierwsze miejsce w latach 2014, 2015 i 2016 <http://www.klasresearch.com/best-in-klas-winners>) prosimy o dopuszczenie pojedynczego serwera w konfiguracji zalecanej przez producenta."

Odpowiedź 180: Zamawiający modyfikuje załącznik nr 1.2 do specyfikacji istotnych warunków zamówienia w punkcie C.XI.A.7 – co ujęto w aktualnym brzmieniu tego załącznika dołączonego do niniejszego pisma.

Pozostałe warunki zamówienia nie ulegają zmianie, natomiast przedłużeniu ulega termin składania ofert - do dnia 17.08.2016 r. do godziny 10.00. Stosownemu przedłużeniu ulegają wszystkie terminy określone w specyfikacji istotnych warunków zamówienia, w tym termin otwarcia ofert: w tym samym dniu o godzinie 10.30.

Załączniki:

1.2. SPECYFIKACJA TECHNICZNA – aktualne brzmienie (wzór załącznika nr 1.2 do oferty).

Egz.:

1. adresat.
2. aa.