

**SPECYFIKACJA TECHNICZNA
WIDEOLARYNGOSKOP DO TRUDNEJ INTUBACJI**

L.p.	Wymagane funkcje / parametry	Wymogi	Odpowiedź TAK, oferowane parametry lub krótki opis (wg kolumny „Wymogi”)
1	2	3	4
I. Informacje ogólne:			
1.	Producent.	podać	
2.	Model / typ oferowanego urządzenia.	podać	
3.	Rok produkcji 2016.	TAK	
4.	Urządzenie fabrycznie nowe, (wyklucza się aparat demonstracyjny, rekondycjonowany, używany) .	TAK	
5.	Klasa wyrobu medycznego.	podać	
II. Parametry szczegółowe:			
1.	Wideolaryngoskop do trudnej intubacji, moduł elektroniczny zintegrowany z monitorem. Przekątna monitora min.: 2,4”.	TAK	
2.	Wizualizacja na ekranie monitora wejścia do krtani.	TAK	
3.	Wizualizacja na ekranie monitora końcówki łyżki.	TAK/NIE, podać parametr punktowany	
4.	Wszystkie zaoferowane łyżki z przetwornikiem i diodą LED w części dystalnej. Układ optyczny przetwornika zapewniający kąt widzenia min. 60°.	TAK, podać kąt widzenia parametr punktowany	
5.	Łyżka wideolaryngoskopu zintegrowana z rękojeścią, wielorazowa, wykonana ze stali nierdzewnej, typ Macintosh, rozmiar 3 – 1 szt.	TAK	
6.	Łyżka wideolaryngoskopu zintegrowana z rękojeścią, wielorazowa, wykonana ze stali nierdzewnej, typ Macintosh, rozmiar 4 – 1 szt.	TAK	
7.	Łyżka wideolaryngoskopu zintegrowana z rękojeścią przeznaczona do trudnych intubacji, wielorazowa, wykonana ze stali nierdzewnej, z prowadnicą drenu, o większym kącie wygięcia niż standardowa łyżka typu Macintosh – 1 szt.	TAK	
8.	Dezynfekcja ogólnie dostępnymi środkami dezynfekcyjnymi. Możliwość sterylizacji łyżek w autoklawie plazmowym.	TAK	
9.	Ładowarka.	TAK	
10.	Trwała walizka.	TAK	
III. Dokumentacja:			
1.	Instrukcja obsługi w języku polskim - dostarczyć wraz z urządzeniem.	TAK	

Załącznik wskazuje minimalne wymagania zamawiającego, które muszą zostać spełnione, natomiast wykonawca – wypełniając ten załącznik – oferuje konkretne rozwiązania, charakteryzując w ten sposób zaoferowany asortyment.

Załącznik należy wypełnić w całości, bez wprowadzania zmian w jego treści – stanowi on integralną część oferty – deklarację wykonawcy co do jej treści, stąd brak tego załącznika, zawierającego treści zgodne z wzorem określonym w specyfikacji istotnych warunków zamówienia, spowoduje odrzucenie oferty.

.....
(podpisy i pieczęcie osób upoważnionych
do reprezentowania wykonawcy)