



TAM-1085/1-PN/56-2016

Rybnik, dnia 15.11.2016 r.

Do Wykonawców uczestniczących
w postępowaniu o udzielenie zamówienia

WYJAŚNIENIE 1

W PRZETARGU NIEOGRANICZONYM NA:

zakup systemu schładzania pacjenta – 1 sztuka (zamówienie nr TAM-1085-PN/56-2016)
ogłoszonym w Biuletynie Zamówień Publicznych
w dniu 08.11.2016 r., pod nr 338136 - 2016

W związku z wniesionymi zapytaniami, zamawiający udziela poniższych odpowiedzi.

Pytanie 1: „**punkt II.6** Prosimy o sprecyzowanie wymogu dotyczącego automatycznych trybów pracy urządzenia. Czy Zamawiający wymaga min.: trybu kontrolowanego zarządzanie temperaturą pacjenta (chłodzenie i ogrzewanie), trybu kontrolowanego ogrzewania po hipotermii (z możliwością ustawienia szybkości wyjścia hipotermii w minimalnym zakresie od 0,1 do 0,5°C/h, bez konieczności manualnego ustawiania temperatur pośrednich), trybu normotermii?”

Odpowiedź 1: Zgodnie z punktem II.6 specyfikacji technicznej, zamawiający postawił wymaganie: „Automatyczny tryby pracy urządzenia”, jednak nie określa automatycznych trybów, tym samym dopuszcza tryby opisane w pytaniu, aczkolwiek nie wymaga dokładnie takich, jak w pytaniu opisano.

Pytanie 2: „Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie urządzenia, w którym proste komunikaty wyświetlane są dla użytkownika w języku angielskim. Te wszystkie komunikaty wyjaśnione są w języku polskim w instrukcji obsługi.”

Odpowiedź 2: Zamawiający nie dopuszcza takiego rozwiązania.

Pytanie 3: „Czy Zamawiający w pkt II.7 uwzględni również jako parametr punktowany wyłącznie pomiar temperatury głębokiej pacjenta?”

Odpowiedź 3: Zamawiający nie uwzględni jako parametru punktowanego wyłącznie pomiaru temperatury głębokiej – punkty, zgodnie z brzmieniem specyfikacji istotnych warunków zamówienia – zostaną przyznane tylko za zaoferowanie rozwiązania w pełni zgodnego z opisem w punkcie II.7 załącznika nr 1.2; w przeciwnym razie – oferta otrzyma 0 punktów w tej pozycji.

Pozostałe warunki zamówienia nie ulegają zmianie, aktualny pozostaje również termin składania ofert ustalony do dnia 17.11.2016 r. do godziny 10.00 oraz termin otwarcia ofert: w tym samym dniu o godzinie 10.30.

Egz.:

1. adresat.
2. aa.

Telefony:

Centrala: 032 42-91-000 Główny Księgowy: 032 42-91-299 Dział Zamówień Publicznych: 032 42-91-287

Sekretariat: 032 42-91-251 Dział Organizacyjny: 032 42-92-613 Dział Zaopatrzenia: 032 42-91-214

Fax: 032 42-28-272