



LAS-1030/1-PN/49-2016

Rybnik, dnia 24.11.2016 r.

Do Wykonawców uczestniczących
w postępowaniu o udzielenie zamówienia

WYJAŚNIENIE - MODYFIKACJA 1

W PRZETARGU NIEOGRANICZONYM NA:

**dostawę wyrobów medycznych i preparatu dezynfekcyjnego
do dializy nerkowej dla Stacji Dializ wraz z dzierżawą i serwisem aparatów do hemodializy
(zamówienie nr LAS-1030-PN/49-2016)
ogłoszonym w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej
z dnia 25.10.2016 r., nr 2016/S 207-372624**

**W związku z wniesionymi zapytaniami, zamawiający udziela poniższych odpowiedzi.
Ponadto zamawiający wprowadza niżej podane modyfikacje.**

Pytanie 1: „Dotyczy: Załącznika nr 1.1

Ponieważ aparaty do hemodializy różnych producentów wymagają, różnej ilości środka dezynfekcyjnego do przeprowadzenia skutecznej dezynfekcji, czy w formularzu cenowym w pozycji 4 Zamawiający wymaga wyceny środka dezynfekcyjnego potrzebnej do wykonania 42000 dezynfekcji?”

Odpowiedź 1: Zamawiający nie zmienia postanowień specyfikacji istotnych warunków zamówienia w zakresie ujętym w pytaniu, jednak w przypadku, gdyby wskazana ilość środka w technologii danego producenta nie wystarczyła na wykonanie liczby dializ wynikającej z ilości zamawianego sprzętu jednorazowego – wymaga odpowiedniego zwiększenia tej ilości oraz ujęcia stosownych przeliczeń pod tabelą.

Pytanie 2: „Dotyczy Załącznik 1.2 Parametry szczegółowe, pozycja 2

Czy Zamawiający dopuść dostarczenie części aparatów ze standardowymi wtyczkami elektrycznymi?”



Odpowiedź 2: Zamawiający dopuszcza takie rozwiązanie.

Pytanie 3: „Dotyczy Wzoru Umowy §5, punkt 7, Czy Zamawiający wykreśli w/w punkt.”

Odpowiedź 3: Zamawiający nie wyraża zgody na wprowadzenie proponowanych zmian do wzoru umowy. Jednocześnie Zamawiający informuje, że ma na myśli standardowe ubezpieczenie aparatów, które wykonawca zawiera z tytułu prowadzonej działalności gospodarczej.

Telefony:

Centrala: 032 42-91-000 Główny Księgowy: 032 42-91-299 Dział Zamówień Publicznych: 032 42-91-287

Sekretariat: 032 42-91-251 Dział Organizacyjny: 032 42-92-613 Dział Zaopatrzenia: 032 42-91-214

Fax: 032 42-28-272

Bank Pekao S.A. 58 1240 4272 1111 0000 4833 4765

Pytanie 4: „Dotyczy Wzoru Umowy §5, punkt 8 Czy Zamawiający zmieni w/w punkt z:
„Zamawiający zwolniony jest z odpowiedzialności za uszkodzenie, zniszczenie lub utratę przedmiotu dzierżawy, z wyjątkiem sytuacji, gdy szkoda została wyrządzona przez Zamawiającego umyślnie”.

Na:

„Zamawiający ponosi odpowiedzialność, za uszkodzenia mechaniczne aparatów powstałe z winy Zamawiającego, oraz uszkodzenia wynikające z użytkowania aparatów niezgodnie z instrukcją obsługi”.

Odpowiedź 4: Zamawiający nie wyraża zgody na wprowadzenie proponowanych zmian do wzoru umowy. Sytuacja taka wynika wprost z zapisów k.c.

Pytanie 5: „Dotyczy Załącznik 1.2 Parametry szczegółowe, pozycja 3

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wykorzystanie przez Wykonawcę posiadanych przez Zamawiającego szybkozłączek ze stali kwasoodpornej, co nie wpłynie na jakość i bezpieczeństwo pracy oferowanych aparatów do hemodializy?”

Odpowiedź 5: Zamawiający dopuszcza takie rozwiązanie.

Ponadto, zgodnie z art. 38 ust.4 ustawy Pzp, Zamawiający modyfikuje treść zapisów wzoru umowy jak niżej:

- 1) Zamawiający modyfikuje treść § 1 wzoru umowy LAS-1030-PN/49-2016 poprzez:
 - modyfikację ust. 7 do brzmienia:
„Wykonawca jest obowiązany do przedłożenia odpowiednich dokumentów określających zachowanie warunków, o których mowa w ust. 6 na każde wezwanie Zamawiającego. Ponadto przy pierwszej dostawie Wykonawca przedłoży aktualne karty charakterystyki oferowanego preparatu do dezynfekcji”.
 - dodanie ust. 10 o brzmieniu:
„10. Wykonawca jest zobowiązany do odbioru odpadów opakowaniowych nie rzadziej niż 1 raz na kwartał w terminie nie dłuższym niż 7 dni od momentu zgłoszenia przez Zamawiającego faksem konieczności odebrania odpadów, a w szczególności asortymentu zakwalifikowanego jako środki niebezpieczne, tzn.:
 - substancji i preparatów bardzo toksycznych i toksycznych,
 - rakotwórczych kat. 1 i 2,
 - mutagennych kat. 1 i 2,
 - działających szkodliwie na rozrodczość kat. 1 i 2,
 - oraz niebezpiecznych dla środowiska.”
- 2) Zamawiający modyfikuje treść § 5 poprzez dopisanie ust. 10 i 11 o brzmieniu:
„10. Wykonawca zobowiązuje się do obioru dzierżawionych urządzeń po zakończeniu trwania umowy w terminie 14 dni od pisemnego wezwania przez Zamawiającego.
11. W przypadku, gdy zaoferowana w pozycji 4 formularza cenowego ilość preparatu do dezynfekcji przeliczona przez Wykonawcę okaże się niewystarczająca w stosunku do ilości asortymentu określonego w pozycji 1 i 2 tego formularza, Wykonawca zobowiązuje się do dostarczenia brakującego preparatu na własny koszt.”
- 3) Zamawiający modyfikuje treść § 14 ust. 2b) wzoru umowy LAS-1030-PN/49-2016, który otrzymuje nowe brzmienie:
„2b) obniżenia przez Wykonawcę cen towaru będącego przedmiotem umowy – zmiana ta nie wymaga sporządzania aneksu do umowy”.
- 4) Zamawiający modyfikuje treść § 14 ust. 2c) wzoru umowy LAS-1030-PN/49-2016, który otrzymuje nowe brzmienie:
„2c) nie wykorzystania towaru będącego przedmiotem umowy lub jego części, poprzez wydłużenie czasu obowiązywania umowy o okres nie dłuższy niż 3 miesiące, bądź realizacji dodatkowych dostaw (w związku z ich wykorzystaniem przed terminem zakończenia umowy) do czasu trwania umowy z uwagą na dzierżawę urządzenia”.

Pozostałe warunki zamówienia nie ulegają zmianie, aktualny pozostaje również termin składania ofert ustalony do dnia 30.11.2016 r. do godziny 10.00 oraz termin otwarcia ofert: w tym samym dniu o godzinie 10.30.

Egz.:

1. adresat.
2. aa.