

Rybnik, dnia 24.11.2016 r.

Do Wykonawców uczestniczących  
w postępowaniu o udzielenie zamówienia

#### WYJAŚNIENIE – MODYFIKACJA 1

W PRZETARGU NIEOGRAŃCZONYM NA:

dostawy wyrobów medycznych do terapii podciśnieniowej wraz z użyczeniem urządzeń  
oraz wyrobów medycznych do terapii podciśnieniowej i terapii ssaco-płuczącej  
wraz z dzierżawą urządzeń (zamówienie nr LAS-742-PN/36-2016)  
ogłoszonym w Dziale Urzędowym Unii Europejskiej  
z dnia 26.10.2016 r., nr 2016/S 207-374353

W związku z wniesionymi zapytaniami, zamawiający udziela poniższych odpowiedzi.  
Ponadto zamawiający wprowadza nizżej podane modyfikacje.

Pytania od nr 1 do nr 3 dotyczą pakietu nr 1

Pytanie 1: „Poz. nr 4 czy Zamawiający dopuszcza możliwość zaofrowania zestawu opatrunków  
sterylnych do terapii podciśnieniowej w rozmiarze 30 x 30 x 1,6 cm?”

Odpowiedź 1: Zamawiający dopuszcza zaofrowanie assortymentu pierwotnie określonego  
w specyfikacji istotnych warunków zamówienia jak również assortymentu opisanego  
w powyższym pytaniu – przy zachowaniu pozostałych wymagań określonych przez zamawiającego.  
W przypadku zaofrowania assortymentu dopuszczonego niniejszym wyjaśnieniem - modyfikacją  
należy w formularzu cenowym w kolumnie „Opis przedmiotu zamówienia” nanieść stosownie  
skorygowane zapisy tak, by nie było wątpliwości, co zaofrowano w danej pozycji.

Pytanie 2: „Poz. nr 6-7 czy Zamawiający dopuszcza możliwość zaofrowania jąłowych zbiorników  
VivanoTec z substancją zeliującą bez zaciśku do drrenu? System zawiera zatyczkę do drrenu  
od strony opatrunku stanowiącą całość z drrenem i portem.”

Odpowiedź 2: Zamawiający dopuszcza zaofrowanie assortymentu pierwotnie określonego  
w specyfikacji istotnych warunków zamówienia jak również assortymentu opisanego  
w powyższym pytaniu – przy zachowaniu pozostałych wymagań określonych przez zamawiającego.  
W przypadku zaofrowania assortymentu dopuszczonego niniejszym wyjaśnieniem - modyfikacją  
należy w formularzu cenowym w kolumnie „Opis przedmiotu zamówienia” nanieść stosownie  
skorygowane zapisy tak, by nie było wątpliwości, co zaofrowano w danej pozycji.

Pytanie 3: „Poz. nr 6-7 zwracamy się z prośbą do Zamawiającego o wyjaśnienie, czy w związku  
z koniecznością stosowania sterylnego układu zamkniętego w kontakcie systemu terapii  
podciśnieniowej z raną, wymaga zbiorników jąłowych?”

Odpowiedź 3: Zamawiający nie stawia dodatkowych wymagań poza wymienionymi w formularzu  
cenowym i specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

Pytanie 4: „Poz. nr 4 czy Zamawiający dopuszcza możliwość zaofrowania bardziej typowej dla terapii  
podciśnieniowej zestawy piankowej, pozwalającej na stworzenie równomiernego podciśnienia  
w ranie w wymiarach odpowiednio- mały, średni, duży, bardzo duży, zamiast zestawów  
gazowych?”

Odpowiedź 4: Zamawiający dopuszcza zaofrowanie assortymentu pierwotnie określonego  
w specyfikacji istotnych warunków zamówienia jak również assortymentu opisanego  
w powyższym pytaniu – przy zachowaniu pozostałych wymagań określonych przez zamawiającego.

Pytanie 5: „Poz. nr 4 czy Zamawiający dopuszcza możliwość zaofrowania opatrunku o wymiarze 10 x  
20 cm?”

Odpowiedź 5: Zamawiający dopuszcza zaofrowanie assortymentu dopuszczonego niniejszym wyjaśnieniem - modyfikacją  
należy w formularzu cenowym w kolumnie „Opis przedmiotu zamówienia” nanieść stosownie  
skorygowane zapisy tak, by nie było wątpliwości, co zaofrowano w danej pozycji.

Pytanie 6: „Poz. nr 12-14 czy Zamawiający dopuszcza możliwość zaofrowania użranego w terapii  
podciśnieniowej opatrunku z maścią zawierającą dopuszcza możliwość zaofrowania srebro metaliczne, zwalczającego  
zarówno bakterię gram-ujemną jak i gram dodatnie wrazem ze szczepami MRSA?”

Odpowiedź 6: Zamawiający podtrzymuje zapisy specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

Pytanie 7: „Poz. nr 14- czy Zamawiający dopuszcza możliwość zaofrowania opatrunku o wymiarze 10 x  
20 cm?”

Odpowiedź 7: Zamawiający dopuszcza zaofrowanie assortymentu pierwotnie określonego  
w specyfikacji istotnych warunków zamówienia jak również assortymentu opisanego  
w powyższym pytaniu – przy zachowaniu pozostałych wymagań określonych przez zamawiającego.

Pytanie 8: „Poz. nr 15- czy Zamawiający dopuszcza możliwość zaofrowania pasty uszczelniającej do  
wyrownania fard oraz bliżej położnoszczęci komfort i bezpieczeństwo aplikowanego opatrunku,  
pakowanej w tubce o poj. 50 g?”

Odpowiedź 8: Zamawiający dopuszcza zaofrowanie assortymentu pierwotnie określonego  
w specyfikacji istotnych warunków zamówienia jak również assortymentu opisanego  
w powyższym pytaniu (w tej samej ilości sztuki – przy zachowaniu pozostałych wymagań  
określonych przez zamawiającego).

Pytanie 9: „Poz. nr 15- czy Zamawiający dopuszcza możliwość zaofrowania pasty uszczelniającej do  
wyrownania fard oraz bliżej położnoszczęci komfort i bezpieczeństwa opatrunku, opatrunku  
zabezpieczającego opatrunki przed zatoczeniem?”

Odpowiedź 9: Zamawiający dopuszcza zaofrowanie assortymentu pierwotnie określonego  
w specyfikacji istotnych warunków zamówienia jak również assortymentu opisanego  
w powyższym pytaniu – przy zachowaniu pozostałych wymagań określonych przez zamawiającego.

Pytanie 10: „Poz. nr 15- czy Zamawiający dopuszcza możliwość zaofrowania pasty uszczelniającej do  
wyrownania fard oraz bliżej położnoszczęci komfort i bezpieczeństwa opatrunku, opatrunku  
zabezpieczającego opatrunki przed zatoczeniem?”

Odpowiedź 10: Zamawiający dopuszcza zaofrowanie assortymentu pierwotnie określonego  
w specyfikacji istotnych warunków zamówienia jak również assortymentu opisanego  
w powyższym pytaniu (w tej samej ilości sztuki – przy zachowaniu pozostałych wymagań  
określonych przez zamawiającego).



Pytania od nr 4 do nr 10 dotyczą pakietu nr 2

Pytanie 4: „Poz. nr 4- czy Zamawiający dopuszcza możliwość zaofrowania zestawu opatrunków  
sterylnych do terapii podciśnieniowej w rozmiarze 30 x 30 x 1,6 cm?”

Odpowiedź 4: Zamawiający dopuszcza zaofrowanie assortymentu pierwotnie określonego  
w specyfikacji istotnych warunków zamówienia jak również assortymentu opisanego  
w powyższym pytaniu – przy zachowaniu pozostałych wymagań określonych przez zamawiającego.

Pytanie 5: „Poz. nr 6-7- Czy Zamawiający dopuszcza możliwość zaofrowania jąłowych zbiorników  
VivanoTec z substancją zeliującą bez zaciśku do drrenu? System zawiera zatyczkę do drrenu  
od strony opatrunku stanowiącą całość z drrenem i portem.”

Odpowiedź 5: Zamawiający nie stawia dodatkowych wymagań poza wymienionymi w formularzu  
cenowym i specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

Pytanie 6: „Poz. nr 6-7 zwracamy się z prośbą do Zamawiającego o wyjaśnienie, czy w związku  
z koniecznością stosowania sterylnego układu zamkniętego w kontakcie systemu terapii  
podciśnieniowej z raną, wymaga zbiorników jąłowych?”

Odpowiedź 6: Zamawiający nie stawia dodatkowych wymagań poza wymienionymi w formularzu  
cenowym i specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

Pytanie 7: „Poz. nr 8-11- czy Zamawiający dopuszcza możliwość zaofrowania bardziej typowej dla terapii  
podciśnieniowej zestawy piankowej, pozwalającej na stworzenie równomiernego podciśnienia  
w ranie w wymiarach odpowiednio- mały, średni, duży, bardzo duży, zamiast zestawów  
gazowych?”

Odpowiedź 7: Zamawiający dopuszcza zaofrowanie assortymentu pierwotnie określonego  
w specyfikacji istotnych warunków zamówienia jak również assortymentu opisanego  
w powyższym pytaniu – przy zachowaniu pozostałych wymagań określonych przez zamawiającego.

Pytanie 8: „Poz. nr 12-14 czy Zamawiający dopuszcza możliwość zaofrowania użranego w terapii  
podciśnieniowej opatrunku z maścią zawierającą dopuszcza możliwość zaofrowania srebro metaliczne, zwalczającego  
zarówno bakterię gram-ujemną jak i gram dodatnie wrazem ze szczepami MRSA?”

Odpowiedź 8: Zamawiający podtrzymuje zapisy specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

Pytanie 9: „Poz. nr 14- czy Zamawiający dopuszcza możliwość zaofrowania opatrunku o wymiarze 10 x  
20 cm?”

Odpowiedź 9: Zamawiający dopuszcza zaofrowanie assortymentu pierwotnie określonego  
w specyfikacji istotnych warunków zamówienia jak również assortymentu opisanego  
w powyższym pytaniu – przy zachowaniu pozostałych wymagań określonych przez zamawiającego.

Pytanie 10: „Poz. nr 15- czy Zamawiający dopuszcza możliwość zaofrowania pasty uszczelniającej do  
wyrownania fard oraz bliżej położnoszczęci komfort i bezpieczeństwa opatrunku, opatrunku  
zabezpieczającego opatrunki przed zatoczeniem?”

Odpowiedź 10: Zamawiający dopuszcza zaofrowanie assortymentu pierwotnie określonego  
w specyfikacji istotnych warunków zamówienia jak również assortymentu opisanego  
w powyższym pytaniu (w tej samej ilości sztuki – przy zachowaniu pozostałych wymagań  
określonych przez zamawiającego).

Pytanie 11: „Poz. nr 15- czy Zamawiający dopuszcza możliwość zaofrowania pasty uszczelniającej do  
wyrownania fard oraz bliżej położnoszczęci komfort i bezpieczeństwa opatrunku, opatrunku  
zabezpieczającego opatrunki przed zatoczeniem?”

Odpowiedź 11: Zamawiający dopuszcza zaofrowanie assortymentu pierwotnie określonego  
w specyfikacji istotnych warunków zamówienia jak również assortymentu opisanego  
w powyższym pytaniu – przy zachowaniu pozostałych wymagań określonych przez zamawiającego.

Pytanie 12: „Poz. nr 15- czy Zamawiający dopuszcza możliwość zaofrowania pasty uszczelniającej do  
wyrownania fard oraz bliżej położnoszczęci komfort i bezpieczeństwa opatrunku, opatrunku  
zabezpieczającego opatrunki przed zatoczeniem?”

Odpowiedź 12: Zamawiający dopuszcza zaofrowanie assortymentu pierwotnie określonego  
w specyfikacji istotnych warunków zamówienia jak również assortymentu opisanego  
w powyższym pytaniu (w tej samej ilości sztuki – przy zachowaniu pozostałych wymagań  
określonych przez zamawiającego).

Pytanie 13: „Poz. nr 15- czy Zamawiający dopuszcza możliwość zaofrowania pasty uszczelniającej do  
wyrownania fard oraz bliżej położnoszczęci komfort i bezpieczeństwa opatrunku, opatrunku  
zabezpieczającego opatrunki przed zatoczeniem?”

Odpowiedź 13: Zamawiający dopuszcza zaofrowanie assortymentu pierwotnie określonego  
w specyfikacji istotnych warunków zamówienia jak również assortymentu opisanego  
w powyższym pytaniu (w tej samej ilości sztuki – przy zachowaniu pozostałych wymagań  
określonych przez zamawiającego).

W przypadku zaoferta asortymentu dopuszczonego niniejszym wyjaśnieniem - modyfikacją należy w formularzu cenowym w kolumnie „Opis przedmiotu zamówienia” nanieść stosownie skorygowane zapisy tak, by nie było wątpliwości, co zaaprobowano w danej pozycji.

Pytanie nr 11. dotyczy zapisów siwz – „ROZDZIAŁ I. B. Warunki ubiegania się o udzielenie zamówienia”

Pytanie 11: „**Punkt 1c, zdolność techniczna lub zawodowa-** zwieracamy się z prośbą do przystąpienia Wykonawcy do więcej niż jednego pakietu. Prośba nasza wynika z faktu, iż każdy pakiet stanowi oddzielną przedmiot zamówienia zgólnie z zapisami rozróżniającymi specyfikacjami.”

Odpowiedź 11: Zamawiający modyfikuje powyższe wymaganie - w związku z powyższym pkt. 1c rozdz. 1 B specyfikacji istotnych warunków zamówienia otrzymał brzmienie:

„Wykonawca spełni warunek jeżeli należycie wykonał a w przypadku świadczeń określonych lub ciągłych jest w trakcie wykonania co najmniej jednej dostawy, zgodnej z przedmiotem zamówienia w pakietie, do którego przystępuje Wykonawca na kwoty jak niżej:

- w przypadku złożenia oferty w pakietie nr 1 - 50 000,00 zł brutto
- w przypadku złożenia oferty w pakietie nr 2 - 30 000,00 zł brutto
- w przypadku złożenia oferty w pakietie nr 3 - 100 000,00 zł brutto

W sytuacji, gdy Wykonawca przystępuje do więcej niż jednego pakietu, może postużyć się tym samym doświadczenie w każdym pakietie, pod warunkiem, że doświadczenie to opiewa kwotę nie mniejszą niż najwyższa spośród wymaganych oraz musi być zgodne z przedmiotem zamówienia w pakietie, do którego przystępuje Wykonawca.”

Zamawiający informuje, że modyfikacja w tym zakresie została dokonana poprzez skierowanie sprostowania do Urzędu Publikacji Unii Europejskiej.

Pytania od nr 12 do nr 13 dotyczą projektu umowy

Pytanie 12: „§ 9 - wnosiśmy o zmianę zapisów umowy dotyczących zastrzegania kar umownych i obniżenie ich wysokości w następującym zakresie:

- §6 ust. 1 do kwoty 0,2% wartości nettostronicowej części zamówienia,
- §6 ust. 6 do kwoty 5% wartości niezrealizowanej części umowy”

Pytanie 13: „**§ 9, ust. 3-4.** wnosiśmy o zmianę zapisów umowy poprzez wykreszczenie w/w ustępów lub zmniejszenie kar umownych do wysokości 50 zł za każdy dzień opóźnienia. Obecne zapisy naruszają zasady i cel zastrzegania kar umownych i w konsekwencji stanowią podstawę prawną i faktyczną zarzutu ich rażącego wygórowania.”

Odpowiedź 12 i 13: Zamawiający nie wyraża zgody na wprowadzenie proponowanych zmian do wzoru umowy.

Ponadto, zgodnie z art. 38 ust.4 ustawy Pzp, Zamawiający modyfikuje treść zapisów wzoru umowy jak niżej:

- 1) Zamawiający modyfikuje numer znajdujący się we wzorze umowy dotyczącej pakietu nr 1-2 oraz umowy dotyczącej pakietu nr 3. Prawidłowy numer to: LAS-742-PN/36/112/2016 oraz LAS-742-PN/36/312/2016;
- 2) Zamawiający modyfikuje treść § 6 umowy LAS-742-PN/36/112/2016 poprzez dopisanie ust. 6 o brzmieniu oraz § 5 umowy LAS-742-PN/36/312/2016 poprzez dopisanie ust. 10 w brzmieniu: „Wykonawca zobowiązuje się do obioru użyzionych / dzierżawionych urządzeń po zakończeniu tworzenia umowy w terminie 14 dni od pisemnego wezwania przez Zamawiającego.”
- 3) Zamawiający modyfikuje treść § 17 ust. 2b) wzoru umowy LAS-742-PN/36/112/2016 oraz treść § 14 ust. 2b) wzoru umowy LAS-742-PN/36/312/2016, które otrzymują nowe brzmienie:  
„2b) obniżenia cen towaru będącego przedmiotem umowy – zmiana ta nie wymaga sporządzenia aktu do umowy”
- 4) Zamawiający modyfikuje treść § 17 ust. 2c) wzoru umowy LAS-742-PN/36/112/2016 oraz treść § 14 ust. 2c) wzoru umowy LAS-742-PN/36/312/2016, które otrzymują nowe brzmienie:  
„2c) nie wykorzystania towaru będącego przedmiotem umowy lub jego części, poprzez wydłużenie czasu obowiązywania umowy o okres nie dłuższy niż 3 miesiące, bądź realizacji dodatkowych dostaw (w związku z ich wykorzystaniem przed terminem zakończenia umowy) do czasu trwania umowy z uwagi na użyczenie (LAS-742-PN/36/112/2016) /dziężeżawę (LAS-742-PN/36/312/2016) urządzenia”.

W przypadku zaoferta asortymentu dopuszczonego niniejszym wyjaśnieniem - modyfikacją pozostałe warunki zamówienia nie ulegają zmianie, aktualny pozostały termin składania ofert ustalony do dnia 01.12.2016 r. do godziny 10.00 oraz termin otwarcia ofert: w tym samym dniu o godzinie 10.30.

Pytanie nr 12 dotyczy zapisów siwz – „ROZDZIAŁ I. B. Warunki ubiegania się o udzielenie zamówienia”

Egz.:  
1. adresat.  
2. aa.