

SPECYFIKACJA TECHNICZNA
DOSTAWA WYSIĘGNIKÓW TELESKOPOWYCH Z WYPOSAŻENIEM – 11 SZTUK

| L.p. | Wymagane funkcje / parametry | | Wymogi | Odpowiedź TAK, oferowane parametry lub krótki opis (wg kolumny „Wymogi”) |
|------|--|--|-------------------|--|
| 1 | 2 | | 3 | 4 |
| I. | Informacje ogólne: | | | |
| 1. | Producent. | | podać | |
| 2. | Model / typ oferowanego wysięgnika. | | podać | |
| 3. | Wysięgnik fabrycznie nowy. | | TAK | |
| 4. | Klasa wyrobu medycznego. | TAK/NIE, wpisać „TAK” oraz podać klasę w przypadku, jeśli oferowany asortyment jest klasyfikowany jako wyrób medyczny, wpisać „NIE” - jeśli nie jest tak klasyfikowany | | |
| II. | Parametry szczegółowe: | | | |
| 1. | Kompletny wysięgnik teleskopowy z uchwytem do montażu na ścianie, wykonany ze stali nierdzewnej, przeznaczony na salę chorych. | | TAK | |
| 2. | Regulacja długości ramienia w zakresie min.: (85 – 200 cm). | | TAK, podać zakres | |
| 3. | Możliwość ustawienia wysięgnika wraz z ekranem w pozycji równoległej do ściany (przesunięcie do boku za łóżko pacjenta). | | TAK | |
| 4. | Do każdego wysięgnika zasłonka (ekran) zapewniająca pacjentowi intymność podczas przeprowadzania procedur medycznych, do zawieszenia o wymiarach: <ul style="list-style-type: none"> wysokość min.: 140 cm, max 160 cm szerokość min.: 200 cm (dopasowana do maksymalnej długości zaoferowanego wysięgnika) przeznaczona do prania w 60°C, nieprzeźroczysta, kolor do wyboru przez Zamawiającego na etapie realizacji. | | TAK | |
| 5. | Do każdego wysięgnika komplet zawieszek do zasłonki (ekranu). | | TAK | |
| 6. | Do każdego wysięgnika komplet śrub do zamocowania wysięgnika do ściany. | | TAK | |
| III. | Dokumentacja: | | | |
| 1. | Instrukcja obsługi w języku polskim - dostarczyć wraz z każdym wysięgnikiem. | | TAK | |

Załącznik wskazuje minimalne wymagania zamawiającego, które muszą zostać spełnione, natomiast wykonawca – wypełniając ten załącznik – oferuje konkretne rozwiązania, charakteryzując w ten sposób zaoferowany asortyment.

Załącznik należy wypełnić w całości, bez wprowadzania zmian w jego treści – stanowi on integralną część oferty – deklarację wykonawcy co do jej treści, stąd brak tego załącznika, zawierającego treści zgodne z wzorem określonym w specyfikacji istotnych warunków zamówienia, spowoduje odrzucenie oferty.

.....
 (podpisy i pieczęcie osób upoważnionych
 do reprezentowania wykonawcy)