

WYMAGANIA DOTYCZĄCE ZESTAWÓW

PAKIET NR 1 ZESTAWY KARDIOLOGICZNE

1.1 Sterylny zestaw do zabiegów zakładania stymulatorów serca

Opis przedmiotu zamówienia:

- Materiał obłożenia i fartuchów bezwzględnie musi spełniać wymogi normy EN 13795 1-2-3.
- Każdy zestaw musi posiadać informacje o dacie ważności i nr serii w postaci naklejki do umieszczenia w dokumentacji pacjenta.
- Materiał obłożenia w obszarze krytycznym pola operacyjnego pacjenta musi składać się z min. 3 warstw: jedną z warstw musi stanowić nieprzepuszczalna folia PE, drugą wysokochłonna włóknina, trzecia warstwa wykonana z wysokochłonnego materiału o właściwościach równomiernego rozpraszania płynów
- Elementy zestawu muszą posiadać oznakowania w formie piktogramów umożliwiające sprawne obłożenie pola operacyjnego zgodne z procedurami postępowania aseptycznego.
- Serweta na stół narzędziowy stanowi owinięcie zestawu i nie musi posiadać oznakowania w formie piktogramów-
- Opisy zestawu wymagane w języku polskim.
- Do transportu produktu wymagane podwójne opakowanie zestawów, w tym min. zewnętrzne opakowanie kartonowe.

Minimalny skład zestawu:

- 1 szt. serweta chirurgiczna (serweta główna) min. 170 x 300 cm z samoprzylepnym otworem o śr. 10 cm umieszczonym w górnej połowie serwety, składająca się z min. 3 warstw o łącznej min. gramaturze 74 g/m²;
- 1 szt. serweta na stół narzędziowy min. 150 x 200 cm
- 1 szt. osłona okrągła na sprzęt medyczny min. 50 x 100 cm wykonana z PE
- 1 szt. osłona na sprzęt medyczny min. 100x140cm wykonana z PE
- 1 szt. sterylne fartuch chirurgiczny pełnobarierowy z materiału SMMS lub SMMMS o gramaturze min. 40 g/m². Rękaw zakończony elastycznym mankietem. Tylne części fartucha zachodzą na siebie. Umieszczenie troków w specjalnym kartoniku umożliwia zawiązanie ich zgodnie z procedurami postępowania aseptycznego. Szwy wykonane techniką ultradźwiękową. Rozmiar XL.
- 1 szt. sterylne fartuch chirurgiczny pełnobarierowy z materiału SMMS lub SMMMS o gramaturze min. 40 g/m². Rękaw zakończony elastycznym mankietem. Tylne części fartucha zachodzą na siebie. Umieszczenie troków w specjalnym kartoniku umożliwia zawiązanie ich zgodnie z procedurami postępowania aseptycznego. Szwy wykonane techniką ultradźwiękową. Rozmiar L
- min. 8 szt. ręczniki celulozowe min. 30 x 30 cm
- 1 szt. miska 500 ml
- 1 szt. skalpel bezpieczny nr 23

WYMAGANIA DOTYCZĄCE ZESTAWÓW

1.2 Sterylny zestaw do angiografii udowo-promieniowej

Opis przedmiotu zamówienia:

- Materiał obłożenia i fartuchów bezwzględnie musi spełniać wymogi normy EN 13795 1-2-3.
- Każdy zestaw musi posiadać informacje o dacie ważności i nr serii w postaci naklejki do umieszczenia w dokumentacji pacjenta.
- Materiał obłożenia w obszarze krytycznym pola operacyjnego pacjenta musi składać się z min. 3 warstw: jedną z warstw musi stanowić nieprzepuszczalna folia PE, drugą wysokochłonna włóknina, trzecia warstwa wykonana z wysokochłonnego materiału o właściwościach równomiernego rozpraszania płynów
- Elementy zestawu muszą posiadać oznakowania w formie piktogramów umożliwiające sprawne obłożenie pola operacyjnego zgodne z procedurami postępowania aseptycznego.
- Serweta na stół narzędziowy stanowi owinięcie zestawu i nie musi posiadać oznakowania w formie piktogramów.
- Opisy zestawu wymagane w języku polskim.
- Do transportu produktu wymagane podwójne opakowanie zestawów, w tym min. zewnętrzne opakowanie kartonowe.

Minimalny skład zestawu:

- 1 szt. serweta angiograficzna (serweta główna) min. 240 x 340 cm z 2 samo-przylepnymi otworami na tętnice udowe o śr. 8 cm, wykończonymi folią chirurgiczną oraz 2 otworami na tętnice promieniowe 7 x 12 cm (dłuższy bok otworu równoległy do dłuższego boku serwety), składająca się z min. 3 warstw o łącznej min. gramaturze 74 g/m², serweta ze zintegrowanymi osłonami na pulpit sterowniczy z obu stron. Wokół otworów w serwecie materiał powinien posiadać dodatkowe pady chłonne.
- 1 szt. serweta na stół narzędziowy min. 150 x 200 cm
- 1 szt. osłona okrągła na sprzęt medyczny min. 50 x 100 cm wykonana z PE
- 1 szt. osłona okrągła na sprzęt medyczny min. 100x140cm wykonana z PE
- 1 szt. sterylne fartuch chirurgiczny pełnobarierowy z materiału SMMS lub SMMMS o gramaturze min. 40 g/m². Rękaw zakończony elastycznym mankietem. Tylne części fartucha zachodzą na siebie. Umieszczenie troków w specjalnym kartoniku umożliwia zawiązanie ich zgodnie z procedurami postępowania aseptycznego. Szwy wykonane techniką ultradźwiękową. Rozmiar XL.
- 1 szt. sterylne fartuch chirurgiczny pełnobarierowy z materiału SMMS lub SMMMS o gramaturze min. 40 g/m². Rękaw zakończony elastycznym mankietem. Tylne części fartucha zachodzą na siebie. Umieszczenie troków w specjalnym kartoniku umożliwia zawiązanie ich zgodnie z procedurami postępowania aseptycznego. Szwy wykonane techniką ultradźwiękową. Rozmiar L
- min. 8 szt. rękawiczki celulozowe min. 30 x 30 cm
- 1 szt. skalpel bezpieczny nr 11

WYMAGANIA DOTYCZĄCE ZESTAWÓW

- 1 szt. miska 500 ml - kolor
- 1 szt. miska 500 ml - biała

Deklarujemy zaoferowanie zestawów odpowiadających powyższym wymaganiom.

.....
(podpisy i pieczęcie osób upoważnionych
do reprezentowania wykonawcy)

WYMAGANIA DOTYCZĄCE ZESTAWÓW

PAKIET NR 2 ZESTAW UROLOGICZNY

1. Sterylny zestaw urologiczny TUR

Opis przedmiotu zamówienia:

- Materiał obłożenia bezwzględnie musi spełniać wymogi normy EN 13795 1-2-3.
- Każdy zestaw musi posiadać informacje o dacie ważności i nr serii w postaci naklejki do umieszczenia w dokumentacji pacjenta.
- Materiał obłożenia w obszarze krytycznym pola operacyjnego pacjenta musi składać się z min. 2 warstw: jedną z warstw musi stanowić nieprzepuszczalna folia PE, drugą wysokochłonna włóknina
- Elementy zestawu muszą posiadać oznakowania w formie piktogramów umożliwiające sprawne obłożenie pola operacyjnego zgodne z procedurami postępowania aseptycznego.
- Serweta na stół narzędziowy stanowi owinięcie zestawu i nie musi posiadać oznakowania w formie piktogramów.
- Opisy zestawu wymagane w języku polskim.
- Do transportu produktu wymagane podwójne opakowanie zestawów, w tym min. zewnętrzne opakowanie kartonowe.

Minimalny skład zestawu:

- 1 szt. serweta min. wym. rozmiar 75 x 175 cm z otworem o średnicy od 5 do 12 cm
- 2 szt. osłony na kończynę o min. wym. 75 x 120 cm
- 1 szt. serweta do nakrycia stołu instrumentariuszki o min. wym. 150 x 190 cm

Deklarujemy zaoferowanie zestawów odpowiadających powyższym wymaganiom.

.....
(podpisy i pieczęcie osób upoważnionych
do reprezentowania wykonawcy)

WYMAGANIA DOTYCZĄCE ZESTAWÓW

PAKIET NR 3 ZESTAW UROLOGICZNY DO ZABIEGÓW PCNL

1. Sterylny zestaw do zabiegów PCNL

Opis przedmiotu zamówienia:

- Materiał obłożenia bezwzględnie musi spełniać wymogi normy EN 13795 1-2-3.
- Każdy zestaw musi posiadać informacje o dacie ważności i nr serii w postaci naklejki do umieszczenia w dokumentacji pacjenta.
- Materiał obłożenia w obszarze krytycznym pola operacyjnego pacjenta musi składać się z min. 2 warstw: jedną z warstw musi stanowić nieprzepuszczalna folia PE, drugą wysokochłonna włóknina
- Elementy zestawu muszą posiadać oznakowania w formie piktogramów umożliwiające sprawne obłożenie pola operacyjnego zgodnie z procedurami postępowania aseptycznego.
- Serweta na stół narzędziowy stanowi owinięcie zestawu i nie musi posiadać oznakowania w formie piktogramów.
- Opisy zestawu wymagane w języku polskim.
- Do transportu produktu wymagane podwójne opakowanie zestawów, w tym min. zewnętrzne opakowanie kartonowe.

Minimalny skład zestawu:

- 1 szt. serweta do nakrycia stołu instrumentariuszki o min. wym. 150 x 200 cm
- 1 szt. serweta o min. wym. 170 x 300 cm z otworem samoprzylepnym o min.wym.15 x 20 cm i workiem do zbiórki płynów

Deklarujemy zaoferowanie zestawów odpowiadających powyższym wymaganiom.

.....
(podpisy i pieczęcie osób upoważnionych
do reprezentowania wykonawcy)

WYMAGANIA DOTYCZĄCE ZESTAWÓW

PAKIET NR 4 ZESTAW DO ZABIEGÓW OKULISTYCZNYCH

1. Sterylny zestaw do zabiegów okulistycznych

Opis przedmiotu zamówienia:

- Materiał obłożenia bezwzględnie musi spełniać wymogi normy EN 13795 1-2-3.
- Każdy zestaw musi posiadać informacje o dacie ważności i nr serii w postaci naklejki do umieszczenia w dokumentacji pacjenta. Materiał obłożenia w obszarze krytycznym pola operacyjnego pacjenta musi składać się z min. 2 warstw (folia polietylenowa i włóknina polipropylenowa)
- Serweta na stół narzędziowy stanowi owinięcie zestawu.
- Każdy zestaw operacyjny pakowany podwójnie: w torbę papierowo-foliową oraz dodatkowo w papier krepowany.
- Do transportu produktu wymagane podwójne opakowanie zestawów, w tym min. zewnętrzne opakowanie kartonowe.

Minimalny skład zestawu:

- 1 szt. serweta okulistyczna dwuwarstwowa (górna włóknina pochłaniająca płyny, dolna nieprzemakalna) wym. min. (100-150) x (100-150) cm z oknem wypełnionym przylepną folią chirurgiczną (wycięcie na oko) z workiem do gromadzenia płynów min. 20 x 30 cm;
- 1 szt. serweta na stół instrumentariuszki o wym. od 140-150 x 180-200 cm;
- 2 szt. pokrowiec na podłokietniki fotela operatora (komplet).
Dopuszcza się podłokietniki osobno pakowane.

Deklarujemy zaoferowanie zestawów odpowiadających powyższym wymaganiom.

.....
(podpisy i pieczęcie osób upoważnionych
do reprezentowania wykonawcy)

WYMAGANIA DOTYCZĄCE ZESTAWÓW

PAKIET NR 5 ZESTAWY DO PORODU I OPERACJI GINEKOLOGICZNYCH

5.1. Sterylny zestaw do operacji ginekologicznych

Opis przedmiotu zamówienia:

- Materiał obłożenia i fartuchów bezwzględnie musi spełniać wymogi normy EN 13795 1-2-3.
- Każdy zestaw musi posiadać informacje o dacie ważności i nr serii w postaci naklejki do umieszczenia w dokumentacji pacjenta.
- Materiał obłożenia w obszarze krytycznym pola operacyjnego pacjenta musi składać się z min. 3 warstw: jedną z warstw musi stanowić nieprzepuszczalna folia PE, drugą wysokochłonna włóknina, trzecia warstwa wykonana z wysokochłonnego materiału o właściwościach równomiernego rozpraszania płynów
- Elementy zestawu muszą posiadać oznakowania w formie piktogramów umożliwiające sprawne obłożenie pola operacyjnego zgodnie z procedurami postępowania aseptycznego.
- Serweta na stolik narzędziowy stanowi owinięcie zestawu i musi posiadać oznakowanie w formie piktogramów umożliwiające sprawne rozłożenie zestawu.
- Opisy zestawu wymagane w języku polskim.
- Do transportu produktu wymagane podwójne opakowanie zestawów, w tym min. zewnętrzne opakowanie kartonowe.

Minimalny skład zestawu:

- 1szt. serweta w ułożeniu ginekologicznym z wbudowanymi osłonami na kończyny ze wzmocnieniem o min. wym. 240 x 260 cm, z samoprzylepnym oknem o min. wym. 9 x 12 cm oraz z workiem do zbiórki płynów
- 1 szt. serweta na stolik narzędziowy ze wzmocnieniem o min. wym. 140 x190 cm
- 1szt. nieprzylepna serweta do podłożenia pod pośladki o min. wym. 75 x 90 cm
- 1 szt. serweta na stolik Mayo o min. wym. 78 x 140 cm
- 1 szt. taśma samoprzylepna o min. wym. 9 x 50 cm
- min. 4szt. ręczniki celulozowe o wym. min. 30 x 30 cm

5.2. Sterylny zestaw do porodu

Opis przedmiotu zamówienia:

- Materiał obłożenia bezwzględnie musi spełniać wymogi normy EN 13795 1-2-3.
- Każdy zestaw musi posiadać informacje o dacie ważności i nr serii w postaci naklejki do umieszczenia w dokumentacji pacjenta.
- Materiał obłożenia w obszarze krytycznym pola operacyjnego pacjenta musi składać się z min. 2 warstw: jedną z warstw musi stanowić nieprzepuszczalna folia PE, drugą wysokochłonna włóknina
- Elementy zestawu muszą posiadać oznakowania w formie piktogramów umożliwiające sprawne obłożenie pola operacyjnego zgodnie z procedurami postępowania aseptycznego.

WYMAGANIA DOTYCZĄCE ZESTAWÓW

- Serweta na stół narzędziowy stanowi owinięcie zestawu i nie musi posiadać oznakowania w formie piktogramów
- Opisy zestawu wymagane w języku polskim.
- Do transportu produktu wymagane podwójne opakowanie zestawów, w tym min. zewnętrzne opakowanie kartonowe.

Minimalny skład zestawu:

- 2 szt. serweta nieprzylepna min. wym. 70 x 45 cm
- 1 szt. serweta do okrycia noworodka o min. wym. 85 x 90 cm
- 1 szt. podkład chłonny z rozdrobnionej celulozy o min. wym. 50 x 90 cm
- 1 szt. serweta na stół narzędziowy o min. wym. 90 x 150 cm
- 1 szt. sterylne fartuch chirurgiczny z materiału SMMS lub SMMMS o gram min. 35 g/m², rozmiar L, szwy ultradźwiękowe,
- min. 20 szt. kompresów z włókniny 10 x 10 cm, 4 warstwy, 30g/m²
- min. 4 szt. ręczniki celulozowe o wym. min. 30 x 30 cm

Deklarujemy zaoferowanie zestawów odpowiadających powyższym wymaganiom.

.....
(podpisy i pieczęcie osób upoważnionych
do reprezentowania wykonawcy)

WYMAGANIA DOTYCZĄCE ZESTAWÓW

PAKIET NR 6 ZESTAW DO ZABIEGÓW CHIRURGII BIODRA

1. Sterylny zestaw do zabiegów chirurgii biodra

Opis przedmiotu zamówienia

- Materiał obłożenia i fartuchów bezwzględnie musi spełniać wymogi normy EN 13795 1-2-3.
- Każdy zestaw musi posiadać informacje o dacie ważności i nr serii w postaci naklejki do umieszczenia w dokumentacji pacjenta.
- Materiał obłożenia w obszarze krytycznym pola operacyjnego pacjenta musi składać się z min. 3 warstw: jedną z warstw musi stanowić nieprzepuszczalna folia PE, drugą wysokochłonna włóknina, trzecia warstwa wykonana z wysokochłonnego materiału o właściwościach równomiernego rozprowadzania płynów
- Elementy zestawu muszą posiadać oznakowania w formie piktogramów umożliwiające sprawne obłożenie pola operacyjnego zgodne z procedurami postępowania aseptycznego.
- Serweta na stół narzędziowy stanowi owinięcie zestawu i musi posiadać oznakowanie w formie piktogramów umożliwiające sprawne rozłożenie zestawu.
- Opisy zestawu wymagane w języku polskim.
- Do transportu produktu wymagane podwójne opakowanie zestawów, w tym min. zewnętrzne opakowanie kartonowe.

Minimalny skład zestawu:

- 1 szt. serweta na stół narzędziowy, o min. wym. 140 x 190 cm
- 1 szt. serweta do nakrycia stołka Mayo o min. wym. 78 x 140 cm
- 1 szt. samoprzylepna serweta operacyjna o min. wym. 170 x 300 cm
- 1 szt. serweta samoprzylepna ze wzmocnieniem, o min. wym. 280 x 220 cm z wycięciem typu "U" o min. wym. 10 x 90 cm
- 1 szt. serweta nieprzylepna o min. wym. 70 x 90 cm
- 1 szt. osłona na kończynę w kształcie worka o min. wym. 30 x 100 cm
- 2 szt. taśmy samoprzylepne o min. wym. 9 x 50 cm
- min. 4 ręczniki celulozowe o min. wym. 30 x 30 cm
- 1 szt. serweta nieprzylepna o min. wym. 150 x 200 cm

Deklarujemy zaoferowanie zestawów odpowiadających powyższym wymaganiom.

.....
(podpisy i pieczęcie osób upoważnionych
do reprezentowania wykonawcy)