

LAS-1220/1-PN/63-2016

Rybnik, dnia 20.01.2017 r.

Do Wykonawców uczestniczących
w postępowaniu o udzielenie zamówienia

WYJAŚNIENIE – MODYFIKACJA 1

W PRZETARGU NIEOGRANICZONYM NA:

**dostawy wyrobów medycznych z włóknin oraz dostawy materiałów opatrunkowych
(zamówienie nr LAS-1220-PN/63-2016)**

ogłoszonym w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej
z dnia 24.12.2016 r., nr 2016/S 249-457383

W związku z wniesionymi zapytaniem, zamawiający udziela poniższych odpowiedzi.
Ponadto zamawiający wprowadza niżej podane modyfikacje.

Pytanie 1: „- dotyczy pakietu nr 2

Zwracamy się z prośbą o potwierdzenie, że opisując otwór w serwecie >>od 5 do 12 cm<<”
Zamawiający akceptuje tym samym otwór 9x15cm?”


Odpowiedź 1: Zamawiający dopuszcza zarówno zaoferowanie asortymentu pierwotnie określonego w specyfikacji istotnych warunków zamówienia, jak i akceptuje (dopuszcza) asortyment opisany w powyższym pytaniu – przy zachowaniu pozostałych wymagań określonych przez zamawiającego.

W przypadku zaoferowania asortymentu dopuszczonego niniejszym wyjaśnieniem - modyfikacją należy w załączniku 1.1.A nanieść stosownie skorygowane zapisy tak, by nie było wątpliwości, co zaoferowano w danej pozycji.

Pytanie 2: „- dotyczy pakietu nr 6

Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie zestawu do biodra w składzie:

- 1 serweta stołu Mayo, wzmocniona 78 x 145 cm (wzmocnienie serwety 65x85cm)
- 4 ręczniki do rąk – 100% celuloza
- 3 taśmy mocujące 9 x 50 cm
- 1 serweta na stół do instrumentarium 150 x 190 cm (wzmocnienie serwety 75x190cm)
- 1 przylepna serweta średnia 180 x 180 cm (3-warstwowa w części dedykowanej dla pacjenta 75x180cm) z warstwą chłonną 25 x 60 cm i organizatorami przewodów
- 1 elastyczna osłona na nogę 30 x 120 cm wykonana z kratonu
- 1 elastyczny bandaż 12cmx6m
- 2 przylepne serwety 75 x 90 cm (3-warstwowe na całej powierzchni) z warstwą chłonną 25 x 60 cm



Telefony:

Centrala: 032 42-91-000 Główny Księgowy: 032 42-91-299 Dział Zamówień Publicznych: 032 42-91-287

Sekretariat: 032 42-91-251 Dział Organizacyjny: 032 42-92-613 Dział Zaopatrzenia: 032 42-91-214

Fax: 032 42-28-272

Bank Pekao S.A. 58 1240 4272 1111 0000 4833 4765

- 1 serwetę 230x260cm z wycięciem „U” 20 x 100 cm (3-warstwowa w części dedykowanej dla pacjenta) z warstwą chłonną 75 x 140 cm i organizatorami przewodów
 - 1 serwetę przylepna duża 150x240cm (3-warstwowa w części dedykowanej dla pacjenta 75x240cm) z warstwą chłonną 25 x 60 cm i organizatorami przewodów
- Warunki techniczne spełnione.”

Odpowiedź 2: Zamawiający nie dopuszcza zaoferowania zestawu w składzie opisanym w powyższym pytaniu.

Pytanie 3: „(pakiet nr 4) Czy Zamawiający dopuści serwetę z workiem do gromadzenia płynów 22x29 cm; pozostałe parametry zgodnie z wymaganiem?”

Odpowiedź 3: Zamawiający dopuszcza zaoferowanie asortymentu pierwotnie określonego w specyfikacji istotnych warunków zamówienia, jak również asortymentu opisanego w powyższym pytaniu – przy zachowaniu pozostałych wymagań określonych przez zamawiającego.

W przypadku zaoferowania asortymentu dopuszczonego niniejszym wyjaśnieniem - modyfikacją należy w załączniku 1.1.A nanieść stosownie skorygowane zapisy tak, by nie było wątpliwości, co zaoferowano w danej pozycji.

Pytanie 4: „Pakiet nr 8, poz. 1:

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie w w/w pozycji kompletu pościeli jednorazowej wykonanej z włókniny polipropylenowej o gramaturze min. 25 g/m² w składzie poszewka 70 x 80 cm, poszwa 200 x 140 cm, prześcieradło 240 x 140 cm. Powłoczka poszwy z zakładką min. 20 cm, powłoczka poszewki z zakładką min. 16 cm zabezpieczające przed wysunięciem kołdry/ poduszki. Łączenie – szew overlock. Produkt pakowany po 20 sztuk w zbiorcze opakowanie kartonowe. Dopuszczenie takiego rozwiązania pozwoli nam na złożenie korzystnej cenowo oferty.”

Odpowiedź 4: Zamawiający nie dopuszcza zaoferowania asortymentu opisanego w powyższym pytaniu.

Pytanie 5: „Pakiet nr 2 poz. 1

Czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania zestawu w następującym składzie:

1 serwetę na stolik instrumentariuszki 120 cm x 140 cm

2 osłony na kończyny dolne wykonane z folii 75 cm x 120 cm

1 serwetę do cystoskopii 90 cm x 175 cm z samoprzylepnym otworem w okolicy krocza 9 cm x 15 cm umieszczonym centralnie

Materiał obłożenia spełnia wymogi normy EN 13795. Składa się na całej powierzchni z 2 warstw – nieprzepuszczalnej folii oraz wysokochłonnej włókniny. Pozostałe parametry zgodne z SIWZ.”

Odpowiedź 5: Zamawiający nie dopuszcza zaoferowania zestawu w składzie opisanym w powyższym pytaniu.

Pytanie 6: „Pakiet nr 2 poz. 1

Czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania zestawu w następującym składzie:

1 serwetę na stolik instrumentariuszki 120 cm x 140 cm

2 długie osłony na kończyny dolne 75 x 120 cm

1 serwetę do ginekologii/cystoskopii 90 cm x 175 cm z otworem na krocze 9 cm x 15 cm otoczonym taśmą lepną, umieszczonym centralnie

Obłożenie wykonane z laminatu dwuwarstwowego: włóknina polipropylenowa i folia polietylenowa. Materiał obłożenia spełnia wymagania wysokie normy PN EN 13795.

Odpowiedź 6: Zamawiający nie dopuszcza zaoferowania zestawu w składzie opisanym w powyższym pytaniu.

Pytanie 7: „Czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania sterylnego zestawu do operacji biodra posiadającego serwetę górną o wym. 225 x 270 cm z wycięciem U 45 x 65 cm, serwetę nieprzylepną o wym. 150 x 180 cm oraz serwetę samoprzylepną o wym. 75 x 90 cm? Pozostałe parametry zgodne z SIWZ.

Pozytywne odpowiedzi na nasze pytania pozwolą na złożenie ofert przez większą liczbę wykonawców, podniosą konkurencyjność postępowania i umożliwią zaoszczędzenie środków przeznaczonych na realizację zamówienia.”

Odpowiedź 7: Zamawiający dopuszcza zaoferowanie zestawu pierwotnie określonego w specyfikacji istotnych warunków zamówienia, jak również zestawu posiadającego asortyment opisany w powyższym pytaniu – przy zachowaniu pozostałych wymagań określonych przez zamawiającego.

W przypadku zaoferowania asortymentu dopuszczonego niniejszym wyjaśnieniem - modyfikacją należy w załączniku 1.1.A nanieść stosownie skorygowane zapisy tak, by nie było wątpliwości, co zaoferowano w danej pozycji.

Pytanie 8: „Dotyczy pakietu nr 2

Czy Zamawiający dopuści zestaw urologiczny TUR o następujących parametrach:

- *Sterylny, jednorazowego użytku*
- *Materiał trzywarstwowy, chłonny na całej powierzchni*
- *Naniesione oznaczenia kierunku rozkładania*
- *Opakowanie zewnętrzne typu folia-papier*
- *Trzy naklejki z kodem kreskowym, nr serii i datą ważności.*
- *Zgodność z normą PN-EN 13795*

Skład

- *1 serweta na stolik instrumentariuszki 150 x 190cm*
- *4 ręczniki do rąk*
- *1 serweta główna 200 x 240 z otworem , zintegrowanymi osłonami na kończyny , zbiornikiem wyposażonym w sito oraz zawór do odprowadzania płynów, osłona na palec do badania per rectum*
- *2 zintegrowane z serwetą organizatory przewodów w formie rzepów”*

Odpowiedź 8: Zamawiający dopuszcza zaoferowanie zestawu pierwotnie określonego w specyfikacji istotnych warunków zamówienia, jak również zestawu opisanego w powyższym pytaniu – przy zachowaniu pozostałych wymagań określonych przez zamawiającego.

W przypadku zaoferowania asortymentu dopuszczonego niniejszym wyjaśnieniem - modyfikacją należy w załączniku 1.1.A nanieść stosownie skorygowane zapisy tak, by nie było wątpliwości, co zaoferowano w danej pozycji.

Pytanie 9: „Dotyczy pakietu nr 6

Czy Zamawiający dopuści zestaw do zabiegów chirurgii biodra o następujących parametrach:

- *Sterylny, jednorazowego użytku*
- *Materiał trzywarstwowy, chłonny na całej powierzchni*
- *Naniesione oznaczenia kierunku rozkładania*
- *Opakowanie zewnętrzne typu folia-papier*
- *Trzy naklejki z kodem kreskowym, nr serii i datą ważności.*
- *Zgodność z normą PN-EN 13795*

Skład

- *1 serweta z wycięciem U-kształtnym 200 x 300 cm*
- *1 serweta na stolik instrumentariuszki 150 x 190cm*
- *1 serweta 75 x 90 cm*
- *1 serweta 150 x 200 cm*
- *1 serweta samoprzylepna 150 x 240 cm z organizatorem przewodów w formie rzepu*
- *1 serweta na stolik Mayo 80 x 145 cm*
- *2 ręczniki do rąk 40 x 40 cm*
- *1 osłona na kończynę 35 x 120 cm*
- *2 OP Taśma 10 x 50 cm”*

Odpowiedź 9: Zamawiający nie dopuszcza zaoferowania zestawu opisanego w powyższym pytaniu.

Pytania nr 10-11 dotyczą pakietu nr 1

Pytanie 10: „*Poz. nr 1.1-* czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania zestawu do zabiegów zakładania stymulatorów serca posiadającego w swoim składzie serwetę główną z otworem w rozmiarze 15 x 15 cm oraz osłonę na sprzęt medyczny w rozmiarze 98 x 150 cm (w miejsce 100 x 140 cm)? Pozostałe parametry bez zmian”

Odpowiedź 10: Zamawiający dopuszcza zaoferowanie zestawu pierwotnie określonego w specyfikacji istotnych warunków zamówienia, jak również zestawu posiadającego asortyment opisany w powyższym pytaniu – przy zachowaniu pozostałych wymagań określonych przez zamawiającego.

W przypadku zaoferowania asortymentu dopuszczonego niniejszym wyjaśnieniem - modyfikacją należy w załączniku 1.1.A nanieść stosownie skorygowane zapisy tak, by nie było wątpliwości, co zaoferowano w danej pozycji.

Pytanie 11: „*Poz. nr 1.2-* czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania zestawu do angiografii udowo- promieniowej posiadającego w swoim składzie osłonę na sprzęt medyczny w rozmiarze 98 x 150 cm (w miejsce 100 x 140 cm)? Pozostałe parametry bez zmian”

Odpowiedź 11: Zamawiający dopuszcza zaoferowanie zestawu pierwotnie określonego w specyfikacji istotnych warunków zamówienia, jak również zestawu posiadającego asortyment opisany w powyższym pytaniu – przy zachowaniu pozostałych wymagań określonych przez zamawiającego.

W przypadku zaoferowania asortymentu dopuszczonego niniejszym wyjaśnieniem - modyfikacją należy w załączniku 1.1.A nanieść stosownie skorygowane zapisy tak, by nie było wątpliwości, co zaoferowano w danej pozycji.

Pytanie 12: „**PAKIET NR 2**

Poz. nr 1 czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania zestawu urologicznego TUR posiadającego w swoim składzie serwetę na stolik instrumentariuszki w rozmiarze 150 x 100 cm lub 140 x 190 cm? Pozostałe parametry i skład bez zmian”

Odpowiedź 12: Zamawiający dopuszcza zaoferowanie zestawu pierwotnie określonego w specyfikacji istotnych warunków zamówienia, jak również zestawu posiadający w swoim składzie serwetę na stolik instrumentariuszki w rozmiarze 140 x 190 cm – przy zachowaniu pozostałych wymagań określonych przez zamawiającego.

W przypadku zaoferowania asortymentu dopuszczonego niniejszym wyjaśnieniem - modyfikacją należy w załączniku 1.1.A nanieść stosownie skorygowane zapisy tak, by nie było wątpliwości, co zaoferowano w danej pozycji.

Pytania 13-14 dotyczą pakietu nr 4

Pytanie 13: „*Poz. nr 1-* czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania zestawu do zabiegów okulistycznych spełniających wymagania SIWZ, jednakże posiadającego w swoim składzie serwetę na stolik instrumentariuszki w rozmiarze 140 x 160 cm?”

Odpowiedź 13: Zamawiający dopuszcza zaoferowanie zestawu pierwotnie określonego w specyfikacji istotnych warunków zamówienia, jak również zestawu posiadającego asortyment opisany w powyższym pytaniu – przy zachowaniu pozostałych wymagań określonych przez zamawiającego.

W przypadku zaoferowania asortymentu dopuszczonego niniejszym wyjaśnieniem - modyfikacją należy w załączniku 1.1.A nanieść stosownie skorygowane zapisy tak, by nie było wątpliwości, co zaoferowano w danej pozycji.

Pytanie 14: „*Poz. nr 1-* czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania zestawu do zabiegów okulistycznych spełniających wymagania SIWZ, jednakże owiniętego w serwetę na stolik instrumentariuszki?”

Odpowiedź 14: Zgodnie z wymaganiami dotyczącymi zestawów serweta na stolik narzędziowy stanowi owinięcie zestawu.

Pytanie 15: „PAKIET NR 6

Poz. nr 1- czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania zestawu do zabiegów w chirurgii biodra posiadającego w swoim składzie serwetę nieprzylepną w rozmiarze 140 x 190 cm (w miejsce 150 x 200 cm)”

Odpowiedź 15: Zamawiający dopuszcza zaoferowanie zestawu pierwotnie określonego w specyfikacji istotnych warunków zamówienia, jak również zestawu posiadającego asortyment opisany w powyższym pytaniu – przy zachowaniu pozostałych wymagań określonych przez zamawiającego.

W przypadku zaoferowania asortymentu dopuszczonego niniejszym wyjaśnieniem - modyfikacją należy w załączniku 1.1.A nanieść stosownie skorygowane zapisy tak, by nie było wątpliwości, co zaoferowano w danej pozycji.

Pytanie 16: „PAKIET NR 10

Poz. nr 1- czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania kompresów gazowych ocznych, sterylnych, pakowanych pojedynczo, w rozmiarze 56 x 70 cm, wykonanych z wysokogatunkowej waty opatrunkowej z otuliną gazową z czystej bawełny, niestrzępiących się, o dobrych i długo utrzymujących się właściwościach wyścielających?”

Odpowiedź 16: Zamawiający nie dopuszcza zaoferowania asortymentu opisanego w powyższym pytaniu.


Pytanie 17: „Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie w pakiecie nr 3 w pozycji nr 1 sterylny zestaw do zabiegów PCNL posiadający w swoim składzie serwetę na stół instrumentariuszki o min. wymiarze 140x190cm, reszta parametrów zgodna z wymaganiami Zamawiającego.”

Odpowiedź 17: Zamawiający dopuszcza zaoferowanie zestawu pierwotnie określonego w specyfikacji istotnych warunków zamówienia, jak również zestawu posiadającego asortyment opisany w powyższym pytaniu – przy zachowaniu pozostałych wymagań określonych przez zamawiającego.

W przypadku zaoferowania asortymentu dopuszczonego niniejszym wyjaśnieniem - modyfikacją należy w załączniku 1.1.A nanieść stosownie skorygowane zapisy tak, by nie było wątpliwości, co zaoferowano w danej pozycji.

Pytanie 18: „Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie w pakiecie nr 6 w pozycji nr 1 sterylny zestaw do zabiegów chirurgii biodra w następującym składzie:

- 1 czerwona osłona na stół Mayo o min. wym. 80x145cm
 - 1 serweta główna wzmocniona o minimalnych wymiarach 200x260cm z samoprzylepnym wycięciem w kształcie "U"
 - 1 serweta samoprzylepna o wymiarach min. 170x300cm
 - 1 serweta o min. wym. 150x150cm
 - 1 serweta o min. wym. 75x90cm
 - 1 osłona na kończynę o min. wym. 35x120cm
 - 2 taśmy samoprzylepne wykonane z włókniny typu Spunlace 9x50cm
 - 4 ręczniki 30x40cm
 - 1 dwukomorowa kieszeń na narzędzia chirurgiczne 30 x 40 cm
- Całość zawinięta w serwetę na stół instrumentariuszki o min. wym. 140x190cm



Odpowiedź 18: Zamawiający nie dopuszcza zaoferowania zestawu opisanego w powyższym pytaniu.

Pytanie 19: „Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie w pakiecie nr 9 w pozycjach od nr 1 do nr 3 opaski gipsowe o czasie wiązania 4-5 minuty nawinięte na plastikowy krzyżak, w opakowaniach a'1 sztuki z przeliczeniem zamawianej ilości opakowań”

Odpowiedź 19: Zamawiający nie dopuszcza takiego rozwiązania – nie zmienia zapisów specyfikacji istotnych warunków zamówienia w zakresie ujętym w pytaniu.

Pytanie 20: „**Pakiet 2 poz. 1**

Czy Zamawiający dopuści zestaw o składzie i parametrach:

1 x serweta 190 cm x 230 cm zintegrowana z osłonami na kończyny, z otworem brzuszny o średnicy 6 cm oraz kroczywym 6 cm, zintegrowana z osłoną palca do badania per rectum, torebką do zbiórki płynów wyposażonym w sztywnik, filtr, końcówkę odpływową. Serweta wykonana z hydrofobowej włókniny trójwarstwowej typu SMS o gramaturze 50 g/m2 oraz folii PE
4 x ręcznik chłonny o wymiarach 30 cm x 30 cm z włókniny typu spunlace o gramaturze 45 g/m2
1 x taśma samoprzylepna o wymiarach 10 cm x 50 cm wykonana z włókniny typu spunlace o gramaturze 68 g/m2
1 x serweta wzmocniona na stół instrumentalny stanowiąca owinięcie zestawu o wymiarach 150 cm x 190 cm, wykonana z warstwy nieprzemakalnej o gramaturze 35 g/m2 oraz włókninowej warstwy chłonnej o gramaturze 28 g/m2. Łączna gramatura w strefie chłonnej - 63 g/m2.

Opakowanie folia-papier wyposażone w informację o kierunku otwierania oraz 4 etykiety samoprzylepne typu TAG służące do archiwizacji danych. Na każdej etykiecie samoprzylepnej, znajdują się następujące informacje : numer ref., data ważności, nr serii, dane wytwórcy oraz kod kreskowy. Spełnia wymogi aktualnej normy PN-EN 13795.”

Odpowiedź 20: Zamawiający dopuszcza zaoferowanie asortymentu pierwotnie określonego w specyfikacji istotnych warunków zamówienia jak również asortymentu opisanego w powyższym pytaniu w zakresie składu zestawu – przy zachowaniu pozostałych wymagań określonych przez zamawiającego.

W przypadku zaoferowania asortymentu dopuszczonego niniejszym wyjaśnieniem - modyfikacją należy w załączniku 1.1.A nanieść stosownie skorygowane zapisy tak, by nie było wątpliwości, co zaoferowano w danej pozycji.

Pytanie 21: „**Pakiet 4 poz. 1**

Czy Zamawiający dopuści zestaw o składzie i parametrach:

1 x serweta okulistyczna wzmocniona o wymiarach 100 cm x 100 cm z otworem o wymiarach 10 cm x 10 cm wypełnionym folią operacyjną, zintegrowana z torbą do zbiórki płynów, wyposażona w 2 sztywniki. Serweta wykonana z hydrofobowej włókniny trójwarstwowej typu SMS o gramaturze 50 g/m2, wyposażona we wzmocnienie wysokochłonne o gramaturze 80 g/m2
1 x serweta wzmocniona na stół instrumentalny stanowiąca owinięcie zestawu o wymiarach 100 cm x 150 cm, wykonana z warstwy nieprzemakalnej o gramaturze 35 g/m2 oraz włókninowej warstwy chłonnej o gramaturze 28 g/m2. Łączna gramatura w strefie chłonnej - 63 g/m2.

2 x osłona na podłokietnik o wymiarach 35 cm x 75 cm wykonana z chłonnego i nieprzemakalnego laminatu dwuwarstwowego o gramaturze 56 g/m2 – osobno pakowane

Opakowanie folia-papier wyposażone w informację o kierunku otwierania oraz 4 etykiety samoprzylepne typu TAG służące do archiwizacji danych. Na każdej etykiecie samoprzylepnej, znajdują się następujące informacje : numer ref., data ważności, nr serii, dane wytwórcy oraz kod kreskowy. Spełnia wymogi aktualnej normy PN-EN 13795.

Odpowiedź 21: Zamawiający dopuszcza zaoferowanie asortymentu pierwotnie określonego w specyfikacji istotnych warunków zamówienia jak również asortymentu opisanego

w powyższym pytaniu w zakresie składu zestawu – przy zachowaniu pozostałych wymagań określonych przez zamawiającego.

W przypadku zaoferowania asortymentu dopuszczonego niniejszym wyjaśnieniem - modyfikacją należy w załączniku 1.1.A nanieść stosownie skorygowane zapisy tak, by nie było wątpliwości, co zaoferowano w danej pozycji.

Pytanie 22: „Pakiet 5 poz. 1

Czy Zamawiający dopuści zestaw o składzie i parametrach:

<i>1 x serweta 160/240 cm x 180 cm zintegrowana z osłonami na kończy, z otworem samoprzylepnym w okolicy krocza o wymiarach 10 cm x 15 cm, wykonana z hydrofobowej włókniny trójwarstwowej typu SMS o gramaturze 50 g/m², w strefie krytycznej wyposażona we wzmocnienie wysokochłonne o gramaturze 80 g/m², zintegrowana z torbą na płyny o wymiarach 50 x 50 wyposażoną w sztywnik, filtr oraz podłączenie drenażu</i>
<i>1 x serweta bez przylepca o wymiarach 75cm x 90cm wykonana z chłonnego i nieprzemakalnego laminatu dwuwarstwowego o gramaturze 56 g/m²</i>
<i>4 x ręcznik chłonny o wymiarach 30 cm x 30 cm wykonany z włókniny typu spunlace o gramaturze 45 g/m²</i>
<i>1 x taśma samoprzylepna o wymiarach 10 cm x 50 cm z włókniny typu spunlace o gramaturze 68 g/m²</i>
<i>1 x wzmocniona osłona (serweta) na stolik Mayo o wymiarach 80 cm x 140 cm wykonana z folii PE o gramaturze 50 g/m² oraz włókniny chłonnej w obszarze wzmocnionym o wymiarach 60 cm x 140 cm, łączna gramatura w strefie wzmocnionej 80 g/m². Osłona w postaci worka w kolorze czerwonym, składana teleskopowo z zaznaczonym kierunkiem rozwijania.</i>
<i>1 x serweta wzmocniona na stół instrumentalny stanowiąca owinięcie zestawu o wymiarach 150 cm x 190 cm, wykonana z warstwy nieprzemakalnej o gramaturze 35 g/m² oraz włókninowej warstwy chłonnej o gramaturze 28 g/m². Łączna gramatura w strefie chłonnej - 63 g/m².</i>

Wszystkie składowe zestawu zawinięte w dodatkową serwetę 2-warstwową, celulozowo-foliową o gramaturze 54g/m² i chłonności 180%, stanowiącą pierwsze, zewnętrzne owinięcie zestawu.

Opakowanie TYVEC wyposażone w informację o kierunku otwierania oraz 4 etykiety samoprzylepne typu TAG służące do archiwizacji danych. Na każdej etykiecie samoprzylepnej, znajdują się następujące informacje : numer ref., data ważności, nr serii, dane wytwórcy oraz kod kreskowy. Spełnia wymogi aktualnej normy PN-EN 13795.”

Odpowiedź 22: Zamawiający dopuszcza zaoferowanie asortymentu pierwotnie określonego w specyfikacji istotnych warunków zamówienia jak również asortymentu opisanego w powyższym pytaniu w zakresie składu zestawu – przy zachowaniu pozostałych wymagań określonych przez zamawiającego.

W przypadku zaoferowania asortymentu dopuszczonego niniejszym wyjaśnieniem - modyfikacją należy w załączniku 1.1.A nanieść stosownie skorygowane zapisy tak, by nie było wątpliwości, co zaoferowano w danej pozycji.

Pytanie 23: „Pakiet 5 poz. 2

Czy Zamawiający dopuści zestaw o składzie i parametrach:

<i>2 x serweta bez przylepca o wymiarach 90 cm x 120 cm wykonana z chłonnego i nieprzemakalnego laminatu dwuwarstwowego o gramaturze 56 g/m²</i>
<i>6 x ręcznik chłonny o wymiarach 30 cm x 30 cm z włókniny typu spunlace o gramaturze 45 g/m²</i>
<i>1 x serweta chłonna dla noworodka o wymiarach 75 cm x 80 cm wykonana z włókniny typu spunlace o gramaturze 80 g/m²</i>
<i>2 x podkład wysokochłonny wypełniony pulpą celulozową o wymiarach 60 cm x 90 cm</i>

Opakowanie folia-papier wyposażone w informację o kierunku o twierdzenia oraz 4 etykiety samoprzylepne typu TAG służące do archiwizacji danych. Na każdej etykiecie samoprzylepnej, znajdują się następujące informacje : numer ref., data ważności, nr serii, dane wytwórcy oraz kod kreskowy. Spełnia wymogi aktualnej normy PN-EN 13795."

Odpowiedź 23: Zamawiający nie dopuszcza zaoferowania zestawu opisanego w powyższym pytaniu.

Pytanie 24: „Pakiet 5 poz. 2

Czy Zamawiający dopuści zestaw o składzie i parametrach:

2 x serweta bez przylepca o wymiarach 90 cm x 120 cm wykonana z chłonnego i nieprzemakalnego laminatu dwuwarstwowego o gramaturze 56 g/m2
6 x ręcznik chłonny o wymiarach 30 cm x 30 cm z włókniny typu spunlace o gramaturze 45 g/m2
1 x serweta chłonna dla noworodka o wymiarach 75 cm x 80 cm wykonana z włókniny typu spunlace o gramaturze 80 g/m2
1 x podkład wysokochłonny wypełniony pulpą celulozową o wymiarach 60 cm x 90 cm
1 x fartuch foliowy przedni o wymiarach 80 cm x 130 cm
2 x zaciskacz do pępowiny

Opakowanie folia-papier wyposażone w informację o kierunku o twierdzenia oraz 4 etykiety samoprzylepne typu TAG służące do archiwizacji danych. Na każdej etykiecie samoprzylepnej, znajdują się następujące informacje : numer ref., data ważności, nr serii, dane wytwórcy oraz kod kreskowy. Spełnia wymogi aktualnej normy PN-EN 13795."

Odpowiedź 24: Zamawiający nie dopuszcza zaoferowania zestawu opisanego w powyższym pytaniu.

Pytanie 25: „Pakiet 6 poz. 1

Czy Zamawiający dopuści zestaw o składzie i parametrach:

1 x serweta samoprzylepna wzmocniona o wymiarach 230 cm x 260 cm z wycięciem "U" o wymiarach 20 cm x 100 cm, , wykonana z chłonnego i nieprzemakalnego laminatu dwuwarstwowego o gramaturze 57 g/m2, w strefie krytycznej wyposażona we wzmocnienie wysokochłonne o gramaturze 80 g/m2. Zintegrowana z organizatorami przewodów.
1 x serweta samoprzylepna wzmocniona o wymiarach 150 cm x 240 cm , wykonana z chłonnego i nieprzemakalnego laminatu dwuwarstwowego o gramaturze 57 g/m2, w strefie krytycznej wyposażona we wzmocnienie wysokochłonne o gramaturze 80 g/m2. Zintegrowana z organizatorami przewodów.
1 x serweta samoprzylepna wzmocniona o wymiarach 180 cm x 180 cm , wykonana z chłonnego i nieprzemakalnego laminatu dwuwarstwowego o gramaturze 57 g/m2, w strefie krytycznej wyposażona we wzmocnienie wysokochłonne o gramaturze 80 g/m2. Zintegrowana z orgazatorami przewodów.
2 x serweta samoprzylepna wzmocniona o wymiarach 75 cm x 90 cm , wykonana z chłonnego i nieprzemakalnego laminatu dwuwarstwowego o gramaturze 57 g/m2, w strefie krytycznej wyposażona we wzmocnienie wysokochłonne o gramaturze 80 g/m2. Zintegrowana z organizatorami przewodów.
4 x ręcznik chłonny o wymiarach 30,5 x 34 cm
3 x taśma samoprzylepna o wymiarach 10 cm x 50 cm
1 x elastyczna osłona na kończyne o wymiarach 30 cm x 120 cm
1 x bandaż elastyczny o wymiarach 10 cm x 450 cm
1 x wzmocniona osłona na stół Mayo o wymiarach 80 cm x 145 cm wykonana z folii PE oraz włókniny chłonnej w obszarze wzmocnionym. Osłona kładana teleskopowo z zaznaczonym kierunkiem rozwijania.

1 x serweta wzmocniona na stół instrumentalny stanowiąca owinięcie zestawu o wymiarach 150 cm x 190 cm, wykonana z warstwy nieprzemakalnej oraz włókninowej warstwy chłonnej .

Opakowanie typu folia-papier wyposażone w informację o kierunku o twierdzenia oraz 4 etykiety samoprzylepne typu TAG służące do archiwizacji danych. Na każdej etykiecie samoprzylepnej, znajdują się następujące informacje : numer ref., data ważności, nr serii, dane wytwórcy oraz kod kreskowy. Zestaw spełnia wymogi aktualnej normy PN-EN 13795.”

Odpowiedź 25: Zamawiający nie dopuszcza zaoferowania zestawu opisanego w powyższym pytaniu.

Pytanie 26: „**Pakiet 6 poz. 1**

Czy Zamawiający dopuści zestaw o składzie i parametrach:

1 x serweta samoprzylepna 200 cm x 260 cm , z wycięciem "U" o wymiarach 8,5 cm x 85 cm, wykonana z wykonana z hydrofobowej włókniny trójwarstwowej typu SMS o gramaturze 50 g/m2, w strefie krytycznej wyposażona we wzmocnienie wysokochłonne o gramaturze 80 g/m2, zintegrowana z organizatorami przewodów

1 x serweta samoprzylepna o wymiarach 170cm x 300cm wykonana z hydrofobowej włókniny trójwarstwowej typu SMS o gramaturze 50 g/m2, w strefie krytycznej wyposażona we wzmocnienie wysokochłonne o gramaturze 80 g/m2, zintegrowana z organizatorami przewodów

1 x serweta samoprzylepna o wymiarach 160 cm x 180 cm wykonana z chłonnego i nieprzemakalnego laminatu dwuwarstwowego o gramaturze 56 g/m2

4 x ręcznik chłonny o wymiarach 30 cm x 30 cm z włókniny typu spunlace o gramaturze 45 g/m2

2 x taśma samoprzylepna o wymiarach 10 cm x 50 cm z włókniny typu spunlace o gramaturze 68 g/m2

1 x serweta elastyczna osłona na kończybę o wymiarach 35 cm x 120 cm

1 x wzmocniona osłona (serweta) na stół Mayo o wymiarach 80 cm x 140 cm wykonana z folii PE o gramaturze 50 g/m2 oraz włókniny chłonnej w obszarze wzmocnionym o wymiarach 60 cm x 140 cm, łączna gramatura w strefie wzmocnionej 80 g/m2. Osłona w postaci worka w kolorze czerwonym, składana teleskopowo z zaznaczonym kierunkiem rozwijania.

1 x serweta wzmocniona na stół instrumentalny stanowiąca owinięcie zestawu o wymiarach 150 cm x 190 cm, wykonana z warstwy nieprzemakalnej o gramaturze 35 g/m2 oraz włókninowej warstwy chłonnej o gramaturze 28 g/m2. Łączna gramatura w strefie chłonnej - 63 g/m2.

Wszystkie składowe zestawu zawinięte w dodatkową serwetę 2-warstwową, celulozowo - foliową o gramaturze 54g/m2 i chłonności 180%, stanowiącą pierwsze, zewnętrzne owinięcie zestawu.

Opakowanie TYVEC wyposażone w informację o kierunku o twierdzenia oraz 4 etykiety samoprzylepne typu TAG służące do archiwizacji danych. Na każdej etykiecie samoprzylepnej, znajdują się następujące informacje : numer ref., data ważności, nr serii, dane wytwórcy oraz kod kreskowy. Spełnia wymogi aktualnej normy PN-EN 13795.”

Odpowiedź 26: Zamawiający dopuszcza zaoferowanie asortymentu pierwotnie określonego w specyfikacji istotnych warunków zamówienia jak również asortymentu opisanego w powyższym pytaniu w zakresie składu zestawu – przy zachowaniu pozostałych wymagań określonych przez zamawiającego.

W przypadku zaoferowania asortymentu dopuszczonego niniejszym wyjaśnieniem - modyfikacją należy w załączniku 1.1.A nanieść stosownie skorygowane zapisy tak, by nie było wątpliwości, co zaoferowano w danej pozycji.

Pytanie 27: „Pakiet 8 poz. 1

Czy Zamawiający dopuści komplet pościeli wykonany z włókniny polipropylenowej o gramaturze 40g/m2 z powłóczkami z zakładkami około 10cm, z poszewką na kołdrę 210x160, pozostałe rozmiary zgodne z SIWZ”

Odpowiedź 27: Zamawiający dopuszcza zaoferowanie asortymentu pierwotnie określonego w specyfikacji istotnych warunków zamówienia, jak również asortymentu opisanego w powyższym pytaniu – przy zachowaniu pozostałych wymagań określonych przez zamawiającego.

W przypadku zaoferowania asortymentu dopuszczonego niniejszym wyjaśnieniem - modyfikacją należy w formularzu cenowym nanieść stosownie skorygowane zapisy tak, by nie było wątpliwości, co zaoferowano w danej pozycji.

Pytanie 28: „Pakiet 9 poz. 1-3

Czy Zamawiający dopuści opaski gipsowe nawinięte na plastikowy trzpień w formie krzyżaka, spełniające pozostałe wymagania SIWZ?”

Odpowiedź 28: Zamawiający nie dopuszcza takiego rozwiązania – nie zmienia zapisów specyfikacji istotnych warunków zamówienia w zakresie ujętym w pytaniu.

Pytanie 29: „Pakiet 10 poz. 1

Czy Zamawiający dopuści kompres oczy składający się z zewnętrznej części włókninowej /1 warstwa/ po obu stronach opatrunku i wewnętrznej wielowarstwowej części z pulpy celulozowej – 100% bawełny, pakowany pojedynczo w rozmiarze 5,5cm x7,5cm?”

Odpowiedź 29: Zamawiający nie dopuszcza zaoferowania asortymentu opisanego w powyższym pytaniu.

Pytanie 30: „Dotyczy pakietu nr 8:

Zwracamy się z prośbą o wyrażenie zgody na złożenie ważnej oferty z Kompletem pościeli jednorazowej wykonanej z trójwarstwowej włókniny polipropylenowej bez półcieni o gramaturze min. 18g/m2 i składzie kompletu: powłoka 200 x 150-160cm, powłóczka 90cm x 80cm, prześcieradło 210 x 150-160 cm, z zachowaniem pozostałych wymaganych parametrów?”

Odpowiedź 30: Zamawiający nie dopuszcza zaoferowania asortymentu opisanego w powyższym pytaniu.

]

Pytanie 31: „Pakiet 1 poz. 1.1: Czy Zamawiający dopuści zestaw gdzie serweta główna wykonana jest z laminatu trójwarstwowego na całej powierzchni o gramaturze 73g/m2?”

Odpowiedź 31: Zamawiający dopuszcza zaoferowanie zestawu pierwotnie określonego w specyfikacji istotnych warunków zamówienia, jak również zestawu posiadającego asortyment opisany w powyższym pytaniu – przy zachowaniu pozostałych wymagań określonych przez zamawiającego.

W przypadku zaoferowania asortymentu dopuszczonego niniejszym wyjaśnieniem - modyfikacją należy w załączniku 1.1.A nanieść stosownie skorygowane zapisy tak, by nie było wątpliwości, co zaoferowano w danej pozycji.

Pytanie 32: „Pakiet 1 poz. 1.1: Czy Zamawiający dopuści w miejsce osłony o wymiarach min. 100x140cm osłonę o wymiarach 81x162cm?”

Odpowiedź 32: Zamawiający dopuszcza zaoferowanie zestawu pierwotnie określonego w specyfikacji istotnych warunków zamówienia, jak również zestawu posiadającego asortyment opisany w powyższym pytaniu – przy zachowaniu pozostałych wymagań określonych przez zamawiającego.

W przypadku zaoferowania asortymentu dopuszczonego niniejszym wyjaśnieniem - modyfikacją należy w załączniku 1.1.A nanieść stosownie skorygowane zapisy tak, by nie było wątpliwości, co zaoferowano w danej pozycji.

Pytanie 33: „Pakiet 1 poz. 1.1: Czy Zamawiający dopuści fartuchy w rozmiarze XL i L wykonane z włókniny SMS o gramaturze 35g/m2?”

Odpowiedź 33: Zamawiający dopuszcza zaoferowanie zestawu pierwotnie określonego w specyfikacji istotnych warunków zamówienia, jak również zestawu posiadającego asortyment

opisany w powyższym pytaniu – przy zachowaniu pozostałych wymagań określonych przez zamawiającego.

W przypadku zaoferowania asortymentu dopuszczonego niniejszym wyjaśnieniem - modyfikacją należy w załączniku 1.1.A nanieść stosownie skorygowane zapisy tak, by nie było wątpliwości, co zaoferowano w danej pozycji.

Pytanie 34: „*Pakiet 1 poz. 1.1: Czy serweta na stół instrumentalny może być wykonana z laminatu dwuwarstwowego o gramaturze 56g/m²?*”

Odpowiedź 34: Zamawiający dopuszcza zaoferowanie serwety na stół instrumentalny o gramaturze opisanej w pytaniu, ale nie stawia takiego wymagania.

Pytanie 35: „*Pakiet 1 poz. 1.1: Czy Zamawiający dopuści serwetę na stół instrumentalny w rozmiarze 150x190cm?*”

Odpowiedź 35: Zamawiający dopuszcza zaoferowanie zestawu pierwotnie określonego w specyfikacji istotnych warunków zamówienia, jak również zestawu posiadającego asortyment opisany w powyższym pytaniu – przy zachowaniu pozostałych wymagań określonych przez zamawiającego.

W przypadku zaoferowania asortymentu dopuszczonego niniejszym wyjaśnieniem - modyfikacją należy w załączniku 1.1.A nanieść stosownie skorygowane zapisy tak, by nie było wątpliwości, co zaoferowano w danej pozycji.

Pytanie 36: „*Pakiet 1 poz. 1.2: Czy Zamawiający dopuści zestaw gdzie serweta główna wykonana jest z laminatu trójwarstwowego o gramaturze 73g/m²? Pozostałe zgodne z SIWZ.*”

Odpowiedź 36: Zamawiający dopuszcza zaoferowanie zestawu pierwotnie określonego w specyfikacji istotnych warunków zamówienia, jak również zestawu posiadającego asortyment opisany w powyższym pytaniu – przy zachowaniu pozostałych wymagań określonych przez zamawiającego.

W przypadku zaoferowania asortymentu dopuszczonego niniejszym wyjaśnieniem - modyfikacją należy w załączniku 1.1.A nanieść stosownie skorygowane zapisy tak, by nie było wątpliwości, co zaoferowano w danej pozycji.

Pytanie 37: „*Pakiet 1 poz. 1.2: Czy Zamawiający dopuści w miejsce osłony o wymiarach min. 100x140cm osłonę o wymiarach 81x162cm?*”

Odpowiedź 37: Zamawiający dopuszcza zaoferowanie zestawu pierwotnie określonego w specyfikacji istotnych warunków zamówienia, jak również zestawu posiadającego asortyment opisany w powyższym pytaniu – przy zachowaniu pozostałych wymagań określonych przez zamawiającego.

W przypadku zaoferowania asortymentu dopuszczonego niniejszym wyjaśnieniem - modyfikacją należy w załączniku 1.1.A nanieść stosownie skorygowane zapisy tak, by nie było wątpliwości, co zaoferowano w danej pozycji.

Pytanie 38: „*Pakiet 1 poz. 1.2: Czy Zamawiający dopuści fartuchy w rozmiarze XL i L wykonane z włókniny SMS o gramaturze 35g/m²?*”

Odpowiedź 38: Zamawiający dopuszcza zaoferowanie zestawu pierwotnie określonego w specyfikacji istotnych warunków zamówienia, jak również zestawu posiadającego asortyment opisany w powyższym pytaniu – przy zachowaniu pozostałych wymagań określonych przez zamawiającego.

W przypadku zaoferowania asortymentu dopuszczonego niniejszym wyjaśnieniem - modyfikacją należy w załączniku 1.1.A nanieść stosownie skorygowane zapisy tak, by nie było wątpliwości, co zaoferowano w danej pozycji.

Pytanie 39: „*Pakiet 1 poz. 1.2: Czy Zamawiający dopuści serwetę na stół instrumentalny w rozmiarze 150x190cm?*”

Odpowiedź 39: Zamawiający dopuszcza zaoferowanie zestawu pierwotnie określonego w specyfikacji istotnych warunków zamówienia, jak również zestawu posiadającego asortyment opisany w powyższym pytaniu – przy zachowaniu pozostałych wymagań określonych przez zamawiającego.

W przypadku zaoferowania asortymentu dopuszczonego niniejszym wyjaśnieniem - modyfikacją należy w załączniku 1.1.A nanieść stosownie skorygowane zapisy tak, by nie było wątpliwości, co zaoferowano w danej pozycji.

Pytanie 40: „*Pakiet 2 poz.1: Czy Zamawiający dopuści serwetę główną w rozmiarze 180x75cm z wycięciami na uda i otworem w kształcie rombu w rozmiarze 8x12cm?*”

Odpowiedź 40: Zamawiający dopuszcza zaoferowanie zestawu pierwotnie określonego w specyfikacji istotnych warunków zamówienia, jak również zestawu posiadającego asortyment opisany w powyższym pytaniu – przy zachowaniu pozostałych wymagań określonych przez zamawiającego.

W przypadku zaoferowania asortymentu dopuszczonego niniejszym wyjaśnieniem - modyfikacją należy w załączniku 1.1.A nanieść stosownie skorygowane zapisy tak, by nie było wątpliwości, co zaoferowano w danej pozycji.

Pytanie 41: „*Pakiet 5 poz. 5.1: Czy Zamawiający odstąpi od wymogu aby stolik narzędziowy posiadał piktogramy? Według wiedzy jaką posiadamy nie ma potrzeby alby ta serweta posiadała piktogramy.*”

Odpowiedź 41: Zamawiający podtrzymuje wymagania dotyczące zestawu w zakresie opisanym w pytaniu.

Pytanie 42: „*Pakiet 5 poz. 5.2: Czy Zamawiający dopuści serwetę do okrycia noworodka w rozmiarze 80x60cm wykonaną z serwety kompresowej?*”

Odpowiedź 42: Zamawiający nie dopuszcza zaoferowania asortymentu opisanego w powyższym pytaniu.

Pytanie 43: „*Pakiet 5 poz. 5.2: Czy Zamawiający dopuści w miejsce serwety do okrycia noworodka kocyk w rozmiarze 75x160cm?*”

Odpowiedź 43: Zamawiający dopuszcza zaoferowanie zestawu pierwotnie określonego w specyfikacji istotnych warunków zamówienia, jak również zestawu posiadającego asortyment opisany w powyższym pytaniu – przy zachowaniu pozostałych wymagań określonych przez zamawiającego.

W przypadku zaoferowania asortymentu dopuszczonego niniejszym wyjaśnieniem - modyfikacją należy w załączniku 1.1.A nanieść stosownie skorygowane zapisy tak, by nie było wątpliwości, co zaoferowano w danej pozycji.

Pytanie 44: „*Pakiet 5 poz. 5.2: Czy Zamawiający dopuści fartuch w rozmiarze L wykonane z włókniny SMS o gramaturze 35g/m2?*”

Odpowiedź 44: Zamawiający dopuszcza zaoferowanie asortymentu pierwotnie określonego w specyfikacji. Zamawiający dopuszcza zaoferowanie zestawu pierwotnie określonego w specyfikacji istotnych warunków zamówienia, jak również zestawu posiadającego asortyment opisany w powyższym pytaniu – przy zachowaniu pozostałych wymagań określonych przez zamawiającego.

W przypadku zaoferowania asortymentu dopuszczonego niniejszym wyjaśnieniem - modyfikacją należy w załączniku 1.1.A nanieść stosownie skorygowane zapisy tak, by nie było wątpliwości, co zaoferowano w danej pozycji.

Pytanie 45: „*Pakiet 6 poz. 1: Czy Zamawiający odstąpi od wymogu aby stolik narzędziowy posiadał piktogramy? Według wiedzy jaką posiadamy nie ma potrzeby alby ta serweta posiadała piktogramy.*”

Odpowiedź 45: Zamawiający podtrzymuje wymagania dotyczące zestawu w zakresie opisanym w pytaniu.

Pytanie 46: „*Pakiet 6 poz. 1: Czy Zamawiający dopuści serwetę w rozmiarze 260x240cm ze wzmocnieniem z wycięciem typu „U” w rozmiarze 100x10cm?*”

Odpowiedź 46: Zamawiający dopuszcza zaoferowanie zestawu pierwotnie określonego w specyfikacji istotnych warunków zamówienia, jak również zestawu posiadającego asortyment opisany w powyższym pytaniu – przy zachowaniu pozostałych wymagań określonych przez zamawiającego.

W przypadku zaoferowania asortymentu dopuszczonego niniejszym wyjaśnieniem - modyfikacją należy w załączniku 1.1.A nanieść stosownie skorygowane zapisy tak, by nie było wątpliwości, co zaoferowano w danej pozycji.

Pytanie 47: „**Pakiet 8:** Czy Zamawiający dopuści powłoczkę w rozmiarze 75 x90cm? Pozostałe składowe i parametry zgodne z SIWZ.”

Odpowiedź 47: Zamawiający dopuszcza zaoferowanie zestawu pierwotnie określonego w specyfikacji istotnych warunków zamówienia, jak również zestawu posiadającego asortyment opisany w powyższym pytaniu – przy zachowaniu pozostałych wymagań określonych przez zamawiającego.

W przypadku zaoferowania asortymentu dopuszczonego niniejszym wyjaśnieniem - modyfikacją należy w formularzu cenowym nanieść stosownie skorygowane zapisy tak, by nie było wątpliwości, co zaoferowano w danej pozycji.

Pytanie 48: „**Pakiet 9 poz.9.1-9.3:** Czy Zamawiający dopuści opaski gipsowe nawinięte na perforowany nośnik z tworzywa sztucznego?”

Odpowiedź 48: Zamawiający nie dopuszcza takiego rozwiązania – nie zmienia zapisów specyfikacji istotnych warunków zamówienia w zakresie ujętym w pytaniu.

Pytanie 49: „Zważywszy na treść § 1 ust. 4 wzoru umowy, jaką minimalną ilość (jaki procent ilości wskazanych w SIWZ) Zamawiający na pewno zamówi?”

Odpowiedź na powyższe pytanie ma istotne znaczenie dla odpowiedniej kalkulacji oferowanej ceny. Zgodnie z poglądem Krajowej Izby Odwoławczej wyrażonym m.in. w wyroku z dnia 18 czerwca 2010 r. KIO 1087/10, z art. 29 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych wynika obowiązek dokładnego określenia przez zamawiającego ilości zamawianych produktów; zamawiający nie jest zwolniony z tego obowiązku nawet jeżeli nie jest w stanie przewidzieć dokładnych ilości zamawianych produktów.

W wyroku z dnia 7 maja 2014 r. KIO 809/14 Krajowa Izba Odwoławcza stwierdziła, że >>nie można zaakceptować postanowień umowy dających zamawiającemu całkowitą, nieograniczoną pod względem ilościowym i pozostającą poza wszelką kontrolą dowolność w podjęciu decyzji o zmniejszeniu zakresu dostaw będących przedmiotem zamówienia<<”.

Odpowiedź 49: Zamawiający nie wyraża zgody na wprowadzenie proponowanych zmian do wzoru umowy.

Pytanie 50: „Czy Zamawiający zgadza się aby w § 5 ust. 1 wzoru umowy słowo >>opóźnienia<< zostało zastąpione słowem >>zwłoki<<?”

Uzasadnione jest aby kara była naliczana tylko za zwłokę (czyli opóźnienie zawinione przez wykonawcę), nie zaś za wszelkie opóźnienia, czyli także niezawinione przez wykonawcę. Nie ma uzasadnienia rozszerzanie odpowiedzialności wykonawcy także na niezawinione naruszenie terminu. Zgodnie z wyrokiem Krajowej Izby Odwoławczej z dnia 19 września 2011 r. KIO 1910/11, wykonawca może być obciążony karą umowną za wystąpienie tylko takich czynników, za które jest odpowiedzialny.”

Odpowiedź 50: Zamawiający nie wyraża zgody na wprowadzenie proponowanych zmian do wzoru umowy.

Pytanie 51: „Jak należy rozumieć wyrażenie w § 5 ust. 1 wzoru umowy: >>wartości dostawy brutto objętej zamówieniem dla danego pakietu<<? Czy Zamawiający zgadza się aby w § 5 ust. 1 wzoru umowy wyrażenie >>wartości dostawy brutto objętej zamówieniem dla danego pakietu<< zostało zastąpione wyrażeniem >>wartości brutto towaru, którego dotyczy zwłoka<<?”

Treść § 5 ust. 1 wzoru umowy jest niejasna i budzi wątpliwości (od jakiej wartości będzie naliczana kara umowna?). Dlatego konieczne jest doprecyzowanie § 5 ust. 1 wzoru umowy.”

Odpowiedź 51: Zamawiający nie wyraża zgody na wprowadzenie proponowanych zmian do wzoru umowy. Jednocześnie zamawiający wyjaśnia, że kara umowna przewidziana w § 5 ust. 1 wzoru umowy odnosi się do wartości dostawy brutto w ramach danego pakietu objętej danym zamówieniem, a nie do wartości całego pakietu.

Pytanie 52: „Czy Zamawiający zgadza się aby w § 5 ust. 4 wzoru umowy wyrażenie >>bez konieczności uprzedniego wzywania Wykonawcy do należytej realizacji umowy<< zostało zastąpione wyrażeniem >>po dodatkowym wezwaniu Wykonawcy do należytej realizacji umowy<<? Zważywszy na doniosłe i nieodwracalne skutki prawne odstąpienia od umowy, celowe jest aby przed odstąpieniem od umowy przez Zamawiającego wykonawca został wezwany do należytego wykonywania umowy. Takie wezwanie najprawdopodobniej zmobilizuje wykonawcę do należytego wykonywania umowy i pozwoli uniknąć odstąpienia od umowy, a tym samym uniknąć skutków odstąpienia od umowy, które są niekorzystne dla obu stron.”

Odpowiedź 52: Zamawiający nie wyraża zgody na wprowadzenie proponowanych zmian do wzoru umowy.

Pytanie 53: „Czy Zamawiający zgadza się aby w § 8 wzoru umowy zostało dodane zdanie o następującej (lub podobnej) treści: >>Przed rozwiązaniem umowy na podstawie § 8 lit. a, b lub c Zamawiający pisemnie wezwie Wykonawcę do należytego wykonywania umowy.<<?

Zważywszy na doniosłe i nieodwracalne skutki prawne rozwiązania umowy, celowe jest aby przed rozwiązaniem umowy przez Zamawiającego wykonawca został wezwany do należytego wykonywania umowy. Takie wezwanie najprawdopodobniej wystarczająco zmobilizuje wykonawcę do należytego wykonywania umowy i pozwoli uniknąć rozwiązania umowy, a tym samym uniknąć skutków rozwiązania umowy, które są niekorzystne dla obu stron.

Udzielając odpowiedzi na powyższe pytania proszę wziąć pod uwagę bieżące orzecznictwo Krajowej Izby Odwoławczej dotyczące umów.

Zgodnie z wyrokiem Krajowej Izby Odwoławczej z dnia 29 czerwca 2009 r. KIO/UZP 767/09, >>mimo iż sytuacja Zamawiającego przy kształtowaniu treści umowy jest silniejsza, powinien on brać pod uwagę nie tylko swoje interesy, ale także interesy Wykonawcy i starać się ułożyć stosunek prawny tak, aby te interesy były jak najbardziej zrównoważone<<. Podobne stanowisko Krajowa Izba Odwoławcza zajęła w wyroku z dnia 21 lutego 2008 r. KIO/UZP 97/08, w wyroku z dnia 27 grudnia 2011 r. KIO 2649/11, w wyroku z dnia 17 grudnia 2012 r. KIO 2631/12, KIO 2655/12 oraz w wielu innych orzeczeniach.

W Związku z tym, że Ustawa Prawo Zamówień Publicznych mówi o terminie zadawania pytań do końca dnia, w którym upływa połowa wyznaczonego terminu składania ofert Zamawiający nie może określać godziny do jakiej takie pytania można składać.”

Odpowiedź 53: Zamawiający nie wyraża zgody na wprowadzenie proponowanych zmian do wzoru umowy.

Pytanie 54: „**Pakiet 8 poz. 1**

Czy Zamawiający dopuści komplet pościeli o przepuszczalności powietrza min._10 000 g/m²/24 godz.?”

Odpowiedź 54: Zamawiający dopuszcza zaoferowanie pościeli o przepuszczalności opisanej w pytaniu – przy zachowaniu pozostałych wymagań określonych przez zamawiającego.

Pytanie 55: „**Pakiet 8 poz. 1**

Czy Zamawiający dopuści komplet pościeli z zakładkami w poszewce 10cm a w poszwie 15cm?”

Odpowiedź 55: Zamawiający dopuszcza zaoferowanie asortymentu pierwotnie określonego w specyfikacji istotnych warunków zamówienia, jak również asortymentu opisanego w powyższym pytaniu – przy zachowaniu pozostałych wymagań określonych przez zamawiającego.

W przypadku zaoferowania asortymentu dopuszczonego niniejszym wyjaśnieniem - modyfikacją należy w formularzu cenowym nanieść stosownie skorygowane zapisy tak, by nie było wątpliwości, co zaoferowano w danej pozycji.

Pytanie 56: „**Pakiet 8 poz. 1**

Czy Zamawiający dopuści komplet pościeli z poszewką na kołdrę 210x160cm zamiast 200x150-160cm, pozostałe rozmiary zgodne z SIWZ?”

Odpowiedź 56: Zamawiający dopuszcza zaoferowanie asortymentu pierwotnie określonego w specyfikacji istotnych warunków zamówienia, jak również asortymentu opisanego w powyższym pytaniu – przy zachowaniu pozostałych wymagań określonych przez zamawiającego.

W przypadku zaoferowania asortymentu dopuszczonego niniejszym wyjaśnieniem - modyfikacją należy w formularzu cenowym nanieść stosownie skorygowane zapisy tak, by nie było wątpliwości, co zaoferowano w danej pozycji.

Ponadto, w związku z dostrzeżoną omyłką pisarską, zamawiający dokonuje korekty w treści formularza oferty, w nagłówku kolumny 5 tabeli, zastępując treść „*Termin dostawy w dniach (45 lub 60)*” zapisem „*Termin płatności w dniach (45 lub 60)*”. Skorygowana treść formularza oferty stanowi załącznik nr 1 do niniejszego pisma. Składając ofertę należy posłużyć się aktualnym formularzem.

Pozostałe warunki zamówienia nie ulegają zmianie, aktualny pozostaje również termin składania ofert ustalony do dnia 01.02.2017 r. do godziny 10.00 oraz termin otwarcia ofert: w tym samym dniu o godzinie 10.30.

Załącznik:

1. Formularz oferty – aktualne brzmienie.

Egz.:

1. adresat.
2. aa.