

**SPECYFIKACJA TECHNICZNA  
DETEKTOR TĘTNA PŁODU – 3 szt.**

L.p.	Wymagane funkcje / parametry	Wymogi	Odpowiedź TAK, lub krótki opis (wg kolumny „Wymogi”)
1	2	3	4
<b>I</b>	<b>Wymagania ogólne</b>		
1.	Producent.	podać	
2.	Model / typ oferowanego urządzenia.	podać	
3.	Urządzenie fabrycznie nowe, (wyklucza się aparat demonstracyjny, rekondycjonowany, używany).	TAK	
4.	Klasa wyrobu medycznego.	TAK, podać	
<b>II</b>	<b>Wymagania szczegółowe</b>		
1.	Kompaktowy ultradźwiękowy detektor tętna płodu.	TAK	
2.	Częstotliwość 2 MHz.	TAK	
3.	Zakres pomiaru tętna płodu min.: od 50 do 240 bpm.	TAK	
4.	Dokładność pomiaru $\pm 2$ bpm.	TAK	
5.	Natężenie fali $\leq 10\text{mW/cm}^2$ .	TAK	
6.	Wyświetlacz LCD.	TAK	
7.	Zasilanie bateryjne.	TAK	
8.	Waga urządzenia z głowicą i z baterią max 300 g.	TAK	
<b>III</b>	<b>Wyposażenie.</b>		
1.	Komplet baterii.	TAK	
2.	Instrukcja obsługi w języku polskim – dostarczyć wraz z urządzeniem.	TAK	

Załącznik wskazuje minimalne wymagania zamawiającego, które muszą zostać spełnione, natomiast wykonawca – wypełniając ten załącznik – oferuje konkretne rozwiązania, charakteryzując w ten sposób zaoferowany asortyment.

Załącznik należy wypełnić w całości, bez wprowadzania zmian w jego treści – stanowi on integralną część oferty – deklarację wykonawcy co do jej treści, stąd brak tego załącznika, zawierającego treści zgodne z wzorem określonym w specyfikacji istotnych warunków zamówienia, spowoduje odrzucenie oferty.

.....  
(podpisy i pieczęcie osób upoważnionych  
do reprezentowania wykonawcy)