

SPECYFIKACJA TECHNICZNA
TERMOMETR BEZDOTYKOWY – 12 szt.

L.p.	Wymagane funkcje / parametry	Wymogi	Odpowiedź TAK, lub krótki opis (wg kolumny „Wymogi”)
1	2	3	4
I	Wymagania ogólne		
1.	Producent.	podać	
2.	Model / typ oferowanego urządzenia.	podać	
3.	Urządzenie fabrycznie nowe, (wyklucza się aparat demonstracyjny, rekondycjonowany, używany).	TAK	
4.	Klasa wyrobu medycznego.	TAK, podać	
II	Wymagania szczegółowe		
1.	Pomiar temperatury ciała na czole z odległości 3-5 cm (± 1 cm) w czasie do 1s.	TAK	
2.	Prawidłowa odległość do wykonania pomiaru jest wyznaczana i sygnalizowana przez urządzenie.	TAK	
3.	Zakres pomiarowy temperatury ciała min.: od 34 do 42,2 °C.	TAK	
4.	Dokładność pomiaru 0,2 °C w zakresie min. od 36,0 do 39,0 °C.	TAK	
5.	Alarm dźwiękowy w przypadku podwyższonej temperatury ciała.	TAK	
6.	Skala w °C.	TAK	
7.	Wyświetlacz LCD.	TAK	
8.	Zasilanie bateryjne wystarczające na 10 000 pomiarów.	TAK	
9.	Wskaźnik informujący o słabej baterii.	TAK	
III	Wyposażenie.		
1.	Komplet baterii.	TAK	
2.	Etui.	TAK	
3.	Instrukcja obsługi w języku polskim – dostarczyć wraz z urządzeniem.	TAK	

Załącznik wskazuje minimalne wymagania zamawiającego, które muszą zostać spełnione, natomiast wykonawca – wypełniając ten załącznik – oferuje konkretne rozwiązania, charakteryzując w ten sposób zaoferowany asortyment.

Załącznik należy wypełnić w całości, bez wprowadzania zmian w jego treści – stanowi on integralną część oferty – deklarację wykonawcy co do jej treści, stąd brak tego załącznika, zawierającego treści zgodne z wzorem określonym w specyfikacji istotnych warunków zamówienia, spowoduje odrzucenie oferty.

.....
 (podpisy i pieczęcie osób upoważnionych
 do reprezentowania wykonawcy)