

**SPECYFIKACJA TECHNICZNA**  
**DOZOWNIK TLENU – 42 szt.**

L.p.	Wymagane funkcje / parametry	Wymogi	Odpowiedź TAK, lub krótki opis (wg kolumny „Wymogi”)
1	2	3	4
<b>I</b>	<b>Wymagania ogólne.</b>		
1.	Urządzenie fabrycznie nowe, (wyklucza się urządzenie demonstracyjne, rekondycjonowane, używane).	TAK	
2.	Bezpieczna praca dozownika na zasilaniu tlenem z centralnej instalacji gazów medycznych do 5,0 bar.	TAK	
3.	Końcówka wtykowa do bezpośredniego podłączenia do punktu poboru tlenu medycznego typu AGA. W przypadku zaoferowania końcówki z trzpieniem informuję, że gniazdo ma obręcz wyciętą na dole.	TAK	
4.	Klasa wyrobu medycznego.	TAK, podać	
5.	Instrukcja obsługi w języku polskim – dostarczyć wraz z urządzeniem.	TAK	
<b>II.A</b>	<b>Wymagania szczegółowe dla 9 sztuk.</b>		
1.	Kompletny dozownik tlenu z rotametrem, przystosowany do pracy z butelką jednorazowego użytku.	TAK	
2.	Producent.	podać	
3.	Model / typ oferowanego urządzenia.	podać	
4.	Zakres wydajności przepływu z możliwością płynnej regulacji od 0 do min. 15 l/min.	TAK	
<b>II.B</b>	<b>Wymagania szczegółowe dla 33 sztuk.</b>		
1.	Kompletny dozownik tlenu z rotametrem i nawilżaczem, przystosowany do pracy z butelką wielokrotnego użytku.	TAK	
2.	Producent.	podać	
3.	Model / typ oferowanego urządzenia.	podać	
4.	Zakres wydajności przepływu z możliwością płynnej regulacji od 0 do min. 15 l/min.	TAK	
5.	Wyjście przepływowe z końcówką do podłączenia np. maski tlenowej.	TAK	
6.	Nawilżacz wielokrotnego użytku (bez ograniczenia ilości cykli sterylizacji) przystosowany w całości (pojemnik, uszczelka, pokrywka, silikonowy przewód giętki i dyfuzor) do sterylizacji w autoklawie parowym w temperaturze 134°C.	TAK	

Załącznik wskazuje minimalne wymagania zamawiającego, które muszą zostać spełnione, natomiast wykonawca – wypełniając ten załącznik – oferuje konkretne rozwiązania, charakteryzując w ten sposób zaoferowany asortyment.

Załącznik należy wypełnić w całości, bez wprowadzania zmian w jego treści – stanowi on integralną część oferty – deklarację wykonawcy co do jej treści, stąd brak tego załącznika, zawierającego treści zgodne z wzorem określonym w specyfikacji istotnych warunków zamówienia, spowoduje odrzucenie oferty.

.....  
 (podpisy i pieczęcie osób upoważnionych  
 do reprezentowania wykonawcy)