

LAS-104/2-PN/9-2017

Rybnik, dnia 21.03.2017 r.

Do Wykonawców uczestniczących
w postępowaniu o udzielenie zamówienia

WYJAŚNIENIE – MODYFIKACJA 1

PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO NA:

dostawy materiałów szewnych (zamówienie nr LAS-104-PN/9-2017)
zamieszczonego w Biuletynie Zamówień Publicznych
w dniu 14.03.2017 r., pod nr 42577 - 2017

W związku z wniesionymi zapytaniem, zamawiający udziela poniższych odpowiedzi.
Ponadto zamawiający wprowadza niżej podane modyfikacje.

Pytanie 1: „Dot. Pakietu 2 , poz. 1

Czy Zamawiający dopuści szew z igłą 40 mm, pozostałe parametry bez zmian?”

Odpowiedź 1: Zamawiający nie wyraża zgody na zaoferowanie asortymentu opisanego w pytaniu.

Pytanie 2: „Dot. Pakietu 2 , poz. 1

Czy Zamawiający dopuści szew z igłą okrągłą z tnącym ostrzem, wzmocnioną, 45 mm, pozostałe parametry bez zmian?”

Odpowiedź 2: Zgodnie z zapisami pod formularzem cenowym dla przedmiotowego pakietu dopuszcza się tolerancję długości igły + 1mm lub +2mm. Tym samym Zamawiający wyjaśnia, że asortyment opisany w pytaniu spełnia wymagania Zamawiającego.

Pytanie 3: „Dot. Pakietu 3

Czy Zamawiający dopuści szew o okresie podtrzymywania tkanki ok. 28-35 dni?”

Odpowiedź 3: Zamawiający nie wyraża zgody na zaoferowanie asortymentu opisanego w pytaniu.

Pytanie 4: „Dot. Pakietu 4

Czy Zamawiający dopuści szew, z kwasu glikolowego i mlekowego, o okresie podtrzymywania tkanki ok. 28-35 dni, pozostałe parametry bez zmian?”

Odpowiedź 4: Zamawiający nie wyraża zgody na wprowadzenie proponowanych zmian do wzoru umowy.

Pytanie 5: „Dot. Pakietu 5 , poz. 2

Czy Zamawiający dopuści szew z igłą 3/8 koła, 13 mm, pozostałe parametry bez zmian?”


Odpowiedź 5: Zamawiający nie wyraża zgody na zaoferowanie asortymentu opisanego w pytaniu.

Pytanie 6: „Dot. Pakietu 6

Czy Zamawiający dopuści szew o profilu podtrzymywania tkankowego po 7 dniach 65%, po 8-11 dniach 50%, pozostałe parametry bez zmian?”

Telefony:

Centrala:	032 42-91-000	Główny Księgowy:	032 42-91-299	Dział Zamówień Publicznych:	032 42-91-287
Sekretariat:	032 42-91-251	Dział Organizacyjny:	032 42-92-613	Dział Zaopatrzenia:	032 42-91-214
Fax:	032 42-28-272				



Odpowiedź 6: Zamawiający nie wyraża zgody na zaoferowanie asortymentu opisanego w pytaniu.

Pytanie 7: „Dot. Pakietu 9

Czy Zamawiający dopuści monofilament syntetyczny, wchłaniany, o okresie podtrzymywania tkanki po 14 dniach 75%, po 28 dniach 65-70%, po 43 dniach 55-60%, po 57 dniach 40% i czasie wchłaniania 180-210 dni?”

Odpowiedź 7: Zamawiający nie wyraża zgody na zaoferowanie asortymentu opisanego w pytaniu.

Pytanie 8: „Dot. Pakietu 15

Czy Zamawiający dopuści siatki przepuklinowe o średnicy porów 17 mm ($\pm 0,3$ mm), pozostałe parametry bez zmian?”

Odpowiedź 8: Zamawiający nie wyraża zgody na zaoferowanie asortymentu opisanego w pytaniu.

Pytanie 9: „Dot. Pakietu 5, 7, 8, 11, 17

Czy Zamawiający w pakietach ze szwami niewchłanianymi dopuści pojedyncze sterylne opakowanie typu folia-papier?”

Odpowiedź 9: Zamawiający nie wyraża zgody na zaoferowanie asortymentu opisanego w pytaniu.

Pytanie 10: „Pakiet Nr 2, pozycja 1

Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie szwów z igłą o dł. 40mm bez wzmocnienia?”

Odpowiedź 10: Zamawiający nie wyraża zgody na zaoferowanie asortymentu opisanego w pytaniu.

Pytanie 11: „Pakiet Nr 3

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie szwów z kwasu poliglikolowego, powleczonego polikaprolaktonem i stearynianem wapnia, o profilu podtrzymywania ok. 70% po 2 tygodniach, ok. 50% po 3 tygodniach, ok. 20% po 4 tygodniach, czas wchłaniania 60-90 dni?”

Odpowiedź 11: Zamawiający nie wyraża zgody na zaoferowanie asortymentu opisanego w pytaniu.

Pytanie 12: „Pakiet Nr 4

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie szwów z kwasu poliglikolowego, powleczonego polikaprolaktonem i stearynianem wapnia, o profilu podtrzymywania ok. 70% po 2 tygodniach, ok. 50% po 3 tygodniach, ok. 20% po 4 tygodniach, czas wchłaniania 60 – 90 dni, jak dotychczas stosowane?”


Odpowiedź 12: Zamawiający dopuszcza zaoferowanie asortymentu opisanego w pytaniu.

Jednocześnie zamawiający modyfikuje formularz cenowy dla pakietu nr 4, w tym koryguje błędne zapisy w kolumnie „Lp.” wskazując prawidłową liczbę pozycji od 1 do 12.

W przypadku zaoferowania asortymentu dopuszczonego niniejszym wyjaśnieniem – modyfikacją w zakresie czasu wchłaniania i podtrzymywania należy w zmodyfikowanym formularzu cenowym w zapisach pod tabelą nanieść dodatkowo stosowne korekty tak, by nie było wątpliwości, co zaoferowano w danej pozycji. Zmodyfikowany wzór formularza cenowego

Telefony:

Centrala:	032 42-91-000	Główny Księgowy:	032 42-91-299	Dział Zamówień Publicznych:	032 42-91-287
Sekretariat:	032 42-91-251	Dział Organizacyjny:	032 42-92-613	Dział Zaopatrzenia:	032 42-91-214
Fax:	032 42-28-272				



stanowi załącznik nr 1 do niniejszego pisma – sporządzając ofertę należy posłużyć się zaktualizowanym formularzem cenowym.

Pytanie 13: „Pakiet Nr 4, pozycja nr 12, 13, 15-21

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie szwów z igłą pogrubioną, jak dotychczas stosowane?”

Odpowiedź 13: Zamawiający dopuszcza zaoferowanie asortymentu opisanego w pytaniu.

W przypadku zaoferowania asortymentu dopuszczonego niniejszym wyjaśnieniem – modyfikacją w zakresie zaoferowania szwu z igłą pogrubioną należy w zmodyfikowanym formularzu cenowym w zapisach pod tabelą nanieść dodatkowo stosowne korekty tak, by nie było wątpliwości, co zaoferowano w danej pozycji. Zmodyfikowany wzór formularza cenowego stanowi załącznik nr 1 do niniejszego pisma – sporządzając ofertę należy posłużyć się zaktualizowanym formularzem cenowym.

Pytanie 14: „Pakiet Nr 4, pozycja 19

Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie igły o długości 40mm?”

Odpowiedź 14: Zamawiający nie wyraża zgody na zaoferowanie asortymentu opisanego w pytaniu.

Pytanie 15: „Pakiet Nr 4, pozycja 19

Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie igły standardowej (nie wzmocnionej)?”

Odpowiedź 15: Zamawiający nie wyraża zgody na zaoferowanie asortymentu opisanego w pytaniu.

Pytanie 16: „Pakiet Nr 6, pozycja 1 - 4

Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie igieł okrągłych wzmocnionych tj. wykonanych z najwyższej jakości stali chirurgicznej serii 300 charakteryzujących się wysoką odpornością na odkształcenia?”

Odpowiedź 16: Zamawiający nie wyraża zgody na zaoferowanie asortymentu opisanego w pytaniu.

Pytanie 17: „Pakiet Nr 6

Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie szwów syntetycznych wchłaniających o okresie podtrzymywania tkanki od 10-14 dni, całkowity okres wchłaniania do 42 dni?”

Odpowiedź 17: Zamawiający nie wyraża zgody na zaoferowanie asortymentu opisanego w pytaniu.

Pytanie 18: „Pakiet Nr 7, pozycja 1-8


Czy Zamawiający dopuści, aby szwy pakowane były w opakowania podwójnie sterylne tj. wewnętrzne opakowanie - kartonik podtrzymujący szew, następnie papierowa koperta posiadająca pełen opis szwu i opakowanie zewnętrzne folia-papier?”

Odpowiedź 18: Zamawiający wyraża zgodę na zaoferowanie asortymentu o sposobie opakowania opisanym w pytaniu.

Pytanie 19: „Pakiet Nr 7, pozycja 9-10

Telefony:

Centrala:	032 42-91-000	Główny Księgowy:	032 42-91-299	Dział Zamówień Publicznych:	032 42-91-287
Sekretariat:	032 42-91-251	Dział Organizacyjny:	032 42-92-613	Dział Zaopatrzenia:	032 42-91-214
Fax:	032 42-28-272				



Czy Zamawiający dopuści, aby szwy pakowane były w opakowania pojedynczo sterylne tj. wewnętrzne opakowanie – kartonik podtrzymujący szew zawierające pełen opis parametrów szwu następnie opakowanie zewnętrzne folia-papier?”

Odpowiedź 19: Zamawiający wyraża zgodę na zaoferowanie asortymentu o sposobie opakowania opisanym w pytaniu.

Pytanie 20: „**Pakiet Nr 8, pozycja 1 – 6**

Czy Zamawiający dopuści, aby szwy pakowane były w opakowania pojedynczo sterylne tj. wewnętrzne opakowanie – kartonik podtrzymujący szew zawierające pełen opis parametrów szwu następnie opakowanie zewnętrzne folia-papier?”

Odpowiedź 20: Zamawiający wyraża zgodę na zaoferowanie asortymentu o sposobie opakowania opisanym w pytaniu.

Pytanie 21: „**Pakiet Nr 8, pozycja 1 – 6**

Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie igieł okrągłych wzmocnionych tj. wykonanych z najwyższej jakości stali chirurgicznej serii 300 charakteryzujących się wysoką odpornością na odkształcenia?”

Odpowiedź 21: Zamawiający nie wyraża zgody na zaoferowanie asortymentu opisanego w pytaniu.

Pytanie 22: „**Pakiet nr 17**

Czy Zamawiający dopuści, aby szwy pakowane były w opakowania pojedynczo sterylne tj. wewnętrzne opakowanie – kartonik podtrzymujący szew zawierające pełen opis parametrów szwu następnie opakowanie zewnętrzne folia-papier?”

Odpowiedź 22: Zamawiający nie wyraża zgody na zaoferowanie asortymentu o sposobie pakowania opisanym w pytaniu.

Pytanie 23: „**Czy Zamawiający dopuści w Pakiecie nr 15, poz. 1, 2, 3, 4, 5:**

Siatkę częściowo wchłaniana, składającą się w 25% z niewchłanianego polipropylenowego (PP) włókna monofilamentowego oraz w 75% z wchłanianego włókna monofilamentowego z poliaktydu (PLLA), czas absorpcji części wchłanianej od 18 do 24 miesięcy, gramatura przed wchłonięciem 80g/m², gramatura po wchłonięciu 20g/m², grubość siatki 0,6 mm, grubość nitki 120µm, porowatość średnia 1059µm, porowatość max. 2030µm, w rozmiarach:

Poz. Nr 1 – zgodnie z SIWZ,

Poz. Nr 2-zgodnie z SIWZ.

Poz. Nr 3 – zgodnie z SIWZ,

Poz. Nr 4 – 30 x 30 cm (specyfikacja wymaga 15 x 30cm),

Poz. Nr 5 – zgodnie z SIWZ?”


Odpowiedź 23: Zamawiający nie wyraża zgody na zaoferowanie asortymentu opisanego w pytaniu.

Pytanie 24: „Czy Zamawiający w pakiecie 1 lp. 4 dopuści igły o dł.26 mm pozostałe parametry bez zmian”

Odpowiedź 24: Zamawiający dopuszcza zaoferowanie asortymentu pierwotnie określonego w specyfikacji istotnych warunków zamówienia jak również asortymentu opisanego w powyższych pytaniach – przy zachowaniu pozostałych wymagań określonych przez zamawiające-

Telefony:

Centrala:	032 42-91-000	Główny Księgowy:	032 42-91-299	Dział Zamówień Publicznych:	032 42-91-287
Sekretariat:	032 42-91-251	Dział Organizacyjny:	032 42-92-613	Dział Zaopatrzenia:	032 42-91-214
Fax:	032 42-28-272				



go. W przypadku zaoferowania asortymentu dopuszczonego niniejszym wyjaśnieniem – modyfikacją należy w załączniku nr 1.1. („Formularz cenowy”) nanieść stosownie skorygowane zapisy w danej pozycji tak, by nie było wątpliwości, co zaoferowano.

Pytanie 25: „Czy Zamawiający w pakiecie 1 lp. 6,8,9,10 dopuści dł. nici 90 cm pozostałe parametry bez zmian”

Odpowiedź 25: Zamawiający wyjaśnia, że w formularzu cenowym wskazano - zgodnie z opisem kolumny - minimalną wymaganą długość nitki. Tym samym asortyment opisany w pytaniu spełnia wymagania zamawiającego.

Pytanie 26: „Czy Zamawiający w pakiecie 4 .wymaga nici z kwasu poliglikolowego i dopuści okres wchłaniania nici 60-90 dni pozostałe parametry bez zmian”

Odpowiedź 26: Zamawiający dopuszcza zaoferowanie asortymentu opisanego w pytaniu.

W przypadku zaoferowania asortymentu dopuszczonego niniejszym wyjaśnieniem – modyfikacją w zakresie czasu wchłaniania należy w zmodyfikowanym formularzu cenowym w zapisach pod tabelą nanieść dodatkowo stosowne korekty tak, by nie było wątpliwości, co zaoferowano w danej pozycji. Zmodyfikowany wzór formularza cenowego stanowi załącznik nr 1 do niniejszego pisma – sporządzając ofertę należy posłużyć się zaktualizowanym formularzem cenowym.

Pytanie 27: „Czy Zamawiający w pakiecie 5 lp. 3,10 dopuści nić o dł.75 cm pozostałe parametry bez zmian”

Odpowiedź 27: Zamawiający wyjaśnia, że w formularzu cenowym wskazano - zgodnie z opisem kolumny - minimalną wymaganą długość nitki. Tym samym asortyment opisany w pytaniu spełnia wymagania zamawiającego.

Pytanie 28: „Czy Zamawiający w pakiecie 6 lp. 3,4 dopuści nić o dł.75 cm pozostałe parametry bez zmian”

Odpowiedź 28: Zamawiający dopuszcza zaoferowanie asortymentu opisanego w pytaniu.

Jednocześnie zamawiający modyfikuje formularz cenowy dla pakietu nr 6. Zmodyfikowany wzór formularza cenowego stanowi załącznik nr 1 do niniejszego pisma – sporządzając ofertę należy posłużyć się zaktualizowanym formularzem cenowym.

Pytanie 29: „Czy Zamawiający w pakiecie 6 dopuści nić zbudowaną z poliglaktyny 910 pozostałe parametry bez zmian”

Odpowiedź 29 Zamawiający dopuszcza zaoferowanie asortymentu opisanego w pytaniu.


Jednocześnie zamawiający modyfikuje formularz cenowy dla pakietu nr 6. Zmodyfikowany wzór formularza cenowego stanowi załącznik nr 1 do niniejszego pisma – sporządzając ofertę należy posłużyć się zaktualizowanym formularzem cenowym.

Pytanie 30: „Czy Zamawiający w pakiecie 8 lp. 1 do 6 dopuści dł. nici 75cm pozostałe parametry bez zmian”

Odpowiedź 30: Zamawiający wyjaśnia, że w formularzu cenowym wskazano - zgodnie z opisem kolumny - minimalną wymaganą długość nitki. Tym samym asortyment opisany w pytaniu spełnia wymagania Zamawiającego.

Telefony:

Centrala:	032 42-91-000	Główny Księgowy:	032 42-91-299	Dział Zamówień Publicznych:	032 42-91-287
Sekretariat:	032 42-91-251	Dział Organizacyjny:	032 42-92-613	Dział Zaopatrzenia:	032 42-91-214
Fax:	032 42-28-272				



Pytanie 31: „Czy Zamawiający w pakiecie 16 lp.4. dopuści dł. nici 2x75cm pozostałe parametry bez zmian”

Odpowiedź 31: Zamawiający dopuszcza zaoferowanie asortymentu pierwotnie określonego w specyfikacji istotnych warunków zamówienia jak również asortymentu opisanego w powyższych pytaniach – przy zachowaniu pozostałych wymagań określonych przez zamawiającego. W przypadku zaoferowania asortymentu dopuszczonego niniejszym wyjaśnieniem – modyfikacją należy w załączniku nr 1.1. („Formularz cenowy”) w stosownej kolumnie nanieść odpowiednio skorygowane zapisy co do zaoferowanego asortymentu tak, by nie było wątpliwości, co zaoferowano w danej pozycji.

Pytanie 32: „Czy Zamawiający w pakiecie nr 15 pozycja 4 dopuści siatkę częściowo wchłanianą, sterylną, wykonaną z niewchłaniającego monofilamentu polipropylenowego oraz wchłaniającego poliglekaprону o średnicy porów 3-4mm oraz w rozmiarze 30x30cm (większy od wymaganego, z możliwością docięcia do żądanego wymiaru i kształtu, bez ryzyka strzępienia siatki, wewnętrzne sterylne opakowanie zaopatrzone w linijkę umożliwiającą odmierzenie wymaganej wielkości)?”

Odpowiedź 32: Zamawiający nie wyraża zgody na zaoferowanie asortymentu opisanego w pytaniu.

Pytanie 33: „**Pakiet 15 pozycja 1-5** Czy Zamawiający pod pojęciem siatka przepuklinowa częściowo wchłanianą, sterylną, wykonaną z niewchłaniającego monofilamentu polipropylenowego oraz monofilamentu wchłanianego poliglekaprónowego, o średnicy porów 3-4 mm rozumie i wymaga częściowo wchłanianą, sterylną makroporową siatkę w postaci monofilamentowego kompozytu włókien polipropylenu i włókien poliglekaprónu 25; gramatura 28g/m²; średnica porów 3-4 mm; wchłaniany element poliglekaprón-25 (84 dni), cienkie filamenty – poniżej 1mm; niski odsetek kurczenia siatki po implantacji – ok. 1,9%?”

Odpowiedź 33: Zamawiający nie stawia dodatkowych wymagań poza wymienionymi w formularzu cenowym i specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

Pozostałe warunki zamówienia nie ulegają zmianie, natomiast zamawiający przedłuża termin składania ofert do dnia 28 marca br. do godziny 12.00. Termin otwarcia ofert zamawiający ustala na dzień 28 marca 2016 r. o godzinie 12.30.

Załączniki:

1. Formularz cenowy dla pakietu nr 4 oraz 6 – aktualne brzmienie.

Egz.:

1. strona internetowa
2. aa.

Telefony:

Centrala:	032 42-91-000	Główny Księgowy:	032 42-91-299	Dział Zamówień Publicznych:	032 42-91-287
Sekretariat:	032 42-91-251	Dział Organizacyjny:	032 42-92-613	Dział Zaopatrzenia:	032 42-91-214
Fax:	032 42-28-272				