


FORMULARZ CENOWY

Endoprotezy stawu kolanowego

L.p.	Opis przedmiotu zamówienia	Ilość	Cena jednostkowa netto w zł	Wartość netto w zł	Stawka podatku VAT w %	Wartość brutto w zł	Producent oraz nazwa handlowa i numer katalogowy	Depozyt
1.	Endoproteza cementowana stawu kolanowego anatomiczna umożliwiająca usunięcie obu więzadeł krzyżowych PS. Część udowa i piszczelowa wykonana ze stopu kobalt-chrom lub tytan. Część udowa w minimum 5 rozmiarach. Taca piszczelowa uniwersalna lub anatomiczna - prawa i lewa, w min. 5 rozmiarach. Podkładki pod tacę piszczelową połowicze, przyśrodkowe. Możliwość rozbudowy o trzpień 80 -100 mm (odpowiednio: w min. 5 rozmiarach, anatomiczne - prawe i lewe lub uniwersalne). Wkładka piszczelowa o grubości minimalnej 8mm-9mm do co najmniej 18mm - przynajmniej 5 rozmiarów.							
1.1	Część udowa prawa i lewa PS	60						
1.2	Taca piszczelowa	60						
1.3	Wkładka polietylenowa PS	60						
1.4	Trzpień piszczelowy 80 - 100 mm	10						
1.5	Podkładka pod tacę piszczelową połowicza przyśrodkowa	10						
2.	Ostrze jednorazowe do piły odpowiedniej długości i grubości adekwatnej do przymiaru tnącego	60						3 szt.
Razem:								

Wykonawca zobowiązuje się do realizacji dostaw zgodnie ze szczegółowymi zapisami umowy - scharakteryzowanej następująco:

Dostawa w formie dostarczonego na początku umowy i uzupełnianego na bieżąco depozytu. Wymagane udostępnienie instrumentarium na cały okres obowiązywania umowy. Wymagane jest także użyczenie następujących urządzeń:

- piła chirurgiczna akumulatorowa,
- wiertarka chirurgiczna akumulatorowa.

Powyższe urządzenia powinny być dostarczone wraz z wyposażeniem dedykowanym do przeprowadzenia pojedynczego zabiegu endoprotezoplastyki stawu kolanowego.

<p>Dane oferowanej piły chirurgicznej akumulatorowej (wypełnić dla wszystkich elementów wyposażenia odrębnie - powtórzyć tabelę odpowiednią ilość razy):</p> <p>1.</p> <p>Nazwa elementu wyposażenia:</p> <p>Producent:</p> <p>Typ / model oferowanego urządzenia:</p> <p>Klasa wyrobu medycznego:</p>	<p>Dane oferowanej wiertarki chirurgicznej akumulatorowej (wypełnić dla wszystkich elementów wyposażenia odrębnie - powtórzyć tabelę odpowiednią ilość razy):</p> <p>1.</p> <p>Nazwa elementu wyposażenia:</p> <p>Producent:</p> <p>Typ / model oferowanego urządzenia:</p> <p>Klasa wyrobu medycznego:</p>
<p>2.</p> <p>Nazwa elementu wyposażenia:</p> <p>Producent:</p> <p>Typ / model oferowanego urządzenia:</p> <p>Klasa wyrobu medycznego:</p>	<p>2.</p> <p>Nazwa elementu wyposażenia:</p> <p>Producent:</p> <p>Typ / model oferowanego urządzenia:</p> <p>Klasa wyrobu medycznego:</p>
<p>3.</p> <p>Nazwa elementu wyposażenia:</p> <p>Producent:</p> <p>Typ / model oferowanego urządzenia:</p> <p>Klasa wyrobu medycznego:</p>	<p>3.</p> <p>Nazwa elementu wyposażenia:</p> <p>Producent:</p> <p>Typ / model oferowanego urządzenia:</p> <p>Klasa wyrobu medycznego:</p>

Uwaga: Dopuszczalne jest zaoferowanie zarówno dwu odrębnych urządzeń, jak i jednego napędu z 2 końcówkami: końcówką do zamocowania ostrza piły oraz uchwytem do frezu panewkowego. Powyższą tabelę należy wypełnić odpowiednio, tak żeby wynikało z niej którą wersję zaoferowano oraz by zawierała wszystkie wymagane dane dla oferowanej wersji.

Wymaga się, by dostarczony asortyment był sterylny (nie dotyczy instrumentarium, ani użyczanych urządzeń).

.....
(podpisy i pieczęcie osób upoważnionych
do reprezentowania wykonawcy)