

LAS-180/1-PN/30-2017

Rybnik, dnia 25.04.2017 r.

Do Wykonawców uczestniczących
w postępowaniu o udzielenie zamówienia

WYJAŚNIENIE 1

PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO NA:

dostawy soczewek(zamówienie nr **LAS-180-PN/30-2017**)

ogłoszonego w Biuletynie Zamówień Publicznych
w dniu 19.04.2017 r., pod nr 68254 - 2017

W związku z wniesionymi zapytaniami, zamawiający udziela poniższych odpowiedzi.

Pytanie 1: „Czy Zamawiający wyrazi zgodę aby termin płatności liczony był od daty sprzedaży, oraz żeby za termin zapłaty uznawana była data wpływu zapłaty na rachunek Wykonawcy ?”

Pytanie 2: „Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmniejszenie kar umownych zawartych w § 5, ust. 1, 2, 4 Wzoru Umowy:

Zamawiający może nałożyć na Wykonawcę kary umowne w przypadku niedotrzymania terminu dostawy, tj. niedostarczenia towaru w terminie i na warunkach określonych w § 2 w wysokości **0,1 %** wartości dostawy brutto objętej zamówieniem za każdy dzień opóźnienia i za każde naruszenie”

Pytanie 3: „Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmniejszenie kar umownych zawartych w § 5, ust. 1, 2, 4 Wzoru Umowy:

Zamawiający może nałożyć na Wykonawcę karę umowną w wysokości **5 %** wartości niezrealizowanej części umowy brutto za rozwiązanie umowy przez Zamawiającego z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy”

Pytanie 4: „Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmniejszenie kar umownych zawartych w § 5, ust. 1, 2, 4 Wzoru Umowy:

Zamawiający ma prawo odstąpić od umowy, bez konieczności uprzedniego wzywania Wykonawcy do należytej realizacji umowy, i naliczyć karę umowną w wysokości **5 %** wynagrodzenia umownego brutto?”


Pytanie 5: dotyczy Wzoru Umowy

Uprzejmie prosimy o wprowadzenie do Wzoru Umowy dodatkowych zapisów dotyczących depozytu soczewek:

1. „Zamawiający zobowiązuje się po upływie obowiązywania umowy zwrócić Wykonawcy niewykorzystane materiały i soczewki w stanie nienaruszonym”.
2. „Wykonawca zachowuje prawo własności do powierzonych materiałów.”
3. „Zamawiający zobowiązuje się do przechowywania materiałów we właściwych warunkach, zabezpieczenia ich przed uszkodzeniem, zniszczeniem i kradzieżą.”
4. „W przypadku stwierdzenia przez Wykonawcę, że materiały przechowywane są nieprawidłowo Wykonawcy przysługuje prawo do natychmiastowego ich odbioru i wystawienia Zamawiającemu faktury na uszkodzony asortyment.”
5. „Zamawiający zobowiązuje się do zużywania powierzonych materiałów począwszy od materiału o najkrótszej dacie ważności w ramach danego asortymentu.”
6. „Wykonawcy przysługuje prawo do kontroli depozytu oraz warunków jego przechowywania.”

Telefony:

Centrala:	032 42-91-000	Główny Księgowy:	032 42-91-299	Dział Zamówień Publicznych:	032 42-91-287
Sekretariat:	032 42-91-251	Dział Organizacyjny:	032 42-92-613	Dział Zaopatrzenia:	032 42-91-214
Fax:	032 42-28-272				



7. „w trakcie trwania umowy, Wykonawca przeprowadzi w siedzibie Zamawiającego spis z natury materiałów powierzonych w depozyt. Termin inwentaryzacji zostanie ustalony z Zamawiającym na co najmniej 2 tygodnie przed datą jej przeprowadzenia.”
8. „Ewentualne braki lub uszkodzenia materiałów stwierdzone w momencie rozliczenia depozytu upoważniają Wykonawcę do wystawienia Zamawiającemu faktury na brakujący lub uszkodzony asortyment.”
9. „Braki oraz uszkodzenia materiałów stwierdzone podczas spisu z natury, o którym mowa w ust. 6 upoważniają Wykonawcę do wystawienia Zamawiającemu faktury. Faktura zostanie wystawiona w oparciu o formularz spisowy, a depozyt uzupełniony do stanu wyjściowego.”

Odpowiedź 1 do 5: Zamawiający nie wyraża zgody na wprowadzenie proponowanych zmian do wzoru umowy.

Pytanie 6: „Czy Zamawiający dopuści soczewkę o współczynniku refrakcji wynoszącym 1,465?”

Odpowiedź 6: Zamawiający podtrzymuje wymagania opisane w specyfikacji istotnych warunków zamówienia – nie dopuszcza zaoferowania asortymentu opisanego w powyższym pytaniu.

Pytanie 7: „Dot. Pakiet nr 1, poz. 1

Czy Zamawiający dopuszcza do dostawy soczewki:

Soczewka wewnątrzgałkowa zwijalna asferyczna, bezaberracyjna, jednoczęściowa, dwuwypukła z materiału hydrofilnego z zawartością kopolimerów hydrofobowych. Filtr UV. Stopień uwodnienia 25%; dioptraż od -10D do +9D (co 1D), od 10D do 30D (co 0,5D), od +30D do +45D (co 1D); dwie części haptyczne z otworem wzdłuż całego haptyka umożliwiające uzyskanie dużego kąta przylegania do ścianki torebki dla szerokiego zakresu wymiarowego torebki oraz uzyskanie dobrej centracji i stabilizacji soczewki. Zabezpieczenie przed PCO: podwójna ostra krawędź na całym obwodzie soczewki 360°. Index refrakcji: 1,46. Implantacja przez cięcie 2,2 mm max przy pomocy jednorazowego zestawu do implantacji zawierającego injector oraz kardriż”

Odpowiedź 7: Zamawiający podtrzymuje wymagania opisane w specyfikacji istotnych warunków zamówienia – nie dopuszcza zaoferowania asortymentu opisanego w powyższym pytaniu.

Pytanie 8: „Czy Zamawiający dopuści w pakiecie nr 1 soczewkę wewnątrzgałkową aferyczną, zwijalną, bezaberracyjną, akrylową, hydrofilną o następujących parametrach:

ŚREDNICA OPTYCZNA - 6 mm

ZAKRES MOCY : 0D do 10.0 D co 1D, 10.0D do 30.0D co 0.5D

ŚREDNICA CAŁKOWITA:

11 MM OD 0.0D DO 15.0D

10.7 MM OD 15.5D DO 22.0D

10.5 MM OD 22.5D DO 30.0D

KSZTAŁT: CZTERY HAPTENY, OSTRA TYLNA KRAWĘDŹ NA PEŁNYM OBWODZIE 360° CZĘŚCI OPTYCZNEJ, < 5 μM. ZNACZNIK POŁOŻENIA SOCZEWKI NA CZĘŚCI OPTYCZNEJ

UWODNIENIE: 26%


INDEKS REFRAKCJI: 1.46

ANGULACJA: 0°

Z system implantacyjnym – injector + kardriż 2.2 mm”

Telefony:

Centrala:	032 42-91-000	Główny Księgowy:	032 42-91-299	Dział Zamówień Publicznych:	032 42-91-287
Sekretariat:	032 42-91-251	Dział Organizacyjny:	032 42-92-613	Dział Zaopatrzenia:	032 42-91-214
Fax:	032 42-28-272				



Odpowiedź 8: Zamawiający podtrzymuje wymagania opisane w specyfikacji istotnych warunków zamówienia – nie dopuszcza zaoferowania asortymentu opisanego w powyższym pytaniu.

Pytanie 9: „Czy Zamawiający dopuści soczewkę wewnątrzgałkową o uwodnieniu 25%, współczynniku refrakcji 1,46 dostępną od -5 do +40,0D a od 10,0 do 29,5 do 0,5D? Pozostałe wymagania bez zmian.”

Odpowiedź 9: Zamawiający podtrzymuje wymagania opisane w specyfikacji istotnych warunków zamówienia – nie dopuszcza zaoferowania asortymentu opisanego w powyższym pytaniu.

Pytanie 10: „**Pakiet nr 1** Czy zamawiający dopuści soczewkę o parametrach wymienionych poniżej: Soczewka wewnątrzgałkowa zwijalna, akrylowa, hydrofilna, asferyczna, bezaberracyjna z filtrem UV, jednoczęściowa o 4 haptkach narożnych ze znacznikiem poprawności położenia, o ostrych krawędziach na części optycznej i haptycznej, uwodnienie 26%, współczynnik refrakcji 1,45 dioptraż od 0 do +30D w tym w zakresie 10-30D dioptraż co 0,5D, z systemem implantacyjnym- injektor+kardridż do cięcia 2,2 mm?”

Odpowiedź 10: Zamawiający podtrzymuje wymagania opisane w specyfikacji istotnych warunków zamówienia – nie dopuszcza zaoferowania asortymentu opisanego w powyższym pytaniu.

Pytanie 11: „dot. Formularz oferty zał. nr 1 do SIWZ, pkt. 15:

Zwracamy się z uprzejmą prośbą zmianę zapisu ww. punktu wg poniższej propozycji:

„**Wykonawca jest mikro / małym / średnim przedsiębiorstwem: TAK NIE**”

Odpowiedź 11: Zamawiający nie dokona modyfikacji formularza oferty w ww. zakresie ze względu na konieczność podania dokładnie takiej informacji w ogłoszeniu o udzieleniu zamówienia w Biuletynie Zamówień Publicznych.

Pytanie 12: „dot. Pakietu nr 1:

Czy Zamawiający dopuści możliwość złożenia w tym pakiecie oferty na **soczewkę o współczynniku refrakcji 1.457, dioptrażu od – 10.0 do + 40.0 (od +6.0 do + 30.0 co 0.5 D)**, przy zachowaniu pozostałych parametrów soczewki?”

Odpowiedź 12: Zamawiający podtrzymuje wymagania opisane w specyfikacji istotnych warunków zamówienia – nie dopuszcza zaoferowania asortymentu opisanego w powyższym pytaniu.

Pytanie 13: „(**pakiet nr 1**) Czy Zamawiający wymaga potwierdzenia jakości akrylu z którego wykonana jest soczewka w postaci modułu Younga w zakresie 46,02- 48,00 MPa?”

Odpowiedź 13: Zamawiający podtrzymuje wymagania opisane w specyfikacji istotnych warunków zamówienia – nie dopuszcza zaoferowania asortymentu opisanego w powyższym pytaniu.

Ponieważ warunki zamówienia nie ulegają zmianie, aktualny pozostaje również termin składania ofert ustalony do dnia 27.04.2017 r. do godziny 10.00 oraz termin otwarcia ofert: w tym samym dniu o godzinie 10.30.

Egz.:
1. adresat.
2. aa.

Telefony:

Centrala:	032 42-91-000	Główny Księgowy:	032 42-91-299	Dział Zamówień Publicznych:	032 42-91-287
Sekretariat:	032 42-91-251	Dział Organizacyjny:	032 42-92-613	Dział Zaopatrzenia:	032 42-91-214
Fax:	032 42-28-272				