

LAS-336/1-PN/61-2017

Rybnik, dnia 04.07.2017 r.

Do Wykonawców uczestniczących
w postępowaniu o udzielenie zamówienia

WYJAŚNIENIE – MODYFIKACJA 1

PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO NA:

dostawy rękawic chirurgicznych (zamówienie nr LAS-336-PN/61-2017)
ogłoszonego w Biuletynie Zamówień Publicznych
w dniu 26.06.2017 r., pod nr 537257-N-2017

W związku z wniesionymi zapytaniem, zamawiający udziela poniższych odpowiedzi. Ponadto zamawiający wprowadza niżej podane modyfikacje.

Pytanie 1: „Pakiet 1, poz. 1

Czy Zamawiający dopuści rękawice chirurgiczne o długości min. 280mm?”

Pytanie 2: „Pakiet 1, poz. 1

Czy Zamawiający dopuści rękawice chirurgiczne o zawartości protein poniżej 33 µg/g?”

Pytanie 3: „Pakiet 1, poz. 1

Czy Zamawiający dopuści rękawice chirurgiczne o grubościach:

Palec (13mm od czubka) 0,22±0,02mm

Dłoń (w środkowej części) 0,19±0,01mm

Mankiet (25mm od końca mankietu) 0,17±0,01mm”

Odpowiedź 1-3: Zamawiający dopuszcza zaoferowanie asortymentu pierwotnie określonego w specyfikacji istotnych warunków zamówienia, jak również asortymentu opisanego w powyższym pytaniu – przy zachowaniu pozostałych wymagań określonych przez zamawiającego. W przypadku zaoferowania asortymentu dopuszczonego niniejszym wyjaśnieniem - modyfikacją należy w załączniku 1.1 nanieść stosownie skorygowane zapisy tak, by nie było wątpliwości, co zaoferowano w danej pozycji.

Pytanie 4: „Pakiet 1, poz. 1

Czy Zamawiający dopuści rękawice chirurgiczne o grubościach:

Palec (13mm od czubka) 0,21 ±0,02

Dłoń (w środkowej części) 0,18 ±0,02

Mankiet (25mm od końca mankietu) 0,16 ±0,02”

Odpowiedź 4: Zamawiający podtrzymuje wymagania opisane w specyfikacji istotnych warunków zamówienia – nie dopuszcza zaoferowania asortymentu opisanego w powyższym pytaniu.


Pytanie 5: „Pakiet 1. Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie rękawic o długości całkowitej zgodnej z wytycznymi ustawodawcy określonymi w normie EN 455-2, zgodnymi z wymogami ASTM D3577 i ISO 10282, wynoszącej dla rozmiaru 6 i 6,5 – min. 260 mm, 7 i 7,5 oraz 8 – min. 275 mm oraz dla 8,5 i 9 – 285 mm, która w pełni zakrywa mankiet fartucha i zapewnia bezpieczeństwo pracy podczas zabiegu chirurgicznego. . AQL ≤ 1,0. Powierzchnia mikroteksturowana na całej powierzchni , zapewniająca dobrą chwytność. Wewnętrzna

Telefony:

Centrala: 032 42-91-000 Główny Księgowy: 032 42-91-299 Dział Zamówień Publicznych: 032 42-91-287

Sekretariat: 032 42-91-251 Dział Organizacyjny: 032 42-92-613 Dział Zaopatrzenia: 032 42-91-214

Fax: 032 42-28-272



warstwa polimerowa o strukturze sieci, ułatwiająca nakładanie na suche i wilgotne dłonie. Grubość na dłoni min. $0,185 \pm 0,02$ mm, na mankiecie min. 0,145 mm. Poziom protein < 10 $\mu\text{g/g}$ potwierdzony badaniami niezależnego laboratorium od producenta.”

Odpowiedź 5: Zamawiający podtrzymuje wymagania opisane w specyfikacji istotnych warunków zamówienia – nie dopuszcza zaferowania asortymentu opisanego w powyższym pytaniu.

Pytanie 6: „**Pakiet 1.** Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie nieznacznie różniącej grubości konwencjonalnej rękawicy wynoszącej na dłoni min. 0,19 mm, AQL $\leq 1,0$.”

Odpowiedź 6: Zamawiający dopuszcza zaferowanie asortymentu pierwotnie określonego w specyfikacji istotnych warunków zamówienia, jak również asortymentu opisanego w powyższym pytaniu – przy zachowaniu pozostałych wymagań określonych przez zamawiającego. W przypadku zaferowania asortymentu dopuszczonego niniejszym wyjaśnieniem - modyfikacją należy w załączniku 1.1 nanieść stosownie skorygowane zapisy tak, by nie było wątpliwości, co zaferowano w danej pozycji.

Pytanie 7: Pakiet 1. „W związku z tym, że Zamawiający nie określił typu sterylizacji dla konwencjonalnych rękawic chirurgicznych, prosimy o doprecyzowanie czy rękawice mają być sterylizowane radiacyjnie? Pragniemy zaznaczyć, że taki typ sterylizacji wyeliminuje całkowicie ryzyko bezpośredniego kontaktu dłoni z szkodliwymi substancjami stosowanymi przy sterylizacji gazowej.”

Odpowiedź 7: Zamawiający nie stawia dodatkowych wymagań poza wymienionymi w specyfikacji istotnych warunków zamówienia i formularzu cenowym.

Pytanie 8: „**Pakiet 1.** Prosimy Zamawiającego o doprecyzowanie czy w celu ograniczenia kosztów utylizacji oraz organizacji powierzchni magazynowej oczekuje aby rękawice były pakowane parami w szczelne blistery o wymiarach boku nie większych niż 17 cm?”

Odpowiedź 8: Zamawiający nie stawia dodatkowych wymagań poza wymienionymi w specyfikacji istotnych warunków zamówienia i formularzu cenowym.

Pozostałe warunki zamówienia nie ulegają zmianie, aktualny pozostaje również termin składania ofert ustalony do dnia 07.07.2017 r. do godziny 11.00 oraz termin otwarcia ofert: w tym samym dniu o godzinie 11.30.

Egz.:
1. adresat.
2. aa.

Telefony:

Centrala:	032 42-91-000	Główny Księgowy:	032 42-91-299	Dział Zamówień Publicznych:	032 42-91-287
Sekretariat:	032 42-91-251	Dział Organizacyjny:	032 42-92-613	Dział Zaopatrzenia:	032 42-91-214
Fax:	032 42-28-272				