

LAS-196/2-PN/46-2017

Rybnik, dnia 06.07.2017 r.

Do Wykonawców uczestniczących
w postępowaniu o udzielenie zamówienia

WYJAŚNIENIE – MODYFIKACJA 1

PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO NA:

dostawy specjalistycznych wyrobów medycznych dla Pracowni Hemodynamiki
(zamówienie nr LAS-196-PN/46-2017)
ogłoszonym w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej
z dnia 07.06.2017 r., nr 2017/S 107-214709

**W związku z wniesionymi zapytaniami, zamawiający udziela poniższych odpowiedzi.
Ponadto zamawiający wprowadza niżej podane modyfikacje.**

Pytanie 1: „Czy Zamawiający, w zakresie pakietu nr 16, dopuści złożenie oferty z cewnikiem do aspiracji o długości 140cm, kompatybilnym z cewnikami prowadzącymi 6 i 7F, spełniającymi pozostałe wymagania z SIWZ?”

Odpowiedź 1: Zamawiający dopuszcza zaoferowanie asortymentu pierwotnie określonego w specyfikacji istotnych warunków zamówienia jak również asortymentu opisanego w powyższym pytaniu przy zachowaniu pozostałych wymagań zawartych w formularzu cenowym i ustalonych niniejszym pismem. W przypadku zaoferowania asortymentu dopuszczonego niniejszym wyjaśnieniem – modyfikacją należy w formularzu cenowym w kolumnie „Opis przedmiotu zamówienia” nanieść stosownie skorygowane zapisy – tak, by z oferty jasno wynikało co wykonawca zaferował.

Pytanie 2: „dotyczy Pakietu nr 1 – Stenty uwalniające lek

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie stentu uwalniającego lek rapamacynę, kompatybilny z cewnikiem prowadzącym 6F, o długościach 13, 16, 18, 21, 23, 26, 29, 31, 33, 35, 38 oraz średnicach 2.25, 2.5, 2.75, 3.0, 3.5, 4.0 mm? Pozostałe parametry bez zmian.”

Odpowiedź 2: Zamawiający nie zmienia zapisów specyfikacji istotnych warunków zamówienia w tym zakresie – nie dopuszcza zaoferowania asortymentu wskazanego w pytaniu.


Pytanie 3: „dotyczy Pakietu nr 23 – mikrocewnik do przewlekłych okluzji tętnic

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie mikrocewnika z taperowanym shaftem o średnicy wewnętrznej proksymalnej 0,018” i dystalnej 0,016”, o długości 135 cm? Pozostałe parametry bez zmian.”

Odpowiedź 3: Zamawiający dopuszcza zaoferowanie asortymentu pierwotnie określonego w specyfikacji istotnych warunków zamówienia jak również asortymentu opisanego w powyższym pytaniu przy zachowaniu pozostałych wymagań zawartych w formularzu cenowym i ustalonych niniejszym pismem. W przypadku zaoferowania asortymentu dopuszczonego niniejszym wyjaśnieniem – modyfikacją należy w formularzu cenowym w kolumnie „Opis przedmiotu zamówienia” nanieść stosownie skorygowane zapisy – tak, by z oferty jasno wynikało co wykonawca zaferował.

Telefony:

Centrala:	032 42-91-000	Główny Księgowy:	032 42-91-299	Dział Zamówień Publicznych:	032 42-91-287
Sekretariat:	032 42-91-251	Dział Organizacyjny:	032 42-92-613	Dział Zaopatrzenia:	032 42-91-214
Fax:	032 42-28-272				



Pytanie 4: „Dotyczy: Pakiet 34 Czy Zamawiający w pakiecie 34 dopuści złożenie oferty na łącznik wysokociśnieniowy o długości 120cm lub o długości 180cm? Pozostałe wskazane parametry bez zmian.

Zgoda Zamawiającego umożliwi złożenie firmom specjalizującym się wyłącznie w tego typu produktach medycznych (łącznikach do podawania kontrastu) korzystniejszej oferty cenowej i jakościowej, niż w przypadku w/w ograniczenia długości.

Argumentem przemawiającym za wyrażeniem zgody jest także fakt, iż z pewnością będzie miało to wpływ na korzystniejsze wydatkowanie środków publicznych przez Zamawiającego.

Odpowiedź 4: Zamawiający dopuszcza zaoferowanie asortymentu pierwotnie określonego w specyfikacji istotnych warunków zamówienia jak również asortymentu opisanego w powyższym pytaniu o długości 180 cm przy zachowaniu pozostałych wymagań zawartych w formularzu cenowym i ustalonych niniejszym pismem. W przypadku zaoferowania asortymentu dopuszczonego niniejszym wyjaśnieniem – modyfikacją należy w formularzu cenowym w kolumnie „Opis przedmiotu zamówienia” nanieść stosownie skorygowane zapisy –tak, by z oferty jasno wynikało co wykonawca zaoferował.

Pytanie 5: „Czy Zamawiający dopuści prowadnik do pomiaru cząstkowej rezerwy przepływu (FFR, iFR)? Pozostałe cechy techniczne bez zmian.”

Odpowiedź 5: Zamawiający dopuszcza zaoferowanie asortymentu pierwotnie określonego w specyfikacji istotnych warunków zamówienia jak również asortymentu opisanego w powyższym pytaniu przy zachowaniu pozostałych wymagań zawartych w formularzu cenowym i ustalonych niniejszym pismem. W przypadku zaoferowania asortymentu dopuszczonego niniejszym wyjaśnieniem – modyfikacją należy w formularzu cenowym w kolumnie „Opis przedmiotu zamówienia” nanieść stosownie skorygowane zapisy – tak, by z oferty jasno wynikało co wykonawca zaoferował.

Pytanie 6: „Pakiet nr 11

Opis oryginalny:

Wewnątrznaczyniowa głowica ultradźwiękowa (IVUS) w postaci cewnika o długości roboczej 150 cm. Możliwe wprowadzenie do światła naczynia z użyciem prowadnika o max. średnicy 0,014 cala; system

kompatybilny ze stacją roboczą umożliwiającą podłączenie typu p&p lub wg potrzeb Zamawiającego.

Cewnik lub mikrocewnik do pomiaru cząstkowej rezerwy przepływu (FFR, IFR).

Długość cewnika od 175 cm. Średnica prowadnika 0,014 cala; system kompatybilny ze stacją roboczą umożliwiającą podłączenie typu p&p.

Pytanie do pakietu nr 11.


Prosimy o dopuszczenie w pakiecie nr 11 rozwiązania w postaci IVUS-a HD z możliwością obrazowania o częstotliwości 60 MHz i wizualizacją 40 µm (rozdzielczość osiowa) i szybkością pullback 05-10 mm/s, długość robocza 142 cm, współpracujący ze standardowym prowadnikiem 0,014 cala, kompatybilne z konsolą typu p&p.

lub

Mikrocewnik FFR oparty na technologii światłowodowej, współpracujący z cewnikami od 5F, Cewnik o pojedynczym świetle typu monorail przeznaczonym do użytkowania ze standardowymi prowadnikami o średnicy 0,014 cala (0,36 mm) w naczyniach tętnicznych,

Telefony:

Centrala:	032 42-91-000	Główny Księgowy:	032 42-91-299	Dział Zamówień Publicznych:	032 42-91-287
Sekretariat:	032 42-91-251	Dział Organizacyjny:	032 42-92-613	Dział Zaopatrzenia:	032 42-91-214
Fax:	032 42-28-272				



długość robocza 150 cm, kompatybilne z konsolą typu p&p. Reszta zapisów zgodnie z SIWZ."

Odpowiedź 6: Zamawiający dopuszcza zaferowanie asortymentu pierwotnie określonego w specyfikacji istotnych warunków zamówienia jak również asortymentu opisanego w powyższym pytaniu przy zachowaniu pozostałych wymagań zawartych w formularzu cenowym i ustalonych niniejszym pismem. W przypadku zaferowania asortymentu dopuszczonego niniejszym wyjaśnieniem – modyfikacją należy w formularzu cenowym w kolumnie „Opis przedmiotu zamówienia” nanieść stosownie skorygowane zapisy –tak, by z oferty jasno wynikało co wykonawca zaferował.

Pytanie 7: „Dotyczy przedmiotu zamówienia – pakiet nr 7”

Prosimy o dopuszczenie w miejsce przedmiotu zamówienia opisanego w pakiecie nr 7 załącznika nr 1.1. do siwz przewodników hydrofilnych o ukształtowaniu końcówki: prosta lub zagięta 45° o dostępnych długościach 150, 180, 260, 320cm. Pozostałe parametry zgodnie z wymogami siwz.”

Odpowiedź 7: Zamawiający nie zmienia zapisów specyfikacji istotnych warunków zamówienia w tym zakresie – nie dopuszcza zaferowania asortymentu wskazanego w pytaniu.

Pytanie 8: „Dotyczy przedmiotu zamówienia – pakiet nr 8”

Prosimy o dopuszczenie w miejsce przedmiotu zamówienia opisanego w pakiecie nr 8 załącznika nr 1.1. do siwz koszulek wprowadzających typu „Cross-over” o długości 40cm. Pozostałe parametry zgodnie z siwz.”

Odpowiedź 8: Zamawiający dopuszcza zaferowanie asortymentu pierwotnie określonego w specyfikacji istotnych warunków zamówienia jak również asortymentu opisanego w powyższym pytaniu przy zachowaniu pozostałych wymagań zawartych w formularzu cenowym i ustalonych niniejszym pismem. W przypadku zaferowania asortymentu dopuszczonego niniejszym wyjaśnieniem – modyfikacją należy w formularzu cenowym w kolumnie „Opis przedmiotu zamówienia” nanieść stosownie skorygowane zapisy – tak, by z oferty jasno wynikało co wykonawca zaferował.

Pytanie 9: „Dotyczy przedmiotu zamówienia – pakiet nr 31”

Prosimy o dopuszczenie w miejsce przedmiotu zamówienia opisanego w pakiecie nr 31 załącznika nr 1.1. do siwz pętli jednooczkowej do usuwania ciał obcych o konstrukcji umożliwiającej chwytanie obiektów pod każdym kątem o długości min. 125cm.”

Odpowiedź 9: Zamawiający nie zmienia zapisów specyfikacji istotnych warunków zamówienia w tym zakresie – nie dopuszcza zaferowania asortymentu wskazanego w pytaniu.

Pytanie 10: „Pakiet 18 – Stenty wieńcowe”


Zwracamy się z uprzejmą prośbą do Zamawiającego o dopuszczenie stentów o długościach: 8, 13, 16, 19, 24, 29, 32, 37, 40, 44 i 48 mm.

Pozostałe parametry zgodne z wymogami SIWZ.”

Odpowiedź 10: Zamawiający dopuszcza zaferowanie asortymentu pierwotnie określonego w specyfikacji istotnych warunków zamówienia jak również asortymentu opisanego w powyższym pytaniu przy zachowaniu pozostałych wymagań zawartych w formularzu cenowym i ustalonych niniejszym pismem. W przypadku zaferowania asortymentu dopuszczonego niniejszym wyjaśnieniem – modyfikacją należy w formularzu cenowym w kolumnie „Opis przedmiotu zamówienia” nanieść stosownie skorygowane zapisy – tak, by z oferty jasno

Telefony:

Centrala:	032 42-91-000	Główny Księgowy:	032 42-91-299	Dział Zamówień Publicznych:	032 42-91-287
Sekretariat:	032 42-91-251	Dział Organizacyjny:	032 42-92-613	Dział Zaopatrzenia:	032 42-91-214
Fax:	032 42-28-272				



wynikało co wykonawca zaoferował.

Pytanie 11: „Czy w pakiecie nr 11 Zamawiający rozważa uszczegółowienie ilości cewników do poszczególnych rodzajów zabiegów diagnostycznych - IVUS i FFR z ogólnej liczby 50 sztuk ?”

Odpowiedź 11: Zamawiający zmienia zapisów specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

Pytanie 12: „Czy zamawiający w pakiecie nr 11 oczekuje powołując się na opis techniczny dostarczenie Konsoli IVUS lub FFR ?”

Odpowiedź 12: Zamawiający oczekuje asortymentu zgodnego z opisem przedmiotu zmatowienia zawartym w formularzu cenowym.

Pytanie 13: „Pakiet 16 Cewnik do aspiracji skrzeplin

Czy zamawiający dopuści do oceny cewnik aspiracyjny o długości 135 cm dla 6Fr i 141 cm dla długości 7Fr. Pozostałe parametry bez zmian.”

Odpowiedź 13: Zamawiający nie zmienia zapisów specyfikacji istotnych warunków zamówienia w tym zakresie – nie dopuszcza zaoferowania asortymentu wskazanego w pytaniu.

Pytanie 14: „Pętla do usuwania ciał obcych

Czy zamawiający dopuści do oceny pętla do usuwania ciał obcych o długości 125 cm i maksymalnej średnicy 35mm. Pozostałe parametry bez zmian”

Odpowiedź 14: Zamawiający nie zmienia zapisów specyfikacji istotnych warunków zamówienia w tym zakresie – nie dopuszcza zaoferowania asortymentu wskazanego w pytaniu.

Pytanie 15: „Pakiet 20

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w pakiecie 20 balonu tnącego z dwoma drutami uczestniczącymi w procesie dylatacji: wbudowany drut 0.011", zintegrowany zewnętrznie na balonie, stanowiący platformę tnącą oraz standardowy guidewire 0.014". Typ balonu - non compliant NP - 12 atm i RBP - 20 atm. Dostępny w średnicach: 1,75; 2,0; 2,25; 2,5; 2,75; 3,0; 3,5; 4,0 mm oraz długościach: 10, 15, 20 mm. Crossing profile 0.0313". Długość systemu 140 cm?”



Odpowiedź 15: Zamawiający dopuszcza zaoferowanie asortymentu pierwotnie określonego w specyfikacji istotnych warunków zamówienia jak również asortymentu opisanego w powyższym pytaniu przy zachowaniu pozostałych wymagań zawartych w formularzu cenowym i ustalonych niniejszym pismem. W przypadku zaoferowania asortymentu dopuszczonego niniejszym wyjaśnieniem – modyfikacją należy w formularzu cenowym w kolumnie „Opis przedmiotu zamówienia” nanieść stosownie skorygowane zapisy – tak, by z oferty jasno wynikało co wykonawca zaoferował.

Pytanie 16: „Dotyczy pakietu nr 4; poz. 2:

Prosimy o dopuszczenie w postępowaniu introducerów zbrojonych **spełniających wszystkie wymagania SIWZ**, które w zestawie posiadają **miniprowadnik 0,018” z końcówką prostą. Sprzęt jest najwyższej jakości, z bardzo gładkim, atraumatycznym przejściem między dylatatorem a koszulką. Gwarantujemy doskonałą jakość i**

Telefony:

Centrala:	032 42-91-000	Główny Księgowy:	032 42-91-299	Dział Zamówień Publicznych:	032 42-91-287
Sekretariat:	032 42-91-251	Dział Organizacyjny:	032 42-92-613	Dział Zaopatrzenia:	032 42-91-214
Fax:	032 42-28-272				



Odpowiedź 16: Zamawiający nie zmienia zapisów specyfikacji istotnych warunków zamówienia w tym zakresie – nie dopuszcza zaoferowania asortymentu wskazanego w pytaniu.

Pytanie 17: „Dotyczy pakietu nr 12

*W celu przedłożenia oferty konkurencyjnej cenowo, prosimy Zamawiającego o dopuszczenie w pakiecie 12 - Zestawu do nakłucia żyły podobojczykowej z rozrywaną koszulką do wprowadzenia elektrody rozrusznikowej, długość koszulki 13,5cm. W skład zestawu wchodzi dylator o długości 17 cm, igła 18 G x 70 mm oraz strzykawka 10 ml od europejskiego producenta, które używane są w wielu klinikach w Polsce, Europie i cieszą się doskonałą opinią. Dodatkową korzyścią jest przewodnik o długości 50 cm zakończony z jednej strony końcówką prostą, z drugiej strony końcówką „J” (promień 3 mm), wykonany ze stali nierdzewnej. **Pozostałe parametry zgodne z SIWZ.**”*

Odpowiedź 17: Zamawiający dopuszcza zaoferowanie asortymentu pierwotnie określonego w specyfikacji istotnych warunków zamówienia jak również asortymentu opisanego w powyższym pytaniu przy zachowaniu pozostałych wymagań zawartych w formularzu cenowym i ustalonych niniejszym pismem. W przypadku zaoferowania asortymentu dopuszczonego niniejszym wyjaśnieniem – modyfikacją należy w formularzu cenowym w kolumnie „Opis przedmiotu zamówienia” nanieść stosownie skorygowane zapisy – tak, by z oferty jasno wynikało co wykonawca zaoferował.


Pytanie 18: „Dotyczy pakietu nr 19, poz. 4: Pakiet nr 19 składa się z 6 niezależnych pozycji.

Zwracamy się do Zamawiającego o dopuszczenie w pozycji nr 4 przewodników z powłoką z PTFE o długości 180 cm (wymagana także długość 200cm).

WSZYSTKIE POZOSTAŁE PARAMETRY Z POSZCZEGÓLNYCH POZYCJI ZGODNE Z SIWZ.

Telefony:

Centrala:	032 42-91-000	Główny Księgowy:	032 42-91-299	Dział Zamówień Publicznych:	032 42-91-287
Sekretariat:	032 42-91-251	Dział Organizacyjny:	032 42-92-613	Dział Zaopatrzenia:	032 42-91-214
Fax:	032 42-28-272				



Odpowiedź 18: Zamawiający nie zmienia zapisów specyfikacji istotnych warunków zamówienia w tym zakresie – nie dopuszcza zaoferowania asortymentu wskazanego w pytaniu.

Pytania 19-22 dotyczą zapisów SIWZ oraz wzoru umowy:

Pytanie 19: „Dotyczy: wzór umowy, par. 1 ust. 4

Prosimy o zmianę ww. zapisu na następujący: >>Zamawiający zastrzega sobie prawo realizowania zamówień w ilościach uzależnionych od rzeczywistych potrzeb oraz do ograniczenia zamówienia w zakresie rzeczowym i ilościowym o maksymalnie 20% wartości umowy, co nie jest odstępniem od umowy nawet w części i nie stwarza po stronie Wykonawcy jakichkolwiek roszczeń, w tym odszkodowawczych.<<”

Odpowiedź 19: Zamawiający nie wyraża zgody na wprowadzenie proponowanych zmian do wzoru umowy.

Pytanie 20: „Dotyczy: wzór umowy, par. 10 ust. 1

Wnosimy o zmianę ww. zapisu na: >>Wykonawca nie może dokonać cesji wierzytelności powstałych w związku z realizacją niniejszej umowy na rzecz osoby trzeciej bez zgody Zamawiającego, wyrażonej w trybie art.54 ust. 5 ustawy o działalności leczniczej z dnia 15.04.2011 r. (Dz.U. Nr 112, poz. 654). W przypadku nieuiszczenia przez Zamawiającego zapłaty w terminie 14 dni od dnia otrzymania wezwania Wykonawcy do zapłaty, Wykonawca ma prawo dokonać przelewu wierzytelności zgodnie z art. 509 k.c. a zastrzeżenie umowne wyrażone w zdaniu poprzedzającym strony traktują, jako nieistniejące.<<”

Odpowiedź 20: Zamawiający nie wyraża zgody na wprowadzenie proponowanych zmian do wzoru umowy.

Pytanie 21: „Wnosimy o dodanie do §10 ust. 2 punkt czwarty wzoru umowy zdania/ustępu w następującym brzmieniu: >>Powyższy zapis nie wyłącza możliwości upoważnienia przez Wykonawcę pełnomocnika prawnego (adwokata, radcy prawnego) do reprezentacji i podejmowania działań w jego imieniu.<<

Zapis §10 ust. 2 punkt czwarty w dotychczasowej formie jest zrozumiały w kontekście zabezpieczenia Zamawiającego przed ewentualnymi próbami obchodzenia przez Wykonawców zakazu dokonywania cesji wierzytelności. Jednakże należy wziąć pod uwagę, iż treść przywoływanego zapisu może być powodem nieuzasadnionego wyłączenia możliwości reprezentacji Wykonawców przez powołanych przez nich pełnomocników prawnych.

Odpowiedź 21: Zamawiający nie wyraża zgody na wprowadzenie proponowanych zmian do wzoru umowy.


Pytanie 22: „Wnosimy o wykreślenie zapisów §10 ust. 4.

Uchybienia Wykonawcy nie dotyczące wykonania przedmiotu zamówienia, nie powinny być podstawą do naliczania kar umownych, ponieważ nie można ich rozpatrywać w kategoriach nie wykonania lub nienależytego wykonania umowy. Takie kary są sprzeczne z zasadami współżycia społecznego i mogą być postrzegane jako nadużywanie przez Zamawiającego prawa do swobodnego kształtowania umów.”

Odpowiedź 22: Zamawiający nie wyraża zgody na wprowadzenie proponowanych zmian do wzoru umowy. Biorąc pod uwagę ust. 5 tego paragrafu.

Telefony:

Centrala:	032 42-91-000	Główny Księgowy:	032 42-91-299	Dział Zamówień Publicznych:	032 42-91-287
Sekretariat:	032 42-91-251	Dział Organizacyjny:	032 42-92-613	Dział Zaopatrzenia:	032 42-91-214
Fax:	032 42-28-272				



*Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej
Wojewódzki Szpital Specjalistyczny nr 3 w Rybniku
44-200 Rybnik, ul. Energetyków 46*

www.szpital.rybnik.pl, e-mail: szpital@szpital.rybnik.pl

Regon 272780323; NIP: 642-25-85-351; KRS: 0000067701



Pozostałe warunki zamówienia nie ulegają zmianie, aktualny pozostaje również termin składania ofert ustalony do dnia 14.07.2017 r. do godziny 10.00 oraz termin otwarcia ofert: w tym samym dniu o godzinie 10.30.

Egz.:

1. adresat.
2. aa.

Telefony:

Centrala:	032 42-91-000	Główny Księgowy:	032 42-91-299	Dział Zamówień Publicznych:	032 42-91-287
Sekretariat:	032 42-91-251	Dział Organizacyjny:	032 42-92-613	Dział Zaopatrzenia:	032 42-91-214
<u>Fax:</u>	032 42-28-272				