

LAS-196/4-PN/46-2017

Rybnik, dnia 07.07.2017 r.

Do Wykonawców uczestniczących
w postępowaniu o udzielenie zamówienia

WYJAŚNIENIE – MODYFIKACJA 3

PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO NA:

dostawy specjalistycznych wyrobów medycznych dla Pracowni Hemodynamiki
(zamówienie nr LAS-196-PN/46-2017)
ogłoszonym w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej
z dnia 07.06.2017 r., nr 2017/S 107-214709

W związku z wniesionym przez wykonawcę kolejnymi zapytaniem (numeracja pytań i odpowiedzi stanowi kontynuację w stosunku do numeracji zawartej w piśmie nr LAS-196/2-PN/56-2017 z dnia 06.07.2017 r.) zamawiający udziela poniższych odpowiedzi.

Pytanie 23: „Dotyczy części nr 2.

Czy zamawiający dopuści stent o długości 9, 12, 15, 18, 24, 28, 33, 38 mm bez przedziału 21-23 mm?

Reszta parametrów SIWZ bez zmian.”

Odpowiedź 23: Zamawiający dopuszcza zaferowanie asortymentu pierwotnie określonego w specyfikacji istotnych warunków zamówienia jak również asortymentu opisanego w powyższym pytaniu przy zachowaniu pozostałych wymagań zawartych w formularzu cenowym i ustalonych niniejszym pismem. W przypadku zaferowania asortymentu dopuszczonego niniejszym wyjaśnieniem – modyfikacją należy w formularzu cenowym w kolumnie „Opis przedmiotu zamówienia” nanieść stosownie skorygowane zapisy – tak, by z oferty jasno wynikało co wykonawca zaferował.

Pytanie 24: „Dotyczy części nr 5.

Czy zamawiający dopuści, balon o długościach 10, 15, 20, 30, 40 mm (bez długości w przedziale 24-26mm)?

Reszta parametrów SIWZ bez zmian.”

Odpowiedź 24: Zamawiający dopuszcza zaferowanie asortymentu pierwotnie określonego w specyfikacji istotnych warunków zamówienia jak również asortymentu opisanego w powyższym pytaniu przy zachowaniu pozostałych wymagań zawartych w formularzu cenowym i ustalonych niniejszym pismem. W przypadku zaferowania asortymentu dopuszczonego niniejszym wyjaśnieniem – modyfikacją należy w formularzu cenowym w kolumnie „Opis przedmiotu zamówienia” nanieść stosownie skorygowane zapisy – tak, by z oferty jasno wynikało co wykonawca zaferował.


Pytanie 25: „Dotyczy części nr 18.

Czy zamawiający dopuści stent o długości 9, 12, 15, 18, 24, 28, 33, 38 mm bez przedziału 21-23 mm?

Reszta parametrów SIWZ bez zmian.”

Telefony:

Centrala:	032 42-91-000	Główny Księgowy:	032 42-91-299	Dział Zamówień Publicznych:	032 42-91-287
Sekretariat:	032 42-91-251	Dział Organizacyjny:	032 42-92-613	Dział Zaopatrzenia:	032 42-91-214
Fax:	032 42-28-272				



*Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej
Wojewódzki Szpital Specjalistyczny nr 3 w Rybniku
44-200 Rybnik, ul. Energetyków 46*

www.szpital.rybnik.pl, e-mail: szpital@szpital.rybnik.pl

Regon 272780323; NIP: 642-25-85-351; KRS: 0000067701



Odpowiedź 25: Zamawiający nie zmienia zapisów specyfikacji istotnych warunków zamówienia w tym zakresie – nie dopuszcza zaoferowania asortymentu wskazanego w pytaniu.

Pozostałe warunki zamówienia nie ulegają zmianie, aktualny pozostaje również termin składania ofert ustalony do dnia 14.07.2017 r. do godziny 10.00 oraz termin otwarcia ofert: w tym samym dniu o godzinie 10.30.

Egz.:

1. adresat.
2. aa.

Telefony:

Centrala:	032 42-91-000	Główny Księgowy:	032 42-91-299	Dział Zamówień Publicznych:	032 42-91-287
Sekretariat:	032 42-91-251	Dział Organizacyjny:	032 42-92-613	Dział Zaopatrzenia:	032 42-91-214
<u>Fax:</u>	032 42-28-272				