



TAM-348/1-PN/34-2014

Rybnik, dnia 04.06.2014 r.

Do Wykonawców uczestniczących  
w postępowaniu o udzielenie zamówienia

### WYJAŚNIENIE – MODYFIKACJA 1

W PRZETARGU NIEOGRANICZONYM NA:

obsługę serwisową aparatury medycznej  
(zamówienie nr TAM-348-PN/34-2014)  
ogłoszonym w Biuletynie Zamówień Publicznych  
w dniu 30.05.2014 r., pod nr 184428 - 2014

W związku z wniesionymi przez wykonawców zapytaniem, zamawiający udziela następujących odpowiedzi. Ponadto zamawiający wprowadza niżej podane modyfikacje.

**Pytanie 1: „dotyczy zapisów § 4 ust. 3 oraz § 5 ust. 4 projektu Umowy:**

*Czy Zamawiający zgodzi się na zrównanie terminów płatności określonych w par. 4 ust.3 i par. 5 ust. 4 – do 30 dni tak, żeby podmioty: Zamawiający i Wykonawca były równo traktowane w umowie?”*

**Pytanie 2: „dotyczy zapisów § 4 ust. 3 oraz § 5 ust. 4 projektu Umowy:**

*Jeżeli Zamawiający nie wyrazi zgody na powyższe, zwracam się z prośbą o skrócenie wymaganego przez Zamawiającego terminu płatności do 45 dni, natomiast wydłużenie terminu zapłaty na rzecz Zamawiającego do 30 dni od chwili wystawienia obciążeniowej noty księgowej. Uzasadnienie: jak powyżej.”*

**Odpowiedź 1 i 2: Zamawiający nie wyraża zgody na wprowadzenie proponowanych zmian.**

**Pytania 3 i 4 dotyczą pakietu 1, odpowiedź zamawiającego odnosi się do wszystkich pakietów.**

**Pytanie 3: „Zamawiający wymaga, aby wykonawca posiadał autoryzację producenta do prowadzenia obsługi serwisowej urządzeń objętych przedmiotem umowy. Czy Zamawiający dopuści do przetargu wykonawcę posiadającego autoryzację wystawioną przed podmiot utworzony przez producenta do reprezentowania jego interesów na terenie Polski?”**

**Odpowiedź 3: Zamawiający nie dopuści takiego wykonawcy. Zamawiający dopuści wykonawcę posiadającego autoryzację wystawioną przez podmiot uprawniony lub upoważniony przez producenta do wystawienia takiej autoryzacji z uwzględnieniem okoliczności faktycznych lub prawnych.**

**Pytanie 4: „§ 3 ust. 5 – wnosimy o usunięcie zapisu. Przedmiotem postępowania jest obsługa serwisowa będzie polegać na wykonaniu następujących czynności: przegląd, konserwacja, pomiary bezpieczeństwa elektrycznego, kalibracja, czyszczenie – wg wytycznych producenta urządzenia a nie dostawa sprzętu. Zatem żądanie wymiany uszkodzonego urządzenia na nowe jest bezzasadne.”**

**Odpowiedź 4: Zamawiający modyfikuje treść § 3 ust. 5 wzoru umowy, który otrzymuje następujące brzmienie: „W przypadku braku możliwości usunięcia wady usługi skutkującej uszkodzeniem urządzenia będącego przedmiotem obsługi serwisowej, Wykonawca zobowiązuje**

**Telefony:**

Centrala:	032 42-91-000	Główny Księgowy:	032 42-91-299	Dział Zamówień Publicznych:	032 42-91-287
Sekretariat:	032 42-91-251	Dział Organizacyjny:	032 42-92-613	Dział Zaopatrzenia:	032 42-91-214
<b><u>Fax:</u></b>	032 42-28-272				

**się do wymiany uszkodzonego urządzenia na nowe o nie gorszych parametrach od urządzenia uszkodzonego w ciągu 30 dni, licząc od dnia otrzymania wyników ekspertyz.”**

**Pozostałe warunki zamówienia nie ulegają zmianie, aktualny pozostaje termin składania ofert ustalony do dnia 09.06.2014 r. do godziny 12.00 oraz termin otwarcia ofert: w tym samym dniu o godzinie 12.30.**

Egz.:

1. adresat.
2. aa.