



LAS-412/1-PN/76-2017

Rybnik, dnia 03.10.2017 r.

Do Wykonawców uczestniczących
w postępowaniu o udzielenie zamówienia

WYJAŚNIENIE – MODYFIKACJA 1

PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO NA:

dostawy wyrobów medycznych dla Pracowni Hemodynamiki (zamówienie nr LAS-412-PN/76-2017)
ogłoszonym w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej
z dnia 26.09.2017 r., nr 2017/S 184-376745

W związku z wniesionymi zapytaniami, zamawiający udziela poniższych odpowiedzi. Ponadto zamawiający wprowadza niżej podane modyfikacje.

Pytanie 1: „Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie w pakiecie 1 zestawów do monitorowania ciśnienia w konfiguracji z drenem ciśnieniowym 150 cm + 15 cm.”

Odpowiedź 1 Zamawiający dopuszcza zaoferowanie asortymentu pierwotnie określonego w specyfikacji istotnych warunków zamówienia jak również asortymentu opisanego w powyższym pytaniu przy zachowaniu pozostałych wymagań zawartych w formularzu cenowym i ustalonych niniejszym pismem. **W przypadku zaoferowania asortymentu dopuszczonego niniejszym wyjaśnieniem – modyfikacją należy w formularzu cenowym w kolumnie „Opis przedmiotu zamówienia” nanieść stosownie skorygowane zapisy – pod rygorem odrzucenia oferty, tak, by z oferty jasno wynikało co wykonawca zaoferował.**

Pytanie 2: „Zwracamy się z prośbą o uszczegółowienie, czy w pakiecie 1 Zamawiający wymaga zaoferowania zestawów do monitorowania ciśnienia z przewodem do monitorów z połączeniem wodoszczelnym, bezpinowym typu RJ jak dotychczas stosowane.”

Odpowiedź 2: Zamawiający nie stawia dodatkowych wymagań poza wymienionymi w formularzu cenowym i SIWZ.

Pozostałe warunki zamówienia nie ulegają zmianie, aktualny pozostaje również termin składania ofert ustalony do dnia 09.10.2017 r. do godziny 10.00 oraz termin otwarcia ofert: w tym samym dniu o godzinie 10.30.

Egz.:

1. adresat.
2. aa.

Telefony:

Centrala:	032 42-91-000	Główny Księgowy:	032 42-91-299	Dział Zamówień Publicznych:	032 42-91-287
Sekretariat:	032 42-91-251	Dział Organizacyjny:	032 42-92-613	Dział Zaopatrzenia:	032 42-91-214
Fax:	032 42-28-272				