



LAS-413/1-PN/83-2017

Rybnik, dnia 21.11.2017 r.

Do Wykonawców uczestniczących
w postępowaniu o udzielenie zamówienia

WYJAŚNIENIE – MODYFIKACJA 1

PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO NA:

dostawy wyrobów medycznych (zamówienie nr LAS-413-PN/83-2017)
ogłoszonym w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej
z dnia 21.10.2017 r., nr 2017/S 203-417894

W związku z wniesionymi zapytaniami, zamawiający udziela poniższych odpowiedzi. Ponadto zamawiający wprowadza niżej podane modyfikacje.

Pytanie 1: „Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie w pakiecie 3 igły aspiracyjnej do biopsji szpiku kostnego jednorazowego użytku, sterylnej w rozmiarze 15G i 16G z regulowaną głębokością wkłucia do 68 mm.”

Odpowiedź 1: Zamawiający dopuszcza zaoferowanie asortymentu pierwotnie określonego w specyfikacji istotnych warunków zamówienia, jak również asortymentu opisanego w powyższym pytaniu. W przypadku zaoferowania asortymentu dopuszczonego niniejszym wyjaśnieniem - modyfikacją należy w formularzu cenowym w kolumnie „Rozmiar” nanieść stosownie skorygowane zapisy tak, by nie było wątpliwości, co zaoferowano w danej pozycji.

Pytanie 2 oraz 3 dotyczy pakietu nr 4

Pytanie 2: „Czy zamawiający dopuści w poz. 1 wycenę za opakowanie 10 szt. z przeliczeniem?”

Odpowiedź 2: Zamawiający wymaga wyceny jednostki miary wskazanej w formularzu cenowym – podana w kolumnie „cena jednostki miary netto” cena musi dotyczyć tej jednostki. Nie dopuszcza się zmiany jednostki miary (np. z „szt.” na „opakowanie” lub odwrotnie).

Pytanie 3: „Czy zamawiający wydzieli poz. 2 i 3 do osobnego pakietu worki?”

Odpowiedź 3: Zamawiający nie przewiduje wydzielenia poszczególnych pozycji z pakietów w trakcie prowadzonej procedury przetargowej.

Pytanie 4, 5 oraz 6 dotyczy pakietu nr 5

Pytanie 4: „Czy zamawiający dopuści w poz 1 pojemnik na odpady szpitalne o pojemności 0,5-0,8 l?”


Odpowiedź 4: Zamawiający dopuszcza zaoferowanie asortymentu pierwotnie określonego w specyfikacji istotnych warunków zamówienia, jak również asortymentu opisanego w powyższym pytaniu. W przypadku zaoferowania asortymentu dopuszczonego niniejszym wyjaśnieniem - modyfikacją należy w formularzu cenowym w kolumnie „Rozmiar” nanieść stosownie skorygowane zapisy tak, by nie było wątpliwości, co zaoferowano w danej pozycji.

Pytanie 5: „Czy zamawiający dopuści w poz. 2 pojemnik na odpady szpitalne o pojemności 1-1,5 l?”

Odpowiedź 5: Zamawiający dopuszcza zaoferowanie asortymentu pierwotnie określonego w specyfikacji istotnych warunków zamówienia, jak również asortymentu opisanego

Telefony:

Centrala:	032 42-91-000	Główny Księgowy:	032 42-91-299	Dział Zamówień Publicznych:	032 42-91-287
Sekretariat:	032 42-91-251	Dział Organizacyjny:	032 42-92-613	Dział Zaopatrzenia:	032 42-91-214
Fax:	032 42-28-272				



w powyższym pytaniu. **W przypadku zaferowania asortymentu dopuszczonego niniejszym wyjaśnieniem - modyfikacją należy w formularzu cenowym w kolumnie „Rozmiar” nanieść stosownie skorygowane zapisy tak, by nie było wątpliwości, co zaferowano w danej pozycji.**

Pytanie 6: „Czy zamawiający dopuści w poz. 4 pojemnik na odpady szpitalne o pojemności 3,5 l?”

Odpowiedź 6: Zamawiający informuje, że opisany w pytaniu asortyment jest zgodny z zapisami specyfikacji istotnych warunków zamówienia, i tym samym spełnia wymogi zawarte w specyfikacji.

Pytanie 7: „dotyczy pakietu nr 1 Czy zamawiający wydzieli strzykawki cewnikowe z poz. 1 i 2 do osobnego pakietu i utworzy pakiet strzykawki cewnikowe?”

Odpowiedź 7: Zamawiający nie przewiduje wydzielenia poszczególnych pozycji z pakietów w trakcie prowadzonej procedury przetargowej.

Pytanie 8: „dotyczy pakietu nr 2 Prosimy o dopuszczenie zaferowania igły do pena rozmiarze 0,31x8mm. Różnica o 1/10 mm jest niezauważalna gołym okiem, nie ma jakiegokolwiek wpływu na odczucia pacjenta ani efektywność użytkowania.

Nie dopuszczenie powyższego, w związku z wskazanym uzasadnieniem, oznaczać będzie celowe ograniczenie konkurencji.

Jednakże w razie odmowy, żądamy wyjaśnienia przesłanek medycznych i użytkowych, przemawiających za preferowaniem wyłącznie wymaganych rozmiarów 0,3x8mm, tak jak wskazane w SIWZ.”

Odpowiedź 8: Zamawiający dopuszcza zaferowanie asortymentu pierwotnie określonego w specyfikacji istotnych warunków zamówienia, jak również asortymentu opisanego w powyższym pytaniu. **W przypadku zaferowania asortymentu dopuszczonego niniejszym wyjaśnieniem - modyfikacją należy w formularzu cenowym w kolumnie „Opis przedmiotu zamówienia” nanieść stosownie skorygowane zapisy tak, by nie było wątpliwości, co zaferowano w danej pozycji.**

Pytanie 9: „Pakiet nr 1, poz. 1

Czy Zamawiający wymaga podwójnej skali w strzykawce cewnikowej 100 ml, w celu możliwości bardziej precyzyjnej podaży płynów?”

Odpowiedź 9: Zamawiający nie stawia dodatkowych wymagań poza wymienionymi w formularzu cenowym oraz specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

Pytanie 10: „Pakiet nr 1, poz. 1

Zwracam się z prośbą o doprecyzowanie, czy strzykawka ma być wyposażona w 2 dodatkowe, funkcjonalne reduktory Luer?”

Odpowiedź 10 Zamawiający nie stawia dodatkowych wymagań poza wymienionymi w formularzu cenowym oraz specyfikacji istotnych warunków zamówienia.


Pytanie 11: „Pakiet nr 1, poz. 3-4

Czy Zamawiający wymaga strzykawek z kontrastującym tłokiem, ułatwiającym wizualizację podaży płynów?”

Odpowiedź 11: Zamawiający nie stawia dodatkowych wymagań poza wymienionymi w formularzu cenowym oraz specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

Telefony:

Centrala:	032 42-91-000	Główny Księgowy:	032 42-91-299	Dział Zamówień Publicznych:	032 42-91-287
Sekretariat:	032 42-91-251	Dział Organizacyjny:	032 42-92-613	Dział Zaopatrzenia:	032 42-91-214
Fax:	032 42-28-272				



Pytanie 12: „Pakiet nr 2, poz. 1

Proszę o doprecyzowanie, czy igły do pena mają posiadać na opakowaniu jednostkowym kod kolorów odpowiadający rozmiarowi igły, co znacznie ułatwia pracę personelowi?”

Odpowiedź 12: Zamawiający nie stawia dodatkowych wymagań poza wymienionymi w formularzu cenowym oraz specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

Pytanie 13: „Pakiet nr 4, poz. 1

Czy Zamawiający wydzieli pozycję do osobnego pakietu z workami do dobowej zbiórki moczu? Podział pakietu zwiększy konkurencyjność postępowania, umożliwi również złożenie ofert większej liczbie wykonawców a Państwu pozyskanie rzeczywiście korzystnych ofert jakościowych i cenowych.”

Odpowiedź 13: Zamawiający nie przewiduje wydzielenia poszczególnych pozycji z pakietów w trakcie prowadzonej procedury przetargowej.

Pytanie 14: „Pakiet nr 4, poz. 1

Proszę o odpuszczenie worka na mocz z tylną ścianką transparentną. Pozostałe parametry zgodne z SIWZ.”

Odpowiedź 14: Zamawiający dopuszcza zaoferowanie asortymentu pierwotnie określonego w specyfikacji istotnych warunków zamówienia, jak również asortymentu opisanego w powyższym pytaniu. W przypadku zaoferowania asortymentu dopuszczonego niniejszym wyjaśnieniem - modyfikacją należy w formularzu cenowym w kolumnie „Opis przedmiotu zamówienia” nanieść stosownie skorygowane zapisy tak, by nie było wątpliwości, co zaoferowano w danej pozycji.

Pytanie 15: „Pakiet 4 poz. 2


Czy Zamawiający dopuści worek do zbiórki moczu przeznaczony do 14-dniowej zbiórki moczu o następujących parametrach:

- wykonany z medycznego PCV, bezłateksowy
- zastawka antyrefluksyjna (bezzwrotna)
- samouszczelniający się port do pobierania próbek
- obsługiwany jedną ręką, szczelny zawór spustowy szybkiego opróżniania typu poprzecznego (T) z możliwością podwieszenia
- komora kropłowa typu Pasteur'a tworząca „suchą” barierę powietrzną
- dwa filtry hydrofobowe (w worku i komorze), zapobiegające zasysaniu, wyrównujące ciśnienie wewnętrzne w systemie
- dren łączący zakończony uniwersalnym łącznikiem schodkowym
- dren o długości 105cm i o dużej średnicy, wykonany z materiału zapobiegającego jego zaginaniu i skręcaniu, zapewniający swobodny i skuteczny odpływ moczu
- na drenie klema zaciskowa typu przesuwnej oraz dodatkowa zapinka do stabilizacji drenu
- dodatkowy element wzmacniający w miejscu połączenia drenu z komorą
- czytelna, łatwa do odczytu skala worka, adekwatna do pomiaru diurezy, o bardzo wysokiej dokładności pomiaru co 25 ml do 100 ml i co 100 ml do 2 500 ml
- zintegrowany, uniwersalny wieszak pasujący do okrągłych i kwadratowych ram łóżka
- biała, tylna ścianka ułatwiająca wizualizację moczu?”

Odpowiedź 15: Zamawiający dopuszcza zaoferowanie asortymentu pierwotnie określonego w specyfikacji istotnych warunków zamówienia jak również asortymentu opisanego w powyż-

Telefony:

Centrala:	032 42-91-000	Główny Księgowy:	032 42-91-299	Dział Zamówień Publicznych:	032 42-91-287
Sekretariat:	032 42-91-251	Dział Organizacyjny:	032 42-92-613	Dział Zaopatrzenia:	032 42-91-214
Fax:	032 42-28-272				



szym pytaniu przy zachowaniu pozostałych wymagań zawartych w formularzu cenowym i ustalonych niniejszym pismem. **W przypadku zaoferowania asortymentu dopuszczonego niniejszym wyjaśnieniem – modyfikacją należy w formularzu cenowym w kolumnie „Opis przedmiotu zamówienia” nanieść stosownie skorygowane zapisy tak, by z oferty jasno wynikało co wykonawca zaoferował.**

Pytanie 16 i 17 dotyczą pakietu 1, Poz. 3, 4

Pytanie 16: „Prosimy Zamawiającego o wyjaśnienie, czy tłok i cylinder strzykawk do insuliny i tuberkuliny ma być wykonany z polipropylenu, co wpływa na precyzyjność przesuwu tłoka i szczelność strzykawki?”

Odpowiedź 16: Zamawiający nie stawia dodatkowych wymagań poza wymienionymi w formularzu cenowym oraz specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

Pytanie 17: „Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie strzykawk pakowanych po 120 szt. z jednoczesnym przeliczeniem ilości opakowań lub możliwością podania ceny za 1 szt. strzykawki.”

Odpowiedź 17: Zamawiający wymaga wyceny jednostki miary wskazanej w formularzu cenowym – podana w kolumnie „cena jednostki miary netto” cena musi dotyczyć tej jednostki. Nie dopuszcza się zmiany jednostki miary (np. z „szt.” na „opakowanie” lub odwrotnie). Jednocześnie Zamawiający wyjaśnia, iż będzie dokonywał zamówień w opakowaniach handlowych dostępnych u Wykonawcy.

Pytanie 18: „**Pakiet 1, poz. 3** - Prosimy Zamawiającego o doprecyzowanie, czy strzykawka do insuliny ma mieć dołączoną igłą w rozmiarze 0,3x13mm?”

Odpowiedź 18: Zamawiający nie stawia dodatkowych wymagań poza wymienionymi w formularzu cenowym i specyfikacji istotnych warunków zamówienia, jednocześnie dopuszcza zaoferowanie igieł w dowolnym rozmiarze kompatybilnym ze strzykawką.

Pytanie 19: „**Pakiet 1, poz. 4** - Prosimy Zamawiającego o doprecyzowanie, czy wymaga strzykawk z dołączoną igłą w rozmiarze 0,45x10mm i 0,5x16mm do wyboru Zamawiającego w momencie składania zamówienia?”

Odpowiedź 19: Zamawiający nie stawia dodatkowych wymagań poza wymienionymi w formularzu cenowym i specyfikacji istotnych warunków zamówienia, jednocześnie dopuszcza zaoferowanie igieł w dowolnym rozmiarze kompatybilnym ze strzykawką.

Pakiet 4, Poz. 2

Pytanie 20: „**Pakiet 4, poz. 2** - Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie wysokiej jakości worka do zbiórki moczu w systemie zamkniętym 14-dniowego, z drenem z antyzalamaniowym zabezpieczeniem w postaci karbowania, z jednym filtrem hydrofobowym, spełniającego pozostałe parametry SIWZ.”

Odpowiedź 20: Zamawiający dopuszcza zaoferowanie asortymentu pierwotnie określonego w specyfikacji istotnych warunków zamówienia, jak również asortymentu opisanego w powyższym pytaniu. **W przypadku zaoferowania asortymentu dopuszczonego niniejszym wyjaśnieniem - modyfikacją należy w formularzu cenowym w kolumnie „Opis przedmiotu zamówienia” nanieść stosownie skorygowane zapisy tak, by nie było wątpliwości, co zaoferowano w danej pozycji.**

Telefony:

Centrala:	032 42-91-000	Główny Księgowy:	032 42-91-299	Dział Zamówień Publicznych:	032 42-91-287
Sekretariat:	032 42-91-251	Dział Organizacyjny:	032 42-92-613	Dział Zaopatrzenia:	032 42-91-214
Fax:	032 42-28-272				



Pakiet 4, Poz. 3

Pytanie 21: **Pakiet 4, poz. 3** - Prosimy Zamawiającego o doprecyzowanie, czy Zamawiający oczekuje aby port do pobierania próbek moczu posiadał przezroczyste okienko do kontroli procesu pobierania próbki?"

Odpowiedź 21: Zamawiający nie stawia dodatkowych wymagań poza wymienionymi w formularzu cenowym i specyfikacji istotnych warunków zamówienia, jednocześnie dopuszcza zaoferowanie portu z przezroczystym okienkiem.

Pytanie 22: „Czy Zamawiający w zakresie Zadania nr 4 wyrazi w zgodę na przesyłanie faktur wyłącznie w wersji elektronicznej w formie dokumentu PDF?"

Odpowiedź 22: Zamawiający nie wyraża zgody na zaproponowane w pytaniu rozwiązanie.

Pytanie 23: „Zwracamy się z prośbą do o dopuszczenie wysyłania towaru wraz z dokumentem WZ, potwierdzającym ilość i rodzaj towaru będącego przedmiotem dostawy. Faktura w formie papierowej dostarczona zostanie w ciągu 5 dni roboczych. Istnieje możliwość przesyłania faktury w formie elektronicznej na adres mailowy wskazany przez Zamawiającego, zamiast faktury przesyłanej drogą pocztową, wybór opcji należy do Zamawiającego. Faktura w formie elektronicznej zostanie dostarczona następnego dnia roboczego po dniu wysłania zamówionego towaru. Czy Zamawiający dopuszcza, którąś z możliwości?"

Odpowiedź 23: Zamawiający dopuszcza wysyłanie towaru wraz z dokumentem WZ, potwierdzającym ilość i rodzaj towaru będącego przedmiotem dostawy. Faktura w formie papierowej musi zostać dostarczona w ciągu 5 dni roboczych.

Pytanie 24: „Prosimy o uściślenie czy kary umowne w par. 5 ust. 1 będą naliczane od wartości dostawy zamówionego towaru niedostarczonego w terminie.”

Odpowiedź 24: Zamawiający informuje, że zgodnie z par. 5 ust. 1: „Zamawiający może nałożyć na Wykonawcę kary umowne w przypadku niedotrzymania terminu dostawy, tj. niedostarczenia towaru w terminie i na warunkach określonych w § 2 ust. 1 lub w przypadku niedotrzymania terminów określonych w § 3 w wysokości 0,2 % wartości dostawy brutto objętej zamówieniem dla danego pakietu za każdy dzień opóźnienia i za każde naruszenie.” Zważywszy na ww. zapis kary naliczane będą od wartości zamówionego towaru.

Pytanie 25: „Czy Zamawiający dopuści w Pakiecie 4, poz. 2


Worki do zbiórki mocz, spełniające podstawowe wymogi Zamawiającego tj:

Worek do zbiórki moczu, zamknięty system 14 - dniowy o pojemności 2000ml, komora kroplowa Pasteur'a, dren łączący min 90cm ze spiralnym zabezpieczeniem antyzafamaniowym, bezigłowy port do pobierania próbek moczu, tylna ścianka w kolorze białym, kranik spustowy zaciskowy, zintegrowany wieszak-z zastawką na wyjściu komory kroplowej i filtrem hydrofobowym?"

Odpowiedź 25: Zamawiający dopuszcza zaoferowanie asortymentu pierwotnie określonego w specyfikacji istotnych warunków zamówienia, jak również asortymentu opisanego w powyższym pytaniu. W przypadku zaoferowania asortymentu dopuszczonego niniejszym wyjaśnieniem - modyfikacją należy w formularzu cenowym w kolumnie „Opis przedmiotu zamówienia” nanieść stosownie skorygowane zapisy tak, by nie było wątpliwości, co zaferowano w danej pozycji.

Telefony:


Centrala:	032 42-91-000	Główny Księgowy:	032 42-91-299	Dział Zamówień Publicznych:	032 42-91-287
Sekretariat:	032 42-91-251	Dział Organizacyjny:	032 42-92-613	Dział Zaopatrzenia:	032 42-91-214
Fax:	032 42-28-272				



Pytanie 26: „Czy Zamawiający dopuści w Pakiecie 4, poz. 4:

Hak/zawieszkę kompatybilną z workami oferowanymi w poz. 1 o kształcie jak w załączonej grafice?”

Odpowiedź 26: Zamawiający nie stawia dodatkowych wymagań poza wymienionymi w formularzu cenowym i specyfikacji istotnych warunków zamówienia.



Pozostałe warunki zamówienia nie ulegają zmianie, aktualny pozostaje również termin składania ofert oraz wnoszenia wadium ustalony do dnia 29.11.2017 r. do godziny 10.00 oraz termin otwarcia ofert: w tym samym dniu o godzinie 10.30.

Egz.:
1. adresat.
2. aa.

Telefony:

Centrala:	032 42-91-000	Główny Księgowy:	032 42-91-299	Dział Zamówień Publicznych:	032 42-91-287
Sekretariat:	032 42-91-251	Dział Organizacyjny:	032 42-92-613	Dział Zaopatrzenia:	032 42-91-214
Fax:	032 42-28-272				