

SPECYFIKACJA TECHNICZNA

Myjnia-dezynfektor z wyposażeniem – 6 sztuki.

L.p.	Wymagane funkcje / parametry	Wymogi	Punktacja	Odpowiedź TAK, lub krótki opis (wg kolumny „Wymogi”)
1	2	3	4	5
I.	Informacje ogólne:			
1.	Myjnia-dezynfektor przeznaczona do dezynfekcji termicznej pojemników na wydaliny ludzkie: kaczki, baseny (standardowe, posiadane przez Zamawiającego).	TAK	bez punktów	
2.	Producent.	podać	bez punktów	
3.	Model / typ oferowanego urządzenia.	podać	bez punktów	
4.	Rok produkcji 2017.	podać	bez punktów	
5.	Urządzenie fabrycznie nowe.	TAK	bez punktów	
6.	Zasilanie 230V, 50Hz, 16A.	TAK	bez punktów	
7.	Zasilanie w wodę: ° podłączenie do wody ciepłej zawór ½” u Zamawiającego; ° podłączenie do wody zimnej zawór ½” u Zamawiającego. Komplet węży zasilających.	TAK	bez punktów	
8.	Podłączenie do odpływu kanalizacyjnego o średnicy \varnothing 100 - u Zamawiającego. Komplet rur odpływowych.	TAK	bez punktów	
9.	Wbudowana wytwornica pary.	TAK	bez punktów	
10.	Urządzenie stojące o wymiarach max.: wysokość 1450mm, szerokość 500mm, głębokość 500mm.	TAK, podać	bez punktów	
11.	Klasa wyrobu medycznego	podać	bez punktów	
II.	Parametry:			
1.	Pojemność komory mycia: min.: razem 1 basen i 1 kaczka lub min.: razem 3 kaczki.	TAK	bez punktów	
2.	Mycie za pomocą min.: 10 dysz natryskowych. Dysze wykonane z materiału odpornego na uszkodzenia oraz wysoką temperaturę.	TAK, podać parametr punktowany	Dysze w całości wykonane ze stali nierdzewnej tj.: bez elementów plastikowych – 10 pkt Dysze z elementami plastikowymi – 0 pkt	

3.	Komora i obudowa wykonane w całości ze stali kwasoodpornej.	TAK	bez punktów	
4.	Komora mycia prostopadłościenna z zaokrąglonymi narożnikami. Komora tłoczona (bez widocznych szwów).	TAK	bez punktów	
5.	Automatyczne opróżnianie mytych i dezynfekowanych naczyń sanitarnych po zamknięciu drzwi myjni.	TAK	bez punktów	
6.	Moc nie większa niż 4000W.	TAK, podać parametr punktowany	≤ 3000 W – 10 pkt w zakresie > 3000 do = 4000W – 0 pkt	
7.	Orurowanie wykonane z miedzi lub stali nierdzewnej.	TAK, podać	bez punktów	
8.	Dezynfekcja termiczna mytych pojemników na wydaliny ludzkie w oparciu o zadaną wartość A0 i w oparciu o zadaną temperaturę i czas. Zmiana wartości A0 wg wymagań użytkownika. Regulowany parametr A0 od 60-3000.	TAK	bez punktów	
9.	Wbudowany układ dozowania środka chemicznego(odkamieniacz-nabłyszczacz) z kontrolą jego stanu w pojemniku. Alarm informujący o konieczności wymiany środka.	TAK	bez punktów	
10.	Napełnianie bojlera bez możliwości cofania się wody do instalacji wody zasilającej.	TAK	bez punktów	
11.	Automatyczna dezynfekcja termiczna wody w bojlerze.	TAK	bez punktów	
12.	Dwa niezależne czujniki do monitorowania temperatury w celu kontroli przebiegu cyklu mycia i dezynfekcji.	TAK	bez punktów	
13.	Otwieranie drzwi ręczne lub automatyczne.	TAK	bez punktów	
14.	Panel sterujący z wyświetlaczem LCD. Dowolny wybór programu przez użytkownika.	TAK	bez punktów	
15.	Czas najkrótszego skutecznego cyklu mycia i dezynfekcji nie dłuższy niż 10 minut.	TAK, podać parametr punktowany	Wartość najmniejsza z przedstawionych ofert – 10 pkt Wartość graniczna – 0 pkt Pozostałe proporcjonalnie	
16.	Komunikacja z użytkownikiem w języku polskim.	TAK	bez punktów	
17.	Minimum 3 programy mycia i dezynfekcji: krótki, standardowy i intensywny.	TAK	bez punktów	
18.	Programowanie samodezynfekcji komory, dysz i przewodów wodnych w dowolnych przedziałach czasowych.	TAK	bez punktów	
19.	Sterowanie mikroprocesorowe w pełni automatyczne z możliwością zmiany parametrów programów.	TAK	bez punktów	
20.	Drzwi komory mycia zapewniające całkowitą paroszczelność. Drzwi izolowane termicznie.	TAK	bez punktów	

21.	Uchwyt naczyń sanitarnych na drzwiach dostosowany do basenów i kaczek (standardowych, posiadanych przez Zamawiającego).	TAK	bez punktów	
22.	Załadunek od przodu urządzenia. Drzwi uchylne do dołu w poziomie.	TAK	bez punktów	
23.	Elektryczna blokada otwarcia drzwi podczas procesu mycia i dezynfekcji.	TAK	bez punktów	
24.	Termo-akustyczna izolacja komory mycia.	TAK	bez punktów	
25.	Pojemnik ze środkiem chemicznym (odkamieniacz-nabłyszczacz) umieszczany pod komorą mycia w obrębie zamykanej podstawy myjni.	TAK	bez punktów	
26.	Zgodność z normami EN 15883.	TAK	bez punktów	
27.	Przyciski wraz ze sterownikiem odporne na działanie pary.	TAK	bez punktów	
III.	Wyposażenie dla każdej myjni-dezynfektora:			
1.	Kompletne filtry osłonowe na zasilaniu wody zimnej i wody ciepłej.	TAK	bez punktów	
2.	Preparat odkamieniająco-nabłyszczający o pojemności 5l – 1 szt.	TAK	bez punktów	
IV.	Dokumentacja dla każdej myjni-dezynfektora:			
1.	Walidacja urządzenia przez Wykonawcę po montażu zakończona wystawieniem świadectwa walidacji.	TAK	bez punktów	
2.	Instrukcja obsługi w języku polskim - dostarczyć wraz z urządzeniem.	TAK	bez punktów	

Załącznik wskazuje minimalne wymagania zamawiającego, które muszą zostać spełnione, natomiast wykonawca – wypełniając ten załącznik – oferuje konkretne rozwiązania, charakteryzując w ten sposób zaoferowany asortyment.

Załącznik należy wypełnić w całości, bez wprowadzania zmian w jego treści – stanowi on integralną część oferty – deklarację wykonawcy co do jej treści, stąd brak tego załącznika, zawierającego treści zgodne z wzorem określonym w specyfikacji istotnych warunków zamówienia, spowoduje odrzucenie oferty.

.....
(podpisy i pieczęcie osób upoważnionych
do reprezentowania wykonawcy)