



LAS-491/1-PN/91-2017

Rybnik, dnia 07.12.2017 r.

Do Wykonawców uczestniczących  
w postępowaniu o udzielenie zamówienia

### WYJAŚNIENIE 1

W PRZETARGU NIEOGRANICZONYM NA:

**Dostawy wyrobów medycznych do terapii podciśnieniowej wraz z użyczeniem urządzeń  
(zamówienie nr LAS-491-PN/91-2017)**

ogłoszonym w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej  
z dnia 17.11.2017 r., nr **2017/S 221-458752**

W związku z wniesionymi zapytaniem, zamawiający udziela poniższych odpowiedzi.

**Pytanie 1:** „Czy Zamawiający wyłączy z pakietu pozycje: 8-11, tj. Zestawy opatrunków jałowych do terapii podciśnieniowej ran, gazowe, tworząc z nich odrębny pakiet, co wpłynie na większą konkurencyjność ofert?”

**Odpowiedź 1:** Zamawiający nie przewiduje wydzielania poszczególnych pozycji z pakietów w trakcie prowadzonej procedury przetargowej.

**Pytanie 2:** „Czy Zamawiający wyłączy z pakietu pozycje 12-14, tj. Opatrunki z zawartością srebra nanokrystalicznego? Opisanie wyroby są w ofercie jednego tylko producenta, ograniczają możliwość złożenia ofert pozostałym wykonawcom i wskazują na produkty konkretnej firmy, co jest naruszeniem Art. 29 pkt 1 i 2 obowiązującej Ustawy PZP.”

**Odpowiedź 2:** Zamawiający nie przewiduje wydzielania poszczególnych pozycji z pakietów w trakcie prowadzonej procedury przetargowej. Z wiedzy posiadanej przez Zamawiającego produkt ten dostępny jest u różnych dostawców.

**Pytanie 3:** „Czy Zamawiający w pozycji 6, tj. Zbiornik do urządzenia o pojemności 250-300 ml [...] zechce dopuścić zbiornik o pojemności 800-1000 ml o pozostałych parametrach zgodnych z wymaganiami SIWZ? Korzystniejsze ze względów ekonomicznych oraz ze względu na wygodę stosowania terapii (rzadsza konieczność zmiany zbiornika) jest stosowanie zbiorników o pojemności większej niż 300 ml, zaś zbiornik 800 lub 1000 ml nie determinuje konieczności wypełniania go do poziomu maksymalnego, można zgromadzić w nim mniejsza ilość wydzielin, co nie wpływa na działanie urządzenia, ani skuteczność terapii. Ponadto większa pojemność zbiornika jest przydatna w przypadku ran o silnym wysięku, wymaga rzadszej wymiany, co może skutkować oszczędnościami w zakresie zakupu akcesoriów zużywalnych do terapii podciśnieniowej (cena zbiornika 800-1000 ml jest taka sama, jak zbiornika 250-300 ml).”

**Telefony:**

Centrala: 032 42-91-000      Główny Księgowy: 032 42-91-299      Dział Zamówień Publicznych: 032 42-91-287

Sekretariat: 032 42-91-251      Dział Organizacyjny: 032 42-92-613      Dział Zaopatrzenia: 032 42-91-214

**Fax:** 032 42-28-272

**Bank Pekao S.A. 58 1240 4272 1111 0000 4833 4765**

**Odpowiedź 3: Zamawiający nie zmienia zapisów specyfikacji istotnych warunków zamówienia w tym zakresie – nie dopuszcza zaofiarowania w poz. nr 6 asortymentu wskazanego w pytaniu – zbiornik o pojemności 800-1000 ml jest w poz. nr 7 pakietu.**

**Ponieważ warunki zamówienia nie ulegają zmianie, aktualny pozostaje również termin składania ofert oraz wnoszenia wadium ustalony do dnia 28/12/2017r. do godziny 10.00 oraz termin otwarcia ofert: w tym samym dniu o godzinie 10.30.**

Egz.:

1. adresat.
2. aa.