

Ogłoszenie nr 500016290-N-2018 z dnia 22-01-2018 r.

Rybnik:  
OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA

**OGŁOSZENIE DOTYCZY:**

Ogłoszenia o zamówieniu

INFORMACJE O ZMIENIANYM OGŁOSZENIU

**Numer:** 504689-N-2018

**Data:** 12/01/2018

SEKCJA I: ZAMAWIAJACY

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Wojewódzki Szpital Specjalistyczny Nr 3 w Rybniku, Krajowy numer identyfikacyjny 27278032300014, ul. ul. Energetyków 46, 44200 Rybnik, woj. śląskie, państwo Polska, tel. 0324291000, 4291288, e-mail zampub@szpital.rybnik.pl, faks 324 291 225.

Adres strony internetowej (url): [www.szpital.rybnik.pl](http://www.szpital.rybnik.pl)

SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU

**II.1) Tekst, który należy zmienić:**

**Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:**

**Numer sekcji:** IV

**Punkt:** 6.2

**W ogłoszeniu jest:** Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu: Data: 2018-01-22, godzina: 10:00,

**W ogłoszeniu powinno być:** Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu: **Data: 2018-01-26, godzina: 10:00,**

**Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:**

**Numer sekcji:** ZAŁĄCZNIK I

**Punkt:** część 12

**W ogłoszeniu jest:** Część 11 - Preparaty do mycia i dezynfekcji powierzchni podłogowych i nadpodłogowych

**W ogłoszeniu powinno być:** Część 12 - Preparaty do mycia i dezynfekcji powierzchni podłogowych i nadpodłogowych

**Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:**

**Numer sekcji:** ZAŁĄCZNIK I

**Punkt:** Część 12 pkt 6)

**W ogłoszeniu jest:** Wykonawca na czas obowiązywania umowy dostarczy urządzenia dozujące do w/w koncentratów tj. dozowniki automatyczne w ilości 30 szt. Dozowniki powinny pozwolić na podłączenie 4 różnych środków chemicznych, posiadać zabezpieczenie przed wstecznym przepływem koncentratów. Wykonawca zobowiązany będzie także do zamontowania, skalibrowania oraz przeszkolenia personelu bez ponoszenia przez Zamawiającego dodatkowych kosztów. Zapewni także bieżące serwisowanie urządzeń wg potrzeb oraz szkolenie okresowe personelu min. 2 razy w roku. Dopuszczamy także preparaty o innym stężeniu oraz w innych opakowaniach, z przeliczeniem na odpowiednią ilość opakowań. Preparaty w pozycjach od 1-4 powinny być kompatybilne i pochodzić od tego samego producenta. Wykonawca oświadcza, że brak jest przeciwwskazań do stosowania preparatów w placówkach ochrony zdrowia. Preparat dezynfekcyjny oferowany przez Wykonawcę posiada udokumentowane wyniki badań potwierdzających skuteczność ich działania. Wykonawca oświadcza, że wszystkie zaproponowane preparaty są sklasyfikowane zgodnie z Rozporządzeniem WE 1272/2008 oraz dyrektywą 1999/45/WE. Zgodność ta zostanie potwierdzona w dostarczonych kartach charakterystyki oferowanych preparatów.

**W ogłoszeniu powinno być:** Wykonawca na czas obowiązywania umowy dostarczy urządzenia dozujące do w/w koncentratów tj. dozowniki automatyczne w ilości 30 szt. Dozowniki powinny pozwolić na podłączenie 4 różnych środków chemicznych, posiadać zabezpieczenie przed wstecznym przepływem koncentratów. Wykonawca zobowiązany będzie także do zamontowania, skalibrowania oraz przeszkolenia personelu bez ponoszenia przez Zamawiającego dodatkowych kosztów. Zapewni także bieżące serwisowanie urządzeń wg potrzeb oraz szkolenie okresowe personelu min. 2 razy w roku. Dopuszczamy także preparaty o innym stężeniu oraz w innych opakowaniach, z przeliczeniem na odpowiednią ilość opakowań. Preparaty w pozycjach od 1-4 powinny być kompatybilne i pochodzić od tego samego producenta. Zamawiający dopuszcza zaoferowanie produktów pochodzących od 2 różnych producentów poz. 1-3 (myjące) oraz poz. 4 (myjąco-dezynfekcyjny) przy zachowaniu dodatkowych wymagań określonych przez zamawiającego, a w szczególności zachowania warunku kompatybilności zaoferowanych pozycji nr 1-4, oraz możliwości podłączenia do wspólnego czteropunktowego dozownika. Wykonawca oświadcza, że brak jest przeciwwskazań do stosowania preparatów w placówkach ochrony zdrowia. Preparat dezynfekcyjny oferowany przez Wykonawcę posiada udokumentowane wyniki badań potwierdzających skuteczność ich działania. Wykonawca oświadcza, że wszystkie zaproponowane preparaty są sklasyfikowane zgodnie z Rozporządzeniem WE 1272/2008 oraz dyrektywą 1999/45/WE. Zgodność ta zostanie potwierdzona w dostarczonych kartach charakterystyki oferowanych preparatów.