



TAM-63/1-PN/11-2018

Rybnik, dnia 06.02.2018 r.

Do Wykonawców uczestniczących  
w postępowaniu o udzielenie zamówienia

## WYJAŚNIENIE - MODYFIKACJA 1

PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO NA:

**Zakup aparatu EKG** (zamówienie nr **TAM-63-PN/11-2018**)  
ogłoszonego w Biuletynie Zamówień Publicznych  
pod nr 510894-N-2018 z dnia 30.01.2018 r.

W związku z wniesionymi zapytaniami, zamawiający udziela poniższych odpowiedzi. Ponadto zamawiający wprowadza niżej podane modyfikacje.

### Zapytania od nr 1 do nr 4 dotyczą załącznika: Specyfikacja techniczna

**Pytanie 1:** „**II.5.** Czy Zamawiający dopuści wysokiej klasy aparat EKG z możliwością archiwizacji i odtwarzania danych 300 pacjentów? Oferowane urządzenie pozwala na zwiększenie pojemności pamięci za pomocą dysku USB (ilość zapisów ograniczona tylko pojemnością pamięci USB).”

**Odpowiedź 1:** Zamawiający nie zmienia zapisów SIWZ.

**Pytanie 2:** „**II.8.** Czy Zamawiający dopuści wysokiej klasy aparat EKG bez możliwości ustawienia intensywności wydruku? Oferowane urządzenia pozwala na czytelny zapis elektrokardiogramu przy standardowym, fabrycznym ustawieniu głowicy termicznej.”

**Odpowiedź 2:** Zamawiający nie zmienia zapisów SIWZ


**Pytanie 3:** „**II.14.** Czy Zamawiający dopuści wysokiej klasy aparat EKG z zapisem na papierze termicznym szer. 210 mm oraz 216 mm (papier w rolce lub tzw. "składanka"). Wspomniane rozwiązanie pozwala na jednoczasowy wydruk 12 odprowadzeń EKG w jednym rzędzie, co nie jest możliwe przy zastosowaniu papieru szerokości 112 mm. Przejrzysty zapis na szerokiej taśmie znacznie ułatwia ocenę elektrokardiogramu i pozwala na bardziej ekonomiczną eksploatację (jednoczasowy wydruk 12 odprowadzeń pozwala na zużycie znacznie krótszego odcinka papieru).”

**Odpowiedź 3:** Zamawiający dopuszcza takie rozwiązanie. Przy jego zaoferowaniu proszę odwołać się w punkcie II.14 na udzieloną odpowiedź.

**Pytanie 4:** „**II.17, 18.** Czy Zamawiający dopuści wysokiej klasy aparat EKG bez prezentacji graficznej i dźwiękowej impulsów wyzwalanych przez stymulator? Oferowane urządzenie pozwala na wykrywanie w/w impulsów, a informacja o wykryciu stymulatora podawana jest w raporcie do badania (przy włączonej analizie).”

#### Telefony:

Centrala:	032 42-91-000	Główny Księgowy:	032 42-91-299	Dział Zamówień Publicznych:	032 42-91-287
Sekretariat:	032 42-91-251	Dział Organizacyjny:	032 42-92-613	Dział Zaopatrzenia:	032 42-91-214
Fax:	032 42-28-272				



## Odpowiedź 4: Zamawiający nie zmienia zapisów SIWZ

### Zapytania od nr 5 do nr 8 dotyczą Załącznika nr 1.2 Aparat EKG z wyposażeniem – 1 sztuka

**Pytanie 5:** „*pkt. 5* Czy Zamawiający dopuści do postępowania przetargowego aparat EKG z wewnętrzną archiwizacją 25 badań EKG? Urządzenie posiada możliwość zewnętrznej archiwizacji badań za pomocą połączenia USB, co umożliwi nieograniczoną ilość zapisu badań.”

**Odpowiedź 5: Zamawiający nie zmienia zapisów SIWZ**

**Pytanie 6:** „*pkt. 6* Czy Zamawiający dopuści do postępowania przetargowego aparat EKG z prędkością wysuwu papieru 10, 25, 50 mm/s ?”

**Odpowiedź 6: Zamawiający nie zmienia zapisów SIWZ**

**Pytanie 7:** „*pkt. 8* Czy Zamawiający dopuści do postępowania przetargowego aparat EKG bez możliwości ustawienia parametrów przebiegów : intensywności wydruku ?”

**Odpowiedź 7: Zamawiający nie zmienia zapisów SIWZ**

**Pytanie 8:** „*pkt. 13* Czy Zamawiający dopuści do postępowania aparat EKG z typem klawiatury: przycisk włączenia/ wyłączenia, automatyczny pomiar EKG i rytm EKG?

*Klawiaturę do wpisania danych pacjenta można uruchomić na ekranie dotykowym.”*

**Odpowiedź 8: Zamawiający nie zmienia zapisów SIWZ**

**Pozostałe warunki zamówienia nie ulegają zmianie, aktualny pozostaje również termin składania ofert ustalony do dnia 09.02.2018 r. do godziny 10.00 oraz termin otwarcia ofert: w tym samym dniu o godzinie 10.30.**

Egz.:

1. adresat.
2. aa.

#### Telefony:

Centrala:	032 42-91-000	Główny Księgowy:	032 42-91-299	Dział Zamówień Publicznych:	032 42-91-287
Sekretariat:	032 42-91-251	Dział Organizacyjny:	032 42-92-613	Dział Zaopatrzenia:	032 42-91-214
Fax:	032 42-28-272				