

WYMAGANIA DOTYCZĄCE ZESTAWÓW

PAKIET NR 4 ZESTAW DO OPERACJI REKI I PRZEDRAMIENIA

1. Sterylny zestaw do operacji ręki i przedramienia

Opis przedmiotu zamówienia:

- Materiał obłożenia i fartuchów bezwzględnie musi spełniać wymogi normy EN 13795 1-2-3.
- Każdy zestaw musi posiadać informacje o dacie ważności i nr serii w postaci naklejki do umieszczenia w dokumentacji pacjenta.
- Materiał obłożenia w obszarze krytycznym pola operacyjnego pacjenta musi składać się z min. 3 warstw: jedną z warstw musi stanowić nieprzepuszczalna folia PE, drugą wysokochłonna włóknina, trzecia warstwa wykonana z wysokochłonnego materiału o właściwościach równomiernego rozprowadzania płynów
- Elementy zestawu muszą posiadać oznakowania w formie piktogramów umożliwiające sprawne obłożenie pola operacyjnego zgodnie z procedurami postępowania aseptycznego.
- Serweta na stół narzędziowy stanowi owinięcie zestawu i musi posiadać oznakowanie w formie piktogramów umożliwiające sprawne rozłożenie zestawu.
- Opisy zestawu wymagane w języku polskim.
- Do transportu produktu wymagane podwójne opakowanie zestawów, w tym min. zewnętrzne opakowanie kartonowe.

Minimalny skład zestawu:

- 1 szt. serweta do obłożenia ręki w kształcie litery T z wbudowanym nakryciem stolika bocznego do ułożenia kończyny, o min wym. 270 x 350 cm, z samouszczelniającym się otworem o min śr. 3 cm i wzmocnieniem
- 1 szt. serweta do nakrycia stolika narzędziowego o min. wym. 140 x 190 cm
- 1 szt. serweta do nakrycia stolika Mayo o min. wym. 78 x 140 cm
- min. 2 ręczniki celulozowe o min. wym. 30 x 30 cm

Deklarujemy zaoferowanie zestawów odpowiadających powyższym wymaganiom.

.....
(podpisy i pieczęcie osób upoważnionych
do reprezentowania wykonawcy)