

LAS-62/1-PN/19-2018

Rybnik, dnia 23.03.2018 r.

Do Wykonawców uczestniczących
w postępowaniu o udzielenie zamówienia

WYJAŚNIENIE - MODYFIKACJA 1

W PRZETARGU NIEOGRANICZONYM NA:

Dostawy preparatów dezynfekcyjnych (zamówienie nr **LAS-62-PN/19-2018**)
ogłoszonym w Biuletynie Zamówień Publicznych
z dnia **16.03.2018** nr **531347-N-2018**

W związku z wniesionymi zapytaniami, zamawiający udziela poniższych odpowiedzi. Ponadto zamawiający wprowadza niżej podane modyfikacje.

Pytanie 1: „Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydzielenie z pakietu nr 3 poz. 7 i jednocześnie dopuści w tej pozycji wycenę wyrobu medycznego Granudacyn 500 ml płyn w ilości 175 opakowań? Umożliwi to przystąpienie większej ilości oferentów celem zaoferowania oferty korzystnej cenowo.”

Odpowiedź 1: Zamawiający nie przewiduje wydzielenia poszczególnych pozycji z pakietów w trakcie prowadzonej procedury przetargowej.

Pytanie 2: „Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydzielenie z pakietu nr 3 poz. 8 i jednocześnie dopuści w tej pozycji wycenę wyrobu medycznego Granudacyn 1000 ml płyn w ilości 100 opakowań? Umożliwi to przystąpienie większej ilości oferentów celem zaoferowania oferty korzystnej cenowo.”

Odpowiedź 2: Zamawiający nie przewiduje wydzielenia poszczególnych pozycji z pakietów w trakcie prowadzonej procedury przetargowej.

Pytanie 3: „Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydzielenie z pakietu nr 3 poz. 9 i jednocześnie dopuści w tej pozycji wycenę wyrobu medycznego Granudacyn 250 ml płyn w ilości 200 opakowań? Umożliwi to przystąpienie większej ilości oferentów celem zaoferowania oferty korzystnej cenowo.”


Odpowiedź 3: Zamawiający nie przewiduje wydzielenia poszczególnych pozycji z pakietów w trakcie prowadzonej procedury przetargowej.

Pytanie 4: „Dotyczy pakietu nr 2 poz. 11 - Czy Zamawiający dopuści tabletki do mycia i dezynfekcji powierzchni o spektrum B, F, Tbc, V, S – do 15 minut w warunkach czystych, oraz B, F, Tbc, V – do 15 minut w warunkach brudnych, konfekcjonowane w opakowaniach a' 300 szt., z odpowiednim przeliczeniem ilości opakowań?”

Odpowiedź 4: Zamawiający dopuszcza zaoferowanie asortymentu pierwotnie określonego w specyfikacji istotnych warunków zamówienia, jak również asortymentu opisanego w powyższym pytaniu z przeliczeniem ilości jednostek miary z 75 op a 200 szt na 50 op a 300 szt. z zaznaczeniem, że oferowany preparat będzie na bazie chloru oraz będzie działać na Clostridium Dificile. W przypadku zaoferowania asortymentu dopuszczonego niniejszym wyjaśnieniem - modyfikacją należy w formularzu cenowym w kolumnie „Opis przedmiotu zamówienia” oraz „Szacunkowa ilość jedn. miary” nanieść stosownie skorygowane zapisy tak, by nie było wątpliwości, co zaoferowano w danej pozycji.

Telefony:

Centrala:	032 42-91-000	Główny Księgowy:	032 42-91-299	Dział Zamówień Publicznych:	032 42-91-287
Sekretariat:	032 42-91-251	Dział Organizacyjny:	032 42-92-613	Dział Zaopatrzenia:	032 42-91-214
Fax:	032 42-28-272				



Pytanie 5: „Czy Zamawiający wydzieli do osobnego Pakietu produkty z Pakietu 2 poz. 8 i 9 i dopuści: Chusteczki bezalkoholowe na bazie czwartorzędowych związków amoniowych przeznaczone do mycia i szybkiej dezynfekcji powierzchni sprzętu medycznego wrażliwego na działanie alkoholu. Przeznaczone do dezynfekcji powierzchni sprzętu medycznego ze szkła, porcelany, metalu, gumy, tworzy sztucznych, szkła akrylowego. Do zastosowania na oddziale intensywnej terapii, blokach operacyjnych, do dezynfekcji aparatury medycznej, sprzętu, foteli zebiegowych, lamp, inkubatorów. Bez zawartości aldehydów i fosforanów, nie odbarwiają dezynfekowanych powierzchni. Spektrum działania: B (w tym MRSA) w czasie 1 minuty (EN 13727), F (C. albicans) w czasie 1 minuty (EN 13624), Tbc w czasie 15 minut (EN 14348), V (HIV, HBV, HCV, BVDV, Vaccinia, Rota) w czasie 1 minuty (BGA/DVV), V (polyoma SV 40)- w czasie 1 minuty (DVV/RKI), V (Noro) w czasie 30 minut (PN EN 14476), wymiar chusteczki 17x23cm, 100 sztuk w opakowaniu typu tuba i wkłady do tuby?
lub

Chusteczki bezalkoholowe na bazie czwartorzędowych związków amoniowych przeznaczone do mycia i szybkiej dezynfekcji powierzchni sprzętu medycznego wrażliwego na działanie alkoholu. Przeznaczone do dezynfekcji powierzchni sprzętu medycznego ze szkła, porcelany, metalu, gumy, tworzy sztucznych, szkła akrylowego. Do zastosowania na oddziale intensywnej terapii, blokach operacyjnych, do dezynfekcji aparatury medycznej, sprzętu, foteli zebiegowych, lamp, inkubatorów. Bez zawartości aldehydów i fosforanów, nie odbarwiają dezynfekowanych powierzchni. Spektrum działania: B (w tym MRSA) w czasie 1 minuty (EN 13727), F (C. albicans) w czasie 1 minuty (EN 13624), Tbc w czasie 15 minut (EN 14348), V (HIV, HBV, HCV, BVDV, Vaccinia, Rota) w czasie 1 minuty (BGA/DVV), V (polyoma SV 40)- w czasie 1 minuty (DVV/RKI), V (Noro) w czasie 30 minut (PN EN 14476), wymiar chusteczki 12x18cm, 200 sztuk w opakowaniu typu tuba i wkłady do tuby?
lub

Chusteczki do dezynfekcji powierzchni oraz sprzętu medycznego, rozmiar 17 x 23 cm, nasączone 36,8 % alkoholem izopropylowym, i 47,3% etanolem. konfekcjonowane po 100 sztuk w opakowaniu- tuba i wkłady do tuby- Spektrum bakterie, grzyby, drożdże, wirusy (w tym Polio i Adeno) do 5minut?
lub

Chusteczki do dezynfekcji powierzchni oraz sprzętu medycznego, rozmiar 12 x 18 cm, nasączone 36,8 % alkoholem izopropylowym, i 47,3% etanolem. konfekcjonowane po 200 sztuk w opakowaniu- tuba i wkłady do tuby- Spektrum bakterie, grzyby, drożdże, wirusy (w tym Polio i Adeno) do 5minut?”

Odpowiedź 5: Zamawiający nie przewiduje wydzielenia poszczególnych pozycji z pakietów w trakcie prowadzonej procedury przetargowej.

Pytanie 6: „Czy w pakiecie nr 2 poz. 12 Zamawiający dopuści na zasadzie równoważności produkt konfekcjonowany w opakowaniach a' 1 kg, z odpowiednim przeliczeniem zamawianej ilości?”


Odpowiedź 6: Tak, Zamawiający dopuszcza opakowania a' 1 kg, z odpowiednim przeliczeniem zamawianej ilości tj. z 20 op a 1,5 kg na 30 op a 1 kg.

Pytanie 7: „Pakiet nr 2, poz. 1

Czy Zamawiający dopuści do oceny lekko alkaliczny koncentrat o wysokiej wydajności do maszynowego mycia endoskopów giętkich oraz oprzyrządowania endoskopowego z zawartością enzymów i środków powierzchniowo czynnych. Działa w stężeniu od 0,5%

Telefony:

Centrala:	032 42-91-000	Główny Księgowy:	032 42-91-299	Dział Zamówień Publicznych:	032 42-91-287
Sekretariat:	032 42-91-251	Dział Organizacyjny:	032 42-92-613	Dział Zaopatrzenia:	032 42-91-214
Fax:	032 42-28-272				



w czasie 5-10 min, w zakresie temperatur 35-55 stopni C. Opakowanie 5L. Wyrób medyczny.”

Odpowiedź 7: Zamawiający dopuszcza zaoferowanie asortymentu pierwotnie określonego w specyfikacji istotnych warunków zamówienia, jak również asortymentu opisanego w powyższym pytaniu. W przypadku zaoferowania asortymentu dopuszczonego niniejszym wyjaśnieniem - modyfikacją należy w formularzu cenowym w kolumnie „Opis przedmiotu zamówienia” nanieść stosownie skorygowane zapisy tak, by nie było wątpliwości, co zaferowano w danej pozycji.

Pytanie 8: „Pakiet nr 2, poz. 2

Czy Zamawiający dopuści do oceny preparat w płynie do użytku maszynowego, przeznaczony do płukania po dezynfekcji chemiczno-termicznej narzędzi chirurgicznych, stelaży łóżek, wózków transportowych, kontenerów, stolików nocnych, zawierający w swoim składzie niejonowe środki powierzchniowo czynne, inhibitory korozji, o pH ok.7, zapobiegający tworzeniu się plam podczas suszenia umytego sprzętu, stosowany w niskim stężeniu do 0,2%. Preparat w płynie w opakowaniu a 5 kg. Wyrób medyczny.

Czy do obliczeń przyjąć 5L=5kg czy też ilość opakowań wyliczyć z gęstości?”

Odpowiedź 8: Zamawiający dopuszcza zaoferowanie asortymentu pierwotnie określonego w specyfikacji istotnych warunków zamówienia, jak również asortymentu opisanego w powyższym pytaniu. W przypadku zaoferowania asortymentu dopuszczonego niniejszym wyjaśnieniem - modyfikacją należy w formularzu cenowym w kolumnie „Opis przedmiotu zamówienia” nanieść stosownie skorygowane zapisy tak, by nie było wątpliwości, co zaferowano w danej pozycji. Do obliczeń przyjąć 5L=5kg.

Pytanie 9: „Pakiet nr 2, poz. 3

Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie produktu do maszynowej, chemiczno-termicznej dezynfekcji narzędzi oraz wyrobów medycznych wszelkiego rodzaju, szczególnie do wrażliwych termicznie wyrobów np. endoskopy czy oprzyrządowanie anestezjologiczne. Produkt na bazie aldehydu glutarowego. Spektrum działania: B, Tbc, F, V (w tym Polio i Adeno), S. w stężeniu 1% (10ml/L) w temperaturze do 60°C oraz czasie oddziaływania 5 minut. Nie pieniący się. Wyrób medyczny. Opakowanie a 5 l.”

Odpowiedź 9: Zamawiający dopuszcza zaoferowanie asortymentu pierwotnie określonego w specyfikacji istotnych warunków zamówienia, jak również asortymentu opisanego w powyższym pytaniu. W przypadku zaoferowania asortymentu dopuszczonego niniejszym wyjaśnieniem - modyfikacją należy w formularzu cenowym w kolumnie „Opis przedmiotu zamówienia” nanieść stosownie skorygowane zapisy tak, by nie było wątpliwości, co zaferowano w danej pozycji.


Pytanie 10: „Pakiet nr 2, poz. 4

Prosimy o dopuszczenie preparatu przeznaczonego do manualnego i półautomatycznego mycia endoskopów, narzędzi chirurgicznych, wyrobów medycznych i oprzyrządowania anestezjologicznego, na bazie enzymów (proteaza, lipaza, amylaza) i niejonowych substancji powierzchniowo czynnych, o niskim stężeniu roboczym 0,5%, z możliwością stosowania w myjce ultradźwiękowej, pH ok. 7, zarejestrowanego jako wyrób medyczny, w opakowaniu a 2L z odpowiednim przeliczeniem ilości opakowań?”

Odpowiedź 10: Zamawiający dopuszcza zaoferowanie asortymentu pierwotnie określonego w specyfikacji istotnych warunków zamówienia, jak również asortymentu opisanego w powyższym pytaniu. W przypadku zaoferowania asortymentu dopuszczonego niniejszym

Telefony:

Centrala:	032 42-91-000	Główny Księgowy:	032 42-91-299	Dział Zamówień Publicznych:	032 42-91-287
Sekretariat:	032 42-91-251	Dział Organizacyjny:	032 42-92-613	Dział Zaopatrzenia:	032 42-91-214
Fax:	032 42-28-272				



wyjaśnieniem - modyfikacją należy w formularzu cenowym w kolumnie „Opis przedmiotu zamówienia” nanieść stosownie skorygowane zapisy tak, by nie było wątpliwości, co zaoferowano w danej pozycji.

Pytanie 11: „Pakiet nr 2, poz. 5

Czy Zamawiający dopuści do oceny preparat do manualnego mycia i dezynfekcji narzędzi chirurgicznych, endoskopów i oprzyrządowania anestezyjologicznego, na bazie kompleksu trzech enzymów oraz substancji powierzchniowo czynnych, usuwający zanieczyszczenia w postaci białek, tłuszczów i cukrów? Nadaje się również do stosowania w kąpeli ultradźwiękowej. Spektrum działania obejmuje bakterie, drożdże, wirusy w stężeniu 0,5% w czasie oddziaływania do 15 min. Opakowanie 5L. Wyrób medyczny.”

Odpowiedź 11: Zamawiający dopuszcza zaoferowanie asortymentu pierwotnie określonego w specyfikacji istotnych warunków zamówienia, jak również asortymentu opisanego w powyższym pytaniu. W przypadku zaoferowania asortymentu dopuszczonego niniejszym wyjaśnieniem - modyfikacją należy w formularzu cenowym w kolumnie „Opis przedmiotu zamówienia” nanieść stosownie skorygowane zapisy tak, by nie było wątpliwości, co zaoferowano w danej pozycji.

Pytanie 12: „Pakiet nr 2, poz. 8

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie gotowych do użycia, alkoholowych chusteczek do szybkiej dezynfekcji małych powierzchni i wyrobów medycznych na bazie propan-1-olu i etanolu, niezawierających aldehydów i czwartorzędowych związków amoniowych? Działających na B, F (C.albicans), TBC, V (HIV, HBV, HCV, BVDV, Vaccinia, Rota, Noro) w czasie do 1 min.? Opakowanie trwałe zawierające 150 szt. chusteczek (z odpowiednim przeliczeniem ilości opakowań), z możliwością uzupełnienia wkładami? Wyrób medyczny.”

Odpowiedź 12: Zamawiający dopuszcza zaoferowanie asortymentu pierwotnie określonego w specyfikacji istotnych warunków zamówienia, jak również asortymentu opisanego w powyższym pytaniu z przeliczeniem ilości jednostek miary z 100 op a 120 szt na 80 op a 150 szt. W przypadku zaoferowania asortymentu dopuszczonego niniejszym wyjaśnieniem - modyfikacją należy w formularzu cenowym w kolumnie „Opis przedmiotu zamówienia” oraz „Szacunkowa ilość jedn. miary” nanieść stosownie skorygowane zapisy tak, by nie było wątpliwości, co zaoferowano w danej pozycji.

Pytanie 13: „Pakiet nr 2, poz. 9

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie gotowych do użycia, alkoholowych chusteczek do szybkiej dezynfekcji małych powierzchni i wyrobów medycznych na bazie propan-1-olu i etanolu, niezawierających aldehydów i czwartorzędowych związków amoniowych? Działających na B, F (C.albicans), TBC, V (HIV, HBV, HCV, BVDV, Vaccinia, Rota, Noro) w czasie do 1 min.? wkład zawierający 150 szt. chusteczek z odpowiednim przeliczeniem ilości opakowań. Wyrób medyczny.”

Odpowiedź 13: Zamawiający dopuszcza zaoferowanie asortymentu pierwotnie określonego w specyfikacji istotnych warunków zamówienia, jak również asortymentu opisanego w powyższym pytaniu z przeliczeniem ilości jednostek miary z 200 op a 120 szt na 160 op a 150 szt. W przypadku zaoferowania asortymentu dopuszczonego niniejszym wyjaśnieniem - modyfikacją należy w formularzu cenowym w kolumnie „Opis przedmiotu zamówienia” oraz

Telefony:

Centrala:	032 42-91-000	Główny Księgowy:	032 42-91-299	Dział Zamówień Publicznych:	032 42-91-287
Sekretariat:	032 42-91-251	Dział Organizacyjny:	032 42-92-613	Dział Zaopatrzenia:	032 42-91-214
Fax:	032 42-28-272				



„Szacunkowa ilość jedn. miary” nanieść stosownie skorygowane zapisy tak, by nie było wątpliwości, co zaoferowano w danej pozycji.

Pytanie 14: „Pakiet nr 2, poz. 10

Prosimy o dopuszczenie płynnego preparatu w koncentracji do mycia powierzchni, zawierającego niejonowe środki powierzchniowo czynne, substancje zapachowe, Linalool, Hexylcinnamal, Citronellol, salicylan benzylu, pH koncentratu ok. 9,5. Preparat ten może być stosowany do mycia powierzchni między rutynowymi dezynfekcjami oraz jako środek myjący do gruntownego mycia podłóg, z możliwością stosowania jako dodatek do środków dezynfekcyjnych. Opakowanie a 2L z odpowiednim przeliczeniem ilości opakowań.”

Odpowiedź 14: Zamawiający dopuszcza zaoferowanie asortymentu pierwotnie określonego w specyfikacji istotnych warunków zamówienia, jak również asortymentu opisanego w powyższym pytaniu z przeliczeniem ilości jednostek miary z 8 op a 10l na 40 op a 2l. W przypadku zaoferowania asortymentu dopuszczonego niniejszym wyjaśnieniem - modyfikacją należy w formularzu cenowym w kolumnie „Opis przedmiotu zamówienia” oraz „Szacunkowa ilość jedn. miary” nanieść stosownie skorygowane zapisy tak, by nie było wątpliwości, co zaoferowano w danej pozycji.

Pytanie 15: „Pakiet nr 2, poz. 11

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie preparatu chlorowego w tabletkach, skutecznego wobec B, Tbc (M. terrae), F (Candida albicans, Aspergillus niger), V (Polio, Adeno, Noro) - dezynfekcja powierzchni i przedmiotów mocno zanieczyszczonych substancją organiczną w czasie 15 minut (1.000 ppm), oraz Clostridium difficile zgodnie z normą EN 13704 (warunki brudne - obciążenie albuminą wołową) w czasie 10 minut (10.000 ppm). Stabilność roztworu roboczego do 48 godzin. Produkt można stosować do powierzchni, które mają kontakt z żywnością. Jedna tabletką o masie 3,3 g uwalnia 1,5 g aktywnego chloru. Opakowania a 300 szt. tabletek z odpowiednim przeliczeniem ilości opakowań. Produkt biobójczy.”

Odpowiedź 15: Zamawiający dopuszcza zaoferowanie asortymentu pierwotnie określonego w specyfikacji istotnych warunków zamówienia, jak również asortymentu opisanego w powyższym pytaniu z przeliczeniem ilości jednostek miary z 75 op a 200 szt na 50 op a 300 szt. W przypadku zaoferowania asortymentu dopuszczonego niniejszym wyjaśnieniem - modyfikacją należy w formularzu cenowym w kolumnie „Opis przedmiotu zamówienia” oraz „Szacunkowa ilość jedn. miary” nanieść stosownie skorygowane zapisy tak, by nie było wątpliwości, co zaoferowano w danej pozycji.

Pozostałe warunki zamówienia nie ulegają zmianie, aktualny pozostaje również termin składania ofert do dnia 28.03.2018 r. do godziny 10.00 oraz termin otwarcia ofert: w tym samym dniu o godzinie 10.30.

Egz.:

1. adresat.
2. aa.

Telefony:

Centrala:	032 42-91-000	Główny Księgowy:	032 42-91-299	Dział Zamówień Publicznych:	032 42-91-287
Sekretariat:	032 42-91-251	Dział Organizacyjny:	032 42-92-613	Dział Zaopatrzenia:	032 42-91-214
Fax:	032 42-28-272				