

## SPECYFIKACJA TECHNICZNA

## Stół zabiegowy z wyposażeniem – 1 sztuka

L.p.	Wymagane funkcje / parametry	Wymogi	Odpowiedź TAK, oferowane parametry lub krótki opis (wg kolumny „Wymogi”)
1	2	3	4
<b>I. Informacje ogólne:</b>			
1.	Stół do zabiegów opatrunkowych i prostych zabiegów operacyjnych.	TAK	
2.	Producent.	podać	
3.	Model / typ oferowanego stołu.	podać	
4.	Rok produkcji 2018.	TAK	
5.	Stół zabiegowy fabrycznie nowy, (wyklucza się demonstracyjny, rekondukcjonowany, używany).	TAK	
6.	Klasa wyrobu medycznego.	podać	
7.	Podstawa jezdna stołu z kołami antystatycznymi i z centralną blokadą oraz kołem kierunkowym.	TAK	
8.	Elementy konstrukcyjne zewnętrzne stołu oraz osłony wykonane ze stali nierdzewnej lub ze stali węglowej lakierowanej proszkowo.	TAK	
9.	Błat przenikalny dla promieni RTG co najmniej w segmencie oparcia pleców i siedziska.	TAK	
10.	Miękkie, antystatyczne, bezszwowe materace o grubości min. 50 mm, wykonane z pianki poliuretanowej spienionej, odejmowane z blatu stołu. Materace z warstwą antybakteryjną. Materace płaskie bez zagłębień, powierzchnia gładka. Nie dopuszcza się materacy mocowanych do blatu za pomocą rzepów. Nie dopuszcza się materacy, które w miejscach mocowania do blatu mają przerwana ciągłość warstwy zewnętrznej, nie są zabezpieczone przed pęknięciami oraz nie są zabezpieczone przed dostaniem się cieczy do wewnątrz materaca w tych miejscach.	TAK	
11.	Konstrukcja stołu i jego części zapewnia skuteczne czyszczenie i dezynfekcję oraz odporność na wnikanie i przenikanie cieczy.	TAK	
12.	Mycie i dezynfekcja wszystkich elementów stołu wraz z wyposażeniem ogólnodostępnymi środkami dezynfekcyjnymi. Nie dopuszcza się ograniczenia do zastosowania w zakresie mycia i dezynfekcji tylko jednego preparatu handlowego.	TAK	
<b>II. Parametry szczegółowe:</b>			
1.	Długość stołu z blatem min. 2050 mm.	TAK	
2.	Szerokość leża min. 550 mm	TAK, podać	
3.	Maksymalne obciążenie leża stołu min.: 250 kg	TAK, podać	
4.	Błat stołu czterosegmentowy składający się z: <ul style="list-style-type: none"> <li>podglówka o szerokości blatu</li> </ul>	TAK	

	<ul style="list-style-type: none"> <li>• segmentu oparcia pleców</li> <li>• segmentu siedziska,</li> <li>• segmentu nóg – dzielonego na dwie nogi.</li> </ul>		
5.	Regulacja wysokości blatu (z materacem) w zakresie min.: 800 – 1100 mm za pomocą nożnej pompy hydraulicznej. Dźwignie pompy po dwóch stronach podstawy, skierowane w stronę podglówka.	TAK	
6.	<p>Funkcje stołu realizowane ręcznie (mechanicznie) z wykorzystaniem sprężyn gazowych z blokadą:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• przechyły wzdłużne: Trendelenburga w zakresie min: +/- 25° i anty-Trendelenburga) w zakresie min: +/- 10°</li> <li>• regulacja kąta nachylenia oparcia pleców w zakresie min: +75°/-35°</li> <li>• regulacja (bezstopniowa) podnóżków góra/dół w zakresie min.: +10°/-90°,</li> <li>• odwodzenie każdego podnóżka (rozchylenie na bok na zewnątrz) o kąt 90°,</li> <li>• regulacja podglówka w zakresie min.: +45°/-35°.</li> </ul>	TAK, po- dać	
7.	Podnóżki mocowane do segmentu siedziska poprzez zaciski montażowe. W siedzisku znajduje się jarzmo, na którym mocuje się sworzeń umieszczony w górnej części przegubu podnóżka.	TAK	
8.	Blat wyposażony w listwy umożliwiające montaż wyposażenia (na wszystkich segmentach stołu).	TAK	
<b>III. Wyposażenie:</b>			
1.	Podpórka ręki – 2 szt. z paskami mocującymi na rzep – po 2 szt. na każdą podpórkę.	TAK	
2.	Ramka ekranu anestezyjologicznego – 1 szt.	TAK	
3.	Wieszak kroplówki z stali nierdzewnej – 1 szt.	TAK	
4.	Uchwyty wielopozycyjne niezbędne do zamontowania wyposażenia do stołu. Konstrukcja uchwytów umożliwia ich założenie zarówno wzdłuż listwy jak i „od góry” listwy (montaż na listwę pomiędzy 2 inne wcześniej zamontowane uchwyty bez konieczności ich demontowania) – 3 szt.	TAK	
<b>IV. Dokumentacja:</b>			
1.	Instrukcja obsługi w języku polskim - dostarczyć wraz z stołem.	TAK	

Załącznik wskazuje minimalne wymagania zamawiającego, które muszą zostać spełnione, natomiast wykonawca – wypełniając ten załącznik – oferuje konkretne rozwiązania, charakteryzując w ten sposób zaoferowany asortyment.

Załącznik należy wypełnić w całości, bez wprowadzania zmian w jego treści – stanowi on integralną część oferty – deklarację wykonawcy co do jej treści, stąd brak tego załącznika, zawierającego treści zgodne z wzorem określonym w specyfikacji istotnych warunków zamówienia, spowoduje odrzucenie oferty.