

## SPECYFIKACJA TECHNICZNA

## Zestaw do trudnej intubacji – 1 sztuka.

L.p.	Wymagane funkcje / parametry	Wymogi	Odpowiedź TAK, lub krótki opis (wg kolumny „Wymogi”)
1	2	3	4
I.	Informacje ogólne:		
1.	Producent.	podać	
2.	Model / typ oferowanego urządzenia.	podać	
3.	Rok produkcji 2018.	podać	
4.	Urządzenie fabrycznie nowe, nieużywane, nierekondycjonowane.	TAK	
5.	Zasilanie 220/230V, 50Hz.	TAK	
6.	Klasa wyrobu medycznego.	podać	
II.	Parametry:		
1.	Zazębowy sztywny endoskop intubacyjny, średnica 5 mm, długość robocza 40 cm, wygięcie końcówki dystalnej 40°, ruchomy okular, adapter do rurki intubacyjnej, przeznaczony do sterylizacji w autoklawie parowym w temperaturze 134°C.	TAK	
2.	LED-owe źródło światła z dwoma bateriami.	TAK	
3.	Uchwyt łyżki laryngoskopowej zawiera żarówkę ksenonową i gniazdo z dwoma bateriami.	TAK	
4.	Łyżki intubacyjne typu Macintosh, z wymiennym światłowodem, światło zimne, rozmiar 2, 3 i 4 - po 1 sztuce.	TAK	
5.	Kosz druciany dedykowany do przedmiotowego zestawu do trudnej intubacji.	TAK	
III.	Dokumentacja:		
1.	Instrukcja obsługi w języku polskim - dostarczyć wraz z urządzeniem.	TAK	

Załącznik wskazuje minimalne wymagania zamawiającego, które muszą zostać spełnione, natomiast wykonawca – wypełniając ten załącznik – oferuje konkretne rozwiązania, charakteryzując w ten sposób zaoferowany asortyment.

Załącznik należy wypełnić w całości, bez wprowadzania zmian w jego treści – stanowi on integralną część oferty – deklarację wykonawcy co do jej treści, stąd brak tego załącznika, zawierającego treści zgodne z wzorem określonym w specyfikacji istotnych warunków zamówienia, spowoduje odrzucenie oferty.

.....  
(podpisy i pieczęcie osób upoważnionych  
do reprezentowania wykonawcy)