

LAS-65/2-PN/25-2018

Rybnik, dnia 19.04.2018 r.

Do Wykonawców uczestniczących
w postępowaniu o udzielenie zamówienia

WYJAŚNIENIE – MODYFIKACJA 2

PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO NA:

dostawy wyrobów medycznych (zamówienie nr LAS-65-PN/25-2018)
ogłoszonym w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej
z dnia 19.03.2018 r., nr 2018/S 054-119175

W związku z wniesionymi przez wykonawców kolejnymi zapytaniem (numeracja pytań i odpowiedzi stanowi kontynuację w stosunku do numeracji zawartej w piśmie nr LAS-65/1-PN/25-2018 z dnia 18.04.2018 r.) zamawiający udziela poniższych odpowiedzi. Ponadto zamawiający wprowadza niżej podane modyfikacje.

Pytanie 89: „*Pytanie dot. zadania nr 6, poz.2 Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie pooperacyjnego cewnika trójdrożnego typu Dufour wykonanego ze 100% silikonu z balonem o pojemności 50 ml dla cewnika CH 18, 60 ml dla cewnika CH 20, 70 ml dla cewnika CH 22, oraz 80 ml dla cewnika CH 24.*”

Odpowiedź 89: Zamawiający dopuszcza zaoferowanie asortymentu pierwotnie określonego w specyfikacji istotnych warunków zamówienia, jak również asortymentu opisanego w powyższym pytaniu – przy zachowaniu dodatkowych wymagań określonych przez zamawiającego. W przypadku zaoferowania asortymentu dopuszczonego niniejszym wyjaśnieniem - modyfikacją należy w formularzu cenowym w kolumnie „*Opis przedmiotu zamówienia*” nanieść stosownie skorygowane zapisy tak, by nie było wątpliwości, co zaoferowano w danej pozycji.

Pytanie 90: „*Pytanie dot. zadania nr 6, poz.4*

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie zestawów do nefrostomii dwustopniowej w składzie:

- igła punkcyjna dwuczęściowa 18 G, dł. 20 cm, z zakończeniem typu Chiba, widoczna w USG;
- prowadnica Schullera o długości 100 cm z bezpiecznym końcem typu J;
- cewnik nefrostomijny typu Pigtail w rozmiarze CH 8, wykonany z poliuretanu, z jednodrożnym kranikiem regulującym przepływ moczu oraz ośmioma oczkami drenującymi ; długość 25 cm;
- obturator/sztylet z zaokrągloną końcówką do bezpiecznego wyprostowania cewnika;
- uniwersalny łącznik do worka na mocz.

Zestaw nie zawiera żadnych rozszerzeń!


Odpowiedź 90: Zamawiający nie dopuszcza zaoferowania asortymentu opisanego w powyższym pytaniu.

Pytanie 91: „*Pytanie dot. zadania nr 6, poz.4*

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie zestawów do nefrostomii wielostopniowej w składzie:

Telefony:

Centrala:	032 42-91-000	Główny Księgowy:	032 42-91-299	Dział Zamówień Publicznych:	032 42-91-287
Sekretariat:	032 42-91-251	Dział Organizacyjny:	032 42-92-613	Dział Zaopatrzenia:	032 42-91-214
Fax:	032 42-28-272				



- cewnik nefrostomijny typu Pigtail w rozmiarach: CH 8, CH 10,5 z jednodrożnym kranikiem regulującym przepływ moczu oraz łącznikiem luer-lock; wykonany z poliuretanu; z otworami drenującymi rozmieszczonymi na pętli cewnika;
- dwuczęściowa kaniula punkcyjna wykonana ze stali medycznej, widoczna w USG 18G dł.20 cm;
- prowadnik Lunderquista dł. 80 cm z giętką 1,5 mm końcówką typu J;
- atraumatyczne rozszerzadła widoczne w RTG;
- uniwersalny łącznik do worka na mocz (z końcówką luer lock)?”

Odpowiedź 91: Zamawiający dopuszcza zaoferowanie asortymentu pierwotnie określonego w specyfikacji istotnych warunków zamówienia, jak również asortymentu opisanego w powyższym pytaniu – przy zachowaniu dodatkowych wymagań określonych przez zamawiającego. W przypadku zaoferowania asortymentu dopuszczonego niniejszym wyjaśnieniem - modyfikacją należy w formularzu cenowym w kolumnie „Opis przedmiotu zamówienia” nanieść stosownie skorygowane zapisy tak, by nie było wątpliwości, co zaoferowano w danej pozycji.

Pytanie 92: „Pytanie dot. zadania nr 6, poz.5

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie zestawu do cystostomii CH 12, CH 14 w składzie: cewnik typu Pigtail, metalowy rozrywalny trokar, skalpel, zatyczka.”

Odpowiedź 92: Zamawiający nie dopuszcza zaoferowania asortymentu opisanego w pytaniu .

Pytanie 93: „Pytanie dot. zadania nr 6, poz.5

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie zestawu do cystostomii w składzie: cewnik typu Foley, metalowy trokar, skalpel, zatyczka. Rozmiary takie jak w SIWZ.”

Odpowiedź 93: Zamawiający nie dopuszcza zaoferowania asortymentu opisanego w pytaniu .

Pytanie 94: „Pytanie dot. zadania nr 6, poz.5 Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie zestawu do cystostomii CH 12,CH 14 w składzie: cewnik typu Foley, metalowy trokar, rozrywalna tuleja, skalpel.”

Odpowiedź 94: Zamawiający nie dopuszcza zaoferowania asortymentu opisanego w pytaniu.

Pytanie 95: „Pytanie dot. zadania nr 6, poz.6

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie cewnika typu Foley z balonem o pojemności 5-10 ml oraz długości 40 cm. Pozostałe parametry zgodne z SIWZ.”


Odpowiedź 95: Zamawiający dopuszcza zaoferowanie asortymentu pierwotnie określonego w specyfikacji istotnych warunków zamówienia, jak również asortymentu opisanego w powyższym pytaniu – przy zachowaniu dodatkowych wymagań określonych przez zamawiającego. W przypadku zaoferowania asortymentu dopuszczonego niniejszym wyjaśnieniem - modyfikacją należy w formularzu cenowym w kolumnie „Opis przedmiotu zamówienia” nanieść stosownie skorygowane zapisy tak, by nie było wątpliwości, co zaoferowano w danej pozycji.

Pytanie 96: „Czy Zamawiający dopuści w **Pakiecie 27 – siatka do usuwania ciał obcych** – w pozycji 1-2: produkt niesterylny? Z naszych informacji wynika że na rynku nie ma produktu sterylnego jako siatki Rotha.”

Odpowiedź 96: Zamawiający dopuszcza zaoferowanie asortymentu pierwotnie określonego w specyfikacji istotnych warunków zamówienia, jak również asortymentu opisanego w powyższym pytaniu – asortymentu niesterylnego-przy zachowaniu dodatkowych wymagań określonych przez zamawiającego. W przypadku zaoferowania asortymentu dopuszczonego niniejszym wyjaśnieniem -

Telefony:

Centrala:	032 42-91-000	Główny Księgowy:	032 42-91-299	Dział Zamówień Publicznych:	032 42-91-287
Sekretariat:	032 42-91-251	Dział Organizacyjny:	032 42-92-613	Dział Zaopatrzenia:	032 42-91-214
Fax:	032 42-28-272				



*Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej
Wojewódzki Szpital Specjalistyczny nr 3 w Rybniku
44-200 Rybnik, ul. Energetyków 46*

www.szpital.rybnik.pl, e-mail: szpital@szpital.rybnik.pl

Regon 272780323; NIP: 642-25-85-351; KRS: 0000067701



modyfikacją należy w formularzu cenowym w kolumnie „Opis przedmiotu zamówienia” nanieść stosownie skorygowane zapisy tak, by nie było wątpliwości, co zaoferowano w danej pozycji.

Pozostałe warunki zamówienia nie ulegają zmianie, aktualny pozostaje również termin składania ofert oraz wnoszenia wadium ustalony do dnia 26.04.2018 r. do godziny 10.00 oraz termin otwarcia ofert: w tym samym dniu o godzinie 10.30.

Egz.:

1. adresat.
2. aa.

Telefony:

Centrala:	032 42-91-000	Główny Księgowy:	032 42-91-299	Dział Zamówień Publicznych:	032 42-91-287
Sekretariat:	032 42-91-251	Dział Organizacyjny:	032 42-92-613	Dział Zaopatrzenia:	032 42-91-214
<u>Fax:</u>	032 42-28-272				