

*Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej
Wojewódzki Szpital Specjalistyczny nr 3 w Rybniku
44-200 Rybnik, ul. Energetyków 46*

www.szpital.rybnik.pl, e-mail: szpital@szpital.rybnik.pl

Regon 272780323; NIP: 642-25-85-351; KRS: 0000067701



Fundusze Europejskie
Infrastruktura i Środowisko

Unia Europejska
Europejski Fundusz
Rozwoju Regionalnego



Dofinansowano z budżetu Samorządu Województwa Śląskiego

TAM-353/1-PN/37-2018

Rybnik, dnia 10.05.2018 r.

Do Wykonawców uczestniczących
w postępowaniu o udzielenie zamówienia

WYJAŚNIENIE – MODYFIKACJA 1

W PRZETARGU NIEOGRANICZONYM NA:

Zakup wyposażenia do realizacji projektu „Modernizacja i rozbudowa Szpitalnego Oddziału Ratunkowego w Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym nr 3 w Rybniku” część I.

(zamówienie nr **TAM-353-PN/37-2018**)

ogłoszonym w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej
z dnia 10.04.2018 r., nr 2018/S 069-152733

**W związku z wniesionymi zapytaniem, zamawiający udziela poniższych odpowiedzi.
Ponadto zamawiający wprowadza niżej podane modyfikacje.**

Pytanie 1: „Pakiet 5 Lp. 4 Parametry techniczne Prosimy o dopuszczenie urządzenia które zamiast zapewnienie funkcji szybkiego grzania pacjenta temperaturą 46C+/-1Cprzez minimum 15 minut zapewnia równoważne wymienionemu ogrzewaniu ogrzewanie temperaturą 43C przy szybkim przepływie powietrza. Efektywność ogrzewania zależy od ilości dostarczonego ciepła do pacjenta i szybki przepływ, czyli duża ilość powietrza o temperaturze 43C jest wystarczająca do efektywnego ogrzania pacjenta. Należy podkreślić, że o ogrzewaniu pacjenta powinien decydować personel a nie funkcje urządzenia. Czas i temperatura grzania powinny być monitorowane przez pomiar temperatury głębokiej pacjenta a nie włączenie funkcji szybkiego ogrzewania.”

Odpowiedź 1: Urządzenie z funkcją opisaną w pytaniu jest dopuszczone w opisie Zamawiającego jednak nie uzyska dodatkowych punktów.

Pytanie 2: „W imieniu (...) zwracam się z uprzejmą prośbą o przekazanie wersji edytowalnej załączników do SIWZ (preferowane formaty: doc/docx/rtf) do postępowania o udzielenie zamówienia publicznego numer: TAM-353-PN/37-201”


Odpowiedź 2: Zamawiający informuje, iż nie przewiduje przesyłania specyfikacji istotnych warunków zamówienia, jak również załączników do niej w formie edytowalnej.

Pytanie 3: „Dotyczy Pakietu nr 4, Zadanie B

Czy Zamawiający wymaga worka samorozprężalnego do wentylacji mechanicznej pacjenta z rezerwuarem tlenu do dezynfekcji w autoklawie czy worka samorozprężalnego z rezerwuarem tlenowym jednorazowym?”

Telefony:

Centrala:	032 42-91-000	Główny Księgowy:	032 42-91-299	Dział Zamówień Publicznych:	032 42-91-287
Sekretariat:	032 42-91-251	Dział Organizacyjny:	032 42-92-613	Dział Zaopatrzenia:	032 42-91-214
Fax:	032 42-28-272				



**Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej
Wojewódzki Szpital Specjalistyczny nr 3 w Rybniku
44-200 Rybnik, ul. Energetyków 46**

www.szpital.rybnik.pl, e-mail: szpital@szpital.rybnik.pl

Regon 272780323; NIP: 642-25-85-351; KRS: 0000067701



Fundusze Europejskie
Infrastruktura i Środowisko

Unia Europejska
Europejski Fundusz
Rozwoju Regionalnego



Dofinansowano z budżetu Samorządu Województwa Śląskiego

Odpowiedź 3: Tak jak zostało opisane przez Zamawiającego – kompletny worek samorozprężalny oraz kompletny rezerwuar tlenu mają być przeznaczone do sterylizacji w autoklawie parowym w temperaturze 134°C.

Pytanie 4: „Dotyczy Pakietu nr 4, Zadanie B

Prosimy o potwierdzenie, lub sprostowanie, że Zamawiający wymaga łączenie 3 sztuk (kompletów) worków samorozprężalnych (dla niemowląt, dzieci i dorosłych- po 1 szt.). W każdym komplecie 3 szt. masek wielokrotnego użytku w rozmiarze 1, 3 i 5 (po 1 sztuce)?”

Odpowiedź 4: Zamawiający modyfikuje w pakiecie nr 4 zadanie B załącznik nr 1.2 do specyfikacji istotnych warunków zamówienia (wzór załącznika nr 1.2 pakiet 4 zadanie B do oferty): „Specyfikacja techniczna”. Aktualne brzmienie tego załącznika stanowi załącznik nr 2 do niniejszego pisma, składając ofertę należy się posłużyć tym wzorem.

Pytanie 5: „Dotyczy Pakietu nr 4, Zadanie B Wymagań szczegółowych, poz. 3

Czy Zamawiający łyżkę larygoskopową światłowodową w rozmiarze 2 (długość całkowita 112 mm, szerokość końca dystalnego 13 mm) typu Macintosh- tak jak stosowane przez zamawiającego?”

Odpowiedź 5: Zamawiający dopuszcza rozwiązanie opisane w pytaniu, w związku z tym modyfikuje w pakiecie nr 4 załącznik nr 1.2 do specyfikacji istotnych warunków zamówienia (wzór załącznika nr 1.2 pakiet 4 do oferty): „Specyfikacja techniczna”. Aktualne brzmienie tego załącznika stanowi załącznik nr 2 do niniejszego pisma, składając ofertę należy się posłużyć tym wzorem.

Pytanie 6: „Dotyczy Pakietu nr 4, Zadanie B Wymagań szczegółowych, poz. 4

Czy Zamawiający łyżkę larygoskopową światłowodową w rozmiarze 3 (długość całkowita 134 mm, szerokość końca dystalnego 15 mm) typu Macintosh- tak jak stosowane przez zamawiającego?”


Odpowiedź 6: Zamawiający dopuszcza rozwiązanie opisane w pytaniu, w związku z tym modyfikuje w pakiecie nr 4 załącznik nr 1.2 do specyfikacji istotnych warunków zamówienia (wzór załącznika nr 1.2 pakiet 4 do oferty): „Specyfikacja techniczna”. Aktualne brzmienie tego załącznika stanowi załącznik nr 2 do niniejszego pisma, składając ofertę należy się posłużyć tym wzorem.

Pytanie 7: „Dotyczy Pakietu nr 4, Zadanie B Wymagań szczegółowych, poz. 5

Czy Zamawiający łyżkę larygoskopową światłowodową w rozmiarze 3- bardziej wygiętą (długość całkowita 134 mm, szerokość końca dystalnego 15 mm) typu Macintosh- tak jak stosowane przez zamawiającego?”

Telefony:

Centrala:	032 42-91-000	Główny Księgowy:	032 42-91-299	Dział Zamówień Publicznych:	032 42-91-287
Sekretariat:	032 42-91-251	Dział Organizacyjny:	032 42-92-613	Dział Zaopatrzenia:	032 42-91-214
Fax:	032 42-28-272				



**Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej
Wojewódzki Szpital Specjalistyczny nr 3 w Rybniku
44-200 Rybnik, ul. Energetyków 46**

www.szpital.rybnik.pl, e-mail: szpital@szpital.rybnik.pl

Regon 272780323; NIP: 642-25-85-351; KRS: 0000067701



Fundusze Europejskie
Infrastruktura i Środowisko

Unia Europejska
Europejski Fundusz
Rozwoju Regionalnego



Dofinansowano z budżetu Samorządu Województwa Śląskiego

Odpowiedź 7: Zamawiający dopuszcza rozwiązanie opisane w pytaniu, w związku z tym modyfikuje w pakiecie nr 4 załącznik nr 1.2 do specyfikacji istotnych warunków zamówienia (wzór załącznika nr 1.2 pakiet 4 do oferty): „Specyfikacja techniczna”. Aktualne brzmienie tego załącznika stanowi załącznik nr 2 do niniejszego pisma, składając ofertę należy się posłużyć tym wzorem.

Pytanie 8: „Dotyczy Pakietu nr 4

Prosimy o odstąpienie wymogu przeprowadzenia szkolenia personelu medycznego oraz personelu technicznego oraz uruchomienia przedmiotu zamówienia w zakresie Pakietu nr 4. Dołączenie do przedmiotu Zamówienia szczegółowej instrukcji obsługi oraz eksploatacji, w naszej opinii, jest wystarczające dla wykwalifikowanego personelu medycznego i gwarantuje prawidłowe użytkowanie, uruchomienie oraz obsługę oferowanego przez nas sprzętu w w/w zakresie (resuscytatory, laryngoskopy). Czy w przypadku pozytywnej odpowiedzi, Zamawiający uzna tym samym za wystarczające dostarczenie przedmiotu Zamówienia za pomocą firmy kurierskiej, biorąc także pod uwagę, że dostarczony przez nas sprzęt jest gotowy do użycia w momencie dostawy, bez konieczności zakupu jakichkolwiek zakupów i inwestycji”

Odpowiedź 8: Tak, zamawiający odstępuje od ww. szkoleń, przedmiot zamówienia może zostać dostarczony za pośrednictwem firmy kurierskiej.

Pytania od nr 9 do nr 16 dotyczą: Pakiet 1 – Załącznik nr 1.2 – SPECYFIKACJA TECHNICZNA

Pytanie 9: „Pkt. I. 6 – Czy Zamawiający dopuści Zasilanie 230V, 50 Hz oraz zasilanie awaryjne z wbudowanego akumulatora podtrzymującego prace aparatu przez min. 90 min w warunkach standardowych ?”

Odpowiedź 9: Zamawiający nie zmienia zapisów specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Rozwiązanie opisane w pytaniu spełnia wymagania Zamawiającego.


Pytanie 10: „Pkt. I. 9 – Czy Zamawiający dopuści wbudowane fabrycznie 3 gniazda elektryczne 230 V na bocznej ścianie aparatu. Jedno gniazdo 2 A. ?”

Odpowiedź 10: Zamawiający dopuszcza rozwiązanie opisane w pytaniu, w związku z tym modyfikuje w pakiecie nr 1 załącznik nr 1.2 do specyfikacji istotnych warunków zamówienia (wzór załącznika nr 1.2 pakiet 1 do oferty): „Specyfikacja techniczna”. Aktualne brzmienie tego załącznika stanowi załącznik nr 1 do niniejszego pisma, składając ofertę należy się posłużyć tym wzorem.

Pytanie 11: „Pkt. II. 2 – Czy Zamawiający dopuści pneumatyczny mieszalnik świeżych gazów z systemem automatycznego utrzymania stężenia tlenu w mieszaninie oddechowej z N2O na poziomie minimum 25%O2 ?”

Telefony:

Centrala:	032 42-91-000	Główny Księgowy:	032 42-91-299	Dział Zamówień Publicznych:	032 42-91-287
Sekretariat:	032 42-91-251	Dział Organizacyjny:	032 42-92-613	Dział Zaopatrzenia:	032 42-91-214
Fax:	032 42-28-272				



Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej
Wojewódzki Szpital Specjalistyczny nr 3 w Rybniku
44-200 Rybnik, ul. Energetyków 46

www.szpital.rybnik.pl, e-mail: szpital@szpital.rybnik.pl

Regon 272780323; NIP: 642-25-85-351; KRS: 0000067701



Fundusze Europejskie
Infrastruktura i Środowisko

Unia Europejska
Europejski Fundusz
Rozwoju Regionalnego



Dofinansowano z budżetu Samorządu Województwa Śląskiego

Odpowiedź 11: Zamawiający nie zmienia zapisów specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Rozwiązanie opisane w pytaniu spełnia wymagania Zamawiającego.

Pytanie 12: „Pkt. III. 2 – Czy Zamawiający dopuści układ oddechowy o prostej budowie, łatwy do wymiany i sterylizacji pozbawiony lateksu o całkowitej pojemności 3,01 L?”

Odpowiedź 12: Zamawiający dopuszcza rozwiązanie opisane w pytaniu, w związku z tym modyfikuje w pakiecie nr 1 załącznik nr 1.2 do specyfikacji istotnych warunków zamówienia (wzór załącznika nr 1.2 pakiet 1 do oferty): „Specyfikacja techniczna”. Aktualne brzmienie tego załącznika stanowi załącznik nr 1 do niniejszego pisma, składając ofertę należy się posłużyć tym wzorem.

Pytanie 13: „Pkt. III. 4 – Czy Zamawiający uzna za spełnienie warunku obejście tlenowe o dużej wydajności w zakresie 25 l/min.-75l/min ?”

Odpowiedź 13: Zamawiający nie zmienia zapisów specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Rozwiązanie opisane w pytaniu spełnia wymagania Zamawiającego.

Pytanie 14: „Pkt. IV.5 – Czy Zamawiający dopuści aparat bez tej funkcji ?”

Odpowiedź 14: Zamawiający dopuszcza rozwiązanie opisane w pytaniu, w związku z tym modyfikuje w pakiecie nr 1 załącznik nr 1.2 do specyfikacji istotnych warunków zamówienia (wzór załącznika nr 1.2 pakiet 1 do oferty): „Specyfikacja techniczna”. Aktualne brzmienie tego załącznika stanowi załącznik nr 1 do niniejszego pisma, składając ofertę należy się posłużyć tym wzorem

Pytanie 15: „Pkt. VIII. 14 – Czy Zamawiający dopuści monitor z możliwością rozbudowy o pomiar głębokości znieczulenia metoda Entropii?”

Odpowiedź 15: Zgodnie z specyfikacją techniczną Zamawiający wymaga funkcji pomiaru głębokości znieczulenia Entropii i nie rezygnuje z niej. Tym samym nie dopuszcza możliwości rozbudowy.

Pytanie 16: „Pkt. VIII. 16 – Czy Zamawiający dopuści możliwość rozbudowy o prezentację graficzną adekwatności znieczulenia AoA z zaoferowaną prezentacją cyfrową wskaźnika stresu chirurgicznego SPI ?”


Odpowiedź 16: Zgodnie z specyfikacją techniczną Zamawiający wymaga funkcji prezentacji graficznej adekwatności znieczulenia AoA, prezentacji graficznej wskaźnika stresu chirurgicznego SPI i nie rezygnuje z niej. Tym samym nie dopuszcza możliwości rozbudowy.

Pytanie 17: „Wzór umowy – Załącznik nr 2 do SIWZ”

Par. 5 – W naszej ocenie zaproponowane kary umowne są rażąco wysokie. Na rynku wyrobów medycznych przyjęło się, iż wysokość kary to 0,1-0,2% za dzień zwłoki w wykonaniu zamówienia/podjęciu działań serwisowych/wymianę wadliwego towaru oraz

Telefony:

Centrala:	032 42-91-000	Główny Księgowy:	032 42-91-299	Dział Zamówień Publicznych:	032 42-91-287
Sekretariat:	032 42-91-251	Dział Organizacyjny:	032 42-92-613	Dział Zaopatrzenia:	032 42-91-214
Fax:	032 42-28-272				



**Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej
Wojewódzki Szpital Specjalistyczny nr 3 w Rybniku
44-200 Rybnik, ul. Energetyków 46**

www.szpital.rybnik.pl, e-mail: szpital@szpital.rybnik.pl

Regon 272780323; NIP: 642-25-85-351; KRS: 0000067701



Fundusze Europejskie
Infrastruktura i Środowisko

Unia Europejska
Europejski Fundusz
Rozwoju Regionalnego



Dofinansowano z budżetu Samorządu Województwa Śląskiego

10% w przypadku rozwiązania umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy.
W związku tym, prosimy o obniżenie kar umownych do przyjętego w branży poziomu”

Odpowiedź 17: Zamawiający nie wyraża zgody na wprowadzenie proponowanych zmian do wzoru umowy.

Pytanie 18: „**WARUNKI GWARANCJI JAKOŚCI I SERWISU dla pakietu nr 1 –Załącznik nr 1.3 do SIWZ** Pkt. 8 – Z uwagi na specyfikę urządzeń medycznych, czynności serwisowe zapewne będą dokonywane, co wynika z normalnej eksploatacji tego typu urządzeń. W naszej ocenie przedłużenie okresu gwarancji powinno nastąpić nie o czas napraw, które zapewne nastąpią, ale o czas przedłużającej się naprawy, ponad terminy określone w umowie. Wykonawca wnosi o wyjaśnienie czy Zamawiający wyraża zgodę na zmianę treści § 4 ust. 7 warunków umowy, poprzez nadanie mu następującej postaci:

<<Przekroczenie terminu naprawy gwarancyjnej urządzenia powoduje przedłużenie okresu gwarancji o ilość dni wydłużającej się naprawy w stosunku do terminu na naprawę wynikającego z umowy.>>?”

Odpowiedź 18: Zamawiający nie wyraża zgody na wprowadzenie proponowanych zmian do wzoru umowy.

Pytania od nr 19 do nr 20 dotyczą: Pakiet nr 5 - Aparat do powierzchniowego ogrzewania pacjenta

Pytanie 19: „Poz. II - 6 - Czy Zamawiający dopuści urządzenie, w którym system sterowania temperaturą odbywa się mikroprocesowo - termistorowy?”

Odpowiedź 19: Zamawiający dopuszcza rozwiązanie opisane w pytaniu. Udzielając odpowiedzi proszę powołać się w tym punkcie na udzieloną odpowiedź.

Pytanie 20: „Poz. II - 7 - Czy Zamawiający dopuści aparat do powierzchniowego ogrzewania pacjenta, wyposażone w panel sterowania, składający się z czterech przycisków (3 zakresy temperatury i temperatura otoczenia) oraz kontrolki LED”

Odpowiedź 20: Zamawiający nie zmienia wymagań pierwotnie określonych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia w zakresie opisanym w pytaniu.


Pytanie 21: „**Dotyczy części nr 5:** Czy Zamawiający dopuści aparat do powierzchniowego ogrzewania pacjenta różniący się względem SIWZ:

- brak funkcji szybkiego ogrzania pacjenta temperaturą 46° C+-1° C przez min.: 15 minut
- możliwość zamocowania do pionowych rur bądź uchwytów
- brak informacji wizualnej wskazującej ilość dni oraz ilość roboczogodzin pozostałą do wymiany filtra- przeglądy wykonywane w stałych odstępach czasu”

Odpowiedź 21: Zamawiający nie zmienia wymagań pierwotnie określonych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia w zakresie opisanym w pytaniu.

Telefony:

Centrala:	032 42-91-000	Główny Księgowy:	032 42-91-299	Dział Zamówień Publicznych:	032 42-91-287
Sekretariat:	032 42-91-251	Dział Organizacyjny:	032 42-92-613	Dział Zaopatrzenia:	032 42-91-214
Fax:	032 42-28-272				



Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej
Wojewódzki Szpital Specjalistyczny nr 3 w Rybniku
44-200 Rybnik, ul. Energetyków 46

www.szpital.rybnik.pl, e-mail: szpital@szpital.rybnik.pl

Regon 272780323; NIP: 642-25-85-351; KRS: 0000067701



Fundusze Europejskie
Infrastruktura i Środowisko

Unia Europejska
Europejski Fundusz
Rozwoju Regionalnego



Dofinansowano z budżetu Samorządu Województwa Śląskiego

Pytania od nr 22 do nr 27 dotyczą Załącznik nr 1.2 SPECYFIKACJA TECHNICZNA Aparat do znieczulenia ogólnego z monitorem anesteziologicznym i z wyposażeniem – 1 sztuka.

Pytanie 22: „I. 9. Czy Zamawiający dopuści wysokiej klasy aparat do znieczulenia z wbudowanymi fabrycznie 3 gniazdami elektrycznymi 230 V na tylnej ścianie aparatu?”

Odpowiedź 22: Zamawiający dopuszcza rozwiązanie opisane w pytaniu, w związku z tym modyfikuje w pakiecie nr 1 załącznik nr 1.2 do specyfikacji istotnych warunków zamówienia (wzór załącznika nr 1.2 pakiet 1 do oferty): „Specyfikacja techniczna”. Aktualne brzmienie tego załącznika stanowi załącznik nr 1 do niniejszego pisma, składając ofertę należy się posłużyć tym wzorem.

Pytanie 23: „III.6. Czy Zamawiający dopuści wysokiej klasy aparat do znieczulenia z pochłaniaczem dwutlenku węgla wielorazowym o obudowie przeźroczystej i pojemności 2 l, przeznaczonym do sterylizacji? Zaoferowana pojemność pochłaniacza nieznacznie różni się od wymagań Zamawiającego, a wielkość pojemnika nie odbiega od standardów przewidzianych dla tego typu rozwiązań.”

Odpowiedź 23: Pytanie dotyczy punktu III.5. Zamawiający dopuszcza rozwiązanie opisane w pytaniu, w związku z tym modyfikuje w pakiecie nr 1 załącznik nr 1.2 do specyfikacji istotnych warunków zamówienia (wzór załącznika nr 1.2 pakiet 1 do oferty): „Specyfikacja techniczna”. Aktualne brzmienie tego załącznika stanowi załącznik nr 1 do niniejszego pisma, składając ofertę należy się posłużyć tym wzorem.

Pytanie 24: „IV.3. Czy Zamawiający dopuści wysokiej klasy aparat do znieczulenia bez funkcji rekrutacji pęcherzyków?”

Odpowiedź 24: Zamawiający dopuszcza rozwiązanie opisane w pytaniu, w związku z tym modyfikuje w pakiecie nr 1 załącznik nr 1.2 do specyfikacji istotnych warunków zamówienia (wzór załącznika nr 1.2 pakiet 1 do oferty): „Specyfikacja techniczna”. Aktualne brzmienie tego załącznika stanowi załącznik nr 1 do niniejszego pisma, składając ofertę należy się posłużyć tym wzorem.


Pytanie 25: „IV.4. Czy Zamawiający dopuści wysokiej klasy aparat do znieczulenia bez możliwości podania - na żądanie - jednego dodatkowego oddechu pod określonym ciśnieniem przez określony czas bez wykonania zmian w ustawieniach respiratora – wentylacja mechaniczna?”

Odpowiedź 25: Zamawiający nie zmienia wymagań pierwotnie określonych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia w zakresie opisanym w pytaniu.

Pytanie 26: „IV.5. Czy Zamawiający dopuści wysokiej klasy aparat do znieczulenia bez przycisku szybkiego dostępu na ekranie z aparatu do dokonania zmiany przepływów i stężeń tlenu?”

Telefony:

Centrala:	032 42-91-000	Główny Księgowy:	032 42-91-299	Dział Zamówień Publicznych:	032 42-91-287
Sekretariat:	032 42-91-251	Dział Organizacyjny:	032 42-92-613	Dział Zaopatrzenia:	032 42-91-214
Fax:	032 42-28-272				



**Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej
Wojewódzki Szpital Specjalistyczny nr 3 w Rybniku
44-200 Rybnik, ul. Energetyków 46**

www.szpital.rybnik.pl, e-mail: szpital@szpital.rybnik.pl

Regon 272780323; NIP: 642-25-85-351; KRS: 0000067701



Fundusze Europejskie
Infrastruktura i Środowisko

Unia Europejska
Europejski Fundusz
Rozwoju Regionalnego



Dofinansowano z budżetu Samorządu Województwa Śląskiego

Odpowiedź 26: Zgodnie z odpowiedzią na pytanie 14.

Pytanie 27: „*IV.10. Czy Zamawiający dopuści wysokiej klasy aparat do znieczulenia z zakresem objętości oddechowej od 20 do 1500 ml?*”

Odpowiedź 27: Zamawiający dopuszcza rozwiązanie opisane w pytaniu, w związku z tym modyfikuje w pakiecie nr 1 załącznik nr 1.2 do specyfikacji istotnych warunków zamówienia (wzór załącznika nr 1.2 pakiet 1 do oferty): „Specyfikacja techniczna”. Aktualne brzmienie tego załącznika stanowi załącznik nr 1 do niniejszego pisma, składając ofertę należy się posłużyć tym wzorem.

Pytania od nr 28 do nr 29 dotyczą: Załącznik nr 1.2 SPECYFIKACJA TECHNICZNA Ssak elektryczny – 1 sztuka.

Pytanie 28: „*II.8. Czy Zamawiający dopuści wysokiej klasy ssak z bezolejową, membranową pompą próżniową o dużej wydajności i bezawaryjności? Pompa nie wymaga konserwacji i objęta jest sześcioletnią gwarancją producenta.*”

Odpowiedź 28: Zamawiający nie zmienia zapisów specyfikacji istotnych warunków zamówienia .

Pytanie 29: „*II.10. Czy Zamawiający dopuści wysokiej klasy ssak z włącznikiem/ wyłącznikiem nożnym na kablu, nie wbudowanym w podstawę jezdną? Rozwiązanie zaoferowane pozwala na umieszczenie włącznika/wyłącznika nożnego w dowolnym miejscu, wygodnym dla personelu, tak, by osoba obsługująca urządzenie nie musiała odwracać uwagi od chorego.*”

Odpowiedź 29: Zamawiający nie zmienia zapisów specyfikacji istotnych warunków zamówienia i tym samym nie dopuszcza zaoferowania rozwiązania opisanego w pytaniu.

Pozostałe warunki zamówienia nie ulegają zmianie, aktualny pozostaje również termin składania ofert i wnoszenia wadium ustalony do dnia 17.05.2018 r. do godziny 10.00 oraz termin otwarcia ofert: w tym samym dniu o godzinie 10.30.

Załączniki:

1. Załącznik nr 1.2 - Specyfikacja techniczna dla pakietu nr 1 – zaktualizowane brzmienie.
2. Załącznik nr 1.2 - Specyfikacja techniczna dla pakietu nr 1 – zaktualizowane brzmienie.

Telefony:

Centrala:	032 42-91-000	Główny Księgowy:	032 42-91-299	Dział Zamówień Publicznych:	032 42-91-287
Sekretariat:	032 42-91-251	Dział Organizacyjny:	032 42-92-613	Dział Zaopatrzenia:	032 42-91-214
Fax:	032 42-28-272				