

## SPECYFIKACJA TECHNICZNA

## Klamra do wyciągu bezpośredniego szkieletowego – 5 sztuk

Lp.	Wymagane funkcje / parametry	Wymogi	Odpowiedź TAK oferowane parametry lub krótki opis (wg kolumny: „Wymogi”)
<b>I.</b>	<b>INFORMACJE OGÓLNE:</b>		
1.	Klamra fabrycznie nowa, nieużywana, nierekondycjonowana, rok produkcji – 2018.	TAK	
2.	Producent.	podać	
3.	Model / typ oferowanego urządzenia.	podać	
4.	Klasa wyrobu medycznego.	podać	
<b>II.</b>	<b>PARAMETRY TECHNICZNE:</b>		
1.	Klamra do wyciągu ze śrubą rozstawną 270x160 mm, (numer katalogowy 22-589-27-07 prod. KLS Martin lub równoważne).	TAK	
2.	Sterylizacja w autoklawie parowym w temperaturze 134°C.	TAK	
3.	Kłuczyk do śrub mocujących.	TAK	
<b>III.</b>	<b>DOKUMENTACJA:</b>		
1.	Instrukcja obsługi w języku polskim – dostarczyć wraz z każdym urządzeniem.	TAK	

Załącznik wskazuje minimalne wymagania zamawiającego, które muszą zostać spełnione, natomiast wykonawca – wypełniając ten załącznik – oferuje konkretne rozwiązania, charakteryzując w ten sposób zaoferowany asortyment.

Załącznik należy wypełnić w całości, bez wprowadzania zmian w jego treści – stanowi on integralną część oferty – deklarację wykonawcy co do jej treści, stąd brak tego załącznika, zawierającego treści zgodne z wzorem określonym w specyfikacji istotnych warunków zamówienia, spowoduje odrzucenie oferty.

.....  
(podpisy i pieczęcie osób upoważnionych  
do reprezentowania wykonawcy)