

## SPECYFIKACJA TECHNICZNA

## System dostępu doszpikowego wraz z wyposażeniem – 2 zestawy

Lp.	Wymagane funkcje / parametry	Wymogi	Odpowiedź TAK oferowane parametry lub krótki opis (wg kolumny: „Wymogi”)
<b>I.</b>	<b>INFORMACJE OGÓLNE:</b>		
1.	System dostępu doszpikowego fabrycznie nowy, nieużywany, nierekondycjonowany, rok produkcji – 2018.	TAK	
2.	Producent.	podać	
3.	Model / typ oferowanego urządzenia.	podać	
4.	Klasa wyrobu medycznego.	podać	
5.	Zasilanie akumulatorowe/bateryjne.	TAK	
<b>II.</b>	<b>PARAMETRY TECHNICZNE:</b>		
1.	Możliwość stosowania u dorosłych, dzieci i niemowląt.	TAK	
2.	Dostęp w ciągu kilku sekund.	TAK	
3.	Dostęp poprzez kość ramienną, kość udową, kość piszczelową.	TAK	
4.	Przepływ do 5l/h.	TAK	
5.	Niski wskaźnik bólu.	TAK	
6.	Skład zestawu: <ul style="list-style-type: none"> <li>• Napęd do igieł doszpikowych,</li> <li>• Igła doszpikowa 45 mm,</li> <li>• Igła doszpikowa 25 mm,</li> <li>• Igła doszpikowa 15 mm,</li> <li>• Dren łączący do każdej igły doszpikowej,</li> <li>• Stabilizator do każdej igły doszpikowej,</li> <li>• Etui na napęd</li> </ul>	TAK	
<b>III.</b>	<b>DOKUMENTACJA:</b>		
1.	Instrukcja obsługi w języku polskim – dostarczyć wraz z każdym urządzeniem.	TAK	

Załącznik wskazuje minimalne wymagania zamawiającego, które muszą zostać spełnione, natomiast wykonawca – wypełniając ten załącznik – oferuje konkretne rozwiązania, charakteryzując w ten sposób zaoferowany asortyment.

Załącznik należy wypełnić w całości, bez wprowadzania zmian w jego treści – stanowi on integralną część oferty – deklarację wykonawcy co do jej treści, stąd brak tego załącznika, zawierającego treści zgodne z wzorem określonym w specyfikacji istotnych warunków zamówienia, spowoduje odrzucenie oferty.

.....  
(podpisy i pieczęcie osób upoważnionych  
do reprezentowania wykonawcy)