

SPECYFIKACJA TECHNICZNA

Lampa czołowa z wyposażeniem

L.p.	Wymagane funkcje / parametry	Wymogi	Odpowiedź TAK, lub krótki opis (wg kolumny „Wymogi”)
1	2	3	4
I Wymagania ogólne.			
1.	Producent.	podać	
2.	Model / typ oferowanego urządzenia.	podać	
3.	Rok produkcji 2018.	TAK	
4.	Urządzenie fabrycznie nowe, (wyklucza się aparat demonstracyjny, rekondycjonowany, używany).	TAK	
5.	Klasa wyrobu medycznego.	podać	
II Wymagania szczegółowe.			
1.	Zasilanie bezprzewodowe, akumulatorowe typu AAA, pojemnik na akumulatorki zaczepiony na opasce z tyłu głowy.	TAK	
2.	Przełącznik włącz/wyłącz znajduje się na pojemniku na akumulatorki.	TAK	
3.	Ładowanie akumulatorów bez konieczności wyjmowania ich z lampy - gniazdo do ładowania akumulatorów zintegrowane w pojemniku na akumulatorki.	TAK	
4.	Czas świecenia na naładowanych maksymalnie akumulatorkach do min. 4 godz.	TAK	
5.	Lusterko o średnicy 55 mm.	TAK	
6.	Światło LED o mocy 1W i temperaturze barwowej 5500 K.	TAK	
7.	Regulacja wielkości pola zabiegowego oraz wiązki światła.	TAK	
8.	Łącznik kulowy pozwalający dowolnie ukierunkować strumień światła.	TAK	
9.	Opaska czołowa z regulacją, łatwa w czyszczeniu i dezynfekcji.	TAK	
III Wyposażenie.			
1.	Komplet akumulatorów.	TAK	
2.	Ładowarka.	TAK	
3.	Instrukcja obsługi w języku polskim – dostarczyć wraz z urządzeniem.	TAK	

Załącznik wskazuje minimalne wymagania zamawiającego, które muszą zostać spełnione, natomiast wykonawca – wypełniając ten załącznik – oferuje konkretne rozwiązania, charakteryzując w ten sposób zaoferowany asortyment.

Załącznik należy wypełnić w całości, bez wprowadzania zmian w jego treści – stanowi on integralną część oferty – deklarację wykonawcy co do jej treści, stąd brak tego załącznika, zawierającego treści zgodne z wzorem określonym w specyfikacji istotnych warunków zamówienia, spowoduje odrzucenie oferty.

.....
(podpisy i pieczęcie osób upoważnionych
do reprezentowania wykonawcy)