

SPECYFIKACJA TECHNICZNA

Aparat do pomiaru ciśnienia krwi z wyposażeniem – 2 sztuki

L.p.	Wymagane funkcje / parametry	Wymogi	Odpowiedź TAK, lub krótki opis (wg kolumny „Wymogi”)
1	2	3	4
I Wymagania ogólne:			
1.	Urządzenie fabrycznie nowe, (wyklucza się aparat demonstracyjny, używany).	TAK	
2.	Klasa wyrobu medycznego.	TAK, podać	
3.	Certyfikat klinicznej walidacji.	TAK	
4.	Mycie i dezynfekcja aparatu i jego wyposażenia ogólnodostępnymi środkami.	TAK	
5.	Instrukcja obsługi w języku polskim – dostarczyć wraz z każdym aparatem.	TAK	
II Wymagania szczegółowe:			
1.	Aparat do pomiaru ciśnienia krwi zegarowy, zamontowany na 5-cio ramiennej podstawie jezdnej, z koszykiem na akcesoria.	TAK	
2.	Producent.	podać	
3.	Model / typ oferowanego urządzenia.	podać	
4.	Średnica skali pomiarowej min.: 14,5 cm, zakres pomiarowy od 0-300 mmHg z podziałką co 2 mm.	TAK	
5.	Wytrzymałość membrany testowana do 600 mm Hg.	TAK	
6.	Maksymalny błąd pomiarowy +/- 3 mm Hg.	TAK	
7.	Mankiet o rozmiarze standardowym dla dorosłych (dla obwodu przedramienia w zakresach od min.: 24 cm do min. 32 cm), zapinany na rzep, bez klamry.	TAK	
8.	Mankiet o rozmiarze dużym dla dorosłych (dla obwodu przedramienia w zakresach od min.: 32 cm do min. 42 cm), zapinany na rzep, bez klamry.	TAK	
9.	Komplet 2 mankietów o różnych rozmiarach dla dzieci, zapinane na rzep.	TAK	
10.	Metalowe szybkozłączki do sprawnej wymiany mankietów.	TAK	
11.	Kompletna gruszka z precyzyjnym chromowanym zaworem spustowym (z filtrami antykurzowymi) do ręcznej regulacji prędkości spustu.	TAK	
12.	Przewód spiralny o długości 3m.	TAK	
13.	Stetoskop.	TAK	

Załącznik wskazuje minimalne wymagania zamawiającego, które muszą zostać spełnione, natomiast wykonawca – wypełniając ten załącznik – oferuje konkretne rozwiązania, charakteryzując w ten sposób zaoferowany asortyment.

Załącznik należy wypełnić w całości, bez wprowadzania zmian w jego treści – stanowi on integralną część oferty – deklarację wykonawcy co do jej treści, stąd brak tego załącznika, zawierającego treści zgodne z wzorem określonym w specyfikacji istotnych warunków zamówienia, spowoduje odrzucenie oferty.

.....
(podpisy i pieczęcie osób upoważnionych
do reprezentowania wykonawcy)