

SPECYFIKACJA TECHNICZNA

Aparat do chirurgicznego oczyszczania ran wraz z wyposażeniem – 1 szt.

L.p.	Wymagane funkcje / parametry	Wymogi	Odpowiedź TAK, lub krótki opis (wg kolumny „Wymogi”)
1	2	3	4
I. INFORMACJE OGÓLNE:			
1.	Urządzenie do hydrochirurgicznego oczyszczania ran.	TAK	
2.	Producent.	podać	
3.	Typ/model.	podać	
4.	Klasa wyrobu medycznego.	podać	
5.	Aparat wraz z wyposażeniem fabrycznie nowy, wyklucza się aparat demonstracyjny, rekondycjonowany, używany.	TAK	
6.	Rok produkcji – 2018.	TAK	
7.	Zasilanie urządzenia 230V 50MHz.	TAK	
II. WYMAGANIA SPRZĘTOWE:			
1.	Usuwanie/cięcie z jednoczesnym odsysaniem tkanki.	TAK	
2.	Pulsacyjne przepłukiwanie.	TAK	
3.	Cięcie tkanek takich jak: skóra, mięśnie i chrząstki.	TAK	
4.	Sterowanie mocą urządzenia.	TAK	
5.	Na przednim panelu urządzenia m.in.: <ul style="list-style-type: none"> gniazdo do podłączenia sterylnego zestawu jednorazowego użytku: pompy indukcyjnej z końcówką przepływową cieczy i zespołem drenów doprowadzająco-odprowadzających, wyświetlacz ustawionego poziomu mocy, wskaźnik podłączenia sterownika nożnego, wskaźnik awarii systemu. 	TAK	
6.	Sterowanie przepływem cieczy przez pompę i regulacja przepływu pompy w obu kierunkach.	TAK	
III WYPOSAŻENIE:			
1.	Sterownik nożny wielokrotnego użytku wraz z kablem.	TAK	
2.	Kompletny sterylny zestaw jednorazowego użytku z końcówką roboczą o niższej części pracującej, węższym kanale i średnicy otworu 0,11 mm:	TAK	
a	kąt nachylenia 15° oraz długość 14 mm – 5 szt.		
b	kąt nachylenia 45° oraz długość 14 mm – 2 szt.		
c	kąt nachylenia 45° oraz długość 8 mm – 2 szt.		
3.	Kompletny sterylny zestaw jednorazowego użytku z końcówką roboczą o wyższej części pracującej, szerszym kanale i średnicy otworu 0,10 mm (silniejsze działanie tnące):	TAK	
a	kąt nachylenia 15° oraz długość 14 mm – 1 szt.		

IV	DOKUMENTACJA:		
1.	Instrukcja obsługi w języku polskim - dostarczyć wraz z urządzeniem.	TAK	

Załącznik wskazuje minimalne wymagania zamawiającego, które muszą zostać spełnione, natomiast wykonawca – wypełniając ten załącznik – oferuje konkretne rozwiązania, charakteryzując w ten sposób zaoferowany asortyment.

Załącznik należy wypełnić w całości, bez wprowadzania zmian w jego treści – stanowi on integralną część oferty – deklarację wykonawcy co do jej treści, stąd brak tego załącznika, zawierającego treści zgodne z wzorem określonym w specyfikacji istotnych warunków zamówienia, spowoduje odrzucenie oferty.

.....
(podpisy i pieczęcie osób upoważnionych
do reprezentowania wykonawcy)