

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej
Wojewódzki Szpital Specjalistyczny nr 3 w Rybniku
44-200 Rybnik, ul. Energetyków 46
www.szpital.rybnik.pl e-mail: sekretariat@szpital.rybnik.pl
Regon 272780323 NIP 642-25-85-351 KRS 0000067701



Fundusze Europejskie
Infrastruktura i Środowisko

Unia Europejska
Europejski Fundusz
Rozwoju Regionalnego



TAM-684/1-PN/71-2018

Rybnik, dnia 13.08.2018 r.

Do Wykonawców uczestniczących
w postępowaniu o udzielenie zamówienia

WYJAŚNIENIE – MODYFIKACJA 1

W PRZETARGU NIEOGRANICZONYM NA:

zakup wyposażenia do realizacji projektu „Poprawa jakości usług medycznych poprzez inwestycję w infrastrukturę Szpitalnego Oddziału Ratunkowego oraz lądowiska dla śmigłowców ratowniczych w Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym Nr 3 w Rybniku”
(zamówienie nr TAM-684-PN/71-2018)
ogłoszonym w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej
z dnia 14.07.2018 r., nr 2018/S 134-305054

W związku z wniesionymi zapytaniami, zamawiający udziela poniższych odpowiedzi. Ponadto zamawiający wprowadza niżej podane modyfikacje.

Zapytania nr 1 oraz 2 dotyczą pakietu nr 2 – Lampa czołowa z wyposażeniem.

Pytanie 1: „Proszę o dopuszczenie lampy czołowej z źródłem światła LED o temperaturze barwowej 6000k?”

Odpowiedź 1: Zamawiający dopuszcza zaoferowanie rozwiązania opisanego w pytaniu, ale nie wymaga. W przypadku zaoferowania takiego rozwiązania, proszę powołać się w ofercie w tym punkcie na udzieloną odpowiedź.

Pytanie 2: „Proszę o dopuszczenie lampy czołowej z źródłem światła LED o temperaturze barwowej 4000k?”

Odpowiedź 2: Zamawiający nie dopuszcza rozwiązania opisanego w pytaniu.

Pytanie 3: „Pakiet 1 parametry punkt 3

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania diatermię z możliwością wyboru trybu koagulacji monopolarnej, wyposażonej w następujące rodzaje koagulacji monopolarnej (co najmniej) :

- Delikatna z regulacją mocy do 120W, z możliwością regulacji efektów hemostatycznych w skali 3 stopniowej
- Forsowna nietnąca z regulacją mocy do 80W, z automatyczną regulacją efektów hemostatycznych
- Forsowna mieszana (MIX) z regulacją mocy do 120W, z możliwością regulacji efektów hemostatycznych w skali 3 stopniowej

Telefony:

Centrala: 032 42-91-000


Główny Księgowy: 032 42-91-299

Dział Zamówień Publicznych i Zaopatrzenia: 032 42-91-288

Sekretariat: 032 42-91-254

Dział Organizacyjny: 032 42-926-11

Fax: 032 42-28-272



Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej
Wojewódzki Szpital Specjalistyczny nr 3 w Rybniku
44-200 Rybnik, ul. Energetyków 46
www.szpital.rybnik.pl e-mail: sekretariat@szpital.rybnik.pl
Regon 272780323 NIP 642-25-85-351 KRS 0000067701



Fundusze Europejskie
Infrastruktura i Środowisko

Unia Europejska
Europejski Fundusz
Rozwoju Regionalnego



- *Forsowna tnąca z regulacją mocy do 250W, z możliwością regulacji efektów hemostatycznych w skali 4 stopniowej*
- *Spray z regulacją mocy do 120W, z możliwością regulacji efektów hemostatycznych w skali 4 stopniowej*

Odpowiedź 3: Zamawiający nie zmienia zapisów specyfikacji istotnych warunków zamówienia w powyższym zakresie.

Pytanie 4: „pakiet 1 parametry punkt 9”

Czy Zamawiający dopuści diatermię wyposażoną w system gniazd mono i bipolarnych umożliwiających jednoczesne podłączenie 5 narzędzi (2 monopolarne i 3 bipolarne), w tym narzędzia do zamykania „dużych naczyń”:

- *monopolarne – 2szt. przewody z wtykami 1 pinowymi 9/5mm, 4 m oraz 3 pinowymi*
- *bipolarne - 2szt. przewody z wtykami 2 pinowymi i 1 pinowymi 8/4mm*
- *elektrody neutralnej - 1szt. przewody z wtykiem 2 bolcowym*

Odpowiedź 4: Zamawiający dopuszcza zaoferowanie rozwiązania opisanego w pytaniu, ale nie wymaga. W przypadku zaoferowania takiego rozwiązania, proszę powołać się w ofercie w tym punkcie na udzieloną odpowiedź.

Pytanie 5: „pakiet 1 parametry punkty 10 i 11”

Czy Zamawiający dopuści diatermię wyposażoną w system stałej kontroli aplikacji elektrody neutralnej dwudzielnej oraz system bezpieczeństwa nadzorujący jakość kontaktu elektrody neutralnej ze skórą pacjenta, mierzący rezystancję tkanki pacjenta z częstotliwością 44 kHz i na tej podstawie ustawiający między innymi aktualne parametry pracy diatermii, jakość kontaktu elektrody neutralnej ze skórą pacjenta sygnalizowana graficznie a wypadku takiej potrzeby wielkość rezystancji połączenia elektroda – skóra pacjenta podawana także w postaci informacji cyfrowej ?”

Odpowiedź 5: Zamawiający nie zmienia zapisów specyfikacji istotnych warunków zamówienia w tym zakresie.

Pytanie 6: „pakiet 1 wyposażenie punkt 4”

Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie elektrody nożowej prostej, wielokrotnego użytku (sterylizacja w autoklawie parowym w 134⁰C) w opakowaniach handlowych po 5 szt. – 1 opakowanie ?”

Odpowiedź 6: Zamawiający dopuszcza zaoferowanie rozwiązania opisanego w pytaniu, ale nie wymaga. W przypadku zaoferowania takiego rozwiązania, proszę powołać się w ofercie w tym punkcie na udzieloną odpowiedź.

Telefony:

Centrala: 032 42-91-000


Główny Księgowy: 032 42-91-299

Dział Zamówień Publicznych i Zaopatrzenia: 032 42-91-288

Sekretariat: 032 42-91-254

Dział Organizacyjny: 032 42-926-11

Fax: 032 42-28-272



*Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej
Wojewódzki Szpital Specjalistyczny nr 3 w Rybniku
44-200 Rybnik, ul. Energetyków 46
www.szpital.rybnik.pl e-mail: sekretariat@szpital.rybnik.pl
Regon 272780323 NIP 642-25-85-351 KRS 0000067701*



Fundusze Europejskie
Infrastruktura i Środowisko

Unia Europejska
Europejski Fundusz
Rozwoju Regionalnego



Pytanie 7: „pakiet 1 wyposażenie punkt 5”

Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie elektrody igłowej prostej, wielokrotnego użytku (sterylizacja w autoklawie parowym w 134°C) w opakowaniach handlowych po 5 szt. – 1 opakowanie ?”

Odpowiedź 7: Zamawiający dopuszcza zaoferowanie rozwiązania opisanego w pytaniu, ale nie wymaga. W przypadku zaoferowania takiego rozwiązania, proszę powołać się w ofercie w tym punkcie na udzieloną odpowiedź.

Pytanie 8: „pakiet 1 wyposażenie punkt 9”

Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie pincety bipolarnej prostej dł. 19,5 cm, końcówka robocza okrągła 1mm ?”

Odpowiedź 8: Zamawiający dopuszcza zaoferowanie rozwiązania opisanego w pytaniu, ale nie wymaga. W przypadku zaoferowania takiego rozwiązania, proszę powołać się w ofercie w tym punkcie na udzieloną odpowiedź.

Pytanie 9: „Załącznik nr 1.2 do SIWZ, punkt II.7: Czy Zamawiający dopuści aparat do elektrokoagulacji wyposażony w czytelny, wyraźny ekran nedotykowy, o przekątnej 4,9 cala?”

Odpowiedź 9: Zamawiający dopuszcza zaoferowanie rozwiązania opisanego w pytaniu, ale nie wymaga. W przypadku zaoferowania takiego rozwiązania, proszę powołać się w ofercie w tym punkcie na udzieloną odpowiedź.

Pytanie 10: „Załącznik nr 1.2 do SIWZ, punkt III.1: Czy Zamawiający dopuści włącznik nożny podwójny, bez możliwości przełączania programu, wodoodporny, przeznaczony do dezynfekcji ogólnodostępnymi środkami?”

Odpowiedź 10: Zamawiający dopuszcza zaoferowanie rozwiązania opisanego w pytaniu, ale nie wymaga. W przypadku zaoferowania takiego rozwiązania, proszę powołać się w ofercie w tym punkcie na udzieloną odpowiedź.

Pozostałe warunki zamówienia nie ulegają zmianie, aktualny pozostaje również termin składania ofert i wnoszenia wadium ustalony do dnia 22.08.2018 r. do godziny 10.00 oraz termin otwarcia ofert: w tym samym dniu o godzinie 10.30.

Telefony:

Centrala: 032 42-91-000

Główny Księgowy: 032 42-91-299

Dział Zamówień Publicznych i Zaopatrzenia: 032 42-91-288

Sekretariat: 032 42-91-254

Dział Organizacyjny: 032 42-926-11

Fax: 032 42-28-272