



Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej
Wojewódzki Szpital Specjalistyczny nr 3 w Rybniku
44-200 Rybnik, ul. Energetyków 46
www.szpital.rybnik.pl e-mail: sekretariat@szpital.rybnik.pl
Regon 272780323 NIP 642-25-85-351 KRS 0000067701



Fundusze Europejskie
Infrastruktura i Środowisko

Śląskie.

Unia Europejska
Europejski Fundusz
Rozwoju Regionalnego



Dofinansowano z budżetu Samorządu Województwa Śląskiego

TAM-660/1-PN/68-2018

Rybnik, dnia 13.08.2018 r.

Do Wykonawców uczestniczących
w postępowaniu o udzielenie zamówienia

WYJAŚNIENIE – MODYFIKACJA 1

W PRZETARGU NIEOGRANICZONYM NA:

zakup wyposażenia do realizacji projektu „Modernizacja i rozbudowa Szpitalnego Oddziału Ratunkowego w Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym nr 3 w Rybniku”
(zamówienie nr **TAM-660-PN/68-2018**)
ogłoszonym w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej
z dnia 14.07.2018 r., nr 2018/S 134-305051

W związku z wniesionymi zapytaniem, zamawiający udziela poniższych odpowiedzi. Ponadto zamawiający wprowadza niżej podane modyfikacje.

Pytania od nr 1 do nr 3 dotyczą pakietu nr 3 – Respirator stacjonarny – 3 szt.

Pytanie 1: „Lp.I.11. Czy Zamawiający dopuści do przetargu respirator na podstawie jezdnej z bardzo prostym jednoetapowym mechanizmem zwalniającym (brak konieczności użycia narzędzi) co umożliwi bardzo łatwe zdjęcie respiratora z podstawy i umieszczenie go na łóżku?”

Odpowiedź 1: Zamawiający nie zmienia zapisów wymagań załącznika nr 1.2 w tym zakresie.

Pytanie 2: „Lp.II.13. Czy Zamawiający dopuści do przetargu respirator bez pomiaru CO2 ze strumienia głównego lub bocznego? Obecnie pomiary CO2 są realizowane przez kardiomonitory przyłóżkowy.”

Odpowiedź 2: Zamawiający nie zmienia zapisów wymagań załącznika nr 1.2 w tym zakresie.

Pytanie 3: „Lp.IV.11 Czy Zamawiający dopuści do przetargu respirator bez pomiaru CO2 w czasie rzeczywistym?”

Odpowiedź 3: Zamawiający nie zmienia zapisów wymagań załącznika nr 1.2 w tym zakresie.

Pytania od nr 4 do nr 6 dotyczą pakietu nr 1 - Aparat do ogrzewania płynów infuzyjnych

Pytanie 4: „Pkt. II. 3 Prosimy o dopuszczenie wydajności 0-1500 ml/h”

Odpowiedź 4: Zamawiający nie zmienia zapisów wymagań załącznika nr 1.2 w tym zakresie.

Pytanie 5: „ Pkt. II. 4 Prosimy o dopuszczenie fabrycznie ustawionej temp. ogrzewania na poziomie 39°C”

Telefony:

Centrala: 032 42-91-000


Główny Księgowy: 032 42-91-299

Dział Zamówień Publicznych i Zaopatrzenia: 032 42-91-288

Sekretariat: 032 42-91-254

Dział Organizacyjny: 032 42-926-11

Fax: 032 42-28-272



Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej
Wojewódzki Szpital Specjalistyczny nr 3 w Rybniku
44-200 Rybnik, ul. Energetyków 46
www.szpital.rybnik.pl e-mail: sekretariat@szpital.rybnik.pl
Regon 272780323 NIP 642-25-85-351 KRS 0000067701



Fundusze Europejskie
Infrastruktura i Środowisko

Śląskie.

Unia Europejska
Europejski Fundusz
Rozwoju Regionalnego



Dofinansowano z budżetu Samorządu Województwa Śląskiego

Odpowiedź 5: Zamawiający nie zmienia zapisów wymagań załącznika nr 1.2 w tym zakresie.

Pytanie 6: „Pkt. III.3 Prosimy o dopuszczenie profilu grzewczego o długości 150 cm”

Odpowiedź 6: Zamawiający nie zmienia zapisów wymagań załącznika nr 1.2 w tym zakresie.

**Pytania od nr 7 do nr 13 dotyczą: Załącznik nr 1.2 Pakiet nr 3 SPECYFIKACJA TECHNICZNA
Respirator stacjonarny – 3 szt.**

Pytanie 7: „I.1. Czy Zamawiający dopuści do przetargu wysokiej klasy respirator do terapii oddechowej dla dorosłych i dzieci o wadze od 6 kg, przeznaczony do terapii niewydolności oddechowej różnego pochodzenia, do stosowania w warunkach intensywnej terapii?”

Odpowiedź 7: Zamawiający nie zmienia zapisów wymagań załącznika nr 1.2 w tym zakresie.

Pytanie 8: „I.6, 7. Czy Zamawiający dopuści do przetargu wysokiej klasy respirator z wbudowaną turbiną generującą sprężone powietrze (przy zasilaniu sieciowym i akumulatorowym), z możliwością podaży tlenu w zakresie od 21 do 100% – gaz z centralnej instalacji gazów medycznych lub butli (praca w zakresie ciśnienia odpowiadającego wymogom Zamawiającego)?”

Odpowiedź 8: Zamawiający nie zmienia zapisów wymagań załącznika nr 1.2 w tym zakresie.

Pytanie 9: „I.11. Czy Zamawiający dopuści do przetargu wysokiej klasy respirator o wadze 13 kg, z podstawą jezdną, bez możliwości montażu na łóżku pacjenta? Większa waga respiratora wynika z wyposażenia w duży, 13-calowy ekran oraz w trwałą, odporną na uszkodzenia obudowę aluminiową. Brak możliwości zamontowania respiratora na łóżku pacjenta rekompensuje ergonomiczna, nie zabierająca wiele miejsca podstawa jezdna.”

Odpowiedź 9: Zamawiający nie zmienia zapisów wymagań załącznika nr 1.2 w tym zakresie.

Pytanie 10: „II.7. Czy Zamawiający dopuści do przetargu wysokiej klasy respirator, który zamiast oddechu spontanicznego wspomaganego objętością VSV wyposażony jest w tryb PSV oraz SIMV w trybie objętościowo kontrolowanym? Powyższy tryb VSV jest równoważny z trybem PSV i nie ma większego znaczenia przy samoczynnym oddychaniu pacjenta.”

Odpowiedź 10: Zamawiający zwraca uwagę, że w tym punkcie postawiony jest wymóg oddechu spontanicznego wspomaganego ciśnieniem. Zamawiający nie zmienia zapisów wymagań załącznika nr 1.2 w tym zakresie.

Telefony:

Centrala: 032 42-91-000

Główny Księgowy: 032 42-91-299

Dział Zamówień Publicznych i Zaopatrzenia: 032 42-91-288

Sekretariat: 032 42-91-254

Dział Organizacyjny: 032 42-926-11

Fax: 032 42-28-272



Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej
Wojewódzki Szpital Specjalistyczny nr 3 w Rybniku
44-200 Rybnik, ul. Energetyków 46
www.szpital.rybnik.pl e-mail: sekretariat@szpital.rybnik.pl
Regon 272780323 NIP 642-25-85-351 KRS 0000067701



Fundusze Europejskie
Infrastruktura i Środowisko

 Śląskie.

Unia Europejska
Europejski Fundusz
Rozwoju Regionalnego



Dofinansowano z budżetu Samorządu Województwa Śląskiego

Pytanie 11: „*III.5. Czy Zamawiający dopuści do przetargu wysokiej klasy respirator z ciśnieniem wspomagania w zakresie 5 – 60 cmH₂O?*”

Odpowiedź 11: Zamawiający dopuszcza zaoferowanie rozwiązania opisanego w pytaniu ale nie wymaga. W przypadku zaoferowania takiego rozwiązania, proszę powołać się w ofercie w tym punkcie na udzieloną odpowiedź.

Pytanie 12: „*III.6. Czy Zamawiający dopuści do przetargu wysokiej klasy respirator z ciśnieniem PEEP/CPAP w zakresie 4–30 cmH₂O?*”

Odpowiedź 12: Zamawiający nie zmienia zapisów wymagań załącznika nr 1.2 w tym zakresie.

Pytanie 13: „*V.4. Czy Zamawiający dopuści do przetargu wysokiej klasy respirator z alarmem niskiego ciśnienia podaży O₂ oraz alarmami informującymi o niewłaściwej pracy turbiny generującej sprężone powietrze?*”

Odpowiedź 13: Zamawiający nie zmienia zapisów wymagań załącznika nr 1.2 w tym zakresie.

Pytania od nr 14 do nr 18 dotyczą części nr 1:

Pytanie 14: „*Czy Zamawiający dopuści aparat do ogrzewania płynów infuzyjnych wykorzystujący metodę grzania z ciepłą wodą krążącą w linii na całej długości do pacjenta? Rozwiązanie to pozwala na utrzymanie stałej temperatury w każdym miejscu linii pacjenta, dzięki czemu eliminujemy niebezpieczeństwo punktowego przegrzania płynów infuzyjnych i krwi ponieważ w proponowanym rozwiązaniu nie ma tzw. gorących punktów.*”

Odpowiedź 14: Zamawiający nie zmienia zapisów wymagań załącznika nr 1.2 w tym zakresie.

Pytanie 15: „*Czy Zamawiający dopuści aparat do ogrzewania płynów infuzyjnych charakteryzujący się stałą bezpieczną dla krwi i związków krwiozastępczych temperaturą ustaloną przez producenta- 41,9 °C (± 0,1 °C)?*”

Odpowiedź 15: Zamawiający nie zmienia zapisów wymagań załącznika nr 1.2 w tym zakresie.

Pytanie 16: „*Czy Zamawiający dopuści aparat do ogrzewania płynów infuzyjnych charakteryzujący się wydajnością ogrzewania 50-5000ml/h?*”

Odpowiedź 16: Zamawiający dopuszcza zaoferowanie rozwiązania opisanego w pytaniu ale nie wymaga. W przypadku zaoferowania takiego rozwiązania, proszę powołać się w ofercie w tym punkcie na udzieloną odpowiedź.

Telefony:

Centrala: 032 42-91-000


Główny Księgowy: 032 42-91-299

Dział Zamówień Publicznych i Zaopatrzenia: 032 42-91-288

Sekretariat: 032 42-91-254

Dział Organizacyjny: 032 42-926-11

Fax: 032 42-28-272



Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej
Wojewódzki Szpital Specjalistyczny nr 3 w Rybniku
44-200 Rybnik, ul. Energetyków 46
www.szpital.rybnik.pl e-mail: sekretariat@szpital.rybnik.pl
Regon 272780323 NIP 642-25-85-351 KRS 0000067701



Fundusze Europejskie
Infrastruktura i Środowisko

Śląskie.

Unia Europejska
Europejski Fundusz
Rozwoju Regionalnego



Dofinansowano z budżetu Samorządu Województwa Śląskiego

Pytanie 17: „Czy Zamawiający dopuści aparat do ogrzewania płynów infuzyjnych wyposażony w system alarmowy ostrzegający przed: zbyt wysoką temperaturą, złym zamocowaniem zestawu do przetoczeń w urządzeniu, nieprawidłową pracą pompy, zbyt niskim poziomem płynu roboczego?”

Odpowiedź 17: Zamawiający dopuszcza zaoferowanie rozwiązania opisanego w pytaniu (przy równoczesnym zachowaniu pozostałych wymagań opisanych w tym punkcie) ale nie wymaga. W przypadku zaoferowania takiego rozwiązania, proszę powołać się w ofercie w tym punkcie na udzieloną odpowiedź.

Pytanie 18: „Czy Zamawiający dopuści aparat do ogrzewania płynów infuzyjnych do którego przeznaczone są dedykowane jednorazowe, trójświatłowe linie z płaszczem wodnym, o długości 210cm, średnicy zewnętrznej 10mm, średnicy zintegrowanej linii infuzyjnej 4 mm?”

Odpowiedź 18: Zamawiający nie zmienia zapisów wymagań załącznika nr 1.2 w tym zakresie.

Pytania od nr 19 do nr 22 dotyczą: Załącznik nr 1.2 Pakiet nr 2 SPECYFIKACJA TECHNICZNA Respirator transportowy – 1 szt.

Pytanie 19: „I.9. Czy Zamawiający dopuści do przetargu respirator transportowy z zasilaniem AC 220-240 V 50 Hz oraz DC 12 do 15 V.”

Odpowiedź 19: Zamawiający dopuszcza zaoferowanie rozwiązania opisanego w pytaniu ale nie wymaga. W przypadku zaoferowania takiego rozwiązania, proszę powołać się w ofercie w tym punkcie na udzieloną odpowiedź.

Pytanie 20: „III.4. Czy Zamawiający dopuści do przetargu respirator transportowy z ciśnieniem wdechowym PCV w zakresie od 5 do 60 cmH₂O?”

Odpowiedź 20: Zamawiający dopuszcza zaoferowanie rozwiązania opisanego w pytaniu ale nie wymaga. W przypadku zaoferowania takiego rozwiązania, proszę powołać się w ofercie w tym punkcie na udzieloną odpowiedź.

Pytanie 21: „IV.13. Czy Zamawiający dopuści do przetargu respirator transportowy bez wizualizacji pracy płuc w czasie rzeczywistym?”

Odpowiedź 21: Zamawiający nie zmienia zapisów wymagań załącznika nr 1.2 w tym zakresie.

Pytanie 22: „VI.5. Czy Zamawiający dopuści do przetargu respirator transportowy z opakowaniem transportowym do zamocowania i przenoszenia respiratora, ale bez miejsca na butlę tlenową, z uchwytem do mocowania na ramie łóżka szpitalnego, bez uchwyty do mocowania na szynie w karetkie?”

Odpowiedź 22: Zamawiający nie zmienia zapisów wymagań załącznika nr 1.2 w tym zakresie.

Telefony:

Centrala: 032 42-91-000

Główny Księgowy: 032 42-91-299

Dział Zamówień Publicznych i Zaopatrzenia: 032 42-91-288

Sekretariat: 032 42-91-254

Dział Organizacyjny: 032 42-926-11

Fax: 032 42-28-272



Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej
Wojewódzki Szpital Specjalistyczny nr 3 w Rybniku
44-200 Rybnik, ul. Energetyków 46
www.szpital.rybnik.pl e-mail: sekretariat@szpital.rybnik.pl
Regon 272780323 NIP 642-25-85-351 KRS 0000067701



Fundusze Europejskie
Infrastruktura i Środowisko

Śląskie.

Unia Europejska
Europejski Fundusz
Rozwoju Regionalnego



Dofinansowano z budżetu Samorządu Województwa Śląskiego

Zapytania od nr 23 do nr 30 dotyczą pakietu nr 3, Załącznik nr 1.2

Pytanie 23: „dot. pkt. I.7. – Czy Zamawiający będzie wymagać 8 letniej gwarancji producenta na zaaferowaną turbinę lub kompresor medyczny?”

Odpowiedź 23: Zamawiający nie stawia dodatkowych wymagań w tym zakresie.

Pytanie 24: „dot. I.9 - Czy Zamawiający dopuści do postępowania przetargowego respirator z zasilaniem z wbudowanego akumulatora na 45 min. pracy?”

Odpowiedź 24: Zamawiający dopuszcza zaoferowanie rozwiązania opisanego w pytaniu ale nie wymaga. W przypadku zaoferowania takiego rozwiązania, proszę powołać się w ofercie w tym punkcie na udzieloną odpowiedź.

Pytanie 25: „dot. pkt. I.11. – Czy Zamawiający dopuści do postępowania przetargowego respirator o wadze ok. 26 kg bez uchwytu na łóżko, spełniający pozostałe funkcje opisane w OPZ?”

Odpowiedź 25: Zamawiający nie zmienia zapisów wymagań załącznika nr 1.2 w tym zakresie.

Pytanie 26: „do. pkt. II.1-7. Czy opisane tryby wentylacji mają być dostępne w jako wentylacja przez rurkę intubacyjną oraz w ramach wentylacji nieinwazyjnej przez maskę (NIV)?”

Odpowiedź 26: Zamawiający nie stawia dodatkowych wymagań w tym zakresie.

Pytanie 27: „dot. pkt.II.12 – Czy ze względu na specyfikę pracy na SOR Zamawiający będzie wymagać kompensacji oporów rurki intubacyjnej w możliwie szerokim zakresie dla dzieci i dorosłych z regulacją wewnętrzną średnicy rurki od 3,5 do 12 mm?”

Odpowiedź 27: Zamawiający nie stawia dodatkowych wymagań w tym zakresie.

Pytanie 28: „dot. pkt.V.8 – Czy trigger oddechowy ma automatycznie adaptować się do zmiennych przecieków?”

Odpowiedź 28: Zamawiający nie stawia dodatkowych wymagań w tym zakresie.

Pytanie 29: „dot. pkt.VI.9. – Jako, że Zamawiający wymaga ramienia do podtrzymania układu oddechowego, czy Zamawiający w związku z tym będzie wymagać szyn bocznych przy respiratorze, które umożliwiają zamontowania ramienia do opisanego respiratora?”

Odpowiedź 29: Zamawiający nie stawia dodatkowych wymagań w tym zakresie.

Telefony:

Centrala: 032 42-91-000


Główny Księgowy: 032 42-91-299

Dział Zamówień Publicznych i Zaopatrzenia: 032 42-91-288

Sekretariat: 032 42-91-254

Dział Organizacyjny: 032 42-926-11

Fax: 032 42-28-272



**Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej
Wojewódzki Szpital Specjalistyczny nr 3 w Rybniku**
44-200 Rybnik, ul. Energetyków 46
www.szpital.rybnik.pl e-mail: sekretariat@szpital.rybnik.pl
Regon 272780323 NIP 642-25-85-351 KRS 0000067701



Fundusze Europejskie
Infrastruktura i Środowisko

 **Śląskie.**

Unia Europejska
Europejski Fundusz
Rozwoju Regionalnego



Dofinansowano z budżetu Samorządu Województwa Śląskiego

Pytanie 30: „dot. pkt. VI.11. Czy Zamawiający oczekuje dostarczenia masek jednorazowych czy wielorazowych?”

Odpowiedź 30: Zamawiający doprecyzowuje, że oczekuje dostarczenia masek wielokrotnego użytku.

Pozostałe warunki zamówienia nie ulegają zmianie, aktualny pozostaje również termin składania ofert i wnoszenia wadium ustalony do dnia 21.08.2018 r. do godziny 10.00 oraz termin otwarcia ofert: w tym samym dniu o godzinie 10.30.

Telefony:

Centrala: 032 42-91-000

Główny Księgowy: 032 42-91-299

Dział Zamówień Publicznych i Zaopatrzenia: 032 42-91-288

Sekretariat: 032 42-91-254

Dział Organizacyjny: 032 42-926-11

Fax: 032 42-28-272

BGŻ BNP Paribas SA 38 1600 1055 1833 4024 4000 0001