



LAS-284/2-PN/85-2018

Rybnik, dnia 02.10.2018 r.

Do Wykonawców uczestniczących
w postępowaniu o udzielenie zamówienia

MOPDYFIKACJA 2

W PRZETARGU NIEOGRANICZONYM NA:

dostawy kardiomonitorów i stymulatorów
(zamówienie nr LAS-284-PN/85-2018)
ogłoszonym w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej
z dnia 31.08.2018 r., nr 2018/S 167-380133

W związku z udzielonym wyjaśnieniem 1 z dnia 27.09.2018 r. zamawiający wprowadza niżej podane modyfikacje dotyczące pytań o numerze 1- 4 wymienionych w ww. piśmie.

Pytanie 1: „dot. Pakiet 3, tabela parametrów użytkowych

Czy Zamawiający dopuści kardiowerter-defibrylator jednojamowy a możliwości dostarczenia ATP w strefie VF przed ładowaniem kondensatorów?”

Odpowiedź 1: Zamawiający podtrzymuje wymagania opisane w specyfikacji istotnych warunków zamówienia – zaferowanie asortymentu opisanego w powyższym pytaniu będzie skutkowało nieprzyznaniem punktów w danej pozycji, w kryterium „parametry użytkowe”.

Pytanie 2: „dot. Pakiet 3, tabela parametrów użytkowych

Czy Zamawiający dopuści kardiowerter-defibrylator jednojamowy bez możliwości rozpoznawania zakłóceń powstałych na skutek uszkodzenia elektrody RV?”

Odpowiedź 2: Zamawiający podtrzymuje wymagania opisane w specyfikacji istotnych warunków zamówienia – zaferowanie asortymentu opisanego w powyższym pytaniu będzie skutkowało nieprzyznaniem punktów w danej pozycji, w kryterium „parametry użytkowe”.

Pytanie 3: „dot. Pakiet 4, Tabela parametrów użytkowych

1) *Czy Zamawiający dopuści kardiowerter-defibrylator dwujamowy a możliwości dostarczenia ATP w strefie VF przed ładowaniem kondensatorów?”*

Odpowiedź 3: Zamawiający podtrzymuje wymagania opisane w specyfikacji istotnych warunków zamówienia – zaferowanie asortymentu opisanego w powyższym pytaniu będzie skutkowało nieprzyznaniem punktów w danej pozycji, w kryterium „parametry użytkowe”.

Pytanie 4: „dot. Pakiet 4, Tabela parametrów użytkowych

2) *Czy Zamawiający dopuści kardiowerter-defibrylator dwujamowy bez możliwości rozpoznawania zakłóceń powstałych na skutek uszkodzenia elektrody RV?”*

Odpowiedź 4: Zamawiający podtrzymuje wymagania opisane w specyfikacji istotnych warunków zamówienia – zaferowanie asortymentu opisanego w powyższym pytaniu będzie skutkowało nieprzyznaniem punktów w danej pozycji, w kryterium „parametry użytkowe”.

Pozostałe warunki zamówienia (oraz odpowiedzi na pozostałe pytania wykonawców) nie ulegają zmianie, aktualny pozostaje również termin składania ofert oraz wnoszenia wadium wyznaczony do dnia 10.10.2018 r. do godziny 10.00 oraz termin otwarcia ofert: w tym samym dniu o godzinie 10.30.

Telefony:

Centrala: 032 42-91-000

Główny Księgowy: 032 42-91-299

Dział Zamówień Publicznych i Zaopatrzenia: 032 42-91-288

Sekretariat: 032 42-91-254

Dział Organizacyjny: 032 42-926-11

Fax: 032 42-28-272