



Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej
Wojewódzki Szpital Specjalistyczny nr 3 w Rybniku
44-200 Rybnik, ul. Energetyków 46
www.szpital.rybnik.pl e-mail: sekretariat@szpital.rybnik.pl
Regon 272780323 NIP 642-25-85-351 KRS 0000067701



Dofinansowano z budżetu Samorządu Województwa Śląskiego

TAM-1004/1-PN/114-2018

Rybnik, dnia 20.11.2018 r.

Do Wykonawców uczestniczących
w postępowaniu o udzielenie zamówienia

WYJAŚNIENIE - MODYFIKACJA 1

W PRZETARGU NIEOGRANICZONYM NA:

zakup wyposażenia do realizacji zadania inwestycyjnego „Modernizacja Oddziału Intensywnej Terapii SPZOZ WSS nr 3 w Rybniku poprzez zakup aparatury i sprzętu medycznego”
(zamówienie nr TAM-1004-PN/114-2018)
ogłoszonym w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej
z dnia 20.10.2018 r., nr 2018/S 203-461711

W związku z wniesionymi zapytaniem, zamawiający udziela poniższych odpowiedzi. Ponadto zamawiający wprowadza niżej podane modyfikacje.

Zapytania od 1 do 12 dotyczą załącznika nr 1.2 - system monitorowania pacjenta – 1 zestaw
Zapytania od 1 do 4 dotyczą centrali monitorującej

Pytanie 1: „lp. I.3

Czy Zamawiający dopuści ekrany o przekątnej 21,5” - 22” ?”

Odpowiedź 1: Zamawiający dopuszcza zaoferowanie rozwiązania opisanego w pytaniu i modyfikuje zapisy załącznika nr 1.2 w tym zakresie.

Pytanie 2: „lp. I.15

Czy Zamawiający przyzna maksymalną ilość punktów za pamięć 120 godzin trendów wszystkich monitorowanych parametrów, oraz 120 godzin 16 krzywych dynamicznych ?”

Odpowiedź 2: Tak.

Pytanie 3: „lp. I.18

Czy Zamawiający dopuści rozwiązanie polegające na możliwości doposażenia systemu o wymagany interfejs HL7, za pomocą rozwiązania dostępnego w dniu składania oferty ?”

Odpowiedź 3: Zamawiający nie zmienia wymagań w przedmiotowym zakresie.

Pytanie 4: „Czy Zamawiający dopuści interfejs HL7 zainstalowany na serwerze niezależnym od

Telefony:

Centrala: 032 42-91-000


Główny Księgowy: 032 42-91-299

Dział Zamówień Publicznych i Zaopatrzenia: 032 42-91-288

Sekretariat: 032 42-91-254

Dział Organizacyjny: 032 42-926-11

Fax: 032 42-28-272



Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej
Wojewódzki Szpital Specjalistyczny nr 3 w Rybniku
44-200 Rybnik, ul. Energetyków 46
www.szpital.rybnik.pl e-mail: sekretariat@szpital.rybnik.pl
Regon 272780323 NIP 642-25-85-351 KRS 0000067701



Dofinansowano z budżetu Samorządu Województwa Śląskiego

centrali ? Taki interfejs, obsługujący wszystkie monitory podłączone do sieci, zainstalowany na tym samym komputerze co centrala, przy dużej liczbie przesyłanych komunikatów HL7, niepotrzebnie obciążałby komputer centrali.

Ponieważ interfejs HL7 umożliwia eksport danych teoretycznie do dowolnej elektronicznej karty pacjenta wyposażonej w taki interfejs, czy Zamawiający może określić nazwę i producenta systemu elektronicznej karty i określić, kto ponosi koszt konfiguracji interfejsu HL7 ze strony elektronicznej karty chorobowej: Zamawiający czy dostawca ?

Odpowiedź 4: Zamawiający nie zmienia wymagań w przedmiotowym zakresie. Zamawiający informuje, że nie posiada na dzień dzisiejszy elektronicznej karty pacjenta – wdrożenie planowane w terminie późniejszym.

Zapytania od 5 do 12 dotyczą monitor intensywnej terapii – 11 sztuk z wyposażeniem

Pytanie 5: „Ip. I.11

Czy Zamawiający dopuści system monitorowania, w którym podstawowe parametry są dostępne w postaci własnych modułów, a niektóre - w postaci oddzielnych monitorów, połączonych z oferowanym systemem w taki sposób, że traktuje on te zewnętrzne parametry jak swoje własne, wyświetla na ekranie na zasadzie „plug and play”, zapisuje w trendach i udostępnia w sieci, do dalszego wykorzystania ?

Odpowiedź 5: Opisane w pytaniu rozwiązanie spełnia wymagania Zamawiającego w tym zakresie. Zamawiający doprecyzowuje w tym punkcie swoje wymagania.

Pytanie 6: „Ip. II.2

Czy Zamawiający dopuści możliwość podłączenia pomiaru rzutu minutowego serca klasyczną metodą termodylucji, zamiast termodylucji przezpłucnej ?

Odpowiedź 6: Zamawiający dopuszcza zaoferowanie rozwiązania opisanego w pytaniu i modyfikuje zapisy załącznika nr 1.2 w tym zakresie.

Pytanie 7: „Ip. II.3

Czy Zamawiający dopuści inne miejsce mocowania modułu transportowego, niż w monitorze głównym, np. w uchwycie (stacji dokującej) blisko pacjenta, w celu ułatwienia prowadzenia przewodów łączących monitor z pacjentem ?

Odpowiedź 7: Zamawiający dopuszcza zaoferowanie rozwiązania opisanego w pytaniu i modyfikuje zapisy załącznika nr 1.2 w tym zakresie.

Pytanie 8: „Ip. III.1 pkt. Funkcja graficznej prezentacji zmian ST na wykresach kołowych.

Czy Zamawiający przyzna maksymalną ilość punktów za funkcję pomiaru odchylenia ST w 12 odprowadzeniach za pomocą liczby elektrod ograniczonej do 6,

Telefony:

Centrala: 032 42-91-000


Główny Księgowy: 032 42-91-299

Dział Zamówień Publicznych i Zaopatrzenia: 032 42-91-288

Sekretariat: 032 42-91-254

Dział Organizacyjny: 032 42-926-11

Fax: 032 42-28-272



Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej
Wojewódzki Szpital Specjalistyczny nr 3 w Rybniku
44-200 Rybnik, ul. Energetyków 46
www.szpital.rybnik.pl e-mail: sekretariat@szpital.rybnik.pl
Regon 272780323 NIP 642-25-85-351 KRS 0000067701



Dofinansowano z budżetu Samorządu Województwa Śląskiego

rozmieszczonych w standardowym układzie elektrod kończynowych i przedsercowych i obrazujących stan serca w opowiadającym im płaszczyznach, bez wykresów kołowych ?”

Odpowiedź 8: Zamawiający modyfikuje zapisy załącznika nr 1.2 w tym zakresie.

Pytanie 9: „Ip. III.1 pkt. Funkcja QT/QTc z odpowiednimi alarmami.

Czy Zamawiający przyzna maksymalną ilość punktów za system wyposażony w interfejs służący do wysyłania dobowych zapisów EKG do zewnętrznych systemów komputerowych analizujących EKG, w celu wykonania odpowiednich obliczeń i zestawień dotyczących zmian odcinka QT ?”

Odpowiedź 9: Nie.

Pytanie 10: „Ip. III.1.f

Czy Zamawiający przyzna maksymalną ilość punktów za system wyposażony w interfejs służący do wysyłania dobowych zapisów EKG do zewnętrznych systemów komputerowych analizujących EKG, w celu wykonania odpowiednich analiz i zestawień dotyczących incydentów migotania przedsionków, pozwalających na ocenę stopnia zagrożenia pacjenta udarem mózgu ?”

Odpowiedź 10: Nie.

Pytanie 11: „Ip. III.2.a

Czy Zamawiający wymaga zaoferowania pomiaru saturacji metodą Masimo rainbow SET, umożliwiającą rozbudowę o nieinwazyjny pomiar szeregu dodatkowych parametrów krwi za pomocą czujnika saturacji ?”

Odpowiedź 11: Zamawiający dopuszcza zaoferowanie rozwiązania opisanego w pytaniu i modyfikuje zapisy załącznika nr 1.2 w tym zakresie.

Pytanie 12: „Ip. III.7

Czy Zamawiający dopuści pomiar rzutu minutowego serca klasyczną metodą termodylucji, zamiast termodylucji przezpłucnej (PiCCO) ?”

Odpowiedź 12: Zamawiający dopuszcza zaoferowanie rozwiązania opisanego w pytaniu i modyfikuje zapisy załącznika nr 1.2 w tym zakresie.

Pytania od 13-24 dotyczą przedmiotu zamówienia.

Pytanie 13: „Dot. Pkt. I.13. Czy Zamawiający uzna za równoważne podgląd alarmu wraz z wartościami numerycznymi oraz krzywą, która wywołała alarm, dla łatwiejszej lokalizacji problemu oraz możliwość przeglądu wszystkich parametrów krzywych i parametrów numerycznych w oknie przeglądu parametrów z czasu wystąpienia alarmu?”

Odpowiedź 13: Zamawiający nie zmienia wymagań w przedmiotowym zakresie.

Telefony:

Centrala: 032 42-91-000


Główny Księgowy: 032 42-91-299

Dział Zamówień Publicznych i Zaopatrzenia: 032 42-91-288

Sekretariat: 032 42-91-254

Dział Organizacyjny: 032 42-926-11

Fax: 032 42-28-272



Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej
Wojewódzki Szpital Specjalistyczny nr 3 w Rybniku
44-200 Rybnik, ul. Energetyków 46
www.szpital.rybnik.pl e-mail: sekretariat@szpital.rybnik.pl
Regon 272780323 NIP 642-25-85-351 KRS 0000067701



Dofinansowano z budżetu Samorządu Województwa Śląskiego

Pytanie 14: „Dot. Pkt. I.23. Czy Zamawiający uzna za równoważne możliwość ustawienia 3 zdefiniowanych granic alarmowych dla wszystkich mierzonych parametrów określonych grup wiekowych i z możliwością łatwego przywołania przez personel medyczny, proponowane rozwiązanie jest powszechnie stosowane u wszystkich producentów kardiomonitorów?”

Odpowiedź 14: Zamawiający modyfikuje zapisy załącznika nr 1.2 w tym zakresie.

Pytanie 15: „Dot. Pkt. I.25. Czy Zamawiający możliwość alarmowania w skali 5 stopniowej, proponowane rozwiązanie nie wpływa na funkcjonalność urządzenia?”

Odpowiedź 15: Zamawiający nie zmienia wymagań w tym zakresie.

Pytanie 16: „Dot. Pkt. II.2. Czy Zamawiający dopuści moduł transportowy, który posiada możliwość pomiaru parametrów standardowo: EKG, SpO2, NIBP, 2xTemp, 2xIBP ponadto posiada możliwość podłączenia dodatkowego modułu CO2, natomiast nie posiada możliwości podłączenia modułu do ciągłego pomiaru rzutu serca metodą termodylucji przezpłucnej, wymagane rozwiązanie przez Zamawiającego jest wykorzystywany tylko przy łóżku chorego, nie stosuje się w transporcie co może być efektem niewiarygodnych pomiarów?”

Odpowiedź 16: Zamawiający dopuszcza zaoferowanie rozwiązania opisanego w pytaniu pod warunkiem monitorowania ciągłego pomiaru rzutu serca metodą termodylucji przezpłucnej lub termodylucji metodą klasyczną w monitorze głównym. W przypadku zaoferowania takiego rozwiązania proszę powołać się w tym punkcie na udzieloną odpowiedź.

Pytanie 17: „Dot. Pkt. II.6. Czy Zamawiający dopuści moduł transportowy odporny na zachłapania i upadki z wysokości 1,2m wyposażony w możliwość zablokowania ekranu dotykowego na czas transportu w celu zniwelowania możliwości nieintencjonalnego dotknięcia ekranu?”

Odpowiedź 17: Zamawiający dopuszcza zaoferowanie rozwiązania opisanego w pytaniu i modyfikuje zapisy załącznika nr 1.2 w tym zakresie.

Pytanie 18: „Dot. Pkt. III.1.a. Czy Zamawiający dopuści kardiomonitor, który pozwala na możliwość monitorowania i równoczesnej prezentacji krzywych EKG od 1 do 7 odprowadzeń, proponowane rozwiązanie jest powszechnie stosowane, w przypadku konieczności monitorowania 12 odprowadzeń EKG wykorzystuje się inne urządzenia?”

Odpowiedź 18: Zamawiający nie zmienia wymagań w przedmiotowym zakresie.

Pytanie 19: „Dot. Pkt. III.2.a. Czy Zamawiający dopuści kardiomonitor pozwalający na monitorowanie SpO2 w technologii własnej producenta, zbieżnej w wynikach do

Telefony:

Centrala: 032 42-91-000

Główny Księgowy: 032 42-91-299

Dział Zamówień Publicznych i Zaopatrzenia: 032 42-91-288

Sekretariat: 032 42-91-254

Dział Organizacyjny: 032 42-926-11

Fax: 032 42-28-272



Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej
Wojewódzki Szpital Specjalistyczny nr 3 w Rybniku
44-200 Rybnik, ul. Energetyków 46
www.szpital.rybnik.pl e-mail: sekretariat@szpital.rybnik.pl
Regon 272780323 NIP 642-25-85-351 KRS 0000067701



Dofinansowano z budżetu Samorządu Województwa Śląskiego

technologii Nellcor oraz Masimo (potwierdzone badaniami) wyposażoną w funkcję opóźnienia alarmu SpO2?"

Odpowiedź 19: Zamawiający modyfikuje zapisy załącznika nr 1.2 w tym zakresie.

Pytanie 20: „Dot. Pkt. III.5.b. Czy Zamawiający dopuści zakres pomiaru IBP od -50 do 300 mmHg, proponowany parametr nieznacznie różni się od wymaganego?”

Odpowiedź 20: Zamawiający dopuszcza zaoferowanie rozwiązania opisanego w pytaniu i modyfikuje zapisy załącznika nr 1.2 w tym zakresie.

Pytanie 21: „Dot. Pkt. III.7.a. Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania moduł PICCO w jednym zewnętrznym urządzeniu, proponowane rozwiązanie ma większe możliwości zastosowania, nie jest zależne od kardiomonitora oraz jest najczęściej wybieranym rozwiązaniem przez specjalistów anestezjologii, intensywnej terapii oraz kardiologii?”

Odpowiedź 21: Zamawiający nie zmienia wymagań w przedmiotowym zakresie.

Pytanie 22: „Dot. Pkt. III.8. Czy Zamawiający dopuści możliwość rozbudowy o pomiar analgezji w zewnętrznym urządzeniu, rozwiązanie opisane przez Zamawiającego jest mało popularne i rzadko stosowane a urządzenie zewnętrzne będzie umożliwiać zastosowanie niezależnie od kardiomonitora również na innych oddziałach?”

Odpowiedź 22: Zamawiający dopuszcza zaoferowanie rozwiązania opisanego w pytaniu i modyfikuje zapisy załącznika nr 1.2 w tym zakresie.

Pytanie 23: „Dot. Pkt. IV.13. Czy Zamawiający dopuści w przypadku zastosowania CO2 w strumieniu bocznym akcesoriów jednopacjentowych, w przypadku ww. pomiaru w strumieniu bocznym nie występują akcesoria wielopacjentowe?”

Odpowiedź 23: Zamawiający dopuszcza zaoferowanie rozwiązania opisanego w pytaniu i modyfikuje zapisy załącznika nr 1.2 w tym zakresie.

Pytanie 24: „Dot. Pkt. IV.8. Czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania mankietów wielorazowych dziecięcych o rozmiarze 16 – 21,5 cm?”

Odpowiedź 24: Zamawiający dopuszcza zaoferowanie rozwiązania opisanego w pytaniu i modyfikuje zapisy załącznika nr 1.2 w tym zakresie.

Pytania od nr 25 do nr 27 dotyczą załącznika NR 1.3 – warunki gwarancji jakości i serwisu

Pytanie 25: „dotyczy pkt. 4.

Zwracamy się z prośbą o dodanie zapisu:

>>W przypadku, gdy naprawa będzie wymagać sprowadzenia części zamiennych z zagranicy termin usunięcia usterki będzie wynosił 14 dni roboczych.”

Telefony:

Centrala: 032 42-91-000

Główny Księgowy: 032 42-91-299

Dział Zamówień Publicznych i Zaopatrzenia: 032 42-91-288

Sekretariat: 032 42-91-254

Dział Organizacyjny: 032 42-926-11

Fax: 032 42-28-272



Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej
Wojewódzki Szpital Specjalistyczny nr 3 w Rybniku
44-200 Rybnik, ul. Energetyków 46
www.szpital.rybnik.pl e-mail: sekretariat@szpital.rybnik.pl
Regon 272780323 NIP 642-25-85-351 KRS 0000067701



Dofinansowano z budżetu Samorządu Województwa Śląskiego

Odpowiedź 25: Zamawiający nie zmienia wymagań w tym zakresie.

Pytanie 26: „dotyczy pkt. 5

Zwracamy się z prośbą o odstąpienie od wymogu dostarczenia sprzętu zastępczego na czas naprawy.”

Odpowiedź 26: Zamawiający nie zmienia wymagań w tym zakresie.

Pytanie 27: „Czy Zamawiający potwierdza, że gwarancja na urządzenia medyczne nie obejmuje przypadków naturalnego zużycia się (na skutek korzystania z nich przez użytkownika) akcesoriów, części i materiałów /elementów zużywalnych (eksploatacyjnych), a także wyrobów jednorazowego użytku wchodzących w skład przedmiotu umowy, a w szczególności, że nie znajdują do nich zastosowania zapisy dotyczące przedłużenia i odnowienia gwarancji?

Przy odmiennej niż wyżej zaproponowana interpretacji, nie będzie możliwe skalkulowanie ceny oferty na poziomie akceptowalnym dla Zamawiającego, bowiem nie jest możliwe przewidzenie, jaką ilość razy materiały eksploatacyjne będą wymienione – teoretycznie możliwa jest nieograniczona ilość wymian.”

Odpowiedź 27: Zamawiający nie zmienia wymagań w tym zakresie.

Pytania od nr 28 do nr 30 dotyczą wzoru umowy

Pytanie 28: „dotyczy §5 ust. 1a

Czy Zamawiający zgodzi się na zastąpienie zapisu:

„1. Zamawiający może nałożyć na Wykonawcę kary umowne:

a) w przypadku niedotrzymania terminu, o którym mowa w § 1 ust. 5 - w wysokości 1 % wartości przedmiotu niniejszej umowy brutto za każdy dzień opóźnienia”
zapisem:

„1. Zamawiający może nałożyć na Wykonawcę kary umowne:

a) w przypadku niedotrzymania terminu, o którym mowa w § 1 pkt. 5 - w wysokości 0,5 % wartości przedmiotu zamówienia brutto za każdy dzień opóźnienia”?

Odpowiedź 28: Zamawiający nie wyraża zgody na wprowadzenie proponowanych zmian do wzoru umowy.

Pytanie 29: „Dot. § 5 ust. 1 ppkt b)

Zwracamy się z prośbą o zmniejszenie wysokości kar umownych do 0,5% wartości brutto sprzętu, którego opóźnienie dotyczy, za każdy dzień opóźnienia.”

Odpowiedź 29: Zamawiający nie wyraża zgody na wprowadzenie proponowanych zmian do wzoru umowy.

Telefony:

Centrala: 032 42-91-000


Główny Księgowy: 032 42-91-299

Dział Zamówień Publicznych i Zaopatrzenia: 032 42-91-288

Sekretariat: 032 42-91-254

Dział Organizacyjny: 032 42-926-11

Fax: 032 42-28-272



Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej
Wojewódzki Szpital Specjalistyczny nr 3 w Rybniku
44-200 Rybnik, ul. Energetyków 46
www.szpital.rybnik.pl e-mail: sekretariat@szpital.rybnik.pl
Regon 272780323 NIP 642-25-85-351 KRS 0000067701



Dofinansowano z budżetu Samorządu Województwa Śląskiego

Pytanie 30: „ Dot. § 8 ust. 4

Zwracamy się z prośbą o wykreślenie powyższego paragrafu.”

Odpowiedź 30: Zamawiający nie wyraża zgody na wprowadzenie proponowanych zmian do wzoru umowy.

Pytanie 31: „Ad. Pkt. I .6

Czy Zamawiający dopuści kardiomonitor z zasilaniem 230V, 50Hz oraz z wbudowanego akumulatora podtrzymujące pracę monitora przez min.: 60 minut., w którym akumulator znajduje się w module pełniącym funkcje pomiarowe zarówno stacjonarnie jak i podczas transportu?”

Odpowiedź 31: Zamawiający dopuszcza zaoferowanie rozwiązania opisanego w pytaniu i modyfikuje zapisy załącznika nr 1.2 w tym zakresie.

Pytanie 32: „Ad. Pkt. I. 20

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania kardiomonitor wyposażony w wewnętrzną pamięć danych pacjenta w tym:

- pamięć trendów graficznych i tabelarycznych monitorowanych parametrów z min. 48 godzin,*
- przegląd zdarzeń, który zapamiętuje: odczyty numeryczne, stany alarmowe, aktywne w chwili wyzwolenia epizodu zdarzenia, adnotacje, trend wysokiej rozdzielczości,*
- przegląd alarmów o pojemności 300 elementów.”*

Odpowiedź 32: Zamawiający dopuszcza zaoferowanie rozwiązania opisanego w pytaniu i modyfikuje zapisy załącznika nr 1.2 w tym zakresie.

Pytanie 33: „Ad. Pkt.III. 2.

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania kardiomonitor spełniający poniższy zapis dotyczący pomiaru SpO2:

Technologia pomiarowa Nellcor, Masimo lub FAST zapewniająca poprawne pomiary w warunkach niskiej perfuzji lub z zakłóconym sygnale w zakresie 1-100%?”

Odpowiedź 33: Zamawiający dopuszcza zaoferowanie rozwiązania opisanego w pytaniu i modyfikuje zapisy załącznika nr 1.2 w tym zakresie.

Pytanie 34: „Ad. Pkt.III. 2.

Czy Zamawiający w związku z przeznaczeniem kardiomonitorów na Oddział Intensywnej Terapii będzie wymagał obecnie najdokładniejszej technologii pomiarowej Masimo Rainbow Set? Technologia pomiaru Masimo Rainbow Set pozwala stosować standardowe czujniki Masimo jak i umożliwia dalszą jej swobodną rozbudowę o pomiar:

- SpHb — pomiar poziomu hemoglobiny całkowitej (SpHb) w krwi tętniczej*
- SpOC — pomiar poziomu całkowitej zawartości tlenu w krwi tętniczej*

Telefony:

Centrala: 032 42-91-000


Główny Księgowy: 032 42-91-299

Dział Zamówień Publicznych i Zaopatrzenia: 032 42-91-288

Sekretariat: 032 42-91-254

Dział Organizacyjny: 032 42-926-11

Fax: 032 42-28-272



Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej
Wojewódzki Szpital Specjalistyczny nr 3 w Rybniku
44-200 Rybnik, ul. Energetyków 46
www.szpital.rybnik.pl e-mail: sekretariat@szpital.rybnik.pl
Regon 272780323 NIP 642-25-85-351 KRS 0000067701



Dofinansowano z budżetu Samorządu Województwa Śląskiego

- SpCO — pomiar poziomu wysycenia karboksyhemoglobiny (odzwierciedlającego poziom zawartości tlenu węgla związanego z hemoglobina) w krwi tętniczej
- SpMet — pomiar poziomu wysycenia methemoglobiny (SpMet) w krwi tętniczej
- PVI (wskaźnik zmienności krzywej pletyzmograficznej) — może wykazywać zmiany odzwierciedlające stan takich czynników fizjologicznych, jak napięcie naczyń, objętość krwi krążącej i zmiany ciśnienia śródpiersiowego”

Odpowiedź 34: Zamawiający dopuszcza zaoferowanie rozwiązania opisanego w pytaniu i modyfikuje zapisy załącznika nr 1.2 w tym zakresie.

Pytanie 35: „Ad. Pkt. III. 5.

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania kardiomonitor spełniający poniższy zapis dotyczący inwazyjnego pomiaru ciśnienia krwi: Minimalny zakres pomiaru: -40 do +320 mmHg.”

Odpowiedź 35: Zamawiający dopuszcza zaoferowanie rozwiązania opisanego w pytaniu i modyfikuje zapisy załącznika nr 1.2 w tym zakresie.

Pytanie 36: „Ad. Pkt. IV.4

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania czujnik dla dorosłych powyżej 50 kg w technologii pomiarowej FAST?”

Odpowiedź 36: Zamawiający dopuszcza zaoferowanie rozwiązania opisanego w pytaniu i modyfikuje zapisy załącznika nr 1.2 w tym zakresie.

Pytanie 37: „Ad. Pkt. IV.9

Prosimy o doprecyzowanie. Jakiej firmy przetworniki pomiarowe IBP są aktualnie używane przez Zamawiającego. Jakiej firmy przewody połączeniowe są wymagane? Abbott, BD, Braun, Edwards..”

Odpowiedź 37: Obecnie Zamawiający używa przewodów połączeniowych produkcji Abbott oraz przetworników pomiarowych firmy Icmmedical.

Pozostałe warunki zamówienia nie ulegają zmianie, aktualny pozostaje również termin składania ofert i wnoszenia wadium ustalony do dnia 27.11.2018 r. do godziny 10.00 oraz termin otwarcia ofert: w tym samym dniu o godzinie 10.30.

Telefony:

Centrala: 032 42-91-000

Główny Księgowy: 032 42-91-299

Dział Zamówień Publicznych i Zaopatrzenia: 032 42-91-288

Sekretariat: 032 42-91-254

Dział Organizacyjny: 032 42-926-11

Fax: 032 42-28-272