

ZGŁOSZENIE UTRATY WARTOŚCI SKŁADNIKA MAJĄTKOWEGO

Nazwa składnika	Ureteroskop
Typ/numer fabryczny	Wolf 8.5/11.5Fr 12° nr 8704524
	Oddział Urologii
Przyczyna zgłoszenia do likwidacji	Brak widoczności, uszkodzona optyka, naprawa nieuzasadniona ekonomicznie.
Osoba i telefon kontaktowy	Iwona Dyk tel. wew.: 1204

87 3022 14.725.13
Data przyjęcia 25.03.2008r.

Rybnik, dnia 03.08.2015r

WZROSTNIK DZIAŁU
Centrum Aparatury Medycznej
podpis i pieczęć osoby zgłaszającej
Iwona Dyk

Rybnik 11.08.2015 r.

Po dokonaniu przeglądu stanu technicznego n/w urządzenie będące na stanie Oddziału Urologicznego nie nadaje się do dalszej eksploatacji.

<i>Lp.</i>	<i>Rodzaj urządzenia</i>	<i>Sztu ki</i>	<i>Uwagi</i>
1.	Ureterorenoskop wg Marberger'a Wolf 8.5/11.5Fr 12° Nr 8704524 ST/003022	1	Brak widoczności, uszkodzona optyka, naprawa nieuzasadniona ekonomicznie.

Proponuję kasację.

GLÓWNY SPECJALISTA
ds. APARATURY MEDYCZNEJ
Dział Sprzętu i Aparatury Medycznej

inż. Jacek Stoczek