

## SPECYFIKACJA TECHNICZNA

## Pneumotonometr z wyposażeniem

L.p.	Wymagane funkcje / parametry	Wymogi	Odpowiedź TAK, lub krótki opis (wg kolumny „Wymogi”)
1	2	3	4
I.	Informacje ogólne:		
1.	Urządzenie pozwalające na wykonanie automatycznego, bezkontaktowego pomiaru ciśnienia wewnątrzgałkowego oraz bezkontaktowego pomiaru grubości rogówki.	TAK	
2.	Producent.	podać	
3.	Model / typ oferowanego urządzenia.	podać	
4.	Rok produkcji 2018.	TAK	
5.	Urządzenie fabrycznie nowe.	TAK	
6.	Zasilanie 230V, 50Hz.	TAK	
7.	Klasa wyrobu medycznego.	podać	
II.	Parametry:		
1.	Zakres pomiaru ciśnienia wewnątrzgałkowego min: 1-60 mmHg. Dokładność pomiaru 1 mmHg.	TAK	
2.	Pomiar bezkontaktowy.	TAK	
3.	Potrójny pomiar ciśnienia na każde oko po jednokrotnym uruchomieniu badania (naciśnięciu przycisku).	TAK	
4.	Kolorowy wyświetlacz LCD, uchylny lub obrotowy. Możliwość pracy z urządzeniem w pozycji stojącej i siedzącej badającego.	TAK	
5.	W pełni zautomatyzowany system naprowadzania głowicy. Urządzenie automatycznie przeprowadzi ostateczne ustawienie głowicy, ogniskowanie i pomiar dla każdego z oczu.	TAK	
6.	Delikatny podmuch powietrza wyzwalany podczas pomiaru minimalizuje dyskomfort odczuwany przez pacjenta podczas badania.	TAK	
7.	Możliwość skorygowania pomiaru ciśnienia wewnątrzgałkowego o grubość rogówki.	TAK	
8.	Podbródek z elektryczną regulacją wysokości.	TAK	
9.	Wyświetlanie wyników pomiaru ciśnienia wewnątrzgałkowego, wartości średniej i pomiaru ciśnienia z uwzględnieniem grubości rogówki.	TAK	
10.	Jednoczesne wyświetlanie na monitorze wyników pomiarowych i wartości grubości w centralnej części rogówki.	TAK	
11.	Wbudowana drukarka. Automatyczny wydruk wyników pomiarowych.	TAK	
III.	Wyposażenie:		
1.	Dedykowany pod aparat stół jezdny z elektrycznie regulowaną wysokością. Błąd na jedno urządzenie.	TAK	
2.	Producent.	podać	
3.	Model / typ oferowanego urządzenia.	podać	
4.	Stół fabrycznie nowy, nieużywany.	TAK	

5.	Klasa wyrobu medycznego.	podać	
IV	Dokumentacja:		
1.	Instrukcja obsługi w języku polskim - dostarczyć wraz z urządzeniem.	TAK	

Załącznik wskazuje minimalne wymagania zamawiającego, które muszą zostać spełnione, natomiast wykonawca – wypełniając ten załącznik – oferuje konkretne rozwiązania, charakteryzując w ten sposób zaoferowany asortyment.

Załącznik należy wypełnić w całości, bez wprowadzania zmian w jego treści – stanowi on integralną część oferty – deklarację wykonawcy co do jej treści, stąd brak tego załącznika, zawierającego treści zgodne z wzorem określonym w specyfikacji istotnych warunków zamówienia, spowoduje odrzucenie oferty.

.....  
(podpisy i pieczęcie osób upoważnionych  
do reprezentowania wykonawcy)