

TAM-1073/1-PN/126-2018

Rybnik, dnia 06.12.2018 r.

Do Wykonawców uczestniczących
w postępowaniu o udzielenie zamówienia

WYJAŚNIENIE - MODYFIKACJA 1

W PRZETARGU NIEOGRANICZONYM NA:

zakup sprzętu i aparatury medycznej na potrzeby Oddziału Okulistycznego i Chirurgii Urazowo-Ortopedycznej
(zamówienie nr TAM-1073-PN/126-2018)
ogłoszonym w Biuletynie Zamówień Publicznych z dnia 30.11.2018 r., nr 655428-N-2018

**W związku z wniesionymi zapytaniem, zamawiający udziela poniższych odpowiedzi.
Ponadto zamawiający wprowadza niżej podane modyfikacje.**

Pytanie 1: „Część nr: 3 Nazwa: Materac przeciwodrażynowy zmiennociśnieniowy

Czy w rozumieniu opisu przedmiotu zamówienia Zamawiający dopuści równoważne rozwiązanie polegające na zaproponowaniu materaca przeciwodrażynowego do IV stopnia o parametrach opisanych poniżej:

Pneumatyczny materac przeciwodrażynowy rurowy zbudowany z komór, automatycznie i naprzemiennie wypełnianych powietrzem. Komory posiadają mikrootwory, które wentylują skórę pacjenta, i pomagają utrzymać wilgoć na odpowiednim poziomie. Maksymalne obciążenie robocze 210 kg. Materac posiada funkcję reanimacyjną CPR oraz pompę kontrolującą wilgotność wtłaczanego powietrza. Alarm niskiego ciśnienia sygnalizowany dźwiękowo. Możliwość wyboru cyklu pracy co 3 min, 6 min, 9 min, 12 min. Funkcja siedzenia – utwardzanie 3 komór na czas siadania. Funkcja poduszki – stałe ciśnienie w trzech komorach od strony głowy, Tryb pracy statycznej. Materac w pokrowcu przepuszczającym parę wodną, nieprzepuszczającym cieczy, Komory napełniane na przemian (co druga). Pokrowiec materaca wykonany z poliuretanu zapinany na zamek błyskawiczny z oznaczeniem głowy i nóg w formie rysunku, Regulacja ciśnienia przy pomocy pompy o płynnej regulacji. Pompa zasilana elektrycznie, przystosowana do pracy 24 godziny na dobę. Pompa wyposażona w łatwy w wymianie filtr powietrza oraz czujnik kontroli obciążenia, regulujący ciśnienie do wagi i pozycji pacjenta, Pompa utrzymująca ciśnienie w materacu w przypadku zaniku zasilania, Węże łączące materac z pompą mocowane za pomocą szybkozłącza. Materac posiada zestaw naprawczy w postaci zapasowej komory.

Wymiary materaca:

Długość: 200 cm

Szerokość: 85 cm

Wysokość: 20 cm”

Odpowiedź 1: Zamawiający modyfikuje zapisy załącznika nr 1.2.

Telefony:

Centrala: 032 42-91-000

Główny Księgowy: 032 42-91-299

Dział Zamówień Publicznych i Zaopatrzenia: 032 42-91-288

Sekretariat: 032 42-91-254

Dział Organizacyjny: 032 42-926-11

Fax: 032 42-28-272



Pytania od 2-7 dotyczą pakietu nr 3.

Pytanie 2: „Czy Zamawiający dopuści materac przeciwodłęzynowy zbudowany z 18 komór?”

Odpowiedź 2: Zamawiający dopuszcza zaoferowanie rozwiązania opisanego w pytaniu i modyfikuje zapisy załącznika nr 1.2 w tym zakresie.

Pytanie 3: „Czy Zamawiający dopuści materac przeciwodłęzynowy bez zapasowej komory?”

Odpowiedź 3: Zamawiający nie zmienia wymagań w tym zakresie.

Pytanie 4: „Czy Zamawiający dopuści materac przeciwodłęzynowy, w którym komory pracują w trybie 3 do 1, w czasie trwania cyklu 10 minutowym?”

Odpowiedź 4: Zamawiający nie zmienia wymagań w tym zakresie.

Pytanie 5: „Czy Zamawiający dopuści materac przeciwodłęzynowy, z ręcznym powrotem do trybu zmiennego z trybu statycznego?”

Odpowiedź 5: Zamawiający dopuszcza zaoferowanie rozwiązania opisanego w pytaniu i modyfikuje zapisy załącznika nr 1.2 w tym zakresie.

Pytanie 6: „Czy Zamawiający dopuści materac przeciwodłęzynowy bez funkcji siedzenia utwardzającej od 4 do 10 komór?”

Odpowiedź 6: Zamawiający nie zmienia wymagań w tym zakresie.

Pytanie 7: „Czy Zamawiający dopuści materac przeciwodłęzynowy w pokrowcu z możliwością prania w temperaturze do 60°C?”

Odpowiedź 7: Zamawiający nie zmienia wymagań w tym zakresie.

Pytania od 8-12 dotyczą Pakietu nr 3 - MATERAC PRZECIWODŁĘŻYNOWY ZMIENNOCIŚNIENIOWY

Pytanie 8: „Pkt. 3 Prosimy o dopuszczenie materaca zbudowanego z 17 komór”

Odpowiedź 8: Zamawiający dopuszcza zaoferowanie rozwiązania opisanego w pytaniu i modyfikuje zapisy załącznika nr 1.2 w tym zakresie.

Pytanie 9: „Pkt. 5 Prosimy o dopuszczenie materaca o wymiarach: 200 x 85 cm lub 200 x 90 cm”

Odpowiedź 9: Zamawiający nie zmienia wymagań w tym zakresie a opisany w pytaniu materac spełnia wymagania zamawiającego w tym zakresie.

Pytanie 10: „Pkt. 10 Prosimy o dopuszczenie stałego cyklu pracy 10 min.”

Odpowiedź 10: Zamawiający nie zmienia wymagań w tym zakresie.

Pytanie 11: „Pkt. 13 Czy Zamawiający dopuści materac z funkcją siedzenia realizowaną poprzez dodatkowe wypełnienie wszystkich komór?”

Odpowiedź 11: Zamawiający nie zmienia wymagań w tym zakresie.

Telefony:

Centrala: 032 42-91-000

Główny Księgowy: 032 42-91-299

Dział Zamówień Publicznych i Zaopatrzenia: 032 42-91-288

Sekretariat: 032 42-91-254

Dział Organizacyjny: 032 42-926-11

Fax: 032 42-28-272



Pytanie 12: *Pkt. 13 Czy Zamawiający dopuści który automatycznie dobiera poziom ciśnienia w komorach do wagi i ułożenia pacjenta, z automatycznym uwzględnieniem pozycji siedzącej?*

Odpowiedź 12: Zamawiający nie zmienia wymagań w tym zakresie.

Pytanie 13: *„Zwracamy się z uprzejmą prośbą o udzielenie informacji czy wobec Zamawiającego nie została wszczęta likwidacja bądź czy Zamawiający nie przekształca się w spółkę prawa handlowego?”*

Odpowiedź 13: Zamawiający informuje, że pytanie nie dotyczy niniejszego postępowania, jednak potwierdzamy, że nie zachodzą wymienione sytuacje.

Pytanie 14: *„Czy pokrowiec materaca ma być odporny na temperaturę gotowania tj. 105 st. C?”*

Odpowiedź 14: Zamawiający nie stawia dodatkowych wymagań w tym zakresie. Dopuszcza zaoferowanie takiego rozwiązania ale nie wymaga.

Pytanie 15: *„Czy pokrowiec materaca ma być ognioodporny (co powinno być potwierdzone badaniami Niezależnego Certyfikowanego Laboratorium Badawczego) ?”*

Odpowiedź 15: Zamawiający nie stawia dodatkowych wymagań w tym zakresie. Dopuszcza zaoferowanie takiego rozwiązania ale nie wymaga.

Pytanie 16: *„Czy materac ma być układany na spodnim materacu gąbkowym?”*

Odpowiedź 16: W tym zakresie zaoferowany materac ma spełniać wymagania opisane w pkt II.6 załącznika nr 1.2 „Specyfikacja techniczna”. Dodatkowych wymagań w tym zakresie Zamawiający nie stawia.

Pytanie 17: *„Czy materac ma być tzw. materacem samonośnym przeznaczonym do bezpiecznego układania na ramie łóżka wraz z zintegrowanym wkładem gąbkowym?”*

Odpowiedź 17: W tym zakresie zaoferowany materac ma spełniać wymagania opisane w pkt II.6 załącznika nr 1.2 „Specyfikacja techniczna”. Dodatkowych wymagań w tym zakresie Zamawiający nie stawia.

Pytanie 18: *„Jaka ma być wysokość napompowanych komór?”*

Odpowiedź 18: Zamawiający nie stawia dodatkowych wymagań w tym zakresie.

Pytanie 19: *„Czy komory materaca mają postać tzw. zabezpieczenie przeciwwrotacyjne?”*

Odpowiedź 19: Zamawiający nie stawia dodatkowych wymagań w tym zakresie. Dopuszcza zaoferowanie takiego rozwiązania ale nie wymaga.

Pytanie 20: *„Czy komory materaca mają posiadać tzw. automatyczne szybkozłączki umożliwiające niezależne wypinanie każdej komory materaca dla realizacji terapii bezdotykowej odleżyn?”*

Telefony:

Centrala: 032 42-91-000


Główny Księgowy: 032 42-91-299

Dział Zamówień Publicznych i Zaopatrzenia: 032 42-91-288

Sekretariat: 032 42-91-254

Dział Organizacyjny: 032 42-926-11

Fax: 032 42-28-272



Odpowiedź 20: Zamawiający nie stawia dodatkowych wymagań w tym zakresie. Dopuszcza zaoferowanie takiego rozwiązania ale nie wymaga.

Pytanie 21: „Czy materac ma posiadać tzw. AIR system; system wentylowania ciała pacjenta?”

Odpowiedź 21: Zamawiający nie stawia dodatkowych wymagań w tym zakresie. Dopuszcza zaoferowanie takiego rozwiązania ale nie wymaga.

Pytanie 22: „Czy materac ma być zbudowany z podwójnych komór, tzn. górna część zmienna, dolna część komór stale napompowana powietrzem?”

Odpowiedź 22: Zamawiający nie stawia dodatkowych wymagań w tym zakresie. Dopuszcza zaoferowanie takiego rozwiązania ale nie wymaga.

Pytanie 23: „Czy pompa zasilająca materac ma być pompą wysokociśnieniową (zakres ok. 50 – 100 mmHg)?”

Odpowiedź 23: W tym zakresie zaoferowany materac ma spełniać wymagania opisane w pkt II.1 załącznika nr 1.2 „Specyfikacja techniczna”. Dodatkowych wymagań w tym zakresie Zamawiający nie stawia.

Pytanie 24: „Czy pompa zasilająca materac ma być pompą niskociśnieniową (zakres ok. 20 -50 mmHg)?”

Odpowiedź 24: W tym zakresie zaoferowany materac ma spełniać wymagania opisane w pkt II.1 załącznika nr 1.2 „Specyfikacja techniczna”. Dodatkowych wymagań w tym zakresie Zamawiający nie stawia.

Pytanie 25: „Czy pompa zasilająca materac ma być pompą ultra- niskociśnieniową (zakres ok. 10 - 30 mmHg)>>parametr wymagany w realizacji terapii najbardziej zaawansowanych odleżyn tj. 4 stopnia w skali 4 stopniowej<<?”

Odpowiedź 25: W tym zakresie zaoferowany materac ma spełniać wymagania opisane w pkt II.1 załącznika nr 1.2 „Specyfikacja techniczna”. Dodatkowych wymagań w tym zakresie Zamawiający nie stawia.

Pytanie 26: „Czy pompa zasilająca materac ma posiadać alarm przeglądu technicznego z licznikiem czasu pracy? Jest to zabezpieczenie informujące o konieczności wykonania czynności serwisowych, pompa zlicza godziny swojej pracy i informuje o konieczności wykonania jej przeglądu technicznego- serwisu?”

Odpowiedź 26: Zamawiający nie stawia dodatkowych wymagań w tym zakresie. Dopuszcza zaoferowanie takiego rozwiązania ale nie wymaga.

Pytanie 27: „Czy pompa zasilająca materac ma posiadać ustawienia czasu cyklu w pompie od 5 minut do 25 minut ze zmianami nastawu co 5 minut?”

Odpowiedź 27: Zamawiający nie stawia dodatkowych wymagań w tym zakresie.

Pytanie 28: „Czy pompa zasilająca materac ma posiadać tzw. blokadę panelu sterowania, która

Telefony:

Centrala: 032 42-91-000

Główny Księgowy: 032 42-91-299

Dział Zamówień Publicznych i Zaopatrzenia: 032 42-91-288

Sekretariat: 032 42-91-254

Dział Organizacyjny: 032 42-926-11

Fax: 032 42-28-272



umożliwia Dokonanie przypadkowej zamiany we wprowadzonych przez personel ustawieniach?"

Odpowiedź 28: Zamawiający nie stawia dodatkowych wymagań w tym zakresie. Dopuszcza zaoferowanie takiego rozwiązania ale nie wymaga.

Pytanie 29: „Czy pompa zasilająca materac ma posiadać tryb siedzeniowy, który polega na wypełnieniu komór powietrzem do ciśnienia ok. 30mmHg, opisany tryb siedzeniowy umożliwia prawidłowe siedzenie pacjenta w łóżku na materacu?"

Odpowiedź 29: W tym zakresie zaoferowany materac ma spełniać wymagania opisane w pkt II.13 załącznika nr 1.2 „Specyfikacja techniczna”. Dodatkowych wymagań w tym zakresie Zamawiający nie stawia.

Pytanie 30: „Czy pompa zasilająca materac ma posiadać tryb kardiologiczny?"

Odpowiedź 30: Zamawiający nie stawia dodatkowych wymagań w tym zakresie. Dopuszcza zaoferowanie takiego rozwiązania ale nie wymaga.

Pytanie 31: „Czy pompa zasilająca materac ma posiadać automatyczny dobór wartości ciśnienia z możliwością ręcznej korekty poprzez wskaźnik według stopnia odległości pacjenta?"

Odpowiedź 31: Zamawiający nie stawia dodatkowych wymagań w tym zakresie.

Pytanie 32: „Czy pompa zasilająca materac ma zasilać dwie sekcje materaca?"

Odpowiedź 32: Zamawiający nie stawia dodatkowych wymagań w tym zakresie.

Pytanie 33: „Czy pompa zasilająca ma zasilać trzy sekcje materaca?"

Odpowiedź 33: Zamawiający nie stawia dodatkowych wymagań w tym zakresie.

Pytanie 34: „Czy pompa zasilająca materac ma posiadać zewnętrzny, wymienny filtr antybakteryjny zasysanego powietrza?"

Odpowiedź 34: Zamawiający nie stawia dodatkowych wymagań w tym zakresie.

Pytanie 35: „Czy pompa zasilająca materac ma posiadać zewnętrzny, wymienny filtr przeciwtłuszczowy zasysanego powietrza?"

Odpowiedź 35: Zamawiający nie stawia dodatkowych wymagań w tym zakresie.

Pytanie 36 oraz 37 dotyczy Załącznika nr 1.2, Pakiet nr 3

MATERAC PRZECIWODLEŻYNOWY ZMIENNOCIŚNIENIOWY – 4 sztuki

Pytanie 36: „II. PARAMETRY TECHNICZNE:

– **Pkt. 3** Czy Zamawiający dopuści do przetargu wysokiej klasy materac przeciwodleżynowy z liczbą 17 komór? Ze względu na możliwość ustawiania czasu cyklu zmiennociśnieniowego w zakresie 10,15,20,25 min oraz automatycznego dopasowania ciśnienia w komorach materaca w zależności od masy i ułożenia pacjenta

Telefony:

Centrala: 032 42-91-000


Główny Księgowy: 032 42-91-299

Dział Zamówień Publicznych i Zaopatrzenia: 032 42-91-288

Sekretariat: 032 42-91-254

Dział Organizacyjny: 032 42-926-11

Fax: 032 42-28-272



taka ilość komór jest całkowicie wystarczająca do poprawnej terapii zapobiegającej odleżyny.”

Odpowiedź 36: Zamawiający dopuszcza zaoferowanie rozwiązania opisanego w pytaniu i modyfikuje zapisy załącznika nr 1.2 w tym zakresie.

Pytanie 37: „III. WYPOSAŻENIE:

– **Pkt. 1** Czy Zamawiający dopuści do przetargu wysokiej klasy materac przeciwoleżynowy z pokrowcem zewnętrznym dedykowanym do wymaganych materacy, zamykanych na suwak, przeznaczonych do mycia i dezynfekcji powierzchniowej środkami ogólnodostępnymi w szpitalu oraz prania automatycznego w temperaturze do 80C ? Każdy pokrowiec jest wodoszczelny, odporny na penetrację krwi i płynów ustrojowych, przepuszczający powietrze.”

Odpowiedź 37: Zamawiający nie zmienia wymagań w tym zakresie.

Ponadto zamawiający modyfikuje treść specyfikacji istotnych warunków zamówienia dotyczącą drugiego kryterium: „gwarancja” z uwagi na omyłkę pisarską polegającą na wpisaniu wagi kryterium w wysokości 10%, a winno być 40%, zgodnie z informacją podaną w ogłoszeniu o zamówieniu oraz zgodnie ze wzorem podanym na stronie 13 specyfikacji istotnych warunków zamówienia tj.:

Punktacja w tym kryterium dla danej oferty obliczona będzie następująco:

$$G = \frac{\text{liczba punktów otrzymana przez daną ofertę zgodnie z powyższą tabelą („G_n”)}{\text{maksymalna liczba punktów możliwych do uzyskania}} \times 40 \% \times 100$$

Pozostałe warunki zamówienia nie ulegają zmianie, aktualny pozostaje również termin składania ofert do dnia 10.12.2018 r. do godziny 10.00 oraz termin otwarcia ofert: w tym samym dniu o godzinie 10.30.

Telefony:

Centrala: 032 42-91-000

Główny Księgowy: 032 42-91-299

Dział Zamówień Publicznych i Zaopatrzenia: 032 42-91-288

Sekretariat: 032 42-91-254

Dział Organizacyjny: 032 42-926-11

Fax: 032 42-28-272