

SPECYFIKACJA TECHNICZNA**MATERAC PRZECIWODLEŻYNOWY ZMIENNOCIŚNIENIOWY – 4 sztuki**

Lp.	Wymagane funkcje / parametry	Wymogi	Odpowiedź TAK oferowane parametry lub krótki opis (wg kolumny: „Wymogi”)
I.	INFORMACJE OGÓLNE:		
1.	Kompletne materace przeciwodleżynowe zmiennociśnieniowe z pompą, fabrycznie nowe, nieużywane, rok produkcji – 2018.	TAK	
2.	Producent.	podać	
3.	Model / typ oferowanych materacy.	podać	
4.	Klasa wyrobu medycznego.	podać	
5.	Zasilanie 220÷240 V, 50/60 Hz.	TAK	
II.	PARAMETRY TECHNICZNE:		
1.	Materac przeznaczony do stosowania w profilaktyce i leczeniu odleżyn do IV stopnia włącznie według skali IV stopniowej.	TAK	
2.	Materac gwarantujący prawidłową pracę i skuteczność terapeutyczną u pacjentów o wadze min.: 170 kg.	TAK, podać	
3.	Materac zbudowany z min.: 17 komór.	TAK	
4.	Możliwość wymiany pojedynczych komór. Do każdego materaca dostarczyć dodatkowo min.: 1 komorę zapasową.	TAK	
5.	Rozmiar materaca: <ul style="list-style-type: none"> • szerokość z zakresu 85 – 90 cm • długość z zakresu 195 – 200 cm 	TAK	
6.	Materac przystosowany do bezpośredniego położenia na ramie łóżka pacjenta zaopatrzonego w mocowania do ramy leża. Nie dopuszcza się, aby pacjent stykał się z podłożem leża (w przypadku awarii materaca, pompy lub zastosowania funkcji tzw. CPR).	TAK	
7.	Zawór natychmiastowego ręcznego spustu powietrza, tzw. CPR.	TAK	
8.	Stabilne zawieszenie pompy na ramie łóżka pacjenta.	TAK	
9.	Pompa materaca pracująca w trybie zmiennym (aktywnym, dynamicznym) i statycznym.	TAK	
10.	Regulowany czas trwania cyklu pracy w trybie aktywnym.	TAK	
11.	Program szybkiego utwardzenia powierzchni materaca celem wykonania czynności pielęgnacyjnych u pacjenta. <ul style="list-style-type: none"> • Utwardzenie materaca utrzymujące się przez okres min. 20 minut oraz automatyczny powrót do trybu wcześniej ustawionego na pompie. lub <ul style="list-style-type: none"> • Ręczny powrót z trybu statycznego do trybu wcześniej ustawionego na pompie. 	TAK	
12.	Tryb transportowy - utrzymanie wypełnionych komór do min.: 6 godzin po odłączeniu pompy.	TAK	
13.	Funkcja siedzenia – utwardzenie min. 4 a max. 10 komór materaca umożliwiające prawidłowe siedzenie pacjenta w łóżku na materacu, przy jednoczesnym zachowaniu dalszej prawidłowej pracy materaca.	TAK	
14.	Statyczna sekcja głowy - 3 lub 4 komory materaca pod głową pacjenta stale napelnione powietrzem (tzw. poduszka).	TAK	
15.	Automatyczna regulacja poziomu ciśnienia powietrza w materacu w zależności od wagi i pozycji pacjenta.	TAK	
16.	Waga pompy max.: 4 kg	TAK	
17.	Cicha praca pompy w trybie dynamicznym – max.: 34 dB.	TAK	
18.	Alarmy dźwiękowe i wizualne nieprawidłowego ciśnienia, z możliwością czasowego wyciszenia.	TAK	

19.	Alarm dźwiękowy i wizualny zaniku zasilania.	TAK	
20.	Wbudowany filtr powietrza.	TAK	
III.	WYPOSAŻENIE:		
1.	Pokrowce zewnętrzne dedykowane do powyższych materacy, zamykane na suwak (który jest ukryty), przeznaczone do mycia i dezynfekcji powierzchniowej środkami ogólnodostępnymi w szpitalu oraz prania automatycznego w temperaturze min.: 95°C – 4 szt. Każdy pokrowiec jest wodoszczelny, odporny na penetrację krwi i płynów ustrojowych, przepuszczający powietrze.	TAK	
IV.	DOKUMENTACJA:		
1.	Instrukcja obsługi w języku polskim – dostarczyć do każdego materaca i do każdego ww. wyposażenia.	TAK	

Załącznik wskazuje minimalne wymagania zamawiającego, które muszą zostać spełnione, natomiast wykonawca – wypełniając ten załącznik – oferuje konkretne rozwiązania, charakteryzując w ten sposób zaoferowany asortyment.

Załącznik należy wypełnić w całości, bez wprowadzania zmian w jego treści – stanowi on integralną część oferty – deklarację wykonawcy co do jej treści, stąd brak tego załącznika, zawierającego treści zgodne z wzorem określonym w specyfikacji istotnych warunków zamówienia, spowoduje odrzucenie oferty.

.....
(podpisy i pieczęcie osób upoważnionych
do reprezentowania wykonawcy)