

SPECYFIKACJA TECHNICZNA

Kardystymulator zewnętrzny

L.p.	Wymagane funkcje / parametry	Wymogi	Odpowiedź TAK, lub krótki opis (wg kolumny „Wymogi”)
1	2	3	4
I.	Informacje ogólne:		
1.	Kardystymulator zewnętrzny przeznaczony między innymi do użycia podczas zabiegów przezskórnej walwuloplastyki aortalnej.	TAK	
2.	Producent.	podać	
3.	Model / typ oferowanego urządzenia.	podać	
4.	Rok produkcji 2018.	TAK	
5.	Urządzenie fabrycznie nowe.	TAK	
6.	Zasilanie bateryjne 9V.	TAK	
7.	Klasa wyrobu medycznego	podać	
II.	Parametry i wyposażenie:		
1.	Tryb stymulacji SSI, S00, stymulacja uderzeniowa.	TAK	
2.	Stymulacja jedno lub dwu biegunowa.	TAK	
3.	Częstość stymulacji, min. zakres: 30-250 /min	TAK	
4.	Szybka stymulacja uderzeniowa: 60-1000 ppm	TAK	
5.	Amplituda impulsów min.: 0,1-17 V	TAK	
6.	Polarność: UP/BP.	TAK	
7.	Szerokość impulsów 1,0 ms.	TAK	
8.	Czułość: 1-20 mV \pm 0,2 mV.	TAK	
9.	Okres refrakcji: 250 ms \pm 5%.	TAK	
10.	Kontrola impedancji obwodu elektrody.	TAK	
11.	Zakres tolerancji: 200-2000 Ω .	TAK	
12.	Regulacja ustawień przy pomocy pokręteł.	TAK	
13.	Różne możliwości podłączenia elektrod czasowych.	TAK	
14.	Dźwiękowa sygnalizacja w przypadku wysokiej częstości.	TAK	
15.	Instrukcja obsługi w języku polskim - dostarczyć wraz z urządzeniem.	TAK	

Załącznik wskazuje minimalne wymagania zamawiającego, które muszą zostać spełnione, natomiast wykonawca – wypełniając ten załącznik – oferuje konkretne rozwiązania, charakteryzując w ten sposób zaoferowany asortyment.

Załącznik należy wypełnić w całości, bez wprowadzania zmian w jego treści – stanowi on integralną część oferty – deklarację wykonawcy co do jej treści, stąd brak tego załącznika, zawierającego treści zgodne z wzorem określonym w specyfikacji istotnych warunków zamówienia, spowoduje odrzucenie oferty.

.....
(podpisy i pieczęcie osób upoważnionych
do reprezentowania wykonawcy)