

TAM-1084/1106/1-PN/125-2018

Rybnik, dnia 13.12.2018 r.

Do Wykonawców uczestniczących  
w postępowaniu o udzielenie zamówienia

### WYJAŚNIENIE - MODYFIKACJA 1

#### W PRZETARGU NIEOGRANICZONYM NA:

zakup sprzętu i aparatury medycznej: mikroskopu hematologicznego, kardiomonitora, kardiostymulatora zewnętrznego (zamówienie nr TAM-1084/1106-PN/125-2018) ogłoszonym w Biuletynie Zamówień Publicznych z dnia 07.12.2018 r., nr 659101-N-2018

**W związku z wniesionymi zapytaniem, zamawiający udziela poniższych odpowiedzi. Ponadto zamawiający wprowadza niżej podane modyfikacje.**

**Pytanie 1:** „dotyczy Pakietu 3 - Stymulator Zewnętrzny Jednojamowy - tabela parametrów i wyposażeni

*Czy Zamawiający dopuści Stymulator Jednojamowy o okresie refrakcji 30-150[ppm]: 225[ms] ; 151-200[ppm]: 200[ms] ; 201-250[ppm]: 175[ms]? Pozostałe wymagania zgodnie z SIWZ.”*

**Odpowiedź 1:** Zamawiający dopuszcza zaoferowanie rozwiązania opisanego w pytaniu. W przypadku zaoferowania powyższego rozwiązania, proszę powołać się w załączniku nr 1.2 (Specyfikacja Techniczna) na przedmiotową odpowiedź.

**Pytanie 2:** „dotyczy warunków gwarancji jakości i serwisu wg Zał. 1.3 do SIWZ l.p.3

*Czy Zamawiający wydłuży termin przystąpienia do naprawy uszkodzonego elementu dostawy po zgłoszeniu usterki do 5 dni roboczych?”*

**Odpowiedź 2:** Zamawiający nie zmienia wymagań w tym zakresie.

**Pytanie 3:** „dotyczy warunków gwarancji jakości i serwisu wg Zał. 1.3 do SIWZ l.p.4

*Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydłużenie terminu usunięcia usterki od momentu jej zgłoszenia do 14 dni roboczych?”*

**Odpowiedź 3:** Zamawiający nie zmienia wymagań w tym zakresie.

**Pytanie 4:** „dotyczy warunków gwarancji jakości i serwisu wg Zał. 1.3 do SIWZ l.p.5

*Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydłużenie terminu dostarczenia na czas naprawy sprzętu zastępczego do 5 dni roboczych?”*

**Odpowiedź 4:** Zamawiający nie zmienia wymagań w tym zakresie.

**Pytanie 5:** „dotyczy warunków gwarancji jakości i serwisu wg Zał. 1.3 do SIWZ l.p. 9

#### Telefony:

Centrala: 032 42-91-000


Główny Księgowy: 032 42-91-299

Dział Zamówień Publicznych i Zaopatrzenia: 032 42-91-288

Sekretariat: 032 42-91-254

Dział Organizacyjny: 032 42-926-11

Fax: 032 42-28-272



Czy Zamawiający wyrazi zgodę na modyfikację zapisu i dodanie, iż po okresie gwarancji koszty za wszelkie akcesoria zużywalne do przedmiotu zamówienia ponosi Zamawiający po aktualnej wycenie ich przez Wykonawcę?"

**Odpowiedź 5: Zamawiający nie zmienia wymagań w tym zakresie.**

**Pytanie 6:** „Czy Zamawiający dopuści do postępowania przetargowego Kardiomonitor z rokiem produkcji 2014, fabrycznie nowy, nie używany, nie demonstracyjny ?”

**Odpowiedź 6: Zamawiający nie zmienia wymagań w tym zakresie.**

#### **Pytanie od 6 do 9 dotyczą ZAŁĄCZNIKA NR 1.3 – WARUNKI GWARANCJI JAKOŚCI I SERWISU**

**Pytanie 7: „dotyczy pkt. 4.**

Zwracamy się z prośbą o dodanie zapisu: W przypadku, gdy naprawa będzie wymagać sprowadzenia części zamiennych z zagranicy termin usunięcia usterki będzie wynosił 14 dni roboczych.”

**Odpowiedź 7: Zamawiający nie zmienia wymagań w tym zakresie.**

**Pytanie 8: „dotyczy pkt. 5**

Zwracamy się z prośbą o odstąpienie od wymogu dostarczenia sprzętu zastępczego na czas naprawy.”

**Odpowiedź 8: Zamawiający nie zmienia wymagań w tym zakresie.**

**Pytanie 9:** „Czy Zamawiający potwierdza, że gwarancja na urządzenia medyczne nie obejmuje przypadków naturalnego zużycia się (na skutek korzystania z nich przez użytkownika) akcesoriów, części i materiałów /elementów zużywalnych (eksploatacyjnych), a także wyrobów jednorazowego użytku wchodzących w skład przedmiotu umowy, a w szczególności, że nie znajdują do nich zastosowania zapisy dotyczące przedłużenia i odnowienia gwarancji?

Przy odmiennej niż wyżej zaproponowana interpretacji, nie będzie możliwe skalkulowanie ceny oferty na poziomie akceptowalnym dla Zamawiającego, bowiem nie jest możliwe przewidzenie, jaką ilość razy materiały eksploatacyjne będą wymienione – teoretycznie możliwa jest nieograniczona ilość wymian.”

**Odpowiedź 9: Zamawiający nie zmienia wymagań w tym zakresie.**

#### **Pytania od 10 do 12 dotyczą WZORU UMOWY**

**Pytanie 10 „dotyczy §5 ust. 1a**

Czy Zamawiający zgodzi się na zastąpienie zapisu:

>>1. Zamawiający może nałożyć na Wykonawcę kary umowne:

a) w przypadku niedotrzymania terminu, o którym mowa w § 1 ust. 5 - w wysokości 1 % wartości przedmiotu niniejszej umowy brutto za każdy dzień opóźnienia<<  
zapisem:

>>1. Zamawiający może nałożyć na Wykonawcę kary umowne:

#### **Telefony:**

Centrala: 032 42-91-000


Główny Księgowy: 032 42-91-299

Dział Zamówień Publicznych i Zaopatrzenia: 032 42-91-288

Sekretariat: 032 42-91-254

Dział Organizacyjny: 032 42-926-11

Fax: 032 42-28-272



a) w przypadku niedotrzymania terminu, o którym mowa w § 1 pkt. 5 - w wysokości 0,5 % wartości przedmiotu zamówienia brutto za każdy dzień opóźnienia<<?

**Odpowiedź 10:** Zamawiający nie wyraża zgody na wprowadzenie proponowanych zmian do wzoru umowy.

**Pytanie 11:** „Dot. § 5 ust. 1 ppkt b)

Zwracamy się z prośbą o zmniejszenie wysokości kar umownych do 0,5% wartości brutto sprzętu, którego opóźnienie dotyczy, za każdy dzień opóźnienia.”

**Odpowiedź 11:** Zamawiający nie wyraża zgody na wprowadzenie proponowanych zmian do wzoru umowy.

**Pytanie 12:** „Dot. § 8 ust. 4 Zwracamy się z prośbą o wykreślenie powyższego paragrafu.”

**Odpowiedź 12:** Zamawiający nie wyraża zgody na wprowadzenie proponowanych zmian do wzoru umowy.

#### **Pytania od 13 do 15 dotyczą pakietu 2 - Załącznik nr 1.2 - SPECYFIKACJA TECHNICZNA Kardiomonitor**

**Pytanie 13:** „Pkt. 6 Czy Zamawiający dopuści zakres częstości rytmu serca 30-300 bpm z dokładnością  $\pm 5\%$  lub  $\pm 5$  bpm (większa z tych wartości)?”

**Odpowiedź 13:** Zamawiający nie zmienia wymagań w tym zakresie.

**Pytanie 14:** „Pkt. 8 Czy Zamawiający dopuści następującą dokładność pomiaru saturacji:

Dorośli/Dzieci (70 do 100%):

W bezruchu:  $\pm 2$

W ruchu:  $\pm 3$

Niska perfuzja:  $\pm 3$

Noworodkowy (70 do 100%):

W bezruchu/w ruchu:  $\pm 3$ ?

**Odpowiedź 14:** Zamawiający nie zmienia wymagań w tym zakresie.

**Pytanie 15:** „Pkt. 9 Czy Zamawiający dopuści kardiomonitor bez możliwości pomiaru pulsu z mankietu NIBP?”

**Odpowiedź 15:** Zamawiający nie zmienia wymagań w tym zakresie.

#### **Dotyczy wzoru umowy - Załącznik nr 2 do SIWZ**

**Pytanie 16:** „Par. 5, - W naszej ocenie zaproponowane kary umowne są rażąco wysokie. Na rynku wyrobów medycznych przyjęło się, iż wysokość kary to 0,1-0,2% za dzień zwłoki w wykonaniu zamówienia/wykonaniu reklamacji/zobowiązań wynikających z gwarancji /podjęciu działań serwisowych/wymianę wadliwego towaru oraz 10% w przypadku rozwiązania umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy. W związku z tym, prosimy o obniżenie kar umownych do przyjętego w branży poziomu”

#### **Telefony:**

Centrala: 032 42-91-000


Główny Księgowy: 032 42-91-299

Dział Zamówień Publicznych i Zaopatrzenia: 032 42-91-288

Sekretariat: 032 42-91-254

Dział Organizacyjny: 032 42-926-11

Fax: 032 42-28-272



**Odpowiedź 16:** Zamawiający nie wyraża zgody na wprowadzenie proponowanych zmian do wzoru umowy.

**Pytanie 17 oraz 19 dotyczy WARUNKÓW GWARANCJI JAKOŚCI I SERWISU dla pakietu nr 2 - Załącznik nr 1.3 do SIWZ**

**Pytanie 17:** „Pkt. 5 – Prosimy o zmianę treści punktu 5 i nadanie mu brzmienia:

>>Wykonawca, na żądanie Zamawiającego dostarczy do zamiennie analogiczny element dostawy jeśli czas naprawy przekracza czas określony w umowie/SIWZ.<<

**Odpowiedź 17:** Zamawiający nie zmienia wymagań w tym zakresie.

**Pytanie 18:** „Pkt. 8 - Z uwagi na specyfikę urządzeń medycznych, czynności serwisowe zapewne będą dokonywane, co wynika z normalnej eksploatacji tego typu urządzeń. W naszej ocenie przedłużenie okresu gwarancji powinno nastąpić nie o czas napraw, które zapewne nastąpią, ale o czas przedłużającej się naprawy, ponad terminy określone w umowie. Wykonawca wnosi o wyjaśnienie czy Zamawiający wyraża zgodę na zmianę treści punktu 8 poprzez nadanie mu następującej postaci: >>Każdy czas trwania naprawy gwarancyjnej powoduje przedłużenie okresu gwarancji o ilość dni wydłużającej się naprawy w stosunku do terminu na naprawę wynikającego z umowy.<< ?”

**Odpowiedź 18:** Zamawiający nie zmienia wymagań w tym zakresie.

**Pozostałe warunki zamówienia nie ulegają zmianie, aktualny pozostaje również termin składania ofert do dnia 17.12.2018 r. do godziny 10.00 oraz termin otwarcia ofert: w tym samym dniu o godzinie 10.30.**

**Telefony:**

Centrala: 032 42-91-000

Główny Księgowy: 032 42-91-299

Dział Zamówień Publicznych i Zaopatrzenia: 032 42-91-288

Sekretariat: 032 42-91-254

Dział Organizacyjny: 032 42-926-11

**Fax:** 032 42-28-272