

Charakterystyka aparatów do wykonywania ciągłych technik nerkozastępczych
(3 sztuki)

Wymagane funkcje / parametry	Wymogi	Odpowiedź TAK, lub krótki opis (wg kolumny „Wymogi”)
I. Wymagania ogólne:		
1. Producent. podać	podać	
2. Model / typ oferowanego urządzenia. podać	podać	
3. Klasa wyrobu medycznego. podać	podać	
4. Rok produkcji 2018 - 2019	podać	
II. Wymagania szczegółowe:		
1. Ciągła hemodiafiltracja żylna-żylna.	TAK	
2. Hemodializa z regionalną antykoagulacją cytrynianową.	TAK	
3. Plazmafereza.	TAK	
4. Wolna ciągła ultrafiltracja.	TAK	
5. Komunikacja z operatorem w języku polskim.	TAK	
6. Zasilanie awaryjne na minimum 10 minut.	TAK	
7. Możliwość odłączenia pacjenta (np. do przeprowadzenia toalety, krótkiego zabiegu operacyjnego)	TAK	
bez zakończenia zabiegu (cały czas trwa recyrkulacja w aparacie) i ponownego podłączenia pacjenta do aparatu (bez konieczności wymiany żadnej części zestawu).		
8. Podgrzewanie krwi wracającej do pacjenta; zakres temp. 33-43OC lub podgrzewanie roztworów dializatu i substytutu		
9. Hemodiafiltracja z regionalną antykoagulacją cytrynianową i równoczesną predylucją.		
10. Funkcja wprowadzenia danych pacjenta (co najmniej imię, nazwisko)	TAK	
11. Automatyczna identyfikacja założonego filtra	TAK/NIE*	
12. Uniwersalny zestaw dla dorosłych umożliwiający wykonanie wszystkich rodzajów terapii CRRT przy antykoagulacji cytrynianowej i heparynowej; objętość krwi w drenach i filtrze max. 300 ml	TAK	
* Niezaoferowanie automatycznej identyfikacji założonego filtra nie spowoduje odrzucenia oferty		
Uwaga: należy zaoferować 3 urządzenia tego samego rodzaju (typ / model). W przypadku zmiany typu aparatu lub oprogramowania w trakcie obowiązywania umowy Zamawiający wymaga wymiany aparatury na najnowszy model.		