



LAS-108/1-PN/39-2019

Rybnik, dnia 19.04.2019 r.

Do Wykonawców uczestniczących  
w postępowaniu o udzielenie zamówienia

### WYJAŚNIENIE - MODYFIKACJA 1

W PRZETARGU NIEOGRANICZONYM NA:

**dostawy defibrylatorów i kardiostymulatorów** (zamówienie nr LAS-108-PN/39-2019)  
ogłoszonym w Biuletynie Zamówień Publicznych  
z dnia 15.04.2019 r., nr 537445-N-2019

W związku z wniesionymi zapytaniem, zamawiający udziela poniższych odpowiedzi. Ponadto zamawiający wprowadza niżej podane modyfikacje.

#### **Pytania od 1 do 4 dotyczą pozycji nr 1.**

**Pytanie 1:** „Czy Zamawiający dopuści urządzenia z energią defibrylacji 36J?”

**Odpowiedź 1:** Zamawiający dopuszcza.

**Pytanie 2:** „Czy Zamawiający dopuści urządzenie bez możliwość automatycznego pomiaru opóźnienia potencjałów elektrycznych pomiędzy prawą komorą a poszczególnymi katodami na quadropolarnej elektrodzie lewokomorowej?”

**Odpowiedź 2:** Zamawiający nie zmienia zapisów specyfikacji istotnych warunków zamówienia w powyższym zakresie.

**Pytanie 3:** „Czy Zamawiający dopuści urządzenie bez programowalnej szerokość impulsu defibrylacji w obu fazach?”

**Odpowiedź 3:** Zamawiający dopuszcza.

**Pytanie 4:** „Czy Zamawiający dopuści elektrody defibrylujące bipolarne kompatybilne z introducerem o rozmiarze 8F?”

**Odpowiedź 4:** Zamawiający dopuszcza.

#### **Pytania od 5 do 7 dotyczą pozycji nr 2.**

**Pytanie 5:** „Czy Zamawiający dopuści urządzenie z rodzajami stymulacji - VVIR DDDR bez opcji stymulacji dwupunktowej lewej komory?”

**Odpowiedź 5:** Zamawiający nie zmienia zapisów specyfikacji istotnych warunków zamówienia w powyższym zakresie.

#### **Telefony:**

Centrala: 032 42-91-000

Główny Księgowy: 032 42-91-299

Dział Zamówień Publicznych i Zaopatrzenia: 032 42-91-288

Sekretariat: 032 42-91-254

Dział Organizacyjny: 032 42-926-11

**Fax:** 032 42-28-272

**Pytanie 6:** „Czy Zamawiający dopuści urządzenie bez możliwość bezprzewodowej komunikacji urządzenia z programatorem?”

**Odpowiedź 6:** Zamawiający dopuszcza.

**Pytanie 7:** „Czy Zamawiający dopuści urządzenie bez automatycznej zmiany trybu stymulacji w obecności szybkich rytmów przedsionkowych z dodatkowo programowaną częstością stymulacji komorowej podczas trwania arytmii przedsionkowej?”

**Odpowiedź 7:** Zamawiający dopuszcza.

Pozostałe warunki zamówienia nie ulegają zmianie, aktualny pozostaje również termin składania ofert wyznaczony do dnia 26.04.2019 r. do godziny 10.00 oraz termin otwarcia ofert: w tym samym dniu o godzinie 10.30.