

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej
Wojewódzki Szpital Specjalistyczny nr 3 w Rybniku
44-200 Rybnik, ul. Energetyków 46
www.szpital.rybnik.pl e-mail: sekretariat@szpital.rybnik.pl
Regon 272780323 NIP 642-25-85-351 KRS 0000067701



DO-53/1-PN/57-2019

Rybnik, dnia 25.06.2019 r.

Do Wykonawców uczestniczących
w postępowaniu o udzielenie zamówienia

WYJAŚNIENIE - MODYFIKACJA 1

W PRZETARGU NIEOGRANICZONYM NA:

Zakup 1 szt. pojazdu do transportu
sanitarnego z wyposażeniem przez SP ZOZ WSS nr 3 w Rybniku
(zamówienie nr DO-53-PN/57-2019)
ogłoszonym w Biuletynie Zamówień Publicznych z dnia 17.06.2019 r., nr 561948-N-2019

W związku z wniesionymi zapytaniem, zamawiający udziela poniższych odpowiedzi. Ponadto zamawiający wprowadza niżej podane modyfikacje.

Pytanie 1: „Dotyczy punktu 6. Zgodne z wymogami aktualnej normy 1789:2007+A2:2015 ambulans do przewozu więcej niż 4 osób powinien posiadać przedział medyczny o wysokości 1750mm. Wnosimy o zmianę maksymalnej wysokości ambulansu na 2750mm.”

Odpowiedź 1: Zamawiający dopuszcza zaoferowanie rozwiązania pierwotnie określonego w specyfikacji istotnych warunków zamówienia, jak również rozwiązania opisanego w powyższym pytaniu - przy zachowaniu dodatkowych wymagań określonych przez zamawiającego. W przypadku zaoferowania rozwiązania dopuszczonego niniejszym wyjaśnieniem - modyfikacją należy w załączniku nr 1.2 „Opis przedmiotu zamówienia – parametry techniczne i warunki gwarancji i serwisu” nanieść stosownie skorygowane zapisy tak, by nie było wątpliwości, co zaoferowano w danej pozycji.

Pytanie 2: „Dotyczy punktu 14. Czy zamawiający dopuści ambulans za zbiornikiem paliwa 70 l.”

Odpowiedź 2: Zamawiający dopuszcza zaoferowanie rozwiązania pierwotnie określonego w specyfikacji istotnych warunków zamówienia, jak również rozwiązania opisanego w powyższym pytaniu - przy zachowaniu dodatkowych wymagań określonych przez zamawiającego. W przypadku zaoferowania rozwiązania dopuszczonego niniejszym wyjaśnieniem - modyfikacją należy w załączniku nr 1.2 „Opis przedmiotu zamówienia – parametry techniczne i warunki gwarancji i serwisu” nanieść stosownie skorygowane zapisy tak, by nie było wątpliwości, co zaoferowano w danej pozycji.

Pytanie 3: „Czy w związku krótkim terminem realizacji a szerokim zakresem wyposażenia bazowego, zamawiający wydłuży termin realizacji do 90 dni. Podyktowane jest to czasem oczekiwania na pojazd bazowy skonfigurowany bezpośrednio pod zamawiającego?”

Odpowiedź 3: Zamawiający nie zmienia zapisów w powyższym zakresie.

Telefony:

Centrala: 032 42-91-000


Główny Księgowy: 032 42-91-299

Dział Zamówień Publicznych i Zaopatrzenia: 032 42-91-288

Sekretariat: 032 42-91-254

Dział Organizacyjny: 032 42-926-11

Fax: 032 42-28-272



Pytanie 4: „Dotyczy punktu 18. Czy zamawiający dopuści samochód bez świateł do jazdy dziennej w technologii led?”

Odpowiedź 4: Zamawiający dopuszcza zaoferowanie rozwiązania pierwotnie określonego w specyfikacji istotnych warunków zamówienia, jak również rozwiązania opisanego w powyższym pytaniu - przy zachowaniu dodatkowych wymagań określonych przez zamawiającego. W przypadku zaoferowania rozwiązania dopuszczonego niniejszym wyjaśnieniem - modyfikacją należy w załączniku nr 1.2 „Opis przedmiotu zamówienia – parametry techniczne i warunki gwarancji i serwisu” nanieść stosownie skorygowane zapisy tak, by nie było wątpliwości, co zaoferowano w danej pozycji.

Pytanie 5: „Dotyczy punktu 22. Co zamawiający miał na myśli: „stabilny uchwyt na urządzenia mobilne w kabinie kierowcy”. O jakich urządzeniach zamawiający myśli?”

Odpowiedź 5: Zamawiający informuje, że miał na myśli uchwyt na telefon, oryginalnie zabudowany lub dobudowany na desce rozdzielczej. Zamawiający dopuszcza inne rozwiązanie pod warunkiem zachowania stabilności uchwytu.

Pytanie 6: „Dotyczy punktu 23. Prosimy o podanie nazwy firmy instalującej system monitorowania GPS celem kalkulacji ceny.”

Odpowiedź 6: Zamawiający informuje, że jest w posiadaniu systemu monitorowania firmy Geotik.

Pytanie 7: „Dotyczy punktu 25. Czy zamawiający dopuści pojazd bazowy nie wyposażony w skórzaną kierownicę i skórzaną gałkę zmiany biegów.”

Odpowiedź 7: Zamawiający dopuszcza zaoferowanie rozwiązania pierwotnie określonego w specyfikacji istotnych warunków zamówienia, jak również rozwiązania opisanego w powyższym pytaniu - przy zachowaniu dodatkowych wymagań określonych przez zamawiającego. W przypadku zaoferowania rozwiązania dopuszczonego niniejszym wyjaśnieniem - modyfikacją należy w załączniku nr 1.2 „Opis przedmiotu zamówienia – parametry techniczne i warunki gwarancji i serwisu” nanieść stosownie skorygowane zapisy tak, by nie było wątpliwości, co zaoferowano w danej pozycji.

Pytanie 8: „Dotyczy punktu 34. Prosimy o dopuszczenie ambulansu bez systemu FPS który montowany jest tylko w pojazdach marki Fiat i wskazuje na konkretnego producenta pojazdu bazowego.”

Odpowiedź 8: Zamawiający odstępuje od wymogu posiadania przez ambulans systemu FPS.

Pytanie 9: „Dotyczy punktu 100. Czy zamawiający dla obniżenia kosztów dopuści ambulans bez dodatkowych sygnałów pneumatycznych. Pragniemy zwrócić uwagę, że jest to ambulans transportowy typu A2.”

Pytanie 10: „Dotyczy punktu 103. Czy zamawiający dopuści ambulans zgony z PN EN 1789 wyposażony w dwie lampy pulsacyjne koloru niebieskie zamontowane na wysokości

Telefony:

Centrala: 032 42-91-000


Główny Księgowy: 032 42-91-299

Dział Zamówień Publicznych i Zaopatrzenia: 032 42-91-288

Sekretariat: 032 42-91-254

Dział Organizacyjny: 032 42-926-11

Fax: 032 42-28-272



pasa przedniego bez dodatkowych lamp pulsacyjnych w przednich błotnikach, tylnych błotnikach, które nie są wymagane przez normę PN EN 1789:2007+A2:2015 a tylko zwiększają koszt ambulansu.”

Pytanie 11: „Dotyczy punktu 104 . Czy zamawiający dopuści ambulans zgony z PN EN 1789 bez dodatkowych lamp pulsacyjnych koloru pomarańczowego stanowiących dodatkowe kierunkowskazy? Lampy te nie są wymagane przez normę PN EN 1789:2007+A2:2015 a tylko zwiększają koszt ambulansu.”

Pytanie 12: „Dotyczy punktu 105. Czy zamawiający dopuści ambulans zgony z PN EN 1789 bez dodatkowych kierunkowskazów na wewnętrznej stronie drzwi? Lampy te nie są wymagane przez normę PN EN 1789:2007+A2:2015 a tylko zwiększają koszt ambulansu.”

Pytanie 13: „Dotyczy punktu 106 . Czy zamawiający dopuści ambulans zgony z PN EN 1789 bez dodatkowych lamp roboczych na tylnej krawędzi dachu ze zintegrowanymi światłami kierunkowskazów? Lampy te nie są wymagane przez normę PN EN 1789:2007+A2:2015 dla ambulansów transportowych i tylko zwiększają koszt ambulansu.”

Pytanie 14: „Dotyczy punktu 107 . Czy zamawiający dopuści ambulans zgony z PN EN 1789 bez dodatkowych lamp roboczych LED na bocznych krawędziach dachu do oświetlenia terenu w obrębie ambulansu? Lampy te nie są wymagane przez normę PN EN 1789:2007+A2:2015 dla ambulansów transportowych i tylko zwiększają koszt ambulansu.”

Odpowiedź 9-14: Zamawiający nie zmienia zapisów w powyższym zakresie w związku ze szczególnym przeznaczeniem zamawianego pojazdu.

Pytanie 15: „Dotyczy punktu 108 . Czy zamawiający dopuści ambulans zgony z PN EN 1789 wyposażony w podłogę pokrytą wzmocnioną, wodoodporną sklejką pokrytą powłoką PCV połączoną szczelnie ze ścianami bocznymi w sposób uniemożliwiający przedostanie wody?”

Odpowiedź 15: Zamawiający dopuszcza zaoferowanie rozwiązania pierwotnie określonego w specyfikacji istotnych warunków zamówienia, jak również rozwiązania opisanego w powyższym pytaniu - przy zachowaniu dodatkowych wymagań określonych przez zamawiającego. W przypadku zaoferowania rozwiązania dopuszczonego niniejszym wyjaśnieniem - modyfikacją należy w załączniku nr 1.2 „Opis przedmiotu zamówienia – parametry techniczne i warunki gwarancji i serwisu” nanieść stosownie skorygowane zapisy tak, by nie było wątpliwości, co zaoferowano w danej pozycji.

Pytanie 16: „Czy zamawiający na zasadzie równości dopuści ambulans zgodny z PN EN 1789:2007+A2:2015 w konfiguracji:

- kabina kierowcy trzyosobowa
- w drugim rzędzie trzy fotele w tym dwa stałe i jeden składany, obrotowy
- w trzecim rzędzie fotel składany obrotowy na ścianie prawej

Telefony:

Centrala: 032 42-91-000


Główny Księgowy: 032 42-91-299

Dział Zamówień Publicznych i Zaopatrzenia: 032 42-91-288

Sekretariat: 032 42-91-254

Dział Organizacyjny: 032 42-926-11

Fax: 032 42-28-272



- w czwartym rzędzie fotel składany obrotowy na ścianie prawej, system do montażu wózka inwalidzkiego,
- na ścianie lewej zestaw szafek wykonanych z ABS z miejscem na butle tlenowe i sprzęt medyczny, instalacja tlenowa, instalacja 12V, instalacja 230V
- podstawa pod nosze zamontowana po lewej stronie na wysokości trzeciego i czwartego rzędu na stałe do podłogi zgodnie.
- rampa najazdowa w tylnej części nadwozia.”

Odpowiedź 16: Zamawiający dopuszcza zaoferowanie rozwiązania pierwotnie określonego w specyfikacji istotnych warunków zamówienia, jak również rozwiązania opisanego w powyższym pytaniu - przy zachowaniu dodatkowych wymagań określonych przez zamawiającego. W przypadku zaoferowania rozwiązania dopuszczonego niniejszym wyjaśnieniem - modyfikacją należy w załączniku nr 1.2 „Opis przedmiotu zamówienia – parametry techniczne i warunki gwarancji i serwisu” nanieść stosownie skorygowane zapisy tak, by nie było wątpliwości, co zaoferowano w danej pozycji.

Pytanie 17: „Proszę podać jakie nosze posiada zamawiający. Informujemy, że certyfikat 1789 dla systemu montażowego noszy wydawany jest tylko dla zaczepu i noszy tego samego producenta. Nie ma zaczepów uniwersalnych dla których wystawiony jest certyfikat 10G. Jeżeli państwa nosze były testowane łącznie z zaczepem to ów certyfikat jest w Państwa posiadaniu.”

Odpowiedź 17: Zamawiający informuje, że jest w posiadaniu noszy wraz z transporterem firmy Medirol model Clinic Extero.

Pytanie 18: „Dotyczy punktu 133 i 134. Czy zamawiający dopuści ambulans ze stałą podstawą pod nosze z otwieranym najazdem bez elektrycznego opuszczania i podnoszenia platformy? Waga elektrycznej podstawy znacząco zwiększa wagę pojazdu i może uniemożliwić zbudowanie ambulansu o DMC 3500 kg.”

Odpowiedź 18: Zamawiający dopuszcza zaoferowanie podstawy pod nosze bez elektrycznego opuszczania i podnoszenia platformy pod warunkiem zaoferowania platformy stałej z możliwością ręcznego wysuwania blatu platformy.

Pytanie 19: „Dotyczy punktu 138. Czy reduktor opisany w tym punkcie ma być reduktorem do dodatkowej butli przenośnej będącej na wyposażeniu zamawiającego czy reduktorem dla głównej instalacji tlenowej? Reduktor główny nie może być wyposażony w przepływomierz i nawilżacz.”

Odpowiedź 19: Zamawiający informuje, że reduktor opisany w załączniku nr 1.2. „Opis przedmiotu zamówienia – parametry techniczne i warunki gwarancji i serwisu” winien być zamontowany na butli tlenowej z możliwością podłączenia do centralnej instalacji tlenowej. Zamawiający oczekuje dostarczenie osobno przepływomierza i nawilżacza z możliwością podłączenia do gniazda AGA.

Pytanie 20: „Prosimy o podanie przybliżonego rocznego przebiegu dla ambulansu.”

Telefony:

Centrala: 032 42-91-000


Główny Księgowy: 032 42-91-299

Dział Zamówień Publicznych i Zaopatrzenia: 032 42-91-288

Sekretariat: 032 42-91-254

Dział Organizacyjny: 032 42-926-11

Fax: 032 42-28-272



Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej
Wojewódzki Szpital Specjalistyczny nr 3 w Rybniku
44-200 Rybnik, ul. Energetyków 46
www.szpital.rybnik.pl e-mail: sekretariat@szpital.rybnik.pl
Regon 272780323 NIP 642-25-85-351 KRS 0000067701



Odpowiedź 20: Zamawiający informuje, że roczny przebieg dla ambulansu będzie wynosił ok. 100 tys. km.

Pytanie 21: „Prosimy o wydłużenie maksymalnego czasu naprawy gwarancyjnej do 14 dni. Związane jest to z tym, że nie wszystkie części mechaniczne serwis posiada w magazynie.”

Odpowiedź 21: Zamawiający nie zmienia zapisów w powyższym zakresie.

Pytanie 22: „Prosimy o podanie sposobu dostawy, czy dopuszcza się dojazd na kołach lub lawecie? Wyjaśniamy, że ma to duży wpływ na cenę przedmiotu zamówienia.”

Odpowiedź 22: Zamawiający dopuszcza każde rozwiązanie - przy zachowaniu dodatkowych wymagań określonych przez zamawiającego.

Pytanie 23: „Czy Zamawiający dopuszcza do zaoferowania pojazd ze standardowymi szybami bez przyciemniania ?”

Odpowiedź 23: Zamawiający nie zmienia zapisów w powyższym zakresie.

Pytanie 24: „Czy Zamawiający dopuszcza do zaoferowania pojazd z dwoma miejscami w kabinie kierowcy?”

Odpowiedź 24: Zamawiający nie zmienia zapisów w powyższym zakresie.

Pytanie 25: „Czy Zamawiający dopuszcza do zaoferowania pojazd ze zbiornikiem paliwa 80 l ?”

Odpowiedź 25: Zamawiający dopuszcza zaoferowanie rozwiązania pierwotnie określonego w specyfikacji istotnych warunków zamówienia, jak również rozwiązania opisanego w powyższym pytaniu - przy zachowaniu dodatkowych wymagań określonych przez zamawiającego. W przypadku zaoferowania rozwiązania dopuszczonego niniejszym wyjaśnieniem - modyfikacją należy w załączniku nr 1.2 „Opis przedmiotu zamówienia – parametry techniczne i warunki gwarancji i serwisu” nanieść stosownie skorygowane zapisy tak, by nie było wątpliwości, co zaoferowano w danej pozycji.

Pytanie 26: „Czy Zamawiający dopuszcza do zaoferowania pojazd z gałką zmiany biegów z miękkiego plastiku ?”

Odpowiedź 26: Zamawiający dopuszcza zaoferowanie rozwiązania pierwotnie określonego w specyfikacji istotnych warunków zamówienia, jak również rozwiązania opisanego w powyższym pytaniu - przy zachowaniu dodatkowych wymagań określonych przez zamawiającego. W przypadku zaoferowania rozwiązania dopuszczonego niniejszym wyjaśnieniem - modyfikacją należy w załączniku nr 1.2 „Opis przedmiotu zamówienia – parametry techniczne i warunki gwarancji i serwisu” nanieść stosownie skorygowane zapisy tak, by nie było wątpliwości, co zaoferowano w danej pozycji.

Telefony:

Centrala: 032 42-91-000


Główny Księgowy: 032 42-91-299

Dział Zamówień Publicznych i Zaopatrzenia: 032 42-91-288

Sekretariat: 032 42-91-254

Dział Organizacyjny: 032 42-926-11

Fax: 032 42-28-272



Pytanie 27: „Czy Zamawiający dopuszcza do zaoferowania pojazd z kamerą widoku wstecznego montowana na etapie zabudowy ?”

Odpowiedź 27: Zamawiający dopuszcza zaoferowanie rozwiązania pierwotnie określonego w specyfikacji istotnych warunków zamówienia, jak również rozwiązania opisanego w powyższym pytaniu - przy zachowaniu dodatkowych wymagań określonych przez zamawiającego. W przypadku zaoferowania rozwiązania dopuszczonego niniejszym wyjaśnieniem - modyfikacją należy w załączniku nr 1.2 „Opis przedmiotu zamówienia – parametry techniczne i warunki gwarancji i serwisu” nanieść stosownie skorygowane zapisy tak, by nie było wątpliwości, co zaoferowano w danej pozycji.

Pytanie 28: „Czy Zamawiający dopuszcza do zaoferowania pojazd ze światłami do jazdy dziennej typu halogenowego o zwiększonej jasności ?”

Odpowiedź 28: Zamawiający dopuszcza zaoferowanie rozwiązania pierwotnie określonego w specyfikacji istotnych warunków zamówienia, jak również rozwiązania opisanego w powyższym pytaniu - przy zachowaniu dodatkowych wymagań określonych przez zamawiającego. W przypadku zaoferowania rozwiązania dopuszczonego niniejszym wyjaśnieniem - modyfikacją należy w załączniku nr 1.2 „Opis przedmiotu zamówienia – parametry techniczne i warunki gwarancji i serwisu” nanieść stosownie skorygowane zapisy tak, by nie było wątpliwości, co zaoferowano w danej pozycji.

Pytanie 29: „Czy Zamawiający dopuszcza do zaoferowania ambulans spełniający wymogi normy PN EN 1789 i NFZ, który posiada regulację kolumny kierownicy w jednej płaszczyźnie, oraz fotel kierowcy z regulacją w 3 płaszczyznach, plus dodatkowa pełną regulację oparcia oraz odcinka łędźwiowego, co w pełni umożliwia zajęcie przez kierowcę właściwej pozycji względem kierownicy ?”

Odpowiedź 29: Zamawiający dopuszcza zaoferowanie rozwiązania pierwotnie określonego w specyfikacji istotnych warunków zamówienia, jak również rozwiązania opisanego w powyższym pytaniu - przy zachowaniu dodatkowych wymagań określonych przez zamawiającego. W przypadku zaoferowania rozwiązania dopuszczonego niniejszym wyjaśnieniem - modyfikacją należy w załączniku nr 1.2 „Opis przedmiotu zamówienia – parametry techniczne i warunki gwarancji i serwisu” nanieść stosownie skorygowane zapisy tak, by nie było wątpliwości, co zaoferowano w danej pozycji.

Pytanie 30: „Czy Zamawiający dopuszcza do zaoferowania pojazd bez tempomatu ?”

Odpowiedź 30: Zamawiający dopuszcza zaoferowanie rozwiązania pierwotnie określonego w specyfikacji istotnych warunków zamówienia, jak również rozwiązania opisanego w powyższym pytaniu - przy zachowaniu dodatkowych wymagań określonych przez zamawiającego. W przypadku zaoferowania rozwiązania dopuszczonego niniejszym wyjaśnieniem - modyfikacją należy w załączniku nr 1.2 „Opis przedmiotu zamówienia – parametry techniczne i warunki gwarancji i serwisu” nanieść stosownie skorygowane zapisy tak, by nie było wątpliwości, co zaoferowano w danej pozycji.

Telefony:

Centrala: 032 42-91-000


Główny Księgowy: 032 42-91-299

Dział Zamówień Publicznych i Zaopatrzenia: 032 42-91-288

Sekretariat: 032 42-91-254

Dział Organizacyjny: 032 42-926-11

Fax: 032 42-28-272



Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej
Wojewódzki Szpital Specjalistyczny nr 3 w Rybniku
44-200 Rybnik, ul. Energetyków 46
www.szpital.rybnik.pl e-mail: sekretariat@szpital.rybnik.pl
Regon 272780323 NIP 642-25-85-351 KRS 0000067701



Pytanie 31: „Czy Zamawiający dopuszcza do zaoferowania pojazd spełniający wymogi normy PN EN 1789 i NFZ, który posiada Certyfikat Zgodności z w/w normą wydany przez Niezależną Jednostkę Notyfikującą, posiadający silnik z Euro 6 zapewniający osiągnięcie przyspieszeń wymaganych w pkt. 4.2.1 normy PN EN 1789 o mocy 88 kW (120 KM), o max momencie obrotowym wynoszącym 300 Nm i pojemności skokowej 1598 cm³ ?”

Odpowiedź 31: Zamawiający dopuszcza zaoferowanie rozwiązania pierwotnie określonego w specyfikacji istotnych warunków zamówienia, jak również rozwiązania opisanego w powyższym pytaniu - przy zachowaniu dodatkowych wymagań określonych przez zamawiającego. W przypadku zaoferowania rozwiązania dopuszczonego niniejszym wyjaśnieniem - modyfikacją należy w załączniku nr 1.2 „Opis przedmiotu zamówienia – parametry techniczne i warunki gwarancji i serwisu” nanieść stosownie skorygowane zapisy tak, by nie było wątpliwości, co zaoferowano w danej pozycji.

Pozostałe warunki zamówienia nie ulegają zmianie, aktualny pozostaje również termin składania ofert i wnoszenia wadium ustalony do dnia 28.06.2019 r. do godziny 10.00 oraz termin otwarcia ofert: w tym samym dniu o godzinie 10.30.

Telefony:

Centrala: 032 42-91-000

Główny Księgowy: 032 42-91-299

Dział Zamówień Publicznych i Zaopatrzenia: 032 42-91-288

Sekretariat: 032 42-91-254

Dział Organizacyjny: 032 42-926-11

Fax: 032 42-28-272