

**SPECYFIKACJA TECHNICZNA
DOSTAWA URETERORENOSKOPU**

L.p.	Wymagane funkcje / parametry	Wymogi	Odpowiedź TAK, lub krótki opis (wg kolumny „Wymogi”)
1	2	3	4
1.	Producent.	podać	
2.	Model / typ oferowanego urządzenia.	podać	
3.	Urządzenie fabrycznie nowe, (wyklucza się narzędzie, rekondycjonowane).	TAK	
4.	Klasa wyrobu medycznego.	podać	
5.	Kąt patrzenia 6° - 7°, maksymalna średnica zewnętrzna 9.8 Fr, długość robocza 430 mm, kanał roboczy pozwalający na wprowadzenie narzędzia o średnicy zewnętrznej minimum 5.0 Fr wyposażony w łącznik dwudrożny i uszczelki, autoklawowalny, kompatybilny z posiadanymi przez Zamawiającego urologicznymi zestawami endoskopowymi prod. Olympus.	podać	
6.	Instrukcja obsługi w języku polskim – dostarczyć wraz z narzędziem.	TAK	

Załącznik wskazuje minimalne wymagania zamawiającego, które muszą zostać spełnione, natomiast wykonawca – wypełniając ten załącznik – oferuje konkretne rozwiązania, charakteryzując w ten sposób zaoferowany asortyment.

Załącznik należy wypełnić w całości, bez wprowadzania zmian w jego treści – stanowi on integralną część oferty – deklarację wykonawcy co do jej treści, stąd brak tego załącznika, zawierającego treści zgodne z wzorem określonym w specyfikacji istotnych warunków zamówienia, spowoduje odrzucenie oferty.

.....
(podpisy i pieczęcie osób upoważnionych
do reprezentowania wykonawcy)